

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės techninės specifikacijos lentelę, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujamai parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Parametrų atitikimus tikrinti dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas“

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės
1.	EDAN MFM CNS vaisiaus stebėjimo stoties serveris su programine įranga	Būtina	EDAN MFM CNS vaisiaus stebėjimo stoties serveris su programine įranga DELL Precision 3640. Prekių aprašymo psl. Nr. 1
2.	Stebėjimo stoties kompiuterio operativioji atmintis RAM	8 GB	Stebėjimo stoties kompiuterio operativioji atmintis RAM 8 GB. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
3.	Stebėjimo stoties kompiuterio Kietųjų diskų talpa	2 TB	Stebėjimo stoties kompiuterio kietųjų diskų talpa 2 TB Prekių aprašymo psl. Nr. 3
4.	Stebėjimo stoties kompiuterio procesoriaus taktinis dažnis	2400 MHz	Stebėjimo stoties kompiuterio procesoriaus taktinis dažnis 2900 MHz. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
5.	Stebėjimo stoties kompiuterio operacinė sistema	Windows 10 Pro	Stebėjimo stoties kompiuterio operacinė sistema Windows 10 Pro. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
6.	Stebėjimo stoties serveris su RAID konfigūracija	Būtina	Stebėjimo stoties serveris su RAID konfigūracija Prekių aprašymo psl. Nr. 4
7.	Monitorius stočiai	Būtina	Monitorius stočiai LG 32LK6200PLA Prekių aprašymo psl. Nr. 8
7.	Monitoriaus įstrižainė	Ne mažesnė nei 32 colio	Monitoriaus įstrižainė 32 colių. Prekių aprašymo psl. Nr. 8
9.	Monitoriaus raiška	Ne mažesnė nei 1920 x 1080	Monitoriaus raiška 1920 x 1080 Prekių aprašymo psl. Nr. 8
10.	Vaisiaus monitorių stebėjimo stoties remonto darbai	1. Esamos stoties serverio duomenų bazės atstatymas 2. Stebėjimo stoties serverio konfigūravimas 3. Įstaigoje esamų EDAN ir Philips monitorių konfigūravimas 4. Stebėjimo stoties klientų	Vaisiaus monitorių stebėjimo stoties remonto darbai: 1. Esamos stoties serverio duomenų bazės atstatymas 2. Stebėjimo stoties serverio konfigūravimas 3. Įstaigoje esamų EDAN ir Philips monitorių konfigūravimas

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės
		konfigūravimas	4. Stebėjimo stoties klientų konfigūravimas
11.	Gamintojo įgaliojimas parduoti ir teikti serviso paslaugas EDAN MFM CNS stočiai	Būtina	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti ir teikti serviso paslaugas EDAN MFM CNS stočiai Prekių aprašymo psl. Nr. 9-10
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 1 metai.	Garantinis laikotarpis 1 metai

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė