

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekės turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.
2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.
3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

3 pirkimo dalis. Čiužinys pragulų profilaktikai – 45 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1	Čiužinio kompozicija	3 skirtingų porolono sluoksnių	3 skirtingų porolono sluoksnių
2	Paskirtis	Pragulų profilaktikai esant aukštai arba labai aukštai lygio pragulų atsiradimo rizikai	Pragulų profilaktikai esant aukštai arba labai aukštai lygio pragulų atsiradimo rizikai
3	Matmenys	Ilgis – ne mažiau 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis – 15 cm ± 2 cm	Ilgis – 200 cm Plotis – 90 cm Aukštis – 15 cm
4	Didžiausias rekomenduojamas svoris	220 ± 20 kg	200 kg
5	Apatinis sluoksnis	Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m ³ 6	Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - 42 kg/m ³ 6

6	Vidurinis sluoksnis	Iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m ³ , suformuoja „U“ formos stabilų rėma.	Iš didelio elastingumo porolono Tankis - 42 kg/m ³ , suformuoja „U“ formos stabilų rėma.
7	Viršutinis sluoksnis	Iš viskoelastinio porolono Tankis - ne mažiau 60 kg/m ³ Paviršius profiliuotas (kubeliais), kurių kraštinė ne mažiau 5 cm Išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją	Iš viskoelastinio porolono Tankis - 60 kg/m ³ Paviršius profiliuotas (kubeliais), kurių kraštinė 5 cm Išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją
8	Užvalkalas	Dengia čiužinį iš visų pusių Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis	Dengia čiužinį iš visų pusių Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis
8.1	Užvalkalo medžiagos sudėtis	Svoris – ne mažiau 150 g/m ² Apatinis sluoksnis iš poliesterio (ne mažiau 90 g/m ²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (ne mažiau 60 g/m ² Spalva – tamsi	Svoris – 180 g/m ² Apatinis sluoksnis iš poliesterio (115 g/m ²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (65 g/m ² Spalva – tamsi
8.2	Užvalkalo savybės	Laidus orui (ne mažiau nei 1000 g/m ² užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo (Crib 5)	Laidus orui (1500 g/m ² užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo (Crib 5)
8.3	Užvalkalo priežiūra	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki + 95° C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120°C	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki + 95° C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 121 °C
8.4	Medžiagos susitraukimas po skalbimo	Ne daugiau kaip 4%	Ne daugiau kaip 4%
8.4	Užvalkalo užtrauktukas	Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.	Užtrauktukas L formos su atvartu.
9	Sertifikavimas	Čiužinys pažymėtas CE ženklu Atitinka MDD 93/42/EB Audinys atitinka Oeko – Tex standartą	Čiužinys pažymėtas CE ženklu Atitinka MDD 93/42/EB Audinys atitinka Oeko – Tex standartą
10	Garantija	24 mėn.	24 mėn.

4 pirkimo dalis. Fiksaciniai diržai rankoms ir kojoms.

Fiksuojančių diržų komplektas rankoms -80 vnt.

Eil.Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1	Paskirtis	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
2	Komplektacija	1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.	1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.
3	Rankų fiksavimo diržai	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne siauresnėse kaip 10-20 (±2) cm, 12-22 (±2) cm, 15-25 (±2) cm, 25-35(±2) cm ribose. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinamas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.	Plotis 8 cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet 8-18 cm, 12-22 cm, 17-27 cm, 23-34 cm ribose. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinamas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
4	Diržų žymėjimas	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
5	Diržų fiksavimas	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
6	Lipni juosta	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
7	Pagaminta iš	Iš 100 % nedegaus poliesterio pluošto (reikalingi patvirtinantys dokumentai), vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.	Iš 100 % nedegaus poliesterio pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.
8	Skalbimas	Skalbama ne žemesnėje kaip 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50 ⁰ C temperatūroje.	Skalbama 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu 45-50 ⁰ C temperatūroje.
9	Instrukcijos ir aprašymai	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.
10	Klasifikavimas ir sertifikavimas	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija

Fiksuojančių diržų komplektas kojoms -80 vnt.

Eil.Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1	Paskirtis	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozijų metu.	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozijų metu.
2	Komplektacija	1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiksacinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.	1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiksacinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, 1 magnetinis raktas.
3	Kojų fiksavimo diržai	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet ne siauresnė kaip 20 – 25 (±5) cm, 25 – 35 (±5) cm, 30 – 40 (±5) cm ribose. Papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.	Plotis 8 cm, apimtis priklauso nuo komplekto dydžio, bet 19-28 cm, 25 – 35 cm, 31-43 cm ribose. Papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
4	Diržų žymėjimas	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
5	Diržų fiksavimas	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
6	Lipni juosta	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
7	Pagaminta iš	Iš 100 % nedegaus poliesterio pluošto (reikalingi patvirtinantys dokumentai), vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.	Iš 100 % nedegaus poliesterio pluošto, vidinė rankų/kojų diržų pusė paminkštinta.
8	Skalbimas	Skalbama ne žemesnėje kaip 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50 ⁰ C temperatūroje.	Skalbama 95 ⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu 45-50 ⁰ C temperatūroje.
9	Instrukcijos ir aprašymai	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.	Prekės aprašymai, instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.
10	Klasifikavimas ir sertifikavimas	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija