



SERTIFIKATAS

Nr. Z1 12 08 67069 002

Sertifikatas priklauso: **Linet Spol. s r.o.**
Želevecice 5
274 01 Slany
Čekija
Įrenginys: 67069



Sertifikavimo ženklas:

Gaminys: **Medicininės lovos**

Modelis: **Eleganza 1**

Parametrai:	Pritaikymo aplinka:	1 / 2 / 3 / 5
	Saugi darbinė apkrova:	250 kg
	Maksimalus paciento svoris:	185 kg
	Matmenys (be lovos prailginimo)	218 x 100 cm
	Čiužinio platformos matmenys:	200 x 90 cm
	Čiužinio pagrindo aukštis:	40 – 76 cm
	Įtampa:	230 VAC
	Dažnis:	50/60 Hz
	Maksimalus galingumas:	maks. 370 VA
	Apsaugos laipsnis:	IPX4
	Apsaugos klasė:	I
	Taikomoji dalis:	tipas B
	Veikimo metodas:	10 %, max 2min/18min
	Kampas A	73°
	Kampas B	18,5°
Kampas C	90°	
Kampas D	23°	

Išbandyta pagal: IEC 60601-1:2006
IEC 60601-2-52:2010

Gaminys buvo išbandytas savanoriškai ir atitinka svarbiausius reikalavimus. Aukščiau nurodytas sertifikavimo ženklas gali būti nurodytas ant gaminio. Griežtai draudžiama keisti sertifikavimo ženklą. Taip pat sertifikavimo savininkas negali perduoti sertifikato trečiosioms šalims. Taip pat žiūrėti kitame lape.

Testo ataskaitos Nr.: 713010512-1

Data: 2012-08-23

Parašas/ (Torsten Zirmann)

Puslapis 1 iš 1

Vertimas tikras *Direktorius Gediminas Česnavičius*

