

CHEMINIS INDIKATORIUS C-S-P-4-SV1

PASKIRTIS

Lipus cheminis indikatorius-etiketė
paketų kontrolei visų tipų garų sterilizatoriuose.
Tinka klijuoti į paciento, skyriaus dokumentus arba
į krovinio registracijos kortelių žurnalą.

Aprašymas: popierinis lipus indikatorius- etiketė. Indikatoriaus kairiame šone yra raudonos spalvos cheminių indikatorinių dažų taškas, indikatoriaus dešiniajame krašte yra juodos spalvos taškas – spalvos pasikeitimo etalonas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1, 4 klasė.

Naudojimas: indikatorius dedamas į sterilizuojamų akytų gaminių (gumos, tekstilės) ir medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių paketų geometrinį centrą, į sunkiausiai pasiekiamą garams vietą arba prie didžiausio sterilizuojamo pakete instrumento. Indikatorius parodo ar sterilizavimo sąlygos buvo užtikrintos jo buvimo vietoje.

Prieš sterilizuotų gaminių panaudojimą būtina įvertinti indikatoriaus spalvos pasikeitimą. Panaudojus sterilizuotus gaminius, indikatorius klijuojamas į paciento dokumentus ir/arba į krovinio registracijos kortelių žurnalą.

Rezultatų vertinimas: paketo viduje, pasiekus reikiamas sterilizacijos sąlygas, indikatorinio taško dažų spalva iš raudonos pakinta į juodą. Jei indikatorinio taško spalva nepasikeitė, tai reiškia, kad sterilizacija nepavyko.

Laikymas: laikyti sausoje, tamsioje patalpoje, kambario temperatūroje. Galiojimo laikas pažymėtas ant pakuotės.

Pakuotė: 320/3200vnt. Indikatorijų

Šalinimas: panaudoti ir nepanaudoti indikatoriai šalinami pagal lokalių teisės aktų reikalavimus.

Gamintojas: gke GmbH, Auf der Lind 10, D-65529 Waldems-Esch Vokietija

Declaration of Conformity

gke Steri Record® Indicators to monitor sterilization processes

are available from **gke** as the following product variations according to **EN ISO 11140-1**:

Art. no.	Product code	Pack size	Sterilization process	Indicator type according EN ISO 11140-1
BDS introduction packs				
211-110	C-S-BDS-EU-HPCD-KIT	1 + 100	Steam	Type 2
211-150	C-S-BDS-EUH-RCPCD-KIT			
211-120	C-S-BDS-EU-RCPCD-KIT			
211-130	C-S-BDS-USA-RCPCD-KIT			
Indicator refill pack for all <i>gke</i> BDS-Tests				
211-111	C-S-BDS-SV1	100		
211-112		250		
211-115		500		
Batch monitoring introduction packs				
211-260	C-S-PM-HL-HPCD-KIT	1 + 100		
211-263	C-S-PM-HL-RCPCD-KIT			
211-264	C-S-PM-HL-OCPCD-KIT			
211-253	C-S-PM-SHL-RCPCD-KIT			
211-254	C-S-PM-SHL-OCPCD-KIT			
Indicator refill packs for all <i>gke</i> batch monitoring systems				
211-252	C-S-PM-SV1	250		
211-255		500		
212-202	C-E-PM	250	EO	
213-203	C-F-PM		LTSF	
214-203	C-V-PM		H ₂ O ₂	
Package monitoring multi-variable indicators			n.a.	
211-403	C-S-P-4-SV1	3200	Steam	Type 4
212-360	C-E-P-4-SV3		EO	
214-221	C-V-P	400	H ₂ O ₂	n.a.
214-222		800		
214-223		3200		
Package monitoring integrating indicators				
211-224	C-S-P-5-SV1	400	Steam	Type 5
211-225		800		
211-226		3200		
211-230	C-S-P-5-78x48-SA-SV1	1000		
211-235		500		
211-220	C-S-P-5-58x35-SV1	1000		
211-222		200		
212-206	C-E-P-5-58x35-W-SV3	200	EO	
213-206	C-F-P-5-58x35-W-SV4		LTSF	
214-206	C-V-P-58x35-W		H ₂ O ₂	
Package monitoring emulating indicators			n.a.	
211-241	C-S-P-6-SV1	2000	Steam	Type 6
211-242		500		
211-243		250		
211-238	C-S-P-6-SV2	2000		
211-239		500		
211-240		250		

Notice: On all **gke** packages, an additional letter code has been added to the 6-digit article number. The additional letter code refers to the language and/or customized version. It is only added on the outside label, the inside of the pack is identical to the article numbers in the above table. All articles with the same 6-digit number have the same specifications.

We hereby declare under our sole responsibility that above mentioned integrating indicators have been tested in the **gke** application laboratory and are in conformity with the European and ISO standard **EN ISO 11140-1** for steam, ethylene oxide, formaldehyde and hydrogen peroxide sterilization processes. The corresponding indicator types are available in the above table. The indicators listed above are tested in a resistometer according to EN ISO 18472.

According to ISO 11140-1, 5.9 the indicators do not release any particles or toxic substances in sufficient quantities to cause a health hazard. The colour of the indicators remains constant after the sterilization process has passed successfully and does not fade back to the colour before sterilization for at least 5 years under the condition the indicator is not stored in contact with oxidation agents like H₂O₂ or other chemicals.

The above mentioned products manufactured by **gke**-GmbH are produced in accordance with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC and the Medical Device Regulation 2002/618.

This document certifies that the above performance criteria and the **gke** requirements for quality control are met. The continuous quality is guaranteed by our quality management system according to EN ISO 13485*.

gke-GmbH

Auf der Lind 10

D-65529 Waldems-Esch, Germany

* This certificate is available on the **gke**-homepage www.gke.eu.

751-019-EN V15

ATITIKTIES DEKLARACIJA

gke-Steri-Record® indikatoriai, skirti kontroliuoti sterilizacijos procesus
gke tiekia tokia produktų variacijas pagal EN ISO 11140-1:

Art. Nr.	Produkto kodas	Pakuotės dydis	Sterilizacijos procesas	Indikatoriaus tipas pagal EN ISO 11140-1
BDS startiniai paketai				
211-110	C-S-BDS-EU-HPCD-KIT	1+100	Garai	2 tipas
211-150	C-S-BDS-EUH-RCPCD-KIT			
211-120	C-S-BDS-EU-RCHPCD-KIT			
211-130	C-S-BDS-USA-RCPCD-KIT			
Papildymo pakuotės <i>gke</i> BDS testams				
211-111	C-S-BDS-SV1	100		
211-112		250		
211-115		500		
Krovinio kontrolės startiniai paketai				
211-260	C-S-PM-HL-HPCD-KIT	1-100		
211-263	C-S-PM-HL-RCPCD-KIT			
211-264	C-S-PM-HL-OCPCD-KIT			
211-253	C-S-PM-SHL-RCPCD-KIT			
211-254	C-S-OM-SHL-OCPCD-KIT			
Papildymo pakuotės <i>gke</i> <u>krovinio kontrolės sistemai</u>				
211-252	C-S-PM-SV1	250		
211-255		500		
211-202	C-E-PM	250	EO	
213-203	C-F-PM		LTsf	
214-203	C-V-PM		H2O2	n.d.
Multiparametriniai indikatoriai paketų kontrolei				
211-403	C-S-P-4-SV1	3200	Garai	4 tipas
212-360	C-E-P-4-SV3		EO	
214-221	C-V-P	400	H2O2	n.d.
214-222		800		
214-223		3200		
Integruojantys indikatoriai paketų kontrolei				
211-224	C-S-P-5-SV1	400	Garai	5 tipas
211-225		800		
211-226		3200		
211-230	C-S-P-5-78x48-SA-SV1	1000		
211-235		500		
211-220	C-S-P-5-58x35-SV1	1000		
211-222		200		
212-206	C-E-P-5-58x35-W-SV3	200	EO	
213-206	C-F-P-5-58x35-W-SV4		LTsf	
214-206	C-V-P-58x35-W		H2O2	n.d.
Emuliuojantys indikatoriai paketų kontrolei				
211-241	C-S-P-6-SV1	2000	Garai	6 tipas
211-242		500		
211-243		250		

211-238	C-S-P-6-SV2	2000		
211-239		500		
211-240		250		

Pastaba. Ant visų gke produktų pakuočių yra pridėtas papildomas raidinis kodas prie šešiaženklio prekės kodo. Papildoma raidė tai nuoroda į kalbą arba prekės modifikavimą. Raidė papildomai rašoma tik ant išorinės pakuotės, viduje skaitmeniniai kodai tokie patys kaip pateikti aukščiau. Visi gaminiai, turintys tuos pačius šešiaženklus numerius, turi tas pačias specifikacijas.

Šiuo mes atsakingai deklaruojame, kad aukščiau minėti integruojantys indikatoriai buvo testuoti gke laboratorijoje ir atitinka Europos ir ISO standartą EN-ISO 11140-1 garų, etileno oksido, formaldehido ir vandenilio peroksido sterilizacijos procesams. Cheminių indikatorių tipai pateikti lentelėje. Aukščiau išvardinti indikatoriai buvo testuoti rezistometre pagal EN ISO 18472.

Pagal ISO 11140-1, 5.9 indikatoriai nepalieka jokių dalelių ar toksinių substancijų pakankamos kiekybės, kad sukeltų pavojus sveikatai. Indikatorių spalva po sėkmingos sterilizacijos išlieka nekintanti ir lieka stabili ne mažiau kaip 5 metai, esant sąlygoms, kai indikatoriai nėra laikomi kontakte su oksiduojančiomis medžiagomis (tokiomis kaip H₂O₂ ar kitais chemikalais).

Visi aukščiau minėti produktai pagaminti gke-GmbH, pagal Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEC ir Medicinos Prietaisų Taisyklių 2002:618 reikalavimus.

Aukščiau minėti produktai pagaminti gke-GmbH pagal Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEC ir Medicinos Prietaisų Taisyklių 2002:618 reikalavimus.

Dokumentas liudija, kad aukščiau minėti įvykdymo kriterijai ir gke reikalavimai kokybės kontrolei yra patenkinti. Nuolatinė kontrolė užtikrina mūsų kokybės valdymo sistemą, parengta pagal EN-ISO 13485.

(parašas)



(staugos pavadinimas)

(skytus)

KROVINIO REGISTRACIJOS KORTELIŲ ŽURNALAS Nr. 3

KRK 3

Sterilizatoriaus pavadinimas:

Sterilizatoriaus tipas:

Sterilizatoriaus eilės Nr.:

Sterilizatoriaus serijos Nr.:

Sterilizatoriaus pagaminimo data:

Sterilizatoriaus įrengimo data:

Žurnalas pradėtas:

Žurnalas baigtas:

Puslapių skaičius:

KRK 3

gke - GmbH, Vokietija

Šio žurnalo turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, grafiką, dizainą, išvaizdą yra gke GmbH nuosavybė, kuri negali būti panaudota ar atkurtas be raštinio gke GmbH sutikimo. Negalima keisti, konstruoti ar kitaip išardyti šio žurnalo originalaus turinio. Visos autorinės nuosavybės teisės ginamos pagal Lietuvos bei tarptautinių autorių teisių, prekės ženklo, patento ir kitokių intelektualinių teisių gynimo tvarkas.

Krovinio registracijos kortelė

(vieno sterilizatoriaus, vienos dienos)

Nuotėkio (vakuumo) testas

Ar pavyko nuotėkio testas ?	Taip	Ne	Nuotėkis:		Atlikimo laikas	
------------------------------------	------	----	------------------	--	-----------------	--

Bowie-Dick (BDS) testai

BDS testo rezultatai				Atsakingas asmuo		
BDS testo rezultatai	Atlikimo laikas	Taip	Ne	Kodas	Vardas, pavardė	Parašas
Vieta BDS testo cheminio indikatorius juostelei įklijuoti						
Vieta BDS testo cheminio indikatorius juostelei įklijuoti						

Krovinio (įkrovos) kontrolės testai

Sterilizatoriaus Nr., ciklo Nr., atsakingo asmens kodas, sterilizuojamo paketo turinys	Vieta Doku-L-Label indikatoriumi įklijuoti		Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis
Sterilizacijos data (metai, mėnuo, diena)								
Sunaudoti iki (metai, mėnuo, diena)								
Cheminis indikatorius iš PCD/BMS prietaiso								
Laikas (sterilizacijos ciklo pradžios ir pabaigos val., min.)	Vieta krovinio (partijos) kontrolės indikatoriumi įklijuoti							
Sterilizacijos ekspozicija, temperatūra	min.	°C						
Ar testas pavyko?	Taip	Ne						
Parašas								

Krovinio (įkrovos) kontrolės testai

Sterilizatoriaus Nr., ciklo Nr., atsakingo asmens kodas, sterilizuojamo paketo turinys	Vieta Doku-L-Label indikatoriumi įklijuoti		Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis
Sterilizacijos data (metai, mėnuo, diena)								
Sunaudoti iki (metai, mėnuo, diena)								
Cheminis indikatorius iš PCD/BMS prietaiso								
Laikas (sterilizacijos ciklo pradžios ir pabaigos val., min.)	Vieta krovinio (partijos) kontrolės indikatoriumi įklijuoti							
Sterilizacijos ekspozicija, temperatūra	min.	°C						
Ar testas pavyko?	Taip	Ne						
Parašas								

Krovinio (įkrovos) kontrolės testai

Sterilizatoriaus Nr., ciklo Nr., atsakingo asmens kodas, sterilizuojamo paketo turinys	Vieta Doku-L-Label indikatoriumi įklijuoti		Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis	Paketo kodas	Kiekis
Sterilizacijos data (metai, mėnuo, diena)								
Sunaudoti iki (metai, mėnuo, diena)								
Cheminis indikatorius iš PCD/BMS prietaiso								
Laikas (sterilizacijos ciklo pradžios ir pabaigos val., min.)	Vieta krovinio (partijos) kontrolės indikatoriumi įklijuoti							
Sterilizacijos ekspozicija, temperatūra	min.	°C						
Ar testas pavyko?	Taip	Ne						
Parašas								

Naudojimo instrukcija

steriCLIN®

Gamintojas



Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Industriestraße 6, D-91555 Feuchtwangen, Vokietija

Produktas

Krepo lakštinės pakuotės

Prekių numeriai



3FPAP310xxx

Paskirtis

Lakštų pakuotė, kaip sterili barjerinė sistema, naudojama pakuočių sistemose, skirtose medicinos produktams, kurie turi būti sterilizuojami galutinėje pakuotėje. Lakštinių pakuočių paskirtis – sudaryti galimybę supakuotą medicinos produktą sterilizuoti, apsaugoti fiziškai, palaikyti tinkamą sterilumą ir aseptiškumą.

Medicinos produktas



Ši paskirtis susijusi su medicinos produktais.

I klasės medicinos produktų atitikties aiškinama pagal Medicinos produktų direktyvą (ES) 2017/745.

Lakštinės pakuotės yra pažymėtos CE simboliu.



Naudotojas

Numatytasis naudotojas yra sveikatos priežiūros įstaigų paruošimo skyrių apmokytas personalas.

Klinikinis naudotojas

Šios sterilios barjerinės sistemos nenaudojamos tiesiogiai pacientui ir neturi medicininės paskirties. Klinikinis naudojimas yra infekcijos prevencija.

Eksploatacinės charakteristikos

Eksploatacinės charakteristikas lemia sterilių barjerinių sistemų standartų laikymasis. Taikytinas normatyvas ISO 11607, kurį atitinka produktas.

Tinkamumas sterilizavimo metodams

Krepo lakštinės pakuotės siunčiamos nesterilios, jas galima sterilizuoti taikant šiuos metodus:

GARAI | EO | FORM | IRRAD

Svarbi pastaba

Apie su šiomis lakštinėmis pakuotėmis susijusius rimtus incidentus reikia nedelsiant pranešti gamintojui ir už medicinos produktus atsakingai nacionalinei institucijai

Ispėjamieji nurodymai



- **Nenaudoti pakartotinai!** Šios lakštinės pakuotės skirtos vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali pakenkti sterilios barjerinės sistemos funkcionalumui.
- Sterilios barjerinės sistemos veikimą gali pažeisti kenksmingų medžiagų ir cheminių medžiagų poveikis.
- Taikant kitą nei nenumatytas sterilizavimo metodą, negalima užtikrinti tinkamo sterilios barjerinės sistemos veikimo.
- Pakuojant, smailūs ir aštrūs daiktai gali pažeisti sterilią barjerinę sistemą ir ji bus sugadinta.

Atsargumo nurodymai



Nenaudoti, jei sterili barjerinė sistema ar pakuotė yra pažeistos! Paprastai reikia vengti kontakto su chemikalais ir valymo ar dezinfekavimo priemonėmis.

Šalinimo nurodymai

Neužterštas sterilias barjerines sistemas po naudojimo galima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.



Declaration
of Conformity

steriCLIN®

We, the

VEREINIGTE PAPIERWARENFABRIKEN GmbH

Industriestrasse 6

91555 Feuchtwangen – Germany

SRN (Single Registration Number): DE-MF-000006373

declare under sole responsibility, that our products

Wrapping material crepe – articles see annex

VP-code/quality 310_01, 310_02, 310_03

Basic UDI-DI 40094453FPAP3109L

are sterile barrier systems, and therefore accessories to medical devices intended by their manufacturer to be used terminally sterilized. As such, the products named above are registered as medical devices of **class I** according to annex VIII, chapter 3, rule 1 of the **Regulation (EU) 2017/745** and meet the general safety and performance requirements according to annex I of the **Regulation (EU) 2017/745**.

The conformity assessment procedure is carried out according to article 52 (7) of **Regulation (EU) 2017/745** by issuing the EU declaration of conformity referred to in Article 19 after drawing up the technical documentation set out in Annexes II and III.

This Declaration of Conformity will remain effective until 2 May 2027.



www.stericlin.de

FM_116_Rev.10

VP



Declaration
of Conformity

steriCLIN®

Wrapping material crepe white (VP-code 310_01)

Annex

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310505	54009445310263	25 x 30 cm	2000 pieces
3FPAP310503	54009445310249	30 x 37 cm	500 pieces
3FPAP310102	54009445310010	40 x 40 cm	1500 pieces
3FPAP310104	54009445310027	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310106	54009445310034	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310108	54009445310041	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310110	54009445310058	80 x 80 cm	250 pieces
3FPAP310112	54009445310065	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310506	54009445310270	90 cm / 1000 m	6 reels
3FPAP310114	54009445310072	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310501	54009445310232	100 x 140 cm	125 pieces
3FPAP310504	54009445310256	100 x 190 cm	125 pieces
3FPAP310118	54009445310089	120 x 120 cm	125 pieces

Wrapping material crepe green (VP-code 310_02)

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310202	54009445310096	40 x 40 cm	1500 pieces
3FPAP310204	54009445310102	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310206	54009445310119	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310208	54009445310126	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310210	54009445310133	80 x 80 cm	250 pieces
3FPAP310212	54009445310140	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310214	54009445310157	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310606	54009445310300	100 x 100 cm	100 pieces
3FPAP310603	54009445310287	100 cm / 100 m	20 reels
3FPAP310218	54009445310164	120 x 120 cm	125 pieces
3FPAP310607	54009445310317	120 cm / 1000 m	5 reels
3FPAP310605	54009445310294	140 x 180 cm	100 pieces
3FPAP310608	54009445310324	180 cm / 1000 m	5 reels

Wrapping material crepe blue (VP-code 310_03)

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310701	54009445310331	30 x 30 cm	3000 pieces
3FPAP310304	54009445310171	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310306	54009445310188	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310308	54009445310195	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310312	54009445310201	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310314	54009445310218	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310318	54009445310225	120 x 120 cm	125 pieces

Stericlin firminis blankas

CE atitikties deklaracija

Mes,



Industriestrase 6,
91555 Feuchtwangen – Vokietija

SRN (individualus registracijos numeris): DE-MF-000006373

atsakingai deklaruojame, kad mūsų produktai

Krepinis popierius – artikulus žiūrėti priede

VP kodas/kokybės 310_01, 310_02, 310_03

Pagrindinis UDI-DI:: 40094453FPAP3109L

yra sterili apsauginė sistema, ir yra medicinos priemonių (prietaisų), gamintojų skirtų terminiai sterilizacijai, priedas. Šiuo remiantis, aukščiau nurodyti gaminiai yra I klasės medicinos priemonės (prietaisai) pagal VIII priedo, 3 skyriaus, 1 taisyklę Reglamento (EU) 2017/745 ir atitinka bendruosius saugos ir veikimo reikalavimus pagal I priedą Reglamento (EU) 2017/45.

Atitikties įvertinimo procedūra buvo atlikta vadovaujantis Reglamento (EU) 2017/745 52(7) straipsnio išduodant EU atitikties deklaraciją nurodytame 19 straipsnyje, parengus techninę dokumentaciją išdėstytą II ir III prieduose.

Ši atitikties deklaraciją galioja iki 2027 metų gegužės 2 d.

2022 metų gegužės 2 diena, Feuchtwanger

(parašas)

(parašas)



Teisinio reguliavimo skyrius

VP grupės Vykdantysis direktorius

Priedas

Pakavimo medžiaga Krepinis popierius baltas (VP kodas 310-01)

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310505	54009445310263	25 x 30 cm	2000 pieces
3FPAP310503	54009445310249	30 x 37 cm	500 pieces
3FPAP310102	54009445310010	40 x 40 cm	1500 pieces
3FPAP310104	54009445310027	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310106	54009445310034	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310108	54009445310041	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310110	54009445310058	80 x 80 cm	250 pieces
3FPAP310112	54009445310065	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310506	54009445310270	90 cm / 1000 m	6 reels
3FPAP310114	54009445310072	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310501	54009445310232	100 x 140 cm	125 pieces
3FPAP310504	54009445310256	100 x 190 cm	125 pieces
3FPAP310118	54009445310089	120 x 120 cm	125 pieces

Pakavimo medžiaga Krepinis popierius žalias (VP kodas 310-02)

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310202	54009445310096	40 x 40 cm	1500 pieces
3FPAP310204	54009445310102	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310206	54009445310119	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310208	54009445310126	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310210	54009445310133	80 x 80 cm	250 pieces
3FPAP310212	54009445310140	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310214	54009445310157	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310606	54009445310300	100 x 100 cm	100 pieces
3FPAP310603	54009445310287	100 cm / 100 m	20 reels
3FPAP310218	54009445310164	120 x 120 cm	125 pieces
3FPAP310607	54009445310317	120 cm / 1000 m	5 reels
3FPAP310605	54009445310294	140 x 180 cm	100 pieces
3FPAP310608	54009445310324	180 cm / 1000 m	5 reels

Pakavimo medžiaga Krepinis popierius melsvas (VP kodas 310-03)

Article number	GTIN	Dimensions	Box Content
3FPAP310701	54009445310331	30 x 30 cm	3000 pieces
3FPAP310304	54009445310171	50 x 50 cm	750 pieces
3FPAP310306	54009445310188	60 x 60 cm	750 pieces
3FPAP310308	54009445310195	75 x 75 cm	350 pieces
3FPAP310312	54009445310201	90 x 90 cm	250 pieces
3FPAP310314	54009445310218	100 x 100 cm	250 pieces
3FPAP310318	54009445310225	120 x 120 cm	125 pieces

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
STERICLIN – KREPUOTAS POPIERIUS baltas - žalias – mėlynas
EN 868 – 2, DIN 58953 – 5, CE

Charakteristikos	Mato vnt.	Leistinas nuokrypis	Vidutinės reikšmės STERICLIN
Tankis	g/m ²	> 60	61
Vandens pH		5 - 8	6.5
Chlorido kiekis	%	< 0.05	0.035
Sulfhato kiekis	%	< 0.25	0.06
Fluorescentiškumas		nėra	nėra
Fluorescentiškumo reikšmės	pts/dm ² > 1mm	< 5	< 5
Tempimo stiprumo riba			
Išilgai Pluošto	kN/m	> 1.4	2.53
Skersai Pluošto	kN/m	> 0.67	1.34
Pailgėjimas IP	%	> 10	11.4
Pailgėjimas SP	%	> 2.5	4.6
Drėgno tempimo stiprumo riba			
Išilgai Pluošto	kN/m	> 0.33	0.72
Skersai Pluošto	kN/m	> 0.33	0.43
Oro pralaidumas	ml/dm ² /min	462 – 1386	1305
Klostė IP	mm	< 125	90
Klostė SP	mm	< 150	145
Hydrofobiškumas	s	> 20	23
Mikroporingumas	μm	< 50	25

Sterilizacijos būdas:	Garais, et.o.-dujomis, formaldehidu, radiacija
	<i>Nenaudojamas sterilizacijai vandenilio peroksido !</i>
Įpakavimas:	Aptraukta plėvele, sudėta į kartonines dėžes
Galiojimas:	5 metai nuo pagaminimo, min. 4 metai nuo pristatymo

DATASHEET
STERICLIN - CREPE WRAPPING PAPER white - green - blue
EN 868 – 2, DIN 58953 – 5, CE

Characteristics	unit	Tolerances current norms	Average values STERICLIN
Grammage	g/m ²	> 60	61
pH of water extract		5 - 8	6.5
Chloride content	%	< 0.05	0.035
Sulphate content	%	< 0.25	0.06
Fluorescence		none	none
Fluorescence points	pts/dm ² > 1mm	< 5	< 5
Tensile strength			
MachineDirection	kN/m	> 1.4	2.53
CrossDirection	kN/m	> 0.67	1.34
Elongation MD	%	> 10	11.4
Elongation CD	%	> 2.5	4.6
Wet Tensile strength			
MachineDirection	kN/m	> 0.33	0.72
CrossDirection	kN/m	> 0.33	0.43
Air permeability Bendtsen	ml/dm ² /min	462 – 1386	1305
Drape MD	mm	< 125	90
Drape CD	mm	< 150	145
Water Repellency	s	> 20	23
Microporosity	µm	< 50	25

Method of sterilization:	Steam, E.T.O.-gas, Formaldehyde, γ-rays-irridation
	<i>Not for hydrogenperoxide-sterilisation !</i>
Packaging:	Sealed into PE-film, packed into cardboard carton
Shelflife:	5 years from manufacture, min. 4 years from delivery