

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatą privaloma pateikti tiekiant prekes.
2. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į 6 pirkimo dalių:

2 PIRKIMO DALIS - Kraujo paėmimo kėdė, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1.	Funkcinė kėdė pritaikyta kraujo paėmimui ir kitoms infuzinėms procedūroms atlikti.	Būtina	Funkcinė kėdė pritaikyta kraujo paėmimui ir kitoms infuzinėms procedūroms atlikti.
2.	Kėdės rėmas	Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu ar lygiaverte technologija	Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu
3.	Kėdės dalių skaičius	Ne mažiau 5 (pėdų atrama, kojų atrama, sėdimoji dalis, nugaros dalis ir galvos atrama)	5 (pėdų atrama, kojų atrama, sėdimoji dalis, nugaros dalis ir galvos atrama)
4.	Kėdės aukščio reguliavimas	Hidraulinis, atliekamas kojiniu pedalu	Hidraulinis, atliekamas kojiniu pedalu
5.	Kėdės nugaros dalies reguliavimas	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiavertio mechanizmo pagalba	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba
6.	Kėdės trendelenburgo pozicijos nustatymas	Mechaninis, fiksuojamas rankena	Mechaninis, fiksuojamas rankena
7.	Kėdės pėdų dalies reguliavimas	Mechaninis, galima nustatyti reikiamą pėdų atramos ilgį	Mechaninis, galima nustatyti reikiamą pėdų atramos ilgį

8.	Kėdės galvos atramos reguliavimas	Mechaninis, galima nustatyti reikiamą galvos atramos aukštį	Mechaninis, galima nustatyti reikiamą galvos atramos aukštį
9.	Kėdę galima rotuoti aplink vertikalią ašį	Ne mažiau 360° kampu, su fiksavimu norimoje pozicijoje	360° kampu, su fiksavimu norimoje pozicijoje
10.	Sėdimosios dalies plotis	Ne mažiau 580 mm	620
11.	Sėdimosios dalies ilgis	Ne mažiau 175 mm	178
12.	Kėdės aukščio reguliavimo ribos	Ne mažiau 65-90 cm ribose	62-92 cm
13.	Kėdės nugaros dalies reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip 0°/+70°	0°/+75°
14.	Kėdės trendelenburgo reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip 0°/+25°	0°/+25°
15.	Kėdės kojų dalies reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip 0°/-60°	0°/-65°
16.	Gulimos dalies apmušalas	Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus	Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus
17.	Apmušalo spalvą galima rinktis	Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu	Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu
18.	Maksimali leistina darbinė apkrova	Ne mažiau 160 kg	200 kg
19.	Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):		
19.1	Plastiko skydas dengiantis pagrindą lengvesniam valymui	1 vnt.	1 vnt.
19.2	Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojamos rankų atramos, sumontuotos ant rutulinio guolio, ergonomiškai išformuotos infuzinėms procedūroms iš minkšto poliuretano	2 vnt.	2 vnt.
19.3	Popieriaus rulono laikiklis	1 vnt.	1 vnt.

4 PIRKIMO DALIS - Šviesos šaltinis, 1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1.	Konstruktinis išpildymas	Vieno modulio, mobili, su ne mažiau kaip penkiais ratukais, lanksčia alkūne	Vieno modulio, mobili, su penkiais ratukais, lanksčia alkūne
2.	Šviesos intensyvumas 0,5 m atstume	Ne mažiau 60 000 lx	60 000 lux
3.	Šviesą generuojantis šaltinis	Šviesą spinduliuojantys generuoja šviesos diodai (LED)	Šviesą spinduliuojantys generuoja šviesos diodai (LED)
4.	Šviesos diodų skaičius gaubte	Ne mažiau 7 vnt.	7 vnt.
5.	Šviestuvo gaubto diametras	20-25 cm.	22 cm
6.	Šviesos diodų vidutinis tarnavimo laikas	Ne mažiau 40 000 valandų	40 000 valandų
7.	Apšviečiamo lauko diametras d10 darbiniam atstumui nuo operacinio lauko iki šviesos šaltinio 1 m	Ne mažiau 220 mm	228 mm.
8.	Elektroninis šviesos srauto intensyvumo reguliavimas	Būtinai	Elektroninis šviesos srauto intensyvumo reguliavimas
9.	Šviesos spalvinis indeksas (CRI)	Ne mažiau 95	95 CRI
10.	Šviesos temperatūra	4000 - 4500 K	4000 K
11.	Energijos sunaudojimas	Ne daugiau 20 W	10 W
12.	Svoris	Ne daugiau 6 kg	6 kg.
13.	Šviestuvo stovo aukštis reguliuojamas	Būtinai	Šviestuvo stovo aukštis reguliuojamas
14.	CE ženklavimas	Būtinai	CE ženklavimas
15.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

5 PIRKIMO DALIS - Ginekologinė kėdė, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1.	Trijų dalių kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti	Būtinai	Trijų dalių kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti
2.	Kėdės rėmas	Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu ar lygiaverte technologija	Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu.
3.	Kėdės dalių skaičius	Ne mažiau 3	3 dalių.

4.	Kėdės aukščio reguliavimas	Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu	Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu
5.	Kėdės nugaros dalies reguliavimas	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiaverčio mechanizmo pagalba	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba
6.	Kėdės kojų dalis nuimama / uždedama	Būtina	Kėdės kojų dalis nuimama / uždedama
7.	Kėdės trendelenburgo / atv. trendelenburgo pozicijos nustatymas	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiaverčio mechanizmo pagalba	Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba
8.	Kėdės bendras ilgis su kojų dalimi	Ne mažiau 180 cm	188 cm
9.	Kėdės sėdimosios ir nugaros dalies plotis	Ne mažiau 60 cm	65 cm
10.	Kėdės aukščio reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip 70-100 cm	70-105
11.	Kėdės nugaros dalies reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip -20°/+80°	-25°/+80°
12.	Kėdės trendelenburgo / atv. trendelenburgo reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip $\pm 20^\circ$	25°
13.	Gulimos dalies apmušalas	Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus	Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus
14.	Apmušalo spalvą galima rinktis	Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu	Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu
15.	Maitinimo šaltinis	Elektros tinklas nominalios vertės 230V/ 50 Hz	Elektros tinklas nominalios vertės 230V/ 50 Hz
16.	Maksimali leistina darbinė apkrova	Ne mažiau 150 kg	150 kg.
17.	Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):		Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):
17.1	Reguliuojama pagalvėlė galvai aptrauktas besiūle dirbtine oda	1 vnt.	Reguliuojama pagalvėlė galvai aptrauktas besiūle dirbtine oda
17.2	Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai, sumontuoti ant rutulinio guolio iš minkšto poliuretano	1 pora	Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai, sumontuoti ant rutulinio guolio iš minkšto poliuretano 1 pora.
17.3	Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo	1 vnt.	Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo
17.4	Nerūdijančio plieno bėgelis abiejose kėdės pusėse papildomiems priedams tvirtinti	1 vnt.	Nerūdijančio plieno bėgelis abiejose kėdės pusėse papildomiems priedams tvirtinti
18.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su prekėmis)	Kartu su prekėmis pateikiama CE

		privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	sertifikato atitikties deklaracijos kopiją
19.	Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis	Būtina	Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis
20.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.