

LAPAROSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS – 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas **turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kuri techninių reikalavimų punktą jos atitinka**. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. Garantinis laikotarpis:
 - 5.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 - 5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
7. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.
8. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1	Adatos laikiklis	2	1. Tiesus; 2. 5±0,5 mm diametro; 3. 330±9 mm ilgio; 4. Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu; 5. Autoklavuojamas.	1. Tiesus; Katalogas 1 psl. 2. 5 mm diametro; Katalogas 1 psl. 3. 330mm ilgio; Katalogas 1 psl. 4. Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu; Katalogas 1 psl. 5. Autoklavuojamas. Katalogas 2 psl. Olympus WA64700A WA60102A

2	Monopolinės griebiančios žnyplės	2	1. Plačios žnyplės; 2. $5 \pm 0,5$ mm skersmuo. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamos. 5. Abi žiaunos dantytos, su skyle abiejų žiaunų viduryje. 6. Ašmenų ilgis 19 ± 1 mm. 7. Ergonominė deaktyvuojamo užrakto rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamos.	1. Plačios žnyplės; Katalogas 3 psl. 2. 5mm skersmuo. Katalogas 3 psl. 3. 330mm ilgio. Katalogas 3 psl. 4. Rotuojamos. Katalogas 4 psl. 5. Abi žiaunos dantytos, su skyle abiejų žiaunų viduryje. Katalogas 3 psl. 6. Ašmenų ilgis 19 mm. Katalogas 3 psl. 7. Ergonominė deaktyvuojamo užrakto rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. Katalogas 3 psl. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 9. Autoklavuojamos. Katalogas 2 psl. Olympus WA69338M WA69000M
3	Tiesus disektorius	1	1. Maryland tipo tiesus disektorius; 2. $5 \pm 0,5$ mm skersmens. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 15 ± 1 mm. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamas.	1. Maryland tipo tiesus disektorius; Katalogas 5 psl. 2. 5 mm skersmens. Katalogas 5 psl. 3. 330 mm ilgio. Katalogas 5 psl. 4. Rotuojamas. Katalogas 4 psl. 5. Žiaunų ilgis 15 mm. Katalogas 5 psl. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. Katalogas 5 psl. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 8. Autoklavuojamas. Katalogas 2 psl. Olympus WA69356M WA69001M
4	Bipolinės žnyplės	2	1. Johann tipo. 2. $5 \pm 0,5$ mm skersmens. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 17 ± 1 mm. 6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamas.	1. Johann tipo. Katalogas 6 psl. 2. 5mm skersmens. Katalogas 6 psl. 3. 330 mm ilgio. Katalogas 6 psl. 4. Rotuojamas. Katalogas 4 psl. 5. Žiaunų ilgis 17 mm. Katalogas 6 psl. 6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. Katalogas 6 psl. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. Katalogas 6 psl. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 9. Autoklavuojamas. Katalogas 2 psl. Olympus WA69410M WA69002M
5	Bipolinės žnyplės	1	1. „Fine Maryland“ tipo. 2. $5 \pm 0,5$ mm skersmens. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 19 ± 1 mm.	1. „Fine Maryland“ tipo. Katalogas 6 psl. 2. 5 mm skersmens. Katalogas 6 psl. 3. 330mm ilgio. Katalogas 6 psl. 4. Rotuojamas. Katalogas 4 psl.

			6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. 9. Autoklavuojamas.	5. Žiaunų ilgis 19 mm. Katalogas 6 psl. 6. Jungtis bipolinei koaguliacijai. Katalogas 6 psl. 7. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. Katalogas 6 psl. 8. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 9. Autoklavuojamas. Katalogas 2 psl. Olympus WA69418M WA69002M
6	Monopolinės žnyplės	2	1. Johann tipo. 2. $5\pm 0,5$ mm skersmens. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamas. 5. Žiaunų ilgis 21 ± 1 mm. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamas.	1. Johann tipo. Katalogas 7 psl. 2. 5 mm skersmens. Katalogas 7 psl. 3. 330 mm ilgio. Katalogas 7 psl. 4. Rotuojamas. Katalogas 4 psl. 5. Žiaunų ilgis 21 mm. Katalogas 7 psl. 6. Ergonominė rankena be užrakto, M dydis. Katalogas 7 psl. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 8. Autoklavuojamas. Katalogas 2 psl. Olympus WA69310M WA69001M
7	Monopolinės žirkklės	2	1. Metzenbaum tipo. 2. $5\pm 0,5$ mm skersmens. 3. 330 ± 9 mm ilgio. 4. Rotuojamos. 5. Ašmenų ilgis 19 ± 1 mm. 6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. 8. Autoklavuojamos.	1. Metzenbaum tipo. Katalogas 8 psl. 2. 5mm skersmens. Katalogas 8 psl. 3. 330mm ilgio. Katalogas 8 psl. 4. Rotuojamos. Katalogas 4 psl. 5. Ašmenų ilgis 19 mm. Katalogas 8 psl. 6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, M dydis. Katalogas 8 psl. 7. Instrumentas išardomas į tris dalis. Katalogas 4 psl. 8. Autoklavuojamos. Katalogas 2 psl. Olympus WA69370M WA69001M
8	Plovimo-siurbimo rankena	2	1. Tinka siurbimui ir plovimui; 2. Komplekte vamzdelis 5mm skersmens.	1. Tinka siurbimui ir plovimui; Katalogas 9 psl. 2. Komplekte vamzdelis 5mm skersmens. Katalogas 9 psl. Olympus WA51172S WA51138A
9	Fascijos adata	2	1. Skirtos fascijos užsiuvimui; 2. 140 mm ilgio. 3. Komplekte kaniulė.	1. Skirtos fascijos užsiuvimui; Katalogas 10 psl. 2. 140 mm ilgio. Katalogas 10 psl.

				3. Komplekte kaniulė. Katalogas 10 psl. Olympus WA51203A WA51205A
10	Urologinis aplikatorius su atraumatiniais spaustukais.	1	Skersmuo 12,5±0,1 mm, darbinės dalies (koto) ilgis 350±3 mm, rotuoja 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildoma rotacija apie darbinę spaustuko sugriebimo ašį, su praplovimo kanalu, su atrama pirštam. Komplektacijoje: 1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 3,43 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; 2. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 45 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 4,41 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; 3. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 2,45 N, skirtas venom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis;	Skersmuo 12,5mm, darbinės dalies (koto) ilgis 350mm, rotuoja 360° kampu aplink išilginę ašį ir papildoma rotacija apie darbinę spaustuko sugriebimo ašį, su praplovimo kanalu, su atrama pirštam. Komplektacijoje: 1. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 3,43 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; 2. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 45 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 4,41 N, skirtas arterijom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; 3. Laikino užspaudimo atraumatinis spaustukas su De Bakey dantukais, lenktas puskabliu, 25 mm ilgio, padidintos užspaudimo jėgos 2,45 N, skirtas venom, nerūdijančio plieno, spyruoklinis; Aesculap PL530R PL546S PL548S PL549S Katalogas 11-12 psl.
11	Ultragarsinės – bipolinės energijos perdavėjas su laidu	1	1. Autoklavuojamas 2. Suderinamas su ligoninėje turimu ultragarsiniu generatoriumi USG-400.	1. Autoklavuojamas Katalogas 14 psl. 2. Suderinamas su ligoninėje turimu ultragarsiniu generatoriumi USG-400. Katalogas 15 psl. Olympus TD-TB400
12	Teleskopas	1	1. Autoklavuojamas; 2. Ilgis 31±1cm; 3. Diametras 10±0,5mm; 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. 6. Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis	1. Autoklavuojamas; Katalogas 16 psl. 2. Ilgis 316.0 mm; Katalogas 16 psl. 3. Diametras 10 mm; Katalogas 16 psl. 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; Katalogas 16 psl. 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. Katalogas 16 psl. 6. Tinkantis darbui su ligoninėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos

				šaltiniais ir videokameromis. Katalogas 17-18 psl. Olympus WA53005A
13	Teleskopas	1	1. Autoklavuojamas; 2. Ilgis 30±1 cm; 3. Diametras 5±0,5 mm; 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. 6. Tinkantis darbui su ligininėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis	1. Autoklavuojamas; Katalogas 19 psl. 2. Ilgis 298.9 mm; Katalogas 19 psl. 3. Diametras 5.4 mm; Katalogas 19 psl. 4. Žiūrėjimo kryptis 30°; Katalogas 19 psl. 5. Komplekte vonelė teleskopo laikymui ir autoklavavimui. Katalogas 19 psl. 6. Tinkantis darbui su ligininėje turimu Olympus prietaisu bei visais šviesos šaltiniais ir videokameromis. Katalogas 17-18 psl. Olympus WA50373B