

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Vonios keltuvai – 3 vnt.**[TEYDER, Liftey 320]**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų dokumentų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras)</i>
1.	Keltuvo rėmas	1. Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos; 2. Keltuvo svoris ≤ 70 kg; 3. Pritaikytas ypatingai didelio svorio pacientams (iki 300 kg) kelti iš gulimos ir pageidautina daugiau padėčių; 4. Kėlimo pakaba su ≥ 4 kabliais, apsukama 360 laipsnių.	1. Pagamintas iš aliuminio medžiagos; 2. Keltuvo svoris 65 kg; 3. Pritaikytas ypatingai didelio svorio pacientams iki 320 kg kelti iš gulimos ir pageidautina daugiau padėčių; 4. Kėlimo pakaba su 4 kabliais, apsukama 360 laipsnių.
2.	Keltuvo gervė	1. Gali būti naudojama daugelyje kėlimo situacijų: keliant nuo aukštų paviršių tokių, kaip kėdė, dušo kėdė, lova, vežimėlis, taip pat tinka ir kėlimui nuo žemės; 2. Keltuvo gervės aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 72-170 cm	1. Gali būti naudojama daugelyje kėlimo situacijų: keliant nuo aukštų paviršių tokių, kaip kėdė, dušo kėdė, lova, vežimėlis, taip pat tinka ir kėlimui nuo žemės; 2. Keltuvo gervės aukščio reguliavimo ribos 71-198 cm
3.	Keltuvo ratų bazė	1. Plotis reguliuojamas elektros variklio arba mechaninio pedalo pagalba; 2. Pločio reguliavimo intervalas ne siauresnis kaip 80 - 95 cm 3. Ratų bazės ilgis ≤ 170 cm 4. Su keturiais dvigubais ratukais ≥ 75 mm diametro. 5. ≥ 2 ratukai su stabdžiais	1. Plotis reguliuojamas elektros variklio pagalba; 2. Pločio reguliavimo intervalas 73,5- 96 cm 3. Ratų bazės ilgis 161,5 cm 4. Su keturiais dvigubais ratukais: Priekiniai ratukai 102 mm, galiniai ratukai 127 mm diametro. 5. 4 ratukai su stabdžiais
4.	Keltuvo valdymas	1. Keltuvas elektrinis; 2. Gervės aukštis reguliuojamas pulteliu;	1. Keltuvas elektrinis; 2. Gervės aukštis reguliuojamas pulteliu;

		3. Su vidiniu akumuliatoriumi; 4. Su avariniu stabdžiu; 5. Su avariniu nuleidimu: mechaniniu ir/ar elektriniu; 6. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi.	3. Su vidiniu akumuliatoriumi; 4. Su avariniu stabdžiu; 5. Su avariniu nuleidimu: mechaniniu ir/ar elektriniu; 6. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi.
5.	Kėlimo diržas	1. Kėlimo diržas pritaikytas kelti pacientą iš gulimos ir pageidautina kitų padėčių; 2. Diržas su ≥ 4 kėlimo kilpomis, kurių gylį galima parinkti; 3. Diržas pagamintas iš kvėpuojančio poliesterio arba lygiavertės medžiagos, lengvai plaunamas ir valomas; 4. Maksimali kėlimo diržo apkrova ≥ 300 kg.	1. Kėlimo diržas pritaikytas kelti pacientą iš gulimos ir pageidautina kitų padėčių; 2. Diržas su 8 kėlimo kilpomis, kurių gylį galima parinkti; 3. Diržas pagamintas iš kvėpuojančio poliesterio, lengvai plaunamas ir valomas; 4. Maksimali kėlimo diržo apkrova 454 kg.
6.	Keltuvo triukšmingumas	≤ 60 dB	55 dB
7.	Keltuvo apsaugos nuo drėgmės klasė	$\geq$ IPX5	IPX6
8.	Keltuvo maksimali apkrova	≥ 320 kg	320 kg
9.	Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo įtampa	220VAC $\pm$ 10%, 50Hz.	100-240VAC , 50Hz
10.	Kartu su įranga pateikiama	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 3. Medicinos prietaiso pasas.	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 3. Medicinos prietaiso pasas.
11.	Garantija	≥ 24 mėn.	24 mėn.

