


PREKĖS APRAŠYMAS

Medicininis čiužinys nuo pragulų iš karpyto porolono G2



Paskirtis

Pragulų profilaktikos čiužinys skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. Porolono gulimasis paviršius sudarytas iš kubelių. Turi 3 zonas: galvos, kojų ir liemens. Apatinė čiužinio dalis turi skersines ir išilgines įpjovas, skirtas pragulų profilaktikai. Čiužinio kraštai sustiprinti.

Čiužinys tinkamas naudoti iš abiejų pusių. (galima naudoti apvertus kitą pusę).

Čiužinio sandara

Aukšto atsparumo ir tankio (HR) putų profiliuotas poliuretanais, 40 kg/m³ tankis.

Čiužinio išmatavimai

Atitinka siūlomos lovos gulimos dalies matmenis 90 cm x 200 cm x 14 cm

Medicininis užvalkalas

1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu, audinio tankis 245 g/m²; 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu priskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose nuo 70 – 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus; 7. Atsparus dezinfekcijai.

Čiužinys sertifikuotas kaip medicinos prietaisas ir turi CE ženklą.

Gamintojas: UAB „Metras“

Direktorius

Andrius Simonaitis



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA



Gamintojas

UAB „METRAS“

Adresas

Žirmūnų g. 143, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052766143
El.p. info@grike.lt

Gaminio pavadinimas

Medicininis čiužinys nuo pragulų iš karkaso

Gaminio kodas

G2

Bazinis UDI-DI kodas

477902166G2VE

Klasifikacija

1 klasė

*Ši ES atitikties deklaracija yra išduota gamintojo UAB „Metras“ atsakomybe. Patvirtiname, kad šis gaminys yra ženklintas CE ženklu kaip medicinos prietaisas pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos **Medicinos prietaisų reglamentą 2017/745** dėl medicinos priemonių ir atitinka esminius reikalavimus keliamus medicinos prietaisams.*

Vilnius, 2021 05 25

A.V.

Direktorius Andrius Simonaitis