

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

Vienartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai (Nr.10036)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus ir turi būti CE ženklintas, pateikti kartu su pasiūlymų šiuos reikalavimus įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms modifikacijoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninė specifikacijos reikalavimams) (pdf formata). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiskai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nemurodyti šiame punkte, nebus laikomi paskanama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

Pirk. dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Prefinminarus kiekis	Vieno vieneto įvertis, Eur be PVM	PVM tarifas %	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (tiekėjas pateikia tikslius prekės duomenis pagal techninius reikalavimus)	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM	Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM
2	Balionai skirti periferinėms angioplastikoms, tinkantys 0,035 vielai	Skirti procedūroms paviršinei šlaunies, klubinei, inkstu, pakinklio, blauzdos, giliosios blauzdos arterijoms, taip pat arterioveninės dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui Naudojami su 0,035" vielą-pravedėju, 5-6-7Fr introduuseriu Baliono sienelė dvisuoksnė, greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas Hidrofobinis padengimas Lankstūs volframo rentgenokontrastiniai žymekliai Kateterio ilgis: 80, 135cm Baliono diametras: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm Baliono ilgis: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250mm RPB 7-28mm, nominalus spaudimas 8atm 3.0-7.0 diametro balionai turi tikt 7Fr introduseriam; 7.0-12.0 diametro balionai 6 Fr; 14.0 diametro 7Fr. Galiuko (tip) profilis - 1.26 mm, praėjimo profilis - 1.75 mm.	800	64	5	Abbott, Armada 3-35-2-LL nuo B1030-020 iki B1140-080 ir nuo B2030-020 iki B2140-080 2 p.d. katalogas Armada 35, 1-3 psl. https://www.cardiovascular.abbott.lt/en/health/products/peripheral-intervention/peripheral-dilatation-catheters/armada-35.html https://www.respiratorycarestore.co.uk/abbott-81140-020-abbott-armada-35-pta-catheter-14-0-mm-x-20-mm-x-80-cm?srsltid=AfmBOqp-vzKPIUqGXKSpQdlaVVY-7LQVCfo_pvAOop3G-A-	Skirti procedūroms paviršinei šlaunies, klubinei, inkstu, pakinklio, blauzdos, giliosios blauzdos arterijoms, taip pat arterioveninės dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui Naudojami su 0,035" vielą-pravedėju, 5-6-7Fr introduseriu Baliono sienelė dvisuoksnė, greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas Hidrofobinis padengimas Lankstūs volframo rentgenokontrastiniai žymekliai Kateterio ilgis: 80, 135cm Baliono diametras: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm Baliono ilgis: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250mm RPB 7-28mm, nominalus spaudimas 8atm 3.0-7.0 diametro balionai tinka 7Fr introduseriam; 7.0-12.0 diametro balionai 6 Fr; 14.0 diametro 7Fr. Galiuko (tip) profilis - 1.26 mm, praėjimo profilis - 1.75 mm.	51200	53760	53760,00