

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vakuuminis siurblys terpės ruošimui, 3 vnt.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) **konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

VAKUUMINIS SIURBLYS TERPĖS RUOŠIMUI, 3 vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / https://www.carlroth.com/com/en/piston-vacuum-pumps/piston-vacuum-pump-rotilabo-cr-kp292/p/cya9.1 https://www.carlroth.com/com/en/hoses-for-special-applications/tube-rotilabo-silicone-vacuum-design/p/9742.1
1	Pompa turi būti be tepalų / Pump is oil-free	Pompa yra be tepalų (Manual, 13 psl.)
2	Tėkmės greitis ne mažiau nei 9 l/min / Flow rate is not less than 9 l/min	9 l/min (failas „Bukletas“)
3	Vakuumas ne mažiau nei 280 mbar / Vacuum is not less than 280 mbar	292 mbar (failas „Bukletas“)
4	Pompa turi jungtį su žarnele, kurios vidinis skersmuo yra 6 mm / Pump has a connection with a hose which inner diameter is 6 mm	Pompa turi jungtį su žarnele, kurios vidinis skersmuo yra 6 mm (failas „Bukletas“)

5	Motoro galia ne mažiau nei 25 W / Motor power is not less than 25 W	25 W (failas „Bukletas“)
6	Darbui tinkama aplinkos temperatūra bent nuo +15 °C iki +35 °C / Ambient temperature at least from +15 °C to +35 °C	Darbui tinkama aplinka – Nuo +10 iki +40 °C (failas „Bukletas“)
7	Matmenys ne didesni nei 200 x 120 x 200 mm (IxPxA) / Dimensions not bigger than 200 x 120x 120 mm (WxDxH)	191 x 114 x 194 mm (failas „Bukletas“)
8	Svoris ne daugiau nei 3 kg / Weight is not more than 3 kg	2 kg (failas „Bukletas“)
9	Sukeliamas triukšmas ne daugiau nei 50 dB / Noise level is not higher than 50 dB	45 dB (Manual, 10 psl.)
10	Pritaikytas dirbti kintamos įtampos elektros tinkle 230 V, 50 Hz / Mains connection 230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz (failas „Bukletas“)
11	Prietaisas turi CE ženklimą ir jį pagrindžiančius dokumentus / Device has CE sign and justifying documents	Prietaisas turi CE ženklimą ir tai pagrindžiančius dokumentus pridedame. (Manual, 15 psl.)
12	Vartotojo instrukcija - Būtina. Lietuvių arba anglų kalba / User manual - Must be included. In Lithuanian or English	Vartotojo instrukcija - anglų kalba.
13	Į komplektą įeina silikoninė žarnelė, kuri yra suderinama su vakuuminio siurbliuko jungtimi. Žarnelės vidinis diametras - 6 mm, išorinis diametras - 12 mm, o ilgis - ne mažiau nei 4 m ir ne daugiau nei 6 m / Silicone hose that is compatible with vacuum pump hose connection is included. Hose internal diameter is 6 mm, external diameter is 12 mm and its lenght is from 4 m to 6 m.	Į komplektą įeina silikoninė žarnelė, kuri yra suderinama su vakuuminio siurbliuko jungtimi. Žarnelės vidinis diametras - 6 mm, išorinis diametras - 12 mm, o ilgis – 5 m.
14	Garantinis terminas ne trumpiau kaip 24 mėn. / Warranty not less than 24 months	Garantinis terminas 24 mėn.

Įgaliotas asmuo, koordinatorė
(Įgaliojimas Nr. 3662-1222, 2022 12 30)

Regina Žilionienė