

INNOLIN WIPES (small, maxi, FLOW) AF dezinfekcinės servetėlės be alkoholių

Dezinfekcinės servetėlės

RFD 440

130x200 mm

REF 3021 small AF

280x300 mm

REF 3024 maxi AF

200x300 mm

REF 3028 FLOW AF

Charakteristikos:

- sudėtyje nėra alkoholių, skirtos greitai jautrių paviršių medžiagų dezinfekcijai
- platus veikimo spektras
- pH neutralis
- klasifikuojamos kaip medicinos priemonė ir biocidas

Sudėtis:

100 g impregnanto sudėtyje yra:

0.24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorode

0.24 g N, N-Didecyl-N, N-dimethylammonium chloride

0.24 g C12-14-Alkyl{(ethylphenyl)methyl} dimethylammonium chloride

Cheminės ir fizikinės savybės:

Tankis: 1g/cm³

pH: 7,2

Priemonės tipas

Drėgnos servetėlės alkoholiams jautrių paviršių valymui ir dezinfekcijai. Platus veikimo spektras prieš bakterijas, grybelius ir virusus.

Panaudojimas

Pagal medicinos priemonių reglamentą:

Paruošta naudoti drėgnos servetėlės profilaktinei neinvazinių medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai.

Pagal biocidinių produktų reglamentą:

Drėgnos servetėlės paviršių dezinfekcijai.

Pastabos dėl naudojimo

Atidarius papildymo pakuotę, ji dedama į paskirstymo dėžutę, pirmoji servetėlė ištraukiama iš ritinio vidurio ir prakišama per paskirstymo dėžutės angą, po to dangtelis uždedamas ant dėžutes ir užfiksuojamas. Prieš naudojimą patikrinkite informaciją apie atidarymo datą, galiojimo pabaigos datą, dėžutė turi būti paženklinta tinkamai. Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamą vietą vienkartinėmis drėgnomis servetėlėmis ir leiskite dezinfekavimo priemonei veikti pagal žemiau nurodytą ekspozicijos laiką. Įsitikinkite, kad dezinfekuojamas paviršius yra visiškai padengtas. Prieš dezinfekuojant didesnę jautrių paviršių (tokiu kaip dirbtinė oda) plotą, pirmiausia patikrinkite medžiagų suderinamumą mažajame plote. Norėdami išvengti dryžių, dezinfekuotus paviršius reguliariai nušluostykite drėgna (sudrėkintu vandeniu) vienkartinė šluoste.

Atidarius pakuotę, servetėles galima naudoti 28 dienas, laikant dozavimo dėžutėje. Servetėlių indelis turi būti dezinfekuojamas taip pat.

Dezinfekuojant, naudoti apsaugines pirštines (pvz. nitrilo).

Ekspozicijos laikas

Bakterijos pagal 13727, EN 13697 (nešvarios sąlygos):

1 minutė

Candida albicans pagal 13624, EN 136970 (nešvarios sąlygos):

1 minutė

Virusai su apvalkalėliais (įskaitant HBV, ŽIV ir HCV) pagal RKI/DV (nešvarios sąlygos):

1 minutė

Rotavirusas pagal RKI/DV (švarios sąlygos):

1 minutė

Norovirusas pagal EN 14476 (švarios sąlygos) :

30 minučių

Impregnuotų servetėlių efektyvumas pagal EN 16615 ir VAH (esant nešvarioms sąlygoms):

1 minutė

Polyoma SV 40 virusai pagal RKI/DV, esant užterštumui:

30 minučių

Impregnavimo skystis: bakterijų ir *Candida Albicans* įrašai VAH sąraše::

5 minutės (trumpiausias paviršių dezinfekcijos ekspozicijos laikas VAH sąraše)

Šalinimas

Į atliekas šalinkite tik visiškai tuščias talpas. Atliekos tvarkomos pagal EAK 07 06 99 reikalavimus.

Gamintojas: PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

64653 Lorsch

Vokietija

Kontaktams:

Prisman Pharma International AG

Am Stalden 16

4622 Egerkingen

Šveicarija

Tel.: +41(0)62 206 20 60

Fax.:+41(0)62 206 20 69

www.innocid.com

info@prismanpharma.com

Platintojas: L. R. Tamulio firma "Meditalika"

Radvilų Dvaro g. 4. LT-48320 Kaunas, Lietuva.

Tel.: 8 (37) 22 22 23

info@meditalika.lt



EC CERTIFICATE

for the Quality Assurance System

according to the Directive 93/42/EEC,
Annex V

As a Notified Body of the European Union, DEKRA Certification GmbH certifies, that the company
PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany


Certified location:

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

applies a quality assurance system according to the Directive 93/42/EEC Annex V for the medical devices listed in the annex. The approval is based on the result of the re-certification audit report no. 50681-Z5-00, the decision dated 2019-05-28 and is only valid in connection with the successful performance of the annual surveillance audits.

This certificate is valid from 2019-05-30 to 2024-05-26

Registration No.: 50681-17-05




Ruth Delbeck-Bayer
DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 2019-05-28
Notified Body ID-number: 0124

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-295.10.02

24-

EC SERTIFIKATAS dėl kokybės užtikrinimo sistemos

Pagal direktyvos 93/42/EEB V priedą

Budama Europos Sąjungos įgaliotoji (notifikuota) įstaiga, DEKRA Certification GmbH pažymi, kad įmonė

PRISPAM GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Vokietija

Registruotas adresas:

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Vokietija

taiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal direktyvą 93/42/EEB V priedą medicinos priemonėms (prietaisams) išvardintiems priede. Patvirtinimas yra pagrįstas re-sertifikacinio audito ataskaita Nr. 50681-Z5-00, sprendimas priimtas 2019-05-28 ir galioja, esant sėkmingai atliekant metinius priežiūros auditus.

Šis sertifikatas galioja nuo 2019-05-30 iki 2024-05-26

Registracijos Nr. 50681-17-05

(parašas) DEKRA spaudas

Ruth Delbeck-Bayer

Dekra Certification GmbH Stuttgart; 2019-05-28

Įgaliotos (notifikuotos) įstaigos ID-numeris:0124



EC CERTIFICATE

for the Quality Assurance System

according to the Directive 93/42/EEC,
Annex II excluding section (4)

As a Notified Body of the European Union, DEKRA Certification GmbH certifies, that the company
PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

Certified location:

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

applies a quality assurance system according to the Directive 93/42/EEC Annex II for the medical devices listed in the annex. The approval is based on the result of the re-certification audit report no. 50681-Z5-00, the decision dated 2019-05-28 and is only valid in connection with the successful performance of the annual surveillance audits.

This certificate is valid from 2019-05-30 to 2024-05-26

Registration No.: 50681-16-04



Ruth Delbeck-Bayer
DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 2019-05-28
Notified Body ID-number: 0124

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-295.10.02

EC SERTIFIKATAS dėl kokybės užtikrinimo sistemos

Pagal direktyvos 93/42/EEB II priedą, išskyrus skyrių (4)

Būdama Europos Sąjungos įgaliotoji (notifikuota) įstaiga, DEKRA Certification GmbH pažymi, kad įmonė

PRISPAM GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Vokietija

Registruotas adresas:

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Vokietija

taiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal direktyvą 93/42/EEB II priedą medicinos priemonėms (prietaisams) išvardintiems priede. Patvirtinimas yra pagrįstas re-sertifikacinio audito ataskaita Nr. 50681-Z5-00, sprendimas priimtas 2019-05-28 ir galioja, esant sėkmingai atliekant metinius priežiūros auditus.

Šis sertifikatas galioja nuo 2019-05-30 iki 2024-05-26

Registracijos Nr. 50681-16-04

(parašas) DEKRA spaudas

Ruth Delbeck-Bayer

Dekra Certification GmbH Stuttgart; 2019-05-28

Įgaliotos (notifikuotos) įstaigos ID-numeris:0124



PRISMAN GmbH • Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch • Germany

To whom it may concern

Message from
Tilman Junger

Tel,
06251-866980-0

Date
22.6.2020

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 (0) 6251 866 980-0
Fax: +49 (0) 6251 866 980-77

E-Mail: info@prisman.de
www.prisman.com

Auftragsbearbeitung
Fax: +49 (0) 6251 866 980-78
E-Mail:
auftragsbearbeitung@prisman.de

Unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen finden Sie unter
www.prisman.de

Geschäftsführer
CEO:
Stephan W. Metzger

HRB 93716
Amtsgericht Darmstadt

USt-IdNr./
VAT-No. DE 812526190
Steuer-Nr. 00724100800
Zoll-Nr. 4797930

Bankverbindungen
Bank accounts:

Volksbank
Darmstadt-Südhessen eG
IBAN:
DE48 5089 0000 0030 2903 05
SWIFT-BIC:
GENODEF1VDD

Sparkasse Starkenburg
IBAN :
DE08 5095 1469 0003 0324 39
SWIFT BIC:
HELADEF1HEP

Qualitätsmanagement
Quality Assurance:
EN ISO 9001
EN ISO 13485
Annex V, Directive 93/42/EEC;
Annex II, Directive 93/42/EEC;

Herstellungserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
DE_HE_01_MIA_2015_0008
am 29.01.2015

GMP, Directive 2001/83/EC

Großhandelserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
am 09.02.2015

Declaration
about product names of our EC certificates (page 1 of 2)

We declare and confirm herewith that the product names in the annexes of our 2 EC-certificates are identical with the below mentioned ones:

Annex to the EC certificate No. 50681-17-05
(Class II a)

Identical product
(as on the label)

Suction System Disinfection conc. SS 400 conc.

Innotol conc.

Surface Disinfection PREMIUM conc., SD 240 conc.

Innolin PREMIUM conc.

Surface Disinfection RAPID FOAM PLUS,
RFD 440, including Disinfection Wipes

Innolin FOAM AF
+ Innolin WIPES SMALL AF
+ Innolin WIPES MAXI AF
+ Innolin WIPES FLOW AF

Impression Disinfection PLUS, IM 400

INNODES IMP

Annex to the EC certificate No. 50681-16-05
(Class II b)

Identical product
(as on the label)

Instrument Disinfection BASIS conc.,
ID 200 conc. (incl. Zyme)

Innosept BASIS conc.

Instrument Disinfection POW(D)ER HIGH conc.,
IDP 700 conc.

Innosept POWDER conc.

Instrument Disinfection PREMIUM HIGH conc.,
ID 700 conc.

Innosept PREMIUM conc.

Instrument Disinfection VIREX HIGH conc.,
ID 700 conc.

Innosept PLUS conc.

Handwritten signature/initials



PRISMAN GmbH • Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch • Germany

To whom it may concern

Message from
Tilmann Junger

Tel,
06251-866980-0

Date
22.6.2020

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 (0) 6251 866 980-0
Fax: +49 (0) 6251 866 980-77

E-Mail: info@prisman.de
www.prisman.com

Auftragsbearbeitung
Fax: +49 (0) 6251 866 980-78
E-Mail:
auftragsbearbeitung@prisman.de

Unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen finden Sie unter
www.prisman.de

Geschäftsführer
CEO:
Stephan W. Metzger

HRB 93716
Amtsgericht Darmstadt

USt-IdNr./
VAT-No. DE 812526190
Steuer-Nr. 00724100808
Zoll-Nr. 4797930

Bankverbindungen
Bank accounts:

Volksbank
Darmstadt-Südhessen eG
IBAN:
DE48 5089 0000 0030 2903 05
SWIFT-BIC:
GENODEF1VBD

Sparkasse Starkenburg
IBAN :
DE08 5095 1469 0003 0324 39
SWIFT-BIC:
HELADEF1HEP

Qualitätsmanagement
Quality Assurance:
EN ISO 9001
EN ISO 13485
Annex V, Directive 93/42/EEC
Annex II, Directive 93/42/EEC

Herstellungserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
DE_HE_01_MIA_2015_0008
am 29.01.2015

GMP, Directive 2001/83/EC

Großhandelserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
am 09.02.2015

**Declaration
about product names of our EC certificates (page 2 of 2)**

Drill Bath PLUS, DB 400

Innodrill

Surface Disinfection VIREX PLUS conc.,
SD 400 conc.

Innolin PLUS conc.

Surface Disinfection VIREX HIGH conc.,
SD 700 conc.

Innolin HIGH conc.

Rapid Surface Disinfection MAX, RSD 500
including Disinfection Wipes

Innolin RAPID

Rapid Surface Disinfection MED, RSD 700
including Disinfection Wipes

Innolin RAPID Plus
+ Innolin WIPES SMALL
+ Innolin WIPES MEDI
+ Innolin WIPES MAXI
+ Innolin Wipes PREMIUM

Lorsch, the 22nd of June 2020

Stephan Metzger
General Manager

2/7 - 32-

Suinteresuotiems asmenims

**Deklaracija prie EC sertifikato
dėl gaminių ir jų pavadinimų (1 psl. iš 2)**

Mes deklaruojame ir užtikriname, kad produktai nurodyti mūsų 2-jų EC sertifikatų priede yra šie:

Priedas prie EC sertifikato Nr. 50681-17-05
(II a klasė)

Produktas (pavadinimas, nurodytas ant etiketės)

Siurbimo sistemos dizinfekantas konc., SS 400 conc.

Innotol conc.

Paviršių dezinfekantas PREMIUM conc., SD 240 conc.

Innolin PREMIUM conc.

Paviršių dezinfekantas RAPID FOAM PLUS. RFD 440,
įskaitant dezinfekcijos servetėles

Innolin FOAM AF

+ Innolin WIPES SMALL AF

+ Innolin WIPES MAXI AF

+ Innolin WIPES FLOW AF

Atspaudų dezinfekantas PLUS, IM 400

INNODES IMP

+++++

Priedas prie EC sertifikato Nr. 50681-16-05
(II b klasė)

Produktas (pavadinimas, nurodytas ant etiketės)

Instrumentų dezinfekantas BASIS conc.,
ID 200 conc. (įsk. Zyme).

Innosept BASIS conc.

Instrumentų dezinfekantas POW(D)ER HIGH
conc., IDP 700 conc.

Innosept POWDER conc.

Instrumentų dezinfekantas PREMIUM HIGH
conc., ID 770 conc.

Innosept PREMIUM conc.

Instrumentų dezinfekantas VIREX HIGH conc.,
ID 700 conc.

Innosept PLUS conc.

Suinteresuotiems asmenims

Deklaracija prie EC sertifikato dėl gaminių ir jų pavadinimų (2 psl. iš 2)

Drill Bath PLUS, DB 400

Innodrill

Paviršių dezinfekantas VIREX PLUS conc.,
SD 400 conc.

Innolin PLUS conc.

Paviršių dezinfekantas VIREX HIGH conc.,
SD 700 conc.

Innolin HIGH conc.

Dezinfekantas paviršių greitai dezinfekcijai MAX,
RSD 500, įskaitant dezinfekcijos servetėles

Innolin RAPID

Dezinfekantas paviršių greitai dezinfekcijai MED,
RSD 700, įskaitant dezinfekcijos servetėles

Innolin RAPID Plus
+ **Innolin WIPES SMALL**
+ **Innolin WIPES MEDI**
+ **Innolin WIPES MAXI**
+ **Innolin WIPES PREMIUM**

Lorsch, 2020 birželio 22d.

Stephan Metzger
Vadovas

34

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Sprendimo data: 12.05.2020

Veisijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.05.2020

Prekybos ženklas: **Innolin Wipes alcohol-free**

(Puslapis 2 tęsiasi)

- 8.2 Poveikio kontrolė
- Asmens saugos priemonės:
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
- Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
- Kvėpavimo takų apsauga: Nereikalinga.
- Rankų apsauga:
- Medžiaga, iš kurios gaminama priština, privalo būti nepelaidi ir atspari produktui medžiagai mišinui.
- Prištinių medžiagų rinkis atsižvelgiant į praskiedimo, trynimosi ir suarimo laiką.
- Prištinių medžiagų
- Tinkamų apsauginių prištinių purtinkams priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra dangelio medžiagų dėrinys, prištines medžiagas asparumas negali būti apskaituotas iš anksto ir todėl tikrintas prieš kiekvieną naudojimą.
- Prištinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
- Tikslaus apsauginių prištinių susidėvėjimo laiko tirtantis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
- Ilegalikiam kontaktui, naudojant nepadidinto susidėvėjimo parojiaus srityse (pvz. laboratorijoje), tinkamas prištines iš šios medžiagos:
- Cheminės prištines
- Ilegalikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka prištines iš šių medžiagų:
- Nitrito kancinogenas
- Butilo kancinogenas
- Natūralūs kancinogenai (lateksas)
- Aktivi apsauga: Perpilanti rekomenduojama dėvėti apsauginius akinus.

(Tęsiasi 4 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Sprendimo data: 12.05.2020

Veisijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.05.2020

Prekybos ženklas: **Innolin Wipes alcohol-free**

(Puslapis 3 tęsiasi)

Gėry tankis	Nemustayta.
Garavimo greitis	Nemustayta.
Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Pilnai maišytina(s).
Pasiskirstymo koeficientas:	n-oktanolis/vanduo: Nemustayta.
Klampa:	Nemustayta.
Dinaminis:	Nemustayta.
Kinematinis:	Nemustayta.
Tirpiklių sudėtis:	4 %
Organiniai tirpikliai:	95 %
Vanduo:	4 %
9.2 Kita informacija	Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinis sąlygos: Nesuvara variojami pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinis sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamumas medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie trimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie toksiinį poveikį
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Pirminis peršėtimo efektas:
- Odos išdirinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kvėpavimo takų arba odos jaurinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- CMR padariniai (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- 12.1 Toksiškumas
- Vandeningis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 12.3 Biokumuliacijos potencialas Organizmose nesikaupia.
- 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- Kitos ekologiškos nuorodos:
- Bendrosios nuorodos:
- Vandens užteršimo klase 1 (Savaraikiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

(Tęsiasi 5 psl.)

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes	
Bendra informacija	
Išvaizda:	
Forma:	Skystas(s)
Spalva:	Bespalvis(e)
Kvapys:	Malonus(i)
Kvapio atsiradimo slenkstis:	Nemustayta.
pH vertė esant 20 °C (68 °F):	7.2
Sudėties pakaitimas	
Lydimosiu/aušalimo temperatūra:	Nemustayta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	100 °C (212 °F)
Plūpsnio temperatūra:	> 100 °C (- 212 °F)
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nevariojama.
Skilimo temperatūra:	Nemustayta.
Suvaininio užsidėgimo temperatūra:	Produktas savaime neužsidega.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelta sprogojimo pavojaus.
Sprogimo riba:	Nemustayta.
Žemutinė:	Nemustayta.
Virsutinė	
Gėry slėgis esant 20 °C (68 °F):	23 hPa (17.3 mm Hg)
Tankis esant 20 °C (68 °F):	1 g cm ³ (8.345 lbs gal)
Santykinis tankis:	Nemustayta.

(Tęsiasi 4 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 12.05.2020

Versijos numeris: 1

Peržiūrėta: 12.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin Wipes alcohol-free

(Puslapis 4 iš 5)

Neleisti nesukustame pavidale arba dideliais kiekiams patekti į gruntuos vandens, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiams.

- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevertinama.
- vPvB: Nevertinama.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

- 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima anksti didelių kiekių vandens ir išpilti. Didesnius kiekius reikia atsikrauti pagal žingsnių nurodymus. Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitineis atliekomis.

07 00 00	ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIKOS
07 00 00	organinių anglių apsaugos produktų išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09 pozicijose), medienos konservantų išskyrus nurodytus 03 02 pozicijoje) ir kitų biocidų GMTN atliekos
07 04 99	Kitų nepibrėžtos atliekos

- Nevalytos pakuočės:
- Rekomendacija: Užteršta pakuočė būtina visiškai išnštinti. Po atitinkamo valymo ji gali būti pridubodama perdirbimui.
- Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridėjami valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris	-ADR, ADN, IMDG, IATA	akcenta
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	-ADR, ADN, IMDG, IATA	akcenta
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) klasė	-ADR, ADN, IMDG, IATA	akcenta
14.4 Pakuočės grupė	-ADR, IMDG, IATA	akcenta
14.5 Pavojus aplinkai: Marine pollutant:		Ne
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevertinama.		Pagal minimas instrukcijas krovinius nepavojingas.
ADR		-
Riboti kiekiai (ILO):		-
Transporto kategorija		akcenta
UN "Model Regulation":		

(Puslapis 6 iš 11)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 12.05.2020

Versijos numeris: 1

Peržiūrėta: 12.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin Wipes alcohol-free

(Puslapis 5 iš 5)

15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
- Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 GHS etiketes turintis
- Direktyva 2012/18/ES
- 1.ardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS) sudėtį neįeina ne vienu iš sudėtinųjų dalių.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012	7173-51-5 didelis metilamino chloridas C22H48N2Cl	Annex I Part I
-------------------------------	---	----------------

- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebūvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal sušieninę mūsų žinių bazę, tačiau nepateikia produkto saugybių garantijos ir nėra pagrindo sutartiniais teisiniais samtykiams.

- Svarbios frazės
- H225 Labai degus skystis ir garai.
- H302 Kenksminga prarijus.
- H314 Svarbiai sudirgina odą ir pažeidžia akis.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pokitimus.
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pokitimus.

- Rekomenduojamas vartojimo ribojimas
- Produkti nur für den professionellen Gebrauch.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.

- Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Abiechlung Produktsicherheit
- Asmuo kontaktams : Hr. Dr. Metz
- Santuopos ir akronimai:
- ADR: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ATA:ADR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- ICBD-TI: Technical Code for the International Civil Aviation Organization "ICAO"
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
- FNRS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- TOX: Toxicological Compounds (TSCA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 2: Degėji skystis - 2 kategorija
- Aque. Tox. 3: Ūmus toksiškumas - prarijus - 1B kategorija
- Skin Corr. 1B: Ūmus sudirginimas ir dirginimas - 1B kategorija
- Eye Irrit. 2: Smarkus akių sudirginimas ir dirginimas - 2 kategorija
- STOT SE 3: Specifūs toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) - 3 kategorija
- Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai - 1 kategorija
- Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai - 2 kategorija

* Įgyjami su buvusia versija pakcisti duomenys

Kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas PC Uni Flex
naudojimo ir priežiūros instrukcija

Naudojant šį apsauginį dangalą, ženkliai sumažinama kompiuterio klaviatūros užteršimo pavojingais mikroorganizmais rizika. Šis dangalas apsaugo klaviatūrą nuo išsiliejusių skysčių patekimo. Šis dangalas užtikrina klaviatūros švarą ir gerą būklę.

Šis dangalas yra pakankamai stiprus ir naudojamas pakartotinai juos intensyviai valant ir dezinfekuojant. Priklausomai nuo naudojimo ypatumų, apsauginis dangalas gali būti pakartotinai naudojamas 3 mėnesius. Per nurodytą laiką, dangalas gali būti naudojamas skirtingoms klaviatūroms.

Kaip naudoti:

1. Pirma užmaukite dangalą ant vieno klaviatūros šono;
2. Įtempkite dangalą ir užmaukite likusią jo dalį ant kito klaviatūros šono;
3. Atlikta.

Pastaba: Taip pat galite rinktis dangalus įvairiems nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms. Dangalai pagaminti iš polyuretano termoplastiko (TPU).

Valymas ir dezinfekcija: kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas yra daugkartinio naudojimo. Jo išorinius paviršius galima valyti naudojant vandenį ir muilą. Dezinfekcijai rekomenduojama naudoti alkoholinius preparatus. Valymui rekomenduojama naudoti švelnios faktūros šluostę sudrėkintą plaunamuoju tirpalu arba nurodytu dezinfektantu. Nerekomenduojama dangalo mirkyti, laikyti po vandens srove taip pat drėkinti vidinių paviršių (tiesiogiai kontaktuojančių su klaviatūra), nes susikaupusi drėgmė gali paveikti klaviatūrą. Pažestas dangalas turi būti pakeistas nauju. Dangalui pageltus, rekomenduojama jį keisti nauju.

Pakuotėje: 1 kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas

Pagaminta iš polyuretano termoplastiko (TPU)

Išmatavimai: 400mm x 500mm

Medžiagos storis: 0.025mm

UniFlex

Universal Flexible Keyboard Cover

hygienisch | beständig | desinfizierbar

Die Folie kann, je nach Beanspruchung, bis zu 3 Monate verwendet werden. Während dieses Lebenszyklus kann sie auch an verschiedenen Tastaturen genutzt werden. Die Reinigung der Schutzfolie erfolgt im aufgezogenen Zustand mit einem, mit warmen Wasser und Seife leicht befeuchteten Lappen, oder per Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropylalkohol, 70%). Folie nicht in Wasser tauchen oder feucht von innen abwischen, da ein Feuchtigkeitsstau entstehen kann. Beschädigte Folien sollten umgehend ausgetauscht und nicht weiter genutzt werden. Eine gelbliche Färbung ist ein Indiz für das Lebensende des Produktes.

Wichtig! Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser, Seife oder 70% Isopropylalkohol. Benutzen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Desinfektionsmittel.

Inhalt: 1 Folie

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Abmessungen: 400 bis 500 mm

Materialstärke: 0,025 mm

Hygienic | Durable | Disinfectable

Depending on operational demands, the Uniflex cover may be used for up to three months. During its life time, the Uniflex cover may be used on different keyboards. Cleaning the Uniflex should be done only when the cover is pulled completely over the keyboard. To clean the Uniflex, take a slightly moistened cloth using warm water and soap, or 70% Isopropyl Alcohol, and wipe the cover thoroughly. Do not submerge the cover in water or wipe the inside as humidity will occur. Damaged covers should be replaced immediately. Yellowing may be an indicator of product expiration.

Caution! Only use water and soap or Isopropyl Alcohol 70% for cleaning.

Do not use any other liquid or disinfection fluid.


Content: 1 Cover

Material: Thermoplastic Polyurethane (TPU)

Dimensions: 400 to 500 mm

Material Thickness: 0,025 mm

Baaske MediTouch Keyboard



- ▶ Silikonastatur / Silicone keyboard
- ▶ IP68, Desinfizierbar / disinfectable
- ▶ integriertes kapazitives TouchPad / Integrated capacitive TouchPad
- ▶ exzellentes taktiles Feedback / Excellent tactile Feedback

 Like us on Facebook

CE



4 260182 240038

Baaske Medical GmbH & Co.KG ▶ vertrieb@baaske-medical.de ▶ Tel.: +49 5741 236027-0 ▶ www.baaske-medical.de

Naudojimo instrukcija

Beta Guard Neu

Beta Guard Neu yra skystas, sudėtyje neturintis aldehydų, koncentratas, skirtas alkoholiams jautriems paviršiams ir medicinos priemonėms (prietaisams) dezinfekuoti. Ypač tinka naudoti įrangos ir objektų, esančių pacientų aplinkoje, taip pat paviršių ir objektų industrijoje, maisto pramonėje, viešojo maitinimo, skalbyklose dezinfekcijai. Priemonė pasižymi puikiais valymo savybėmis. Tinka visiems vandeniui, šluostymui ir mirkymui atspariems paviršiams. Tinka visų rūšių dozavimo įrenginiams.

Sudėtis: 100 g koncentrato yra šios veikliosios medžiagos: 2,0 g 2-Phenoxyethanol, 7,0 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride 5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Poveikis: veikia bakterijas, mieles, tuberkuliozę, mikobakterijas, inaktyvuoja virusus (įskaitant Vaccinia, Ankara, ŽIV, HBV, HCV, Influenza, Adeno, Noro, Rota, SV40).

Paskirtis: ypač tinka naudoti didelio užterštumo ir neigiamo kvapo erdvėms ir paviršiams (pvz. stalviršiai, lovos), medicinos priemonių (prietaisų) paviršiams, taip pat naudoti industrijos, maisto pramonės, maisto gamybos, skalbyklų, viešųjų erdvių, grožio salonų, slaugos ir globos namų ir kitų inventoriui, objektams ir paviršiams plauti ir dezinfekuoti.

Po nurodyto dezinfekcijos ekspozicijos laiko visi paviršiai, kontaktuojantis su maistu, turi būti perplauti geriamuoju vandeniu.

Atkreipkite dėmesį į koncentracijos ir ekspozicijos nuorodas. Dėl papildomos informacijos apie medžiagų suderinamumą, kreipkitės dėl išorinių nepriklausomų laboratorijų testų.

Naudojimas: atkreipkite dėmesį į koncentracijos ir ekspozicijos nuorodas.
Bakteriocidinis, mielcidinis poveikis (EN 13727, EN 13624, esant dideliame užterštumai), 0,5%-5 min.
Poveikis mikobakterijoms (EN 14348, įsk. M. terrae + M. avium) 2%-30 min.; 1%-60 min.
Poveikis virusams (EN 14476, apvalkalėtieji virusai) 1%-30 min.; 3%-5 min.
Sudrėkinkite paviršius ir užtikrinkite nurodytą ekspoziciją.

Nautoti medicinos priemonę atsakingai. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir etiketę.

Pakuotė:
2 litrų indas

5 litrų indas 10 litrų indas

Galiojimas: 3 metai po pagaminimo
Galiojimas po pakuotės atidarymo: 12 mėnesių

Gamintojas:
Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen, Germany
+49(0)215255850
www.dr-deppe.de

Platintojas:
L.R.Tamulio firma „Meditalika“
Radvilų Dvaro g. 4,
LT-48320 Kaunas
tel. (8 37) 324501, (8 37)206132
www.meditalika.lt

CE 0481



Certificate

Production Quality Assurance System Approval Annex V of the Directive on Medical Devices

ECM, Bismarckstr. 106, 52066 Aachen, notified to EC under 0481 hereby declares that an examination of the under mentioned quality assurance system has been carried out following the requirements of annex V of the Directive 93/42/EEC.



This certificate is issued on behalf of:

Manufacturer

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hoogheweg 35; 47906 Kempen, Germany

ECM certifies that the quality assurance system under which the products listed in annex I to this certificate are manufactured conforms with the requirements of annex V of the Directive 93/42/EEC on medical devices.


The approved quality assurance system is subject to periodic surveillance as defined by Annex V, section 4.

This Certificate is only valid for the products mentioned above. Special terms of validity are described in annex I to this certificate.

Any substantial changes of the quality assurance system or the listed products which might affect conformity to annex V of the Directive 93/42/EEC have to be notified to ECM and are subject to a separate assessment.

Report Number	Registered under	Valid until
128-17-516	Z/17/04088E	June, 10 th , 2022

Aachen, June 11th, 2017


Certification Body



41-

SERTIFIKATAS

Produkcijos kokybės sistemos užtikrinimo patvirtinimas Medicinos prietaisų direktyvos Priedas V

ECM, Bismarckstr 106, 52066 Aachen šiuo liudija EC pagal 0481 ir šiuo deklaruoja, kad žemiau nurodytos kokybės užtikrinimo sistemos įvertinimas buvo atliktas vadovaujantis Direktyvos 93/42/EEC Priedo V reikalavimais.

Šis sertifikatas išduotas:

Gamintojas

Laboratorium Dr. Deppe

Hoogheweg 35, D-47906 Kempen Vokietija

ECM patvirtina, kad kokybės užtikrinimo sistema pagal kurią gaminami šiuo sertifikato I priede nurodyti produktai atitinka Direktyvos 93/42/EEC (skirtos medicinos prietaisams) Priedo V reikalavimus.

Šis sertifikatas galioja tik aukščiau nurodytiems produktams. Išskirtinės galiojimo sąlygos yra aprašytos šiuo sertifikato I priede.

Bet kokie esminiai kokybės užtikrinimo sistemos ar išvardintų produktų pakeitimai, galintys įtakoti atitiktį Direktyvos 93/42/EEC Priedui V yra atskiro vertinimo dalykas ir turi būti patvirtinti ECM.

Pranešimo numeris
128-17-516

Užregistruota
Z/17/04088E

Galioja iki
birželio 10, 2022

Aachen, birželio 11, 2017

(parašas)

Įgaliota įstaiga