

LAPAROSKOPINIS INSUFILIATORIUS SU PAŠILDYMO IR PASTOVAUS SLĖGIO FUNKCIJA - 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas **turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kuri techninių reikalavimų punktą jos atitinka**. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. Garantinis laikotarpis:
 - 6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 - 6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
 - 7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
9. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
10. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūloma parametro reikšmė
1.	Maksimalus dujų padavimo greitis	≥ 45 l/min.;	50 l/min Katalogas.pdf, 6 psl.
2.	Maksimalus pasiekiamas slėgis	≥ 25 mmHg;	30 mmHg Katalogas.pdf, 6 psl.
3.	Su integruotu arba atskiru modulių dujų pašildymui;	Būtina	Su integruotu modulių dujų pašildymui Katalogas.pdf, 6 psl.
4.	Esamų ir/ar siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;	Būtina	Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas Katalogas.pdf, 4 psl.
5.	Sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;	Būtina	Sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas Katalogas.pdf, 4 psl.
6.	Komplektą sudaro:	1. Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 3 vnt. 2. Žarna insuflatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą – 1 vnt. Tiekėjas turi pasirūpinti visais priedais prijungti prietaisą prie dujų baliono/sistemos. 3. CO2 dujų filtrai ≥ 20 vnt.	1. Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 3 vnt. 2. Žarna insuflatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą – 1 vnt. 3. CO2 dujų filtrai 50 vnt. Tiekėjas pasirūpins visais priedais prietaiso prijungimui prie dujų baliono/sistemos. Katalogas.pdf, 2-3 psl.
7.	Maitinimas	220V $\pm 10\%$ 50 Hz. El. tinklas	220V, 50 Hz. El. Tinklas Katalogas.pdf, 6 psl.