

3 pirkimo dalis - **Peties sąnario operacijos ir peties sąnario artroskopijos rinkinys**

Ref.: TB29367CE

- Peties sąnario apklotas apatinis 196 x 295 cm su lipniu plyšiu 25 x 65 cm. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių 66 g/m² medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 338 %), vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, padidinto skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas 379 %) vidurinis sluoksnis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, zonos dydis 110 x 102 cm – 1 vnt.
- Peties sąnario apklotas viršutinis 254 x 160 cm su peties formos lipnia anga 36 x 29 cm ir plyšiu, skysčių surinkimo maišu su dviem skysčių išleidimo angomis šonuose, su 3-mis integruotais vamzdelių ir laidų laikikliais. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių 66 g/m² medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 338%), vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis - 1 vnt.

Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klijais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakavimas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema - 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis.

Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Pažymėtas CE ženklą.

