

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Inkarnis siūlas, elastinė vinis, pieloplastikos stentas, veninio drenažo kaniulės, sujungėjas, priemonės Thopaz Medela siurbliui (10892)“

Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus, CE ženklavimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanciosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės																
Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis 12 mėnesių	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksliai į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas	SIŪLOMA						PLANUOJAMA		BVPŽ kodas	
							Vieno mato vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Vieno mato vnt. įkainis EUR su PVM	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM suma, Eur	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM	Maksimali pirkimo daliai skirtų suma Eur be PVM	Maksimali pirkimo daliai skirtų suma Eur su PVM		
13	Talpa Thopaz Medela siurbliui	Talpa 750-850 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	vnt.	96	079.0016, Medela	Talpa 800 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	17,90	5	18,80	1718,40	85,92	1804,32	1718,40	1804,32	33140000-3	
14	Kateteris viengubu distaliniu antgaliu	Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su viengubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	vnt.	80	079.0021, Medela	Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su viengubu distaliniu antgaliu.Yra suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	16,50	5	17,33	1320,00	66,00	1386,00	1320,00	1386,00	33141200-2	
15	Kateteris dvigubu distaliniu antgaliu	Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su dvigubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	vnt.	40	079.0022, Medela	Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su dvigubu distaliniu antgaliu. Yra suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz".	17,30	5	18,17	692,00	34,60	726,60	692,00	726,60	33141200-2	