

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

5 PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI (konstrukcijos šonkaulių ir krūtinkaulių fikscijai, dirbtinės kraujagyslės, r

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinaus. Pateikti kartu su pasilijimais tai produkcijos dokumentus.
2. Visuoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertė“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikrinimas priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsami atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formata). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikti anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyti: 1) Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Orientacinis kiekis 24 mėnesiams	PLANUOJAMA, Eur				Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge	SIŪLOMA, Eur				Siūloma parametrai reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapis Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techniniai parametrai patvirtintų dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksliai į konkrečią prekę)
					Vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Max pirkimo kaina Eur be PVM	Max pirkimo kaina Eur su PVM		Vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM	
1	Valvulotomas Nr.1	Valvulotomas. Vienkartinis, sterilus, išorė padengta hidrofiline danga, vidus - silikontine danga. Gylio žymos kas 10 cm, žaliavų sausgys žymos 40 mm, 33 mm ir 22 mm nuo	vnt.	5	500,00	5	2 500,00	2 625,00			0,00	0,00		
2	Valvulotomas Nr.2	Valvulotomas. Vienkartinis, sterilus, „over the wire“ tipo valvulotomas. Valvulotomo keturi asmenys reguliuojami automatiškai nuo 2 mm iki 6 mm, pritaikoma nuo kraujagyslės	vnt.	8	500,00	5	4 000,00	4 200,00			0,00	0,00		
3	Disektorius rinkinys	“Vollmar Ring” tipo disektorius rinkinys 6, 7, 8, 5, 10 ir 12 mm įdėdai ir rankena.	vnt.	2	441,00	5	882,00	926,10			0,00	0,00		
4	Antgalis (klipams)	Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klipais. 34-36 cm ilgio, standus antgalis skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apibrėžti didesnę plotą vienu metu. Antgalis	riak.	20	60,00	5	1 200,00	1 260,00			0,00	0,00		
5	Vieša klijoms tonizilij salinimui	Vieša klijoms, diametras 0,39-0,41mm, darbai su turiniu “Karl Storz” instrumentų (kataloginis Nr. 749000).	m	200	1,10	5	220,00	231,00			0,00	0,00		
6	Vidinio nosies įvairas	Vidinio nosies įvairas, vienkartinis, sterilus, neperforuotas, dydis 39-41mm x 24-26mm, storis	kompl.	2000	6,70	5	13 400,00	14 070,00			0,00	0,00		
7	Konstrukcijos šonkaulių ir krūtinkaulio fikscijai	Implantai, skirti šonkaulių fikscijai: Implantai, skirti, minimaliai invazyvios technikos pagalba, užtikrinti stabilizaciją, esant šonkaulių lūžiams arba deformacijoms gydyti, po daugybinių šonkaulių lūžių. Implantai anatomikai adaptuoti šonkaulių apkalbimui ir fikscijai.												
7.1	Titaninė 3D įsta	Titaninė 3D įsta su 13 segmentais. Plotas 25,4 mm (± 0,1mm)	vnt.	10	400,00	21	4 000,00	4 840,00	Titanium 3D rib clip, MedXper (Vokietija) ref.: 014-02013	400,00	5	4 000,00	4200,00	Titaninė 3D įsta su 13 segmentais. Plotas 25,4 mm. KATALOGAS psl. 3
7.2	Trijų taškų lenkimo žnyplės	Trijų taškų lenkimo žnyplės, naudojamos su šonkaulių implantais, L18 cm	vnt.	1	900,00	21	900,00	1 089,00	Three point bending pliers, MedXper (Vokietija) ref.: 010-00020	900,00	21	900,00	1089,00	Trijų taškų lenkimo žnyplės, naudojamos su šonkaulių implantais, L18 cm KATALOGAS psl. 4
7.3	Šonkaulių implantų fikscinės žnyplės	Šonkaulių implantų fikscinės žnyplės, universalios	vnt.	1	260,00	21	260,00	314,60	Rib clip fixation pliers, universal, MedXper (Vokietija) ref.: 010-00050	260,00	21	260,00	314,60	Šonkaulių implantų fikscinės žnyplės, universalios KATALOGAS psl. 4
8	Laudas	Laudas elektrochirurginis su laukikliu, imkantis „Valleylab“ prietaisui. „F2100“ tipo.	vnt.	200	66,00	21	13 200,00	15 972,00						
9	Rinkinys koronarinių chirurgijos operacijoms	Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių: viskozės neautinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², polietileno plėvelės ne mažiau kaip 40 μm ir polipropileno neautinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 12 g/m², lipni medžiaga pagaminta sintetinio kiaučiuko pagrindu. Absorbcija ne mažesni negu 1.1 g/dm². Švara: mikroorganizmų ne daugiau kaip 0 CFU/100 cm², dalelių skaičiaus ne didesnis kaip 2,5 Logo (pilki sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažesnis kaip 203 cm H ₂ O. (atitinka standartą EN 13795-3). Rinkinys įpakotas viename gynykliniame sterilizaciniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 4 lipniųjų su pakuočių sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninėje ir operacinės dokumentuose. Trijų lygių pakotė. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus. Turi CE ženklinaus. Visi apkalbėti turi būti vienviečiai. 1) Krūtinių apkalbė 200/300 x 330 cm ± 5 cm pagaminta iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 50 μm, neišimti plotas 32 x 40 cm ± 2 cm, susipranta operacinė zona 50 x 140 cm ± 2cm, integruoti laidų ir vamzdelių laikikliai, dvi skaidrios kilės 28 x 5 cm instrumentams ir distempijai, kilės pagamintos iš polietileno plėvelės ne plonesnės nei 80 μm – 1 vnt.; 2) Apkalbė stulais 150 x 190 cm ± 2 cm, susipranta absorbuojanti zona ne mažesni nei 75x190 cm – 1 vnt.; 3) Apkalbė tarpvietės izoliacija 200 x 260 cm ± 5 cm, pagaminta iš polietileno	vnt.	200	78,800	5	15 760,00	16 548,00			0,00	0,00		
10	Autonomiškai išdantis apkalbė dvių dalių	Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvišluoksnis, neautinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Įpakotas ir išankstinis apkalbė pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir	vnt.	260	17,000	5	4 420,00	4 641,00			0,00	0,00		
11	Laparoskopinis ginekologinis onkologinis rinkinys	Rinkinys supakuotas viename sterilizaciniame gynykliniame plastikiniame įpakavime. Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 4 lipniųjų su pakuočių sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninėje ir operacinės dokumentuose. Sterili pakuotė turi atspindinti kampų žymėjimus ir atitiktą plytą per pakuočių sujungimo vietas. Ant pakuočių nurodyta produkto galiojimo data. Apkalbė medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Sudėtyje nėra latekso. Rinkinio sudėtis: 1) Chirurginis chalatas XL-L. Pagaminta iš celiuliozės mirkštimo / neautinės poliesterio medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Chalato švara – mikroorganizmų ne daugiau kaip 32 CFU/100 cm², kietųjų dalelių skaičiaus ne daugiau kaip 3,2 Logo (pilki sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui kietinėje zonoje: priekinėje dalyje ne mažiau kaip 30, rankovė sūties – 24 cm H ₂ O, neketinėje zonoje: priekinėje dalyje ne mažiau kaip 30, rankovė sūties – 19 cm H ₂ O – 3vnt. 2) Chirurginis chalatas L-L. Pagaminta iš celiuliozės mirkštimo / neautinės poliesterio medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 68 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Chalato švara – mikroorganizmų ne daugiau kaip 32 CFU/100 cm², kietųjų dalelių skaičiaus ne daugiau kaip 3,2 Logo (pilki sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui kietinėje zonoje: priekinėje dalyje ne mažiau kaip 30, rankovė sūties – 24 cm H ₂ O, neketinėje zonoje: priekinėje dalyje ne mažiau kaip 30, rankovė sūties – 19 cm H ₂ O – 1 vnt. 3) Laparoskopinis apkalbė 300 / 200 / 300 x 375 cm (± 3cm.) su lipniomis angomis 34x35 cm (±2cm.) ir 10x13 cm (± 2cm.), misliai ir tarpvietės uždengimai. Pagaminta iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių: polipropileno neautinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 12 g/m² ir polietileno plėvelės ≥ 50 μm. Absorbuojanti zona pagaminta iš viskozės neautinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 23 g/m² ir polietileno plėvelės ≥ 50 μm. Mašas pagaminta iš polietileno plėvelės ≥ 100 μm, permontas. Švara: mikroorganizmų ne daugiau kaip 50 CFU/100 cm², kietųjų dalelių skaičiaus ne didesni kaip 0,7 Logo (dalelių sk.). Apkalbė atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H ₂ O. Absorbcija ne mažesni kaip 1,10 g/dm² – 1 vnt. 4) Apkalbė po sėdiminis 75x100 (± 3cm.). Nemažiau dviejų sluoksnių: pirmas sluoksnis – viskozės neautinė medžiaga, kurios tankis ne mažesnis kaip 23 g/m², polietileno plėvelė ne mažiau 27 μm; Švara: mikroorganizmų ne daugiau kaip 50 CFU/100 cm², kietųjų dalelių skaičiaus ne didesni kaip 2,5 Logo (dalelių sk.). Apkalbė atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 150 cm	vnt.	100	50,000	5	5 000,00	5 250,00			0,00	0,00		
					65742,00		71966,70							
					33141000-0		45 527,70							
					39518200-8		21 798,00							
					33140000-3		4 641,00							