

Trečia pirkimo dalis - Atbulinio osmoso (RO) sistema, 1 kompl.

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB ar 98/79/EEB reikalavimus bei pateikti **CE sertifikatus arba lygiavėčius dokumentus kartu su pasiūlymu.**
2. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją **lietuvių ir anglų kalbomis** kartu su serviso dokumentacija **anglų kalba.**
3. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga).
4. Tiekėjas **kartus su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga išigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekama laiku.
5. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės	Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktus techninius dokumentus, aiškiai nurodant vietą, kurioje yra pateikiama atitikimą techniniams reikalavimams pagrindžianti informacija. Kartu su pasiūlymu pateiktuose techniniuose dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Vandens, skirto plovimo mašinoms, išvalymas	Paskirtis plovimo mašinoms.	1 psl. viršuje
2.	Atbulinio osmoso sistema	1.Valdymas- pilnai automatinis. 2. Pastovus vandens kokybės monitoringas 3. Srauto vizualiniai	1. Atvirkštinio osmoso įranga veiktis pilnai automatizuotas 2. RO valdiklis su druskingumo matuokliais (Italija);	1-2 psl. Punktai sužymėti

		matuokliai (rotometrai). 4. Automatinio prasplovimo funkcija. 5. Vandens kaupimas į vandens talpą. 6. Įrangos našumas ne mažesnis negu 0,5 m ³ /h. 7. Išvalyto vandens kiekis ne mažiau 60% nuo pradinio kiekio. 8. Filtruoto vandens kokybė ne daugiau 20 μS/cm 9. Maitinimas 230 V arba 380 V, 50Hz 10. Apsauga nuo sausos eigos 11. Mechaninis filtras	3. Rotometrai (produkto vandens)-1 vnt.; Rotometrai (kanalizuojamo vandens)-1 vnt.; Rotometrai (recirkuliacijai)-1 vnt.; 4. Automatinis membranų praplovimas 5. Vandens kaupimas į vandens talpą. 6. Įrangos našumas 0,55 m ³ /h 7. Valyto vandens kiekis 70% 8. Filtruoto vandens kokybė (μS/cm) < 7 9. Maitinimas, V 380V/50Hz 10. Apsauga nuo variklio perkaitimo 11. Mechaninis filtras su 10 mikrono kasete (USA)- 1 vnt.;	
3.	Montavimo darbai	1. Sumontuoti atbulinio osmoso sistemą, bei prijungti ją prie vandens kaupimo bako. 2. Vandens gerinimo įrangos patalpoje, montavimo vietoje, atstumas ≤ 5 m., 3. Vandens slėgis daugiau negu 4,5 BAR 4. Elektros įvadas 380 V, 50Hz 5. Kanalizacija D50 6. Vandens įvadas D32, lituojama plastmasė PP 7. Vanduo išvalytas aktyvuotos anglies ir minkštinimo filtrais. 8. Montavimo darbai įskaityti į pasiūlymo kainą.	1. Montavimo darbai paminėti ir paskaičiuoti. 2. Taip 3. Tinkamas 4. Taip 5. Pakanka sistemai ir D40, tačiau tinkamas ir D50 6. Taip 7. Tinkamas 8. Taip	1-2 psl 2 skiltis “Montavimo darbai”
4	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija - 36 mėn	2 psl. 3 punktas “Bendra suma”
5	CE ženklavimas	CE deklaracija ar atitikties sertifikatas (kopija)	Prisegta “Atitikties deklaracija Trečio pirkimo”	

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis	Vieno komplekto kaina, EUR be PVM	Kiekis (Kompl.)	Suma EUR, be PVM
KVRO-500/CRCD20	4050,00	1	4050,00
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:			4050,00

PVM tarifas (%):	21%	PVM suma, EUR:	850.50
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:			4900.50