



(UAB „Neurovita“)

(Uždaroji akcinė bendrovė, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, tel. (8 5) 27 23 481, el. p. info@neurovita.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. UAB Neurovita, Įmonės kodas 110791756, PVM mok. kodas LT100000926912)

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL MEDICINOS ĮRANGOS SKIRTOS SKUBIOSIOS TELEMEDICINOS PASLAUGŲ
UŽTIKRINIMUI PIRKIMO**

2023-03-24 Nr. NEU233241

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Neurovita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 369A, Vilnius, LT-12142
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	110791756; LT100000926912
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s.: LT954010042402105023, AB Luminor bankas, b.k. 40100
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrej Avin
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Andrej Avin
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Andrej Avin
Telefono numeris	8 5 272 3481
Fakso numeris	
El. pašto adresas	pardavimai@neurovita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
-------------	--

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjų (-us)*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pirki mo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Diagnostinis komplektas	DSC 300P, Medimaging Integrated Solution Inc.	vnt.	12	8880,00	106560,00	128 937.60

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

1 pirkimo dalis. Diagnostinis komplektas (kiekis - 12 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos prekės charakteristikos
1.	Taikymo sritis (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą)	Telemedicina	Telemedicina (“Komplektas.pdf”, 1 psl.)
2.	Komplektacija: (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą)	1. Prietaisas paciento apžiūrai – 1 vnt. 2. Keičiami prietaiso priedai: a) objektyvas bendrai apžiūrai – 1 vnt. b) oftalmoskopinis objektyvas akies dugno apžiūrai – 1 vnt. c) plyšinės lempos objektyvas (objektyvas su specialiu priedu priekinio akies segmento apžiūrai) – 1 vnt.	1. Prietaisas paciento apžiūrai – 1 vnt. 2. Keičiami prietaiso priedai: e) objektyvas bendrai apžiūrai – 1 vnt. f) oftalmoskopinis objektyvas akies dugno apžiūrai – 1 vnt. g) plyšinės lempos objektyvas (objektyvas su specialiu priedu priekinio akies segmento apžiūrai) – 1 vnt.

		d) otoskopinis objektyvas – 1 vnt.	otoskopinis objektyvas – 1 vnt. (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 2 psl.)
3.	Reikalavimai prietaisui:		
3.1.	Prietaiso tipas	Rankinis skaitmeninis prietaisas	Rankinis skaitmeninis prietaisas (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 1 psl.)
3.2.	Prietaiso ekranas	Liečiamasis, spalvotas, skystųjų kristalų, ne mažesnės kaip 3,5 colio įstrižainės	Liečiamasis, spalvotas, skystųjų kristalų, 3,5 colio įstrižainės (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 2 psl.)
3.3.	Vaizdo kamera	Integruota prietaise, ne mažiau kaip 2560 x 1920 vaizdo elementų raiškos	Integruota prietaise, 2592 x 1944 vaizdo elementų raiškos (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 2 psl.)
3.4.	Prietaise įmontuoti mygtukai (arba lygiavėriai konstrukciniai elementai) vaizdo reguliavimui:	1. Fokusavimui; 2. Šviesumo reguliavimui.	1. Fokusavimui; 2. Šviesumo reguliavimui. (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 2 psl.)
3.5.	Elektros maitinimo šaltinis	Vidinis ličio (ličio jonų arba lygiavėrtis) akumuliatorius	Vidinis ličio akumuliatorius (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 6 psl.)
3.6.	Prietaiso veikimo nuo vidinio akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau 1,5 val.	1,5 val. Ir daugiau (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 6 psl.)
3.7.	Sąsajos sujungimui su išoriniais įrenginiais	USB, HDMI, Wi-Fi ir Bluetooth arba lygiavėrtės	Mini USB, micro HDMI, Wi-Fi ir Bluetooth (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 6 psl.)
3.8.	Nuotraukų ir video formatai	JPEG ir H.264 arba lygiavėriai	JPEG ir H.264 (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 6 psl.)
3.9.	Komplekte su prietaisu pateikiama laikmena duomenų išsaugojimui	Ne mažesnės kaip 2 GB talpos atminties kortelė arba lygiavėrtė laikmena	2 GB talpos atminties kortelė (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 6 psl.)
4.	Reikalavimai keičiamiems prietaiso priedams:		
4.1.	Objektyvas bendrai apžiūrai		
4.1.1.	Apžiūros kampas	Ne mažiau kaip 85 laipsniai	88 laipsniai (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 7 psl.)
4.1.2.	Apšvietimas fotografavimui/filmavimui	LED arba lygiavėrtis apšvietimas natūraliai balta šviesa	LED natūraliai balta šviesa (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 7 psl.)
4.2.	Oftalmoskopinis objektyvas akies dugno (angl. „fundus“) apžiūrai		
4.2.1.	Apžiūros kampas	Ne mažiau kaip 40 laipsnių	40 laipsnių (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 5 psl.)
4.2.2.	Apšvietimas fotografavimui/filmavimui	LED arba lygiavėrtis apšvietimas natūraliai balta šviesa	LED natūraliai balta šviesa (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 5 psl.)
4.2.3.	Apšvietimo akies dugno stebėjimui parinktys:	1. Natūraliai balta šviesa; 2. Infraraudonieji spinduliai.	1. Natūraliai balta šviesa; 2. Infraraudonieji spinduliai. (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 5 psl.)
4.2.4.	Fokusavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo -20 D iki +20 D	Nuo -20 D iki +20 D (<i>“Komplektas.pdf”</i> , 5 psl.)
4.3.	Plyšinės lempos objektyvas (objektyvas su specialiu priedu		

	priekinio akies segmento apžiūrai)		
4.3.1.	Plyšio projekcijos kampo reguliavimo diapazonas	Ne siauresnis kaip ± 45 laipsniai	± 45 laipsniai (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.3.2.	Plyšio ilgis	9-11 mm	10 mm (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.3.3.	Plyšio plotis	Plyšio plotis keičiamas diapazone nuo $\leq 0,2$ mm iki ≥ 5 mm; viso ne mažiau kaip keturios skirtingos plyšio pločio parinktys	Plyšio plotis keičiamas diapazone nuo 0,2 mm iki 10mm; viso penkios skirtingos plyšio pločio parinktys (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.3.4.	Pilno apšvietimo lauko (neformuojant plyšio) skersmuo	Ne mažiau kaip 10 mm	11.88mm (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.3.5.	Šviesos filtrai:	1. Mėlynas; 2. Žalias (beraudis).	1. Mėlynas; 2. Žalias (beraudis). (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.3.6.	Konstruktinis (-iai) elementas (-ai) objektyvo padėties paciento atžvilgiu reguliavimui bei fiksavimui	Reguliuojamo ilgio atrama į paciento kaktą (arba lygiavertis konstrukcinis elementas, leidžiantis reguliuoti bei fiksuoti objektyvo padėtį paciento atžvilgiu)	Reguliuojamo ilgio atrama į paciento kaktą (konstrukcinis elementas, leidžiantis reguliuoti bei fiksuoti objektyvo padėtį paciento atžvilgiu) (<i>“Komplektas.pdf”, 4 psl.</i>)
4.4.	Otoskopinis objektyvas		
4.4.1.	Apšvietimas fotografavimui/filmavimui	LED arba lygiavertis apšvietimas natūraliai balta šviesa	LED natūraliai balta šviesa (<i>“Komplektas.pdf”, 3 psl.</i>)
4.4.2.	Fokusavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 7 mm iki 20 mm	Nuo 7 mm iki 20 mm (<i>“Komplektas.pdf”, 3 psl.</i>)
5.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėn.	36 mėn
6.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (<i>prašome nurodyti konkrečią trukmę</i>) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinai nurodyti ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. (<i>“Garantinis raštas.pdf”</i>)

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis ir/ar kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), turi būti nurodytas pasiūlymo puslapis, kuriame yra atžyma.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD Užpildytas.pdf	14 psl.	EBVPD Užpildytas.pdf
2.	EKG ir Monitorių įgaliojimas.pdf	2 psl.	EKG ir Monitorių įgaliojimas.pdf
3.	Garantinis raštas.pdf	1 psl.	Garantinis raštas.pdf

4.	Kardiografas CE.pdf	3 psl.	Kardiografas CE.pdf
5.	Kardiografas.pdf	8 psl.	Kardiografas.pdf
6.	Komplektas CE.pdf	1 psl.	Komplektas CE.pdf
7.	Komplektas įgaliojimas.pdf	1 psl.	Komplektas įgaliojimas.pdf
8.	Komplektas.pdf	7 psl.	Komplektas.pdf
9.	Monitorius.pdf	13 psl.	Monitorius.pdf
10.	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo.pdf	1 psl.	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo.pdf
11.	Monitorių gamintojo patvirtinimas.pdf	1 psl.	Monitorių gamintojo patvirtinimas.pdf
12.	Monitorius CE.pdf	4 psl.	Monitorius CE.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrej Avin
(Vardas ir pavardė)