

Melsvai pažymėtas lentelės sritys pildo tiekėjas.

Pirkimo sąlygų I priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2024 - 01 - 09

Pirkimo pavadinimas: REGĖJIMO LENTELĖ, PLYŠINĖ LEMPA IR AUTOREFRAKTOMETRAS (NR. 7479)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Kavita
Tiekėjo kodas:	166725580
Tiekėjo adresas:	Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	LT667255811
A/s numeris:	LT07704406000017238
Bankas, banko kodas:	AB SEB, B.K 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Jurgita Kontenienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370 685 33969
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	Jurgita.Konteniene@kavita.com
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	Direktorius Audrūnas Petrikaitis
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:	

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išpareigojame perkantajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga išgyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiamą laiku.
- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

2.3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomoms prekėms atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomoms prekėms techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomoms prekėms atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkancijai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkancijos organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kartu su pasiūlymu nepateikus šiame punkte reikalaujamų dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas. Perkancioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2.4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2.5. Reikalavimai instaliavimui (šiam punkte nurodyti dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus):

	Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1.	Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE
1.1.	Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2.	Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2.	Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3.	Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalyš ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4.	Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5.	CE sertifikatas ar atitikties deklaracijos kopija	Būtina
6.	Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktazo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.
7.	Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas)	Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.

2.5.1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.

2.5.2. Lentelės punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu.

2.5.3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.

2.5.4. Perdavimas: dokumentai pagal lentelės punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratori, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriai, kuris dalyvauja instaliavime.

2.6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija):

2.6.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamomis pakuotėmis. (Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus)).

2.6.2. Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. (Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti rašytinį gamintojo patvirtinimą, kad prekė atitinka šiam reikalavimui, ar kitus dokumentus (pvz. naudotojo vadovą ar kitus lygiaverčius), kuriuose nurodyta (grafškai pažymėta tekste), kaip laikomasi šio reikalavimo).

2.6.3. Prekė, virtusi atliekomis, turi tikti paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. (Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus)).

3. Techniniai ir specialieji reikalavimai:

1 PIRKIMO DALIS: Plyšinė lempa

Perkamas kiekis – 1 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas, parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Tipas	Galileo konverguojantis binokulinis mikroskopas	Galileo konverguojantis binokulinis mikroskopas Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
2.	Padidiniai	Sukamas būgnelis, ne mažiau 5 verčių nei: 5x, 8x, 12.5x, 20x, 32x arba 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (ar kitos lygiavertės)	Sukamas būgnelis, 5 verčių: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
3.	Objektyvo lęšis	125 mm +/-5 mm	125 mm Žr. Bukletas.pdf 11 psl.
4.	Stebimo lauko dydžiai	Ne mažiau verčių nei 46±2, 29±1, 18±1, 11±1, 7±0,5mm arba 35±1, 22±1, 14±1, 8±1, 5,5±0,5mm	35.1, 22.5, 14.1, 8.8, 5.6 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
5.	Tarpvyzdinis atstumas	Ne siauresniame diapazone kaip 55 – 75 mm	diapazone 55 – 78 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
6.	Okuliaro dioptrinė kompensacija	≥ ± 5D	± 5D Žr. Bukletas.pdf 10 psl.

7.	Plyšio plotis	1. Tolygiai kintamas arba kintamas žingsniais 2. Apatinė riba ne daugiau 1 mm 3. Viršutinė riba ne mažiau 14 mm	1. Tolygiai kintamas 2. Apatinė 0 mm 3. Viršutinė riba 14 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
8.	Plyšio ilgis	1. Maksimalus ilgis: ne mažiau kaip 14 mm 2. Tolygiai (arba žingsniais) keičiamas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,8 iki 13 mm	1. Maksimalus ilgis: 14 mm 2. Tolygiai keičiamas: nuo 1 iki 14 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
9.	Apertūros diametrai	Ne mažiau verčių kaip 14±1, 9±1, 5±0,5, 0,2±0,1 mm	14, 10, 5, 0,2 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
10.	Galimybė pakreipti plyšį kampu	≥ ± 90° tolygiai arba žingsniais	± 90° žingsniais Žr. Bukletas.pdf 10, 12 psl.
11.	Filtrai	1. Mėlynas, integruotas 2. Be raudis, integruotas 3. Karštį sugeriantis, integruotas 4. Geltonas ar UV spindulius sugeriantis okuliario filtras, integruotas	1. Mėlynas, integruotas 2. Be raudis, integruotas 3. Karštį sugeriantis, integruotas 4. UV spindulius sugeriantis okuliario filtras, integruotas Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
12.	Darbinis atstumas	Nuo prizmės galo iki paciento akies 70 mm +/-20 mm	Nuo prizmės galo iki paciento akies 70 mm Žr. Bukletas.pdf 13 psl.
13.	Instrumento bazės eiga	1. Vertikali: ≥ 30 mm 2. Šoninė: ≥ 100 mm 3. Išilginė: ≥ 90	1. Vertikali: 30 mm 2. Šoninė: 100 mm 3. Išilginė: 90 Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
14.	Atramos smakruvi vertikali eiga	≥ 55 mm	80 mm Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
15.	Apšvietimo lempa	Ne mažiau 6V 16-20W, halogeninė arba LED	6V 16-20W, halogeninė Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
16.	Apšvietimo reguliavimas	Tolygus	Tolygus Žr. Bukletas.pdf 14 psl.
17.	Fiksacijos taikinio mikro lempa	LED tipo ar lygiavertė	LED tipo Žr. Bukletas.pdf 15 psl.
18.	Maitinimas	El. tinklas nominalios. vertės 230 V, 50 Hz	El. tinklas nominalios vertės 230 V, 50 Hz Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
19.	Komplektacijoje	Stalėlis plyšinei lempai pastatyti ir dirbti	Stalėlis plyšinei lempai pastatyti ir dirbti. Žr. Bukletas.pdf 16 psl.
20.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	Suteikiama 36 mėn. garantija Žr. Bukletas.pdf 17 psl.
21.	CE ženklavimas	Būтина, pateikti CE sertifikato kopiją.	Žr. Atitikties deklaracija.pdf
22.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, gamintojo šalis:		Plyšinė lempa SL-D4, gamintojas: Topcon, Japonija

2 PIRKIMO DALIS: Regėjimo lentelė

Perkamas kiekis – 3 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas, parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Paskirtis		
2.	Valdymas	LCD ženklų ekranas regos aštrumui nustatyti Su distanciniu belaidžiu valdymo pultu	
3.	Projektavimo atstumas	Reguliuojamas ne siauresniame atstume kaip 2,9 ÷ 6 m (1	

		cm žingsniu)	
4.	LCD ekranas	Ne mažiau kaip 17“ įstrižainės, pagal SXGA standartą ar lygiavertį, ne blogesnės nei 1280x1024 pikselių rezoliucijos	
5.	Ženklių VA (visual acuity) diapazonas	Ne siauresniame diapazone kaip (0,05 ÷ 2)	
6.	Binokulinio matymo testas	Ne mažiau kaip Raudona-žalia	
7.	Montavimas	Montuojamas ant sienos	
8.	Būtinose testų lentelėse ne mažiau, kaip išvardinta):	<ol style="list-style-type: none"> 1. raidės, 2. paveikslėliukai vaikams, 3. skaičiai, 4. “E-Snellen” testas arba “Landolt” žiedai, 5. ETDRS tipo ženklai 6. astigmatizmo laikrodžio testas, 7. binokulinio balanso testas, 8. kryžminės grotelės; 9. taškinis testas, 10. duochrominis balansas, 11. fiksuotas taškas, 12. forijos testas, 13. forijos su fiksacija testas, 14. raudonas/žalias testas, 15. Schober testas 16. stereo testas, 17. vertikalus koinsidencinis testas, 18. keturtaškis, 19. pavienio ženklo kaukė, 20. horizontalios ir vertikalios linijų kaukė. 	
9.	Kitos funkcijos	Baltų ir juodų ženklų įjungimo funkcija	
10.	Kitos galimybės	Galimybė rodyti įvairias skaidres iš SD atminties kortelės ar USB atmintinės ar LAN tinklo	
11.	Kontrastingumo testas	Ne mažiau verčių kaip 100%, 25%, 12.5% ir 6%	
12.	Naktinio matymo testas	Būtina	
13.	Maitinimo šaltinis	220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas	
14.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	
15.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas, pateikti CE sertifikato kopiją	
16.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, gamintojo šalis:		

3 PIRKIMO DALIS: Dūmų surinkėjas

Perkamas kiekis – 1 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas, parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Aparato paskirtis	Aukšto dažnio elektrochirurginių prietaisų naudojimo metu atsiradusių garų (dūmų) surinkimas ir filtravimas	
2.	Mobili konstrukcija	Su ratukais	
3.	Oro ištraukimo vamzdžio diametras	50±5 mm	
4.	Maksimalus nenutrūkstamas oro srautas	≥ 220 m ³ /val.	
5.	Oro srauto reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 20 iki 200 m ³ /val.	
6.	Rankinis oro srauto valdymas	Būtina	
7.	Maksimalus statinis slėgis	≥14000 Pa	
8.	Sukeliamas triukšmas	≤ 65 dB	
9.	Aktyvuotas anglies filtras	≥ 7 litrų tūrio	
10.	Didelio efektyvumo filtravimo sistema	1. HEPA filtras (arba) lygiavertis; 2. Mažiausių filtruojamų dalelių dydis ≤0,1 μm; 3. Filtravimo efektyvumas ne mažiau kaip 99,95%.	
11.	Valdymas	Kojiniu pedalu.	
12.	Integruotas darbo valandų laikmatis	Būtina	
13.	Integruotas diferencialinis slėgio indikatorius, perspėjantis apie būtinybę keisti filtrą	Būtina	
14.	Įrangai suteikiama garantija	≥ 36 mėn.	
15.	CE ženklavimas	Būtinas. Pateikti CE sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją.	
16.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, gamintojo šalis:		

4. Tiekėjo siūloma kaina:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus Kiekis	Vieneto kaina Eur, be PVM	Kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc	PVM suma, Eur	Kaina EUR, su PVM
1	Plyšinė lempa	vnt	1	6980,00	6980,00	21	1465,80	8445,80
2	Regėjimo lentelė	vnt	3					
3	Dūmų surinkėjas	vnt	1					

5. Bendra pasiūlymo kaina:

Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:	6980,00
PVM suma, EUR:	1465,80
Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:	8445,80

I pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

6. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.	Atitikties deklaracija.pdf	6	Ne
2.	Atstovavimo raštas prekybai.pdf	2	Ne
3.	Atstovavimo raštas servisui.pdf	2	Ne
4.	Bukletas.pdf	17	Ne
5.	Espd-response pdf ir xml	14	Ne
6.	Vadovo įgaliojimas.pdf	1	Ne
7.	Naudojimo instrukcija Konfidencialu.pdf	72	Taip

7. Numatomi subteikėjai ir/ar specialistai (jei numatoma):

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo kodas	Perduodama veikla ir jos dalis pasiūlymo kainoje, Eur su PVM
1.			
2.			
3.			