

Paketu tvirtinimo juostos su arba be indikatoriaus



Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketu tvirtinimui. Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juostos ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Kiekvienos juostos vidinėje pusėje nurodytas partijos numeris ir galiojimo laikas. Indikatoriai atitinkantys LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus.

Standartiniai dydžiai, prekių kodai:

Prekės kodas	Aprašymas	Vnt/dėž.
V19	Indikatorinė juosta su garų indikatoriumi 19mmx50m	48
MT19	Indikatorinė juosta be indikatoriaus 19mmx50m	48

Gamintojas: E.C.S. Srl (Italija)



DECLARATION OF CONFORMITY

Airuno, January 2017


The undersigned E.C.S. SRL having its legal premises in Via l° Maggio n. 18/22 – 23881 Airuno (LC), in the name of Mr. IVANO REDAELLI, as CEO

DECLARES

That the sterilization roll tapes (V12 – V19/50MT – V19/55MT – V25) complies to directive UNI EN ISO 11140-1:2009 (Non biological systems for use in sterilizers – general requirements) for the parts applicable to the process indicators belonging to CLASS 1.

E.C.S. srl also declares that this product is not a medical device and, therefore, the European Directive 93/42/CEE and further modifications are not applicable.

In witness
ECS Srl



E.C.S. Srl - Unipersonale
Via l° Maggio, 18/22
23881 AIRUNO (LC) ITALY
C.F. P.IVA 02207200136
R.E.A. Lecco N. 4810
Reg.Impr. Lecco N.14450

Sterilizavimo sprendimai

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Airuno, 2017 Sausis

Aš, įmonės E.C.S. SRL, registruotos adresu Via l° Maggio 18/22, 23881 Airuno (LC), vadovas IVANO REDAELLI

DEKLARUOJU, kad

Sterilizavimui skirtos juostos (V12 – V19/50m – V19/55m – V25) atitinka UNI EN ISO 11140-1:2009 (ne biologinės kilmės sistemos, skirtos naudoti sterilizatoriuose – bendrieji reikalavimai) naudojami proceso indikatoriai atitinka 1 klasę.

E.C.S. srl taip pat deklaruoja, kad šie produktai yra priskirti medicinos prietaisams, Europos Direktyvai 93/42/EEB ir tolesni pakeitimai netaikomi.

Liudytojas
ECS srl
parašas/spaudas

