

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

PASIŪLYMAS DĖL STACIONARIOS PACIENTŲ KĖLIMO SISTEMOS

2023 m. spalio 13 d., Nr. S05284

(data)

Šiauliai

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368, Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 861441922, daiva@slaugivita.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejiui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkretni informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)			
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	Ne	
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)			
4.	EBVPD*	14	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
6.	Gamintojo dokumentai	65	Ne	
7.	Deklaracijos	2	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai;
- 3) ūkio subjektai, subtiekejai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹).

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM*	Kaina Eur be PVM*	PVM tarifas 21% ir suma Eur**	Kaina Eur su PVM*
1.	Stacionari pacientų kėlimo sistema	kompl.	1	26.754,35	26.754,35	5.618,41	32.372,76

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 76 ct

* Po kablelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** Įrašomas taikomas PVM tarifas. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
			Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 1. katalogo/ bukletas/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurių techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima.
1.	Paskirtis	1. Bėginė kėlimo sistema (Keltuvas) skirta Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui (12 lovų), bendras patalpos plotas ~ 150 m²; 2. Skirta kelti pacientus iš (i) lovų, vežimėlių, pagelbėti atliekant vartymo, higienos procedūras, kineziterapijos pratimus, ankstyvąją mobilizaciją; 3. Visos kėlimo sistemos, laikikliai, pozicionavimo priemonės, diržai būti suderinti tarpusavyje ir tinkami naudoti pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento būklę, Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.	1. Bėginė kėlimo sistema (Keltuvas) skirta Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriui (12 lovų), bendras patalpos plotas ~ 150 m²; 2. Skirta kelti pacientus iš (i) lovų, vežimėlių, pagelbėti atliekant vartymo, higienos procedūras, kineziterapijos pratimus, ankstyvąją mobilizaciją; 3. Visos kėlimo sistemos, laikikliai, pozicionavimo priemonės, diržai yra suderinti tarpusavyje ir tinkami naudoti pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento būklę, Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.	<i>modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis</i> <i>GH3, GH3+; Cross hanger, 400 kg; Horizontal lifting support, Horizontal sling, standard; Repositioning sling, 284653; Turner, 28700; Leg sling, 28650; Multi Support sling, 28467; Basic High, 272061; Basic High, 272071; V. Guldman A/S, Danija</i>

				<i>Gamintojo dokumentai GH3, psl.1; Gamintojo dokumentai GH3+, psl. 1; Gamintojo dokumentai 3, psl.3,7; Gamintojo dokumentai 4, psl.1</i>
2.	Komplektacija	Bėgių sistema su elektriniais keltuvais, treniravimo moduliu (1vnt.), kėlimo diržo laikikliais, valdymo pulteliais, kėlimo diržais.	Bėgių sistema su elektriniais keltuvais, treniravimo moduliu (1vnt.), kėlimo diržo laikikliais, valdymo pulteliais, kėlimo diržais.	<i>Gamintojo dokumentai GH3; Gamintojo dokumentai GH3+; Gamintojo dokumentai 3; Gamintojo dokumentai 4</i>
2.1.	Bėginė lubinė kėlimo sistema (Keltuvas)	1. Bėginės kėlimo sistemos, skirtos pacientų perkėlimams į/iš lovos, vežimėlio, nuo grindų, tualetu ir kitose situacijose; 2. Keltuvas susideda iš 1 (ar daugiau) bėgių, sumontuotų prie lubų arba sienų ir tarp jų pakabinto skersai slankiojančio bėgio, kuriuo juda kėlimo variklis; 3. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 250 kg; 4. Galimybė bėgius montuoti jau sumontuotose pakabinamose lubose; 5. Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius; 6. Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 7. Baterijos: 7.1. ne mažiau 1 x 24 V; 7.2. pilnai įkraunamos ne ilgiau kaip per 2 val.; 7.3. baterija pagaminta iš NiMH arba lygiavertės medžiagos; 8. Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ± 5 kg svorį į 1 m $\pm 0,10$ m aukštį; 9. Bėgiai pagaminti iš aliuminio, turi kontaktus, kurių pagalba keltuvo variklių baterijos automatiškai įkraunamos; 10. Keltuvas valdomas pultelio pagalba: 10.1. pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ 10.2. pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 11. Kėlimo greitis:	1. Bėginės kėlimo sistemos, skirtos pacientų perkėlimams į/iš lovos, vežimėlio, nuo grindų, tualetu ir kitose situacijose; 2. Keltuvas susideda iš 1 (ar daugiau) bėgių, sumontuotų prie lubų arba sienų ir tarp jų pakabinto skersai slankiojančio bėgio, kuriuo juda kėlimo variklis; 3. Maksimali apkrova 250 kg; 4. Galima bėgius montuoti jau sumontuotose pakabinamose lubose; 5. Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius; 6. Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 7. Baterijos: 7.1.1 x 24 V; 7.2. pilnai įkraunamos per 2 val.; 7.3. baterija pagaminta iš NiMH; 8. Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti 55 kėlimus, keliant paciento vidutinį 85 kg svorį į 1 m aukštį; 9. Bėgiai pagaminti iš aliuminio, turi kontaktus, kurių pagalba keltuvo variklių baterijos automatiškai įkraunamos; 10. Keltuvas valdomas pultelio pagalba: 10.1. pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ 10.2. pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 11. Kėlimo greitis: 11.1. maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo (3 punktas) 4 cm/s; 11.2. minimali apkrova (5 kg) 10 cm/s;	<i>GH3; V. Guldmann A/S, Danija</i> <i>Gamintojo dokumentai GH3:</i> 1. Psl.1 2. Psl.4 3. Psl. 3 4. Psl.2 5. Psl.4 6. Psl.3,8 7. 7.1. Psl.8 7.2. Psl.8 7.3. Psl.8 8. Psl.9 9. Psl.4 10. Psl. 3 10.1. psl.11 10.2. psl. 3,12 11. 11.1. psl. 9 11.2. psl.9 12. Psl.8 13. psl. 8 14. psl. 8 15. psl. 10,14 16. Psl. 13. 16.1. psl.13 16.2. psl.13 16.3. psl.13 17. Psl. 8

		11.1. maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo (3 punktas) ne lėčiau kaip 5 cm/s$\pm$ 1 cm ; 11.2. minimali apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s $\pm$0,5 cm; 12. Kėlimo variklio svoris 9,5 kg $\pm$0,1 kg; 13. Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m.$\pm$0,5 m; 14. Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas; 15. Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 16. Elektrinės dalies apsaugos klasės: 16.1. keltuvo varikliui: ne blogiau nei IP 20; 16.2. keltuvo valdymo pulteliui: ne blogiau nei IP 44; 16.3. keltuvo pakrovimo transformatoriui: ne blogiau nei IP 20; 17. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB.	12. Kėlimo variklio svoris 9,6 kg; 13. Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 2,5 m; 14. Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Yra mechaninis variklio diržo nuleidimo būdas; 15. Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 16. Elektrinės dalies apsaugos klasės: 16.1. keltuvo varikliui: IP 20; 16.2. keltuvo valdymo pulteliui: IP 44; 16.3. keltuvo pakrovimo transformatoriui: IP 20; 17. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB.	
2.2.	Skersinė - bėginė lubinė kėlimo sistema (Keltuvai) su Treniravimo moduliu	1. Bėginės kėlimo sistemos, skirtos pacientų perkėlimams į/iš lovos, vežimėlio, nuo grindų, tualetų ir kitose situacijose; 2. Keltuvai papildyti Treniravimo moduliu, kurio pagalba atliekami mobilizavimo, vaikščiavimo, reabilitacijos pratimai, dinamiškas svorio mažinimas; 3. Treniravimo modulis turi būti integruotas į keltuvą: 3.1. turi būti dinaminė svorio mažinimo funkcija, su galimybe nuimti paciento kūno svorį iki 100 kg. $\pm$ 5 kg; 3.2. valdomas per keltuvo pultelį; 3.3. veikimo laikas ne mažiau 30 min.; 4. Skersinė - bėginė sistema (keltuvai) susideda iš 2 (ar daugiau) bėgių, sumontuotų prie lubų arba sienų ir tarp jų pakabinto skersai slankiojančio bėgio, kuriuo juda kėlimo variklis; 5. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 250 kg;	1. Bėginės kėlimo sistemos, skirtos pacientų perkėlimams į/iš lovos, vežimėlio, nuo grindų, tualetų ir kitose situacijose; 2. Keltuvai papildyti Treniravimo moduliu, kurio pagalba atliekami mobilizavimo, vaikščiavimo, reabilitacijos pratimai, dinamiškas svorio mažinimas; 3. Treniravimo modulis yra integruotas į keltuvą: 3.1. yra dinaminė svorio mažinimo funkcija, su galimybe nuimti paciento kūno svorį iki 100 kg; 3.2. valdomas per keltuvo pultelį; 3.3. veikimo laikas 30 min.; 4. Skersinė - bėginė sistema (keltuvai) susideda iš 2 (ar daugiau) bėgių, sumontuotų prie lubų arba sienų ir tarp jų pakabinto skersai slankiojančio bėgio, kuriuo juda kėlimo variklis; 5. Maksimali apkrova 250 kg; 6. Galima bėgius montuoti jau sumontuotose pakabinamose lubose;	<i>GH3+; V. Guldmann A/S, Danija</i> <i>Gamintojo dokumentai GH3+:</i> 1. Psl. 1 2. Psl. 4 3. Psl. 4 3.1.psl. 4 3.2.psl. 4 3.3. psl.4 4. Psl. 6 5. Psl.3 6. psl. 2 7. psl. 6 8. psl.3,10 9. 9.1. Psl. 10 9.2. psl.10 9.3. psl. 10 10. Psl. 11 11. psl. 6

	6. Galimybė bėgius montuoti jau sumontuotose pakabinamose lubose; 7. Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius; 8. Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 9. Baterijos: 9.1. ne mažiau 1 x 24 V ; 9.2. pilnai įkraunamos ne ilgiau kaip per 2 val.; 9.3. baterija pagaminta iš NiMH arba lygiavertės medžiagos; 10. Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ± 5 kg svorį į 1 m $\pm 0,10$ m aukštį; 11. Bėgiai pagaminti iš aliuminio, turi kontaktus, kurių pagalba keltuvo variklių baterijos automatiškai įkraunamos; 12. Keltuvas valdomas pultelio pagalba: 12.1. pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ 12.2. pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 12.3. pultelis prie keltuvo su treniravimo modulių: su LSD ekranu, kad būtų galima matyti paciento svorį, reguliuoti paciento kūno svorio mažinimą, valdyti treniravimo modulį.; 13. Kėlimo greitis: 13.1. maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo (5 punktas) ne lėčiau kaip 5 cm/s ± 1 cm ; 13.2. minimali apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s $\pm 0,5$ cm; 14. Kėlimo variklio svoris 9,5 kg ± 2 kg; 15. Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m. $\pm 0,5$ m; 16. Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas; 17. Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 18. Elektrinės dalies apsaugos klasės: 19. keltuvo varikliui: ne blogiau nei IP 20;	7. Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius; 8. Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 9. Baterijos: 9.1. 1 x 24 V ; 9.2. pilnai įkraunamos per 2 val.; 9.3. baterija pagaminta iš NiMH; 10. Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti 55 kėlimus, keliant paciento vidutinį 85 kg svorį į 1 m aukštį; 11. Bėgiai pagaminti iš aliuminio, turi kontaktus, kurių pagalba keltuvo variklių baterijos automatiškai įkraunamos; 12. Keltuvas valdomas pultelio pagalba: 12.1. pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ 12.2. pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 12.3. pultelis prie keltuvo su treniravimo modulių: su LSD ekranu, kad būtų galima matyti paciento svorį, reguliuoti paciento kūno svorio mažinimą, valdyti treniravimo modulį.; 13. Kėlimo greitis: 13.1. maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo (5 punktas) 5,5 cm/s; 13.2. minimali apkrova (5 kg) 10 cm/s; 14. Kėlimo variklio svoris 9,6 kg; 15. Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 2,5 m; 16. Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Yra mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas; 17. Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 18. Elektrinės dalies apsaugos klasės: 19. keltuvo varikliui: IP 20; 20. keltuvo valdymo pulteliui: IP 44; 21. keltuvo pakrovimo transformatoriui: IP 20; 22. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB.	12. Psl. 3,13 12.1. psl. 13 12.2. psl. 3,14 12.3. psl. 4 13. 13.1. psl. 11 13.2. psl. 11 14. Psl. 10 15. Psl. 10 16. Psl. 10,16 17. Psl. 12 18. Psl. 15 19. psl. 15 20. psl. 15 21. psl. 15 22. psl. 10
--	--	--	--

		20. keltuvo valdymo pulteliui: ne blogiau nei IP 44; 21. keltuvo pakrovimo transformatoriui: ne blogiau nei IP 20; 22. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB.		
3.	Kėlimo diržų laikikliai:			
3.1.	Kėlimo diržų laikiklis, skersinis	1. Skersinis laikiklis skirtas kelti didelio svorio pacientus ar kelti pacientą gulintčioje padėtyje; 2. Laikiklis turi atlaikyti ne mažiau 380 kg; 3. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis; 4. X formos; 5. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką; 6. Laikiklio svoris ne daugiau 5 kg; 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas plastiką, milteliniu būdu arba lygiavertis; 8. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis, pagaminti iš nerūdijančio metalo arba lygiavertis; 9. Išmatavimai 30x50 (±2) cm.	1. Skersinis laikiklis skirtas kelti didelio svorio pacientus ar kelti pacientą gulintčioje padėtyje; 2. Laikiklis atlaiko 400 kg; 3. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis; 4. X formos; 5. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką; 6. Laikiklio svoris 4,6 kg; 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, milteliniu būdu; 8. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis, pagaminti iš nerūdijančio plieno; 9. Išmatavimai 30,9x52 cm.	<i>Cross hanger, 561610, 400 kg;</i> <i>V. Guldmann A/S, Danija</i> Gamintojo dokumentai 3 1. Psl. 3,4 2. Ps. 1 3. Psl. 2 4. Psl. 2 5. Psl. 5 6. Psl. 2 7. Psl. 2 8. Psl. 2,3,4 9. Psl. 2
3.2.	Horizontalaus kėlimo diržų laikiklis su diržu	1. Skirtas sunkios būklės ir nestabiliems pacientams kelti gulimoje padėtyje; 2. Kėlimo diržų laikiklis: 2.1. horizontalus; 2.2. rėmo svoris 10 kg ±1 kg; 2.3. kilpų kabliukai: 8 vnt. 2.4. svorio centrui reguliuoti: ne mažiau kaip 5 pozicijos; 2.5. išmatavimai: 140 x 70 cm ±3 cm; 2.6. maksimali apkrova ne mažiau 370 kg; 3. Kėlimo diržų laikiklis pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertis; 4. Kėlimo diržas: 4.1. dydis XL; 4.2. su 8 kilpomis; 4.3. pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 4.4. skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje.	1. Skirtas sunkios būklės ir nestabiliems pacientams kelti gulimoje padėtyje; 2. Kėlimo diržų laikiklis: 2.1. horizontalus; 2.2. rėmo svoris 10,9 kg; 2.3. kilpų kabliukai: 8 vnt. 2.4. svorio centrui reguliuoti: 5 pozicijos; 2.5. išmatavimai: 139,5 x 71 cm; 2.6. maksimali apkrova ne mažiau 370 kg; 3. Kėlimo diržų laikiklis pagamintas iš dažyto plieno; 4. Kėlimo diržas: 4.1. dydis XL; 4.2. su 8 kilpomis; 4.3. pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 4.4. skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje.	<i>Horizontal lifting support, Horizontal sling, standard; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl. 7,8 2. Psl. 7,8 2.1. psl. 7,8 2.2. Psl. 9 2.3. Psl. 9 2.4. Psl. 6 2.5. Psl. 9 3. Psl. 9 4. Psl. 10 4.1. psl. 10 4.2. psl. 10 4.3 psl. 10 4.4. pal. 11
4.	Kėlimo diržai:			
4.1.	Pozicionavimo, vartymo, kėlimo paklodė diržas	1. Skirtas kasdieniam trumpam pacientų pakėlimui, pvz.: pakeisti paklodes arba pakeisti paciento poziciją lovoje;	1. Skirtas kasdieniam trumpam pacientų pakėlimui, pvz.: pakeisti paklodes arba pakeisti paciento poziciją lovoje;	<i>Repositioning sling, 284653; V. Guldmann A/S, Danija</i>

		2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 480 kg± 20 kg.	2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 500 kg.	1. Psl. 4 2. Psl.1 3. Psl.2 4. Psl.4
4.2.	Vartymui skirtas diržas	1. Skirtas atlikti pacientų vartymą su keltuvo pagalba; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.	1. Skirtas atlikti pacientų vartymą su keltuvo pagalba; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 255 kg	<i>Turner, 28700; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl.5 2. Psl.1 3. Psl.2 4. Psl.2
4.3.	Kėlimo diržas galūnėms (kojoms, rankoms)	1. Skirtas atlikti pacientų kūno dalių (kojų, rankų) pakėlimą; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.	1. Skirtas atlikti pacientų kūno dalių (kojų, rankų) pakėlimą; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 255 kg.	<i>Leg sling, 28650; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl. 4 2. Psl. 1 3. Psl. 2 4. Psl.2
4.4.	Kėlimo diržas (dubeniui, pečių juostai, kojoms)	1. Skirtas atlikti pacientų kūno dalių pakėlimą (dubenį, pečių juostą, kojas) pav. sauskėlių pakeitimui, pragulų įvertinimui, antipragulinių priemonių taikymui ir kt.; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.	1. Skirtas atlikti pacientų kūno dalių pakėlimą (dubenį, pečių juostą, kojas) pav. sauskėlių pakeitimui, pragulų įvertinimui, antipragulinių priemonių taikymui ir kt.; 2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 3. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 4. Maksimali apkrova: 255 kg.	<i>Multi Support sling, 28467; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl. 5 2. Psl.1 3. Psl.2 4. Psl.2
4.5.	Kėlimo diržas L dydžio	1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų; 2. Palaiko paciento nugarą bei galvą; 3. Galimybė pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose; 4. Turi turėti diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį; 5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą; 6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis; 7. Dydis – L;	1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų; 2. Palaiko paciento nugarą bei galvą; 3. Galima pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose; 4. Turi diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį; 5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą; 6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis; 7. Dydis – L;	<i>Basic High, 272061; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl.6 2. Psl.6 3. Psl.6 4. Psl.3 5. Psl.3 6. Psl.3 7. Psl.2 8. Psl.1 9. Psl.2 10. Psl.2

		8. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 9. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 10. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.	8. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 9. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 10. Maksimali apkrova: 255 kg.	
4.6.	Kėlimo diržas XL dydžio	1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų; 2. Palaiko paciento nugarą bei galvą; 3. Galimybė pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose; 4. Turi turėti diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį; 5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą; 6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis; 7. Dydis – XL; 8. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 9. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 10. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.	1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų; 2. Palaiko paciento nugarą bei galvą; 3. Galima pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose; 4. Turi diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį; 5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą; 6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis; 7. Dydis – XL; 8. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; 9. Skalbiamas 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje; 10. Maksimali apkrova: 255 kg.	<i>Basic High, 272071; V. Guldmann A/S, Danija</i> 1. Psl.6 2. Psl.6 3. Psl.6 4. Psl.3 5. Psl.3 6. Psl.3 7. Psl.2 8. Psl.1 9. Psl.2 10. Psl.2
5.	Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	12 mėn.	

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)