

6. Varian medical systems brachiterapijos aparatus: GammaMed serija (Plus IX/Plus 3/24IX).

7. Spindulinės terapijos Low Energy sistemą – Unique.

8. Rentgeno terapijos sistemos modelį – D3100.

9. Elektronų greitintuvų TrueBeam serijos modelius: TrueBeam, TrueBeam STx; TrueBeam Edge.

B kategorijos darbuotojui, inžinieriui suteikiame teisę prižiūrėti ir remontuoti išvardytus šaltinius:

1. Gulmay Medical terapines rentgeno spindulių D3000-osios serijos sistemas: Xstrahl 100 (D3100); Xstrahl 200 (D3225); Xstrahl 300 (D3300).

2. Spindulinės terapijos Hygh Energy Clinac grupės sistemas: Clinac 2100C, Clinac 2100 C/D, 21 EX, Clinac 2300 C/D, DHX, DMX, Trilogy Tx ir Clinac iX/Trilogy.

3. Spindulinės terapijos Low Energy sistemą – Unique.

B kategorijos darbuotojui, inžinieriui suteikiame teisę prižiūrėti ir remontuoti išvardytus šaltinius:

1. Angiografus: Advantx serijos (AdvantxE, Advantx1).

2. Spindulinės terapijos Hygh Energy Clinac grupės sistemas: Clinac 2100C, Clinac 2100 C/D, Clinac 2300 C/D, Clinac 6EX, Clinac 600N, Clinac DHX, DMX, Trilogy Tx ir Clinac iX/Trilogy.

B kategorijos darbuotojui, inžinieriui suteikiame teisę prižiūrėti ir remontuoti išvardytus šaltinius:

1. Angiografus: INNOVA serijos (2000, 2100, 3100, 4100).

2. Kompiuterinius tomografus: LightSpeed VCT ir Pro serijos.

3. Optima serijos kompiuterinius tomografus: Optima CT660, Optima CT600Pro, Optima CT580W, Optima CT58, Optima CT520, Optima CT540.

4. GE Medical Systems, Revolution serijos kompiuterinius tomografus: EVO, Discovery CT.

B kategorijos darbuotojui, inžinieriui suteikiame teisę prižiūrėti ir remontuoti išvardytus šaltinius:

1. LUNAR serijos kaulų tankio matuoklius.

2. 9800 serijos kilnojamosios medicinos rentgeno diagnostikos aparatus.

3. Alpha, Performa, Alpha ID II, DIAMOND ir SENOGAPHE ESSENTIAL mamografijos sistemas.

4. Firmos GE Hualun Medical Systems, Co. Ltd Definium serijos (5000, 6000, 8000, XR6000) skaitmeninius medicinos rentgeno diagnostikos aparatus.

5. GE firmos 9900 serijos kilnojamosios C-lanko medicinos rentgeno diagnostikos aparatus.

6. Skaitmeninius medicinos rentgeno diagnostikos aparatus Discovery XR656 ir kilnojamosios medicinos rentgeno diagnostikos aparatus Optima XR220amx.

Licencijos Nr. 0213 verstis
veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais priedas

7. Skaitmeninius „Senographie“ serijos mamografus: „Crystal“; „Pristina“ ir „Pristina 3D“.

B kategorijos darbuotojui, inžinieriui ir remontuoti išvardytus šaltinius: uteikiame teisę prižiūrėti

1. Performa ir DIAMOND serijos mamografijos sistemas.

2. GE firmos 9900 serijos kilnojamuosius C-lanko medicinos rentgeno diagnostikos aparatus.

3. Kilnojamuosius C-lanko medicinos rentgeno diagnostikos aparatus: Brivo OEC 865; Brivo OEC 715; Brivo OEC 785.

Veikla verčiamasi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pagal parengtas ir pateiktas metodikas suteikiame teisę atlikti išvardytų kompiuterinių tomografų kokybės kontrolės bandymus:	
LightSpeed™ RT	LightSpeed™ Pro ¹⁶ (100 kW)
LightSpeed™ VCT	LightSpeed™ Pro ¹⁶ 5.X Gantry
LightSpeed™ VCT XT	Discovery™ CT750 HD
LightSpeed™ Pro ³²	Optima™ CT660
LightSpeed™ VCT Select	Discovery CT590 RT, Optima CT520, Optima CT540, Optima CT580 (Optima CT580 RT ir Optima CT580 W)
Veikla verčiamasi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.	
Pagal parengtas ir pateiktas metodikas B kategorijos darbuotojams, inžinieriams: uteikiame teisę atlikti išvardytų modelių angiografijos rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymus:	
INNOVA serijos modeliams: 2000; 2100; 3100; 4100.	
Pagal parengtas ir pateiktas metodikas B kategorijos darbuotojui, inžinieriui suteikiame teisę atlikti išvardytų modelių kompiuterinių komp. priėmimo ir kokybės kontrolės bandymus:	
Revolution CT, Revolution Discovery CT (Revolution HD), Revolution EVO.	
Pagal parengtas ir pateiktas metodikas B kategorijos darbuotojui, suteikiame teisę atlikti išvardytų modelių angiografų kokybės kontrolės bandymus: Innova IGS modelių: 520; 530; 540; 620; 630.	
Veikla verčiamasi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.	

Direktorius

(licencijos priedą išdavusio asmens pareigų pavadinimas)

2011-11-11 /
(data)

GAUTA

2010-06-21



**VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ISAKYMAS
DĖL LEIDIMO ATLIKTI MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMĄ**

2010 m. birželio 16 d. Nr. T1- 520
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 101:2003 „Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.103-4621), Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1 – 194 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, norinčių atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 163-5967):

1. L e i d ž i u UAB „Tradintek“ (įmonės kodas 124942182, adresas J. Jasinskio g. 9, Vilnius) atlikti rentgeno diagnostikos ir terapijos aparatų techninės būklės tikrinimą.
2. P a v e d u Kanceliarijai šį įsakymą paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Direktorius



5

Juozas Galdikas

GAUTA

2010-06-21



**VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO ATLIKTI MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMĄ**

2010 m. birželio 16 d. Nr. T1-519
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 101:2003 „Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.103-4621), Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1 – 194 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, norinčių atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 163-5967):

1. L e i d ž i u UAB „Tradintek“ (įmonės kodas 124942182, adresas J. Jasinskio g. 9, Vilnius) atlikti kompiuterinės tomografijos rentgeno aparatų techninės būklės tikrinimą.

2. P a v e d u Kanceliarijai šį įsakymą paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Direktorius

Juozas Galdikas