

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Reikalavimai priemonei	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kaina Eur su PVM	Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta prekės techninė specifikacija
1.	Absorbentas narkozės aparatui	Kg.	100	Pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių.Sudėtyje nėra kvarco ir kalio hidroksido, bario hidroksido.Yra spalvos indikatorius.Supakuotas po 1kg.,vakuuminiuose paketuose arba 5 l. kanistruose.				
2.	Adatos periferinių nervų blokadai (PNB)			Sterili. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, išskyrus smaigalį, kuris yra nupjautas 30 laipsnių kampu, turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui ir laidą, skirtą periferinių nervų stimulatoriaus Stimuplex HNS 12 prijungimui.				
2.1.	Adata nervinių rezginių anestezijai su laidu stimulatoriui prijungti, be UG žymeklių.							
2.1.1.	22Gx25mm N25	Pak.	2					
2.1.2.	22Gx50mm N25	Pak.	2					
2.1.3.	21Gx100mm N25	Pak.	8					
2.1.4.	20Gx150mm N25	Pak.	2					
2.2.	Adata nervinių rezginių anestezijai su UG žymekliais, be laido stimulatoriui prijungti.			Sterili. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, išskyrus smaigalį, kuris yra nupjautas 30 laipsnių kampu, turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui, ir UG žymeklius : X formos, išdėstyti aplink ašį 20mm distalinėje adatos dalyje 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas).				
2.2.1.	22Gx35mm N25	Pak.	2					
2.2.2.	22Gx50mm N25	Pak.	2					
2.2.3.	22Gx80mm N25	Pak.	8					
2.2.4.	20Gx100mm N25	Pak.	4					
2.2.5.	20Gx150mm N25	Pak.	2					
2.3.	Adata nervinių rezginių anestezijai su laidu stimulatoriui prijungti ir UG žymekliais.			Sterili. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, išskyrus smaigalį, kuris yra nupjautas 30 laipsnių kampu, turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui, laidą, skirtą periferinių nervų stimulatoriaus Stimuplex HNS 12 prijungimui, ir UG žymeklius : X formos, išdėstyti aplink ašį 20mm distalinėje adatos dalyje 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas).				
2.3.1.	22Gx80mm N25	Pak.	1					
2.3.2.	20Gx100mm N25	Pak.	1					
2.3.3.	20Gx150mm N25	Pak.	1					
Viso 2 pirkimo dalies kaina:					4641,84			
3.	Aligninas							
3.1.	Aligninas 5 kg	Pak.	300	Supokuota po 5 kg. Baltumas - ne mažiau 80 %, vandens įgeriamumas ne mažiau 12 ± 2g/g., tankis - 35 ± 5g / m² (vieno sluoksnio), pH – 7 ± 02. Išmatavimai 40 cm x 60 cm. Pateikti gamintojo dokumentus.	9,18	9,639	2891,7	TZMO S.A/Matocell/Sert. Apr./3.1
3.2.	Užtiesalas sanitarinis	Rul.	320	Pagaminta iš popieriaus, baltas rulonas, perforuotas kas 63-68 cm. Išmatavimai 60 cm x 180 - 200 m.	4,52	5,4692	1750,14	AB Grigeo*Sert.apr./3.2
Viso 3 pirkimo dalies kaina:					4641,84			
4.	Anesteziloginės kaukės vienkartinės	Vnt.	1000	Bekvapės kaukės be PVC. Neturi pripučiamos pagalvėlės. Patogiam kaukės uždėjimui ir laikymui – nykščio vietoje grublėtas paviršius. Spalvinis kodavimas - pagal dydžius nuspalvinta su paciento veidu kontaktuojantis kaukės paviršius. Vienkartinės. Dydžiai 5, 6. Supakuota po 1 vnt.				
5.	Apsaugos priemonės (vienkartinės)							
5.1.	Apvalkalai čiūžiniams vienkartiniai N 10	Pak.	1000	Vienkartiniai, pagaminti iš polietileno; dydis ne mažiau kaip 210 x 90 x 20 (±1) cm, mėlyni. Nurodyti kainą už pakuotę.	3,98	4,179	4179	Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija /sert. Apr./5.1
5.2.	Apvalkalai pagalvėms	Vnt.	4000	Vienkartiniai polietileniniai pagalvių užvalkalai. Pagaminti iš reljefinio paviršiaus polietileno, ne plonesnio nei 0,018 mm. Dydis 65 x 70 cm (±5 cm)	0,08	0,084	336	Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija /sert. Apr./5.2
5.3.	Vienkartinės patalynės komplektas	Kompl.	500	Pagamintas iš neaustinės medžiagos. Supakuotas vienoje pakuotėje. Spalvos: balta, žalia. Paklodė: 140 x 240 (±5) cm; Antklodės užvalkalas 140 x 190 (±5) cm su papildomu užlenkimu ne mažiau 15 cm, kad antklodė nekristų iš užvalkalo; Pagalvės užvalkalas 75 x 60 (±5) cm su papildomu uženkimu 15 cm, kad pagalvė nekristų iš užvalkalo.	1	1,05	525	Zarys/sert. Apr./5.3

5.4.	Batų apmautai (bachilai) neaustiniai N 100	Pak.	400	Vienkartiniai, neplastikiniai, iš neaustinės medžiagos 16 x 40cm, galimas ilgio nuokrypis (±5 cm).	2	2,1	840	Zarys/ sert.apr.5,4
5.5.	Prijuostės vienkartinės N 100	Pak.	250	80 - 82 x 1,60 – 1,65 m ilgio polietileno.	4,26	4,473	1118,25	Wuhan Top Med Trading/ sert.apr.5,5
5.6.	Chalatai vienkartiniai	Vnt.	3000	Nesterilūs, pagaminti iš neaustinės medžiagos (ne mažiau 23 gsm), tampriai pringlundantys elastiniai mezgti rankogaliai. XL - XXL dydžio. Ilgis ne mažiau kaip 135 cm. Spalva: žalia, geltona.	0,32	0,336	1008	Zarys/ sert.apr.5,6
5.7.	Chirurginiai chalatai padidintos apsaugos XL	Vnt.	500	Sterilus. Pagamintas iš tvirtos neaustinės medžiagos (ne mažiau 35 gsm), nepralaidžios skysčiams, bet pralaidžios orui. Turi sutvirtinantį sluoksnį priekio ir rankovių srityje (ne mažiau kaip 50 x 100 cm). Rankogaliai gerai priglunda prie riešo (ne trumpesni nei 8 cm). Chalato ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Chalato nugarinėje dalyje atlapai plačiai susikeičia. Turi diržo sterilumo kontrolės laikiklį. Chalatas įvyniotas į krepinį popierių. Komplekte du sugeriantys rankšluostukai. Turi trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės sistema.	1,46	1,533	766,5	Zarys/Standart plus/ sert.apr.5,7
5.8.	Chirurginiai chalatai standartinės apsaugos XL, (ilgis ne mažiau kaip 140 cm)	Vnt.	4000	Sterilus. Pagamintas iš tvirtos neaustinės medžiagos (ne mažiau 35 gsm), nepralaidžios skysčiams, bet pralaidžios orui. Rankogaliai gerai priglunda prie riešo (ne trumpesni nei 8 cm). Chalato nugarinėje dalyje atlapai plačiai susikeičia. Turi diržo sterilumo kontrolės laikiklį. Chalatas įvyniotas į krepinį popierių. Komplekte du sugeriantys rankšluostukai. Turi trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės sistema.	1,14	1,197	4788	Zarys/Standart/ sert.apr.5,8
5.9.	Chirurginiai chalatai standartinės apsaugos XXL, (ilgis ne mažiau kaip 160 cm)	Vnt.	500		1,18	1,239	619,5	
5.10.	Rankovės vienkartinės	Vnt.	1000	Sterilios. Rankas iki alkūnių dengiančios vienkartinės rankovės, su tampriu rankogaliu, atsparios skysčiams ir mechaniniam poveikiui.	0,45	0,4725	472,5	TZMO S.A / sert.apr.5,10
5.11.	Kaukės Veido N50 su gumytėmis	Dež.	1000	Standartinė, vienkartinė, tvirtinta gumytėmis, gerai prisiglaudžia prie nosies, trijų neaustinių medžiaginių sluoksnių, gerai praleidžia orą. Tinka naudoti procedūrų metu, nealergizuoja ir netoksiška.	0,68	0,714	714	Xiantao Yinhong Protective Products / sert.apr.5,11
5.12.	Veido kaukė N50 su raišteliais	Dež.	300	Vienkartinė, gerai prisiglaudžia prie nosies su raišteliais. Trijų sluoksnių, efektyviai filtruoja bakterijas, gerai praleidžia orą. Tinka naudoti operacijos metu, nealergizuoja, netoksiška.	0,77	0,8085	242,55	Xiantao Yinhong Protective Products / sert.apr.5,11
5.13.	Chirurginė veido kaukė respiratorius	Vnt.	300	Su vožtuvu. FFP3. Atitinka PPE kategorijos (89/686/EEC) III tipą, EN 149:2001+A1:2009. Gumelės be latekso. Dviejų plokštumų konstrukcija. Individualiai supakuota su grafine tinkamo dėvėjimo instrukcija.	4,7	4,935	1480,5	3 M/ sert.apr.5,13
5.14.	Apsauginiai akiniai	Vnt.	500	Nerasojantys, pagaminti iš skaidraus plastiko, lengvi (iki 30g svorio). Reguliuojamas pasvirimo kampas ir auselės ilgis.	1,18	1,4278	713,9	Heinz Herenz/ sert.apr.5,14
5.15.	Vienkartinės kepuraitės „Beretės“ tipo N100	Pak.	1000	Vienkartinės, neaustinės medžiagos, mėlynos ar žalios spalvos su gumyte, „beretės“ tipo. Diametras 55 cm (±1 cm).	1,5	1,575	1575	Zarys/ sert.apr.5,15
5.16.	Vienkartinės kepuraitės „Beretės“ tipo N100 didelės	Pak.	1000	Vienkartinės, neaustinės medžiagos, mėlynos ar žalios spalvos su gumyte, „beretės“ tipo. Diametras 60 cm (±1 cm).	1,4	1,47	1470	/ sert.apr.5,16
5.17.	Vienkartinės kepuraitės, Gofruotos N100	Vnt.	200	Vienkartinės, neaustinės medžiagos, gofruota. Spalva: mėlyna, žalia, balta.	1,16	1,218	243,6	
5.18.	Vienkartinės kepuraitės su juosta nuo prakaito	Vnt.	500	Vienkartinės, neaustinės medžiagos viršugalvis plonesnės medžiagos. Gale gumelė tvirtinimui. Su juosta nuo prakaito priekinėje kepurės dalyje.	0,13	0,1365	68,25	Molnlycke HC/ sert.apr./5,18
Viso 5 pirkimo dalies kaina:							21160,55	
6.	Apvalkalas kamerai	Vnt.	3000	18 ± 2 cm x 250 cm±10 cm. Apvalkas sterilus, skaidrus, plastikinis. Originaliai teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti. Vienne gale yra elastinga 0,7 cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą. Darbo metu apsaugo įrangą nuo rasoimo. Yra papildomai 2 vnt. lipnios juostelės fiksavimui.	0,67	0,7035	2110,50	Zarys/6-AT-SP-5 / sert.apr.5,6
7.	Atsiurbėjai iš nosiaryklės	Vnt.	500	Vienkartiniai, su piršto kontrole. Dydis -14,12				
8.	Atsiurbėjai naujagimiams							

8.1.	Atsiurbėjas iš intubacinio vamzdelio, iš nosiaryklės	Vnt.	3000	Dydžiai: Fr 6; 7; 8; 10; Ilgis 29 cm. Su piršto kontrole				
8.2.	Burnos ir nosies atsiurbėjas trumpas, plastikinis	Vnt.	100	Dydžiai: mažas, didelis. Plastikinis tvirtas pagrindas. Minkštas, lankstus, užapvalintas antgalis. Viso atsiurbėjo ilgis 11; 13 cm. Antgalio ilgis 8; 10 cm. Su piršto kontrolės anga. Galima atsiurbti viena ranka. Galimas pertraukiamas siurbimas.				
8.3.	Mekonijaus atsiurbėjas	Vnt.	200	Plastikinis, peršviečiamas, su piršto kontrole				
Viso 8 pirkimo dalies kaina:								
9.	Audinių ekstrakciniai maišeliai.			Savaime atsidarantis, su nitinolinės vielos kilpa. Galimas pakartotinis atvėrimas ir uždarymas operacijos metu (turi kilputes abiejuose galuose).Maišelis turi įvedimo kaniulę pritaikytą 10mm trokarui. Maišelis tvirtas, neplyštantis, permatomas, nepralaidus skysčiams.Sterilus, supakuotas po 1 vnt.				
9.1.	125x200mm arba 750 ml. - 800 ml.	Vnt.	200					
9.2.	75x150mm. arba 200 ml. - 250 ml.	Vnt.	200					
Viso 9 pirkimo dalies kaina:								
10.	Basonai	Vnt.	40	Basonas gulintiui suaugusiam ligoniui,ovalus su rankena, pagamintas iš balto neskaidraus plastiko, daugkartinio naudojimo.Basono dangtis plastikinis, tinkamas turimam basonui.				
11.	Bakri balionas(rinkinys) pogimdyminiam kraujavimui stabdyti	Vnt.	2	Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: balioninis kateteris be latekso 24Fr; 54cm ilgio; 100% silikonas; 60ml vienkartinis švirkštas,baliono pripildymui.				
12.	Chirurginiai šepetėliai							
12.1.	Sausas chirurginis šepetėlis su priemone nagams	Vnt.	2000	Vienkartinis;Patogi pakuotė;Su kempine;Su priemone nagams išvalyti;Sterilizuo-tas etileno oksidu;Sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.				
12.2.	Impregnuotas chirurginis šepetėlis su priemone nagams	Vnt.	300	Vienkartinis;Patogi pakuotė;Su kempine, kuri impregnuota 15ml 12% jodo povidono, polietilenglikolio (P.E.G.) ir vandens tirpalu. Su priemone nagams išvalyti;Sterilizuotas etileno oksidu;Sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.				
12.3.	Impregnuotas chirurginis šepetėlis	Vnt.	200	Vienkartinis;Patogi pakuotė;Su kempine, kuri impregnuota 15ml 20% chlorheksidino, izopropilo alkoholio ir vandens tirpalu.Su priemone nagams išvalyti;Sterilizuotas etileno oksidu;Sudėtyje nėra latekso, DEHP, gyvūnų ar augalinės kilmės produktų, be pyrogeno.				
Viso 12 pirkimo dalies kaina:								
13.	Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka)Suaugusiems	Vnt.	100	Vienkartinė.Rezervinis maišas su rankenėle.Komplekte 3m deguonies vamzdelis ir skaidri permatoma kaukė.Be PVC N 5. Rezervinio maišo tūris 1500 ml.Paciento jungtis sukasi 360 ° kampu, Papildomas rezervinis maišas .Supakuota į kliniškai švarią plastmasinę,permatomą pakuotę su rankenėlėmis.Paruoštas naudojimui.				
14.	Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams	Vnt.	50	Vienkartinė.Rezervinis maišas su rankenėle.Komplekte 3m deguonies vamzdelis ir skaidri permatoma kaukė.Be PVC N 1. Rezervinio maišo tūris 280ml.Paciento jungtis sukasi 360 ° kampu,su slėgio mažinimo vožtuvu (atsidaro esant 40cmH20). Papildomas rezervinis maišas .Supakuota į kliniškai švarią plastmasinę,permatomą pakuotę su rankenėlėmis.Paruoštas naudojimui.				
15.	Drenai							
15.1.	Pilvo drenai, Nr.18, Nr.24	Vnt.	400	Sterilūs, lankstūs skaidraus silikono drenai. Rentgenokontrastiniai. Dreno ilgis 500 -600 mm. Atviras atraumatinis antgalis su 6 šoninėmis skylutėmis;Supakuoti dvigubame steriliame įpakavime (pateikti gamintojo patvirtinimą)				
15.2.	Drenai aktyviam žaizdų drenaui, CH18 /500/ 150	Vnt.	10	Sterilūs, vienkartiniai.pagaminti iš medicininio PVC. Vakuuminis slėgis ne mažiau 80 mm/Hg (pateikti gamintojo patvirtinimą). Talpa 500 ml. Universalus konektorius distaliniame gale tinka 6-18 CH dydžio drenams. Su spaustuku.				
Viso 15 pirkimo dalies kaina:								
16.	Atsiurbimo sujungimo vamzdis	Vnt.	3000	Sterilus, silikoninis, vienkartinio naudojimo, vamzdis Ch30 su standartinėmis jungtimis (yra 2 piltuvėlio formos konektoriai) ilgis 3 metrai, CE.	0,96	1,008	3024,00	Zarys/sert.apr./16-17

17.	Operacinio lauko atsiurbėjas, CH.30/ 2-3,0m	Vnt.	2000	Sterilus, pagamintas iš PVC. POOL tipo, lenktas. Rankenėlės ilgis 257 mm. Vidinis diametras 6 mm, išorinis – 8 mm. 2,0-3,0m ilgio.	1,24			Zarys/ser.apr./16-18
18.	Elektrodai naujagimių monitoringui(3-jų laidų)	kompl.	800	Komplektas, spalvoti laidai,vienartiniai . Pakuotėje 3 vnt. (laideliai 3 skirtingų spalvų); laido ilgis 60 cm; jungties išorinis Ø 4 mm, vidinis Ø 1,5 mm; diametras= Ø 25 mm; stiprus lipnumas, galima naudoti iki 3 dienų;pilnai padengtas hydrogelium, galima naudoti jautriai odai, galimybė perpozicionuoti;mikroporų pagrindas leidžia kvėpuoti odai, prisitaiko prie kūno linijų; aukštos kokybės Ag/AgCl sensorius.		1,302	2604,00	
19.	Elastinis bintas	Vnt.	30	Dydys -10 cm x6 m.Neautstinio pluošto odos spalvos bintas su išilgai jaustais elastiniais siūlais.Supakuotas po 1vnt.				
20.	Elektrodai EKG naujagimiams	Vnt.	1000	Vienartiniai , MAC-500 elektrokardiografui.(6vnt.vienam) Suklijuoti 3 vnt; Pilnai padengti hydrogelium; Tinkamas jautriai odai; Diametras= 35 x 22mm; Plonas pagrindas 1.2 mm;				
21.	Elektrodai EKG suaugusiems	Vnt.	3000	Suaugusiems 54mm skersmens.				
22.	Gimdymo nuskausminimui priemonės							
22.1.	Epidūriniai rinkiniai G 18	Vnt.	4000	Į komplektą įeina: TUOHY adata; poliamido kateteris rentgenokontrastinis, graduotas su apvalintu, atraumatinium galu ir šoninėmis skylutėmis; kateterio nukreipėjas ir sujungiklis “klik” tipo, be latekso komponentų; epidūrinis filtras; LOR švirkštas 10 ml su paraboline gradacija, antibakterinis filtras, filtro fiksatorius.				
22.2.	Adatos lumbalinei punkcijai naujagimiams G22-25	Vnt.	10	Quincke tipo; ilgis 30cm išorinis diametras 0,53 mm				
22.3.	Spinalinės adatos su introduseriu G27	Vnt.	500	Quincke tipo, ilgis 50cm išorinis diametras 0,7 mm				
22.4.	Spinalinės adatos be introduserio	Vnt.	1000					
22.5.	Spinalinės adatos be introduserio G 25	Vnt.	100					
22.6.	Infuzinių sistemų filtras epidūrinei anestezijai	Vnt.	50	0,22 mikrono. Filtro plotis 4,106cm.Tėkmės greitis 12mm/min. Pirminis tūris 0,3ml. Spaudimo pasipriešinimas 3,2bar (320kPa).Su Luer-Lock jungtimis.				
22.7.	Spinalinės adatos G 27(tipo Pencil-Point)	Vnt.	1000					
22.8.	Introduseriai spinalinėms 26- 27 dydžio adatoms	Vnt.	1000					
22.9.	Spinalinės adatos 1/3 pjaunančiu smaigaliu 26G 80-90mm	Vnt.	60	Sterilios vienkartinės.Skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. Prizmės formos likvoro indikatorius,gerai matomas visose adatos jungties plokštumose.Turi CE sertifikatą.				
22.10.	Epidūriniai kateteriai soft tipo	Vnt.	300					
Viso 22 pirkimo dalies kaina:								
23.	Gimdymo gleivinės mėginio paėmėjas	Vnt.	100	Vienartinis, sterilus (sterilizuota etileno oksidu); Lanksti išorinė mova su atminties efektu. Išorinės movos ilgis 240-246mm, išorinis diametras 3,0-3,3mm. Centimetrinis žymėjimas nuo 3 cm, kas 1cm iki 11-12cm.				
24.	Hemostatinė kempinė (Analinė)	Vnt.	400	Ne mažiau kaip 80 mm ilgio ir 30mm diametro, apvali, sterili, absorbuojanti, vandenyje netirpstanti, želatininė. Neutralus pH. Kraujo absorbcija apie 50kartų nuo savo svorio. Galima naudoti sausą, arba sudrėkintą fiziologiniu skysčiu ar antibiotikais. Lengvai karpoma.	5,96	6,258	2503,2	Eucare Pharmaceuticals Private Limited/MSES 1005 MEDISPONG E®
25.	Įdėklai į ausis EROSCAN aparatui			Naujagimiams otoakustinei emisijai atlikti				
25.1.	Plastikiniai zondo vamzdeliai	Vnt.	3000	Vienartiniai				
25.2.	Antgaliai	Vnt.	3000	Įvairių dydžių, naujagimiams				

Viso 25 pirkimo dalies kaina:									
26.	Identifikavimo apyrankėlės (naujagimiams) N100	Dėž.	200	Rožinės, žydros. Po 100 vnt. Dėžutėje.Minkštais kraštais netraumuojantys naujagimio odos. Su kortelę užrašams. Patvari danga, pasižymi dideliu atsparumu drėgmei ir atsparumu muilo, rankinių dezinfekantų ir kitų skysčių, naudojamų ligoninėse, veikloje.		3,47	3,6435	728,7	Jiangsu Yada/26
27.	Infuzinės sistemos								
27.1.	Infuzinės sistemos	Vnt.	15000	Vienkartinė infuzijos sistema. Be latekso, be DEHP, pagaminta iš PVC (būtinai ženklinimas ant blister pakuotės). Filtras hidrofobinis –nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 15 mk dalelių filtras. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“.spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis.	0,146	0,1533	2299,5	Zarys/IS-BF/27.1	
27.2.	Transfuzinės sistemos	Vnt.	150	Su filtru, kraujo perpylimui.	0,148	0,1554	23,31	Zibo Eastmed Health Care Products/27.2	
Viso 27 pirkimo dalies kaina:								2322,81	
28.	Intraveniniai kateteriai								
28.1.	Intraveninis kamštukas – beadatinės prieigos vožtuvas	Vnt.	200	Su injekcine „Spilt- septum“ ar lygiavercio tipo lygia neįleista membrana orientuota pačiame paviršiuje, lengvai dezinfekuojama; Male Luer-lock jungtis;					
28.2.	Intraveninis kateteris G18	Vnt.	7000	Sterilūs, nepirogeniški, netoksiški (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Pagaminti iš poliuretano su Luer-Lock jungtimi (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis kateterio galas, papildoma injekcinė anga sparnelių geometriniam centre. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. Kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Būtina papildoma anga injekcijoms.					
28.3.	Intraveninis kateteris G 20	Vnt.	1000						
28.4.	Intraveninis kateteris G 22	Vnt.	8000						
28.5.	Intraveninis kateteris G 24	Vnt.	1200						
28.6.	Saugus intraveninis kateteris G16	Vnt.	50	Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su injekciniu vožtuvu, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokontrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas, papildoma anga sparnelių geometriniam centre. Saugumo mechanizmas (metalinė kabutė) automatiškai apgaubia adatkoti, kai adata yra ištraukiama iš kateterio.					
28.7.	Saugus intraveninis kateteris G18-22 su integruotu vožtuvu	Vnt.	100	Be latekso, pagamintas iš poliuretano (PUR) su Luer-Lock jungtimi, kateteris į sparnelius įpresuotas; konusinis kateterio galiukas, su ne mažiau kaip 4 –iomis rentgenokontrastinėmis juostelėmis, spalvinis kodavimas. Saugumo mechanizmas automatiškai apgaubia adatkoti, kai adata yra ištraukiama iš kateterio. Specialus vožtuvas užtikrina atbulinės kraujo srovės nepatekima i išorę.					
28.8.	Intraveninio kateterio kamštukas	Vnt.	10000	Sterilus					
28.9.	Centrinės venos kateteris	Vnt.	30	Dvikanalis CVK rinkinys 16G, vienkartinis, sterilus. Turi būti: V-tipo (su atbulinės kraujo srovės vožtuvu) punkcinė adata , ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, 2-jų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukas. Abiejų kanalų spindis 16G.					
Viso 28 pirkimo dalies kaina:									
29.	Juostelė Steri-strip žaizdų uždarymo 3x75 mm (po 5 vnt.) arba analogas	Pak.	300	Sterilios,pagaminta iš akytos, neaustinės medžiagos, padengta hipoalergiškais klėjais, kūno spalvos, skirta gydyti plėštinės žaizdas ir chirurginius pjūvius.	0,176	0,1848	55,44	Iberhospitex/Steri Strip/29	
30.	Klijuotės medicininės								Kaigert/30

30.1.	Medicininės klijuotė (paklojamoji) 45m x 85cm	Rul.	10	Pagrindas-tekstilė. Pagaminta iš medžiagos atsparios karščiui ir cheminėms dezinfekuojančioms medžiagoms.	80	84,00	840,00	
30.2.	Kompresinė klijuotė 1,4 x 100m	Rul.	3	Plastikine,permatoma.	176	184,80	554,40	
Viso 30 pirkimo dalies kaina:							1394,40	
31.	Klizmos Vienkartinės	Vnt.	1000	Vienartiniai rinkiniai klizmoms suaugusiems,liubrikatorius,koncentruotas tirpalas, pirštinės, graduotas maišas 1750 ml , kateteris 110 cm, servetėlės.				
32.	Kojų tvirtinimo diržai prie operacinio stalo	Vnt.	4					
33.	Konteineriai aštrių daiktų, medicininėms atliekoms			Plastikinis, vienkartinis, skirtas pavojingoms atliekoms kaupti. Konteineryje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso. Anti-defliuksiniai sparnai, kad užkirstų kelią atliekų nutekėjimui. Įpjovos insulino adatų ir kt atkabinimui. Didžiausio pripildymo lygio indikatorius. Nėra jokių kenksmingų dujų emisijos deginimo proceso metu. Specialus žymėjimas.Nėra jokių kenksmingų dujų emisijos deginimo proceso metu. Specialus žymėjimas				Keter (ABM ITALIA)
33.1.	3ltr	Vnt.	800		0,94	1,1374	909,92	Dispo 3 L/33.1
33.2.	2ltr	Vnt.	600		0,64	0,7744	464,64	Dispo 2 L/33.2.-2
33.3.	Konteineris skalpelių galvučių	Vnt.	10		1,58	1,9118	19,12	0,4 L POCKET/33,3
33.4.	Apvalios formos konteineris	Vnt.	200	Atsparus dūriams,vienkartinis plastikinis konteineris.Apvalios formos, viršutinės konteinerio dalies skersmuo - 14 cm (+2 cm), konteinerio dugno skersmuo ne daugiau nei 14 cm, 2 litrų. Sandarus uždarymas. Integruojamas (įstatomas) į procedūrinį staliuką.	0,64	0,7744	154,88	Dispo 2 L/33.2.-2
Viso 33 pirkimo dalies kaina:							1548,56	
34.	Kvėpavimo sistemoms priemonės ir jų priedai naujagimiams							
34.1.	Endotrahejiniai vamzdeliai be balionėlio naujagimiams (2,5-4,0)	Vnt.	150	Aukštos kokybės ; Pagaminti iš PVC; su rentgenokontrastine linija; Burna/ nosis intubacija;vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; dydžiai 2,0,-3,5mm sužymėti kas 0,5 cm dydžiai ; 2,5 3,0 3,5, 4,0.				
34.2.	Endotrahejiniai vamzdeliai su manžete(5,0-7,0)	Vnt.	20	Aukštos kokybės ; pagaminta iš PVC ;su rentgenokontrastine linija ; burnos/ nosies intubacija;Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; Manžetė žemo slėgio ; Dydžiai: 5,0,5,5,6,0,6,5,7,0.				
34.3.	Stiletas endotrahėjiniam vamzdeliui,naujagimiams	Vnt.	50	Autoklavuojamas 134C.S dydis-diametras 2,1mm,34 cm ilgio ,tinka 2,5-3,5mm.diametro vamzdeliams.M dydis-diametras 2,9mm,38 cm ilgio, tinka 4-6,5mm diametro vamzdeliams.				
34.4.	Nosies kaniulės CPAP sistemai	Vnt.	20	Dydžiai XS; S; M;. Silikoninės Tinkančios prie turimos CPAP sistemos				
34.5.	Vandens rezervuarai CPAP sistemai be automatinės vandens paėmimo sistemos	Vnt.	20	Vienartiniai, naujagimiams ,2 angos M kontūram prijungti-22mm, jungtims vandeniui įpilti., būtina sąlyga- pateikti pavyzdžius.				
34.6.	Žarnelė prie CPAP sistemos	m	10	Silikoninė 1mm spindžio anga				
34.7.	Konektoriukas prie CPAP sistemos žarnelės	Vnt.	10	Konuso formos prie žarnelės 9 mm spindžio iš vienos pusės ir 4 mm spindžio iš kitos pusės plastmasinis				
34.8.	Degonies vamzdeliai	Vnt.	200	4-5 metrų ilgio				
34.9.	PVC Ambu rinkinys su dėžute (naujagimiams)	Vnt.	20	Ambu maišas .Rezervinis maišas 600 ml.Su dėžute-permatoma, plastikine, kaukės 2 dydis.				
34.10.	Rezervuaras	Vnt.	5	600ml -1800 ml vienkartinis tinkantis Ambu sistemai.				

34.11.	Vožtuvas	Vnt.	5	Vienkartinis, tinkantis Ambu sistemai.				
					Viso 34 pirkimo dalies kaina:			
35.	Kvėpavimo sistemų priemonės suaugusiems							
35.1.	Orofaringiniai vamzdeliai	Vnt.	100	Vienkartiniai. Turi CE ženklimą. Sudėtyje nėra latekso. Kliniškai švarūs. Skaidrūs. Su praplatinta anga. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 80mm ilgis; 90mm ilgis; 100mm ilgis.				
35.2.	Apsauginis dangtelis	Vnt.	100	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklimą. Sudėtyje nėra latekso. Skirtas apsaugoti kvėpavimo sistemą. Konusinė jungtis 22F. Įpakuota po 1 vnt.				
35.3.	Deguoies vamzdelis	Vnt.	300	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Sudėtyje nėra latekso. Ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Vamzdelio galai su kūginės formos elastiniais konektoriais abiejuose galuose. Ilgis 4 metrai.				
35.4.	Liubrikanto paketėliai	Vnt.	300	Paketėlyje yra 5g. Vandenyje tirpus gelinio liubrikanto, skirto oro takams naudojamų priemonių suteipimui. Pakuotėje yra 150 vnt. Po 5 g (pvz.: endotrachėjiniams vamzdeliams).				
35.5.	Pravedėjai intubaciniams vamzdeliams - stiletai	Vnt.	50	Sterilūs. Vienkartiniai. Turi CE ženklimą. Pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo, užlietu plastik. Lenkimas formuojamas ranka. Tinka standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams. Supakuoti po 1 vnt. Dydis: 14 FR 340mm ilgis, 4,7 mm diametras; 10 FR 340 mm ilgis, 3,3 diametras, 6FR 275 mm ilgis, 2,0 diametras.				
35.6.	CO2 Monitoringo linijos	Vnt.	200	Vienartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklimą. Skirtos CO2 monitoringui. Abiem užsukamomis vyriškos formos luer jungtimis. Ilgis 1,8 m. Įpakuota po 1 vnt.				
35.7.	Kompaktinė kvėpavimo sistema	Vnt.	800	Vienartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklimą. Sudėtyje nėra latekso. Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju, alkūninė jungtis su Luer Lock anga fiksuota dangteliu (atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie Luer angos korpuso), papildoma 1.5m. atšaka, 2,0 l. kvėpavimo maišas, apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtis 22M/22M. Y jungtis be papildomų angų. Su apsauginiu sistemos dangteliu paciento pusėje. Sistemos ilgis 3m (ištempus) ir iki 0.7m suspaudus. Supakuota po 1 komplektą.				
35.8.	Vienartinė laringinė kaukė	Vnt.	100	Sterili. Vienartinė. Silikoninė. Distalinės dalies forma yra klasikinė Braino. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vamzdelis, skirtas distaliniai daliai išpūsti yra integruotas į laringinės kaukės vamzdelio sienelę. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 3 ir 4.				
35.9.	Ambu maišai suaugusiems	Vnt.	100	Vienartinė kvėpavimo sistema (ambu) suaugusiems- be latekso, kliniškai švari. Maišo tūris 1500ml . Su suaugusiųjų kauke nr. 5 ir deguoies vamzdeliu 2m. Rezervinis maišas 1500ml.				
35.10.	Kvėpavimo filtrai	Vnt.	1500	Suaugusiems, su šilumos ir drėgmės regulatoriumi. Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Sudėtyje nėra latekso. Turi CE ženklimą. Luer Loc tipo jungtis CO2 monitoravimui. Monitoringo anga su nenuimamu fiksuotu dangteliu. Turi antibakterinių savybių. Tūris – 60ml, pasipriešinimas ne daugiau 0.8cm. H2O esant 30L/min srautui, drėgmės grąžinimas ne mažiau 30,6mg H2O/l, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200 ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24val. Supakuoti po 1vnt.				
35.11.	Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete	Vnt.	700	Sterilūs. Vienkartiniai. CE ženklinimas. Sudėtyje nėra latekso. Skirte oralinei ir nazalinei intubacijai. Neprilydytas konektorius. Vamzdelis turi 2 linijas intubavimo gyliui kontroliuoti. Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas vamzdelio dydis. Pagaminti iš permatomos medžiagos, elastingi. Vamzdelio mova apvali pailga, žemo slėgio ir mažo diametro. Dydžiai: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 Supakuoti po 1 vnt. Kiekvienoje dėžutėje instrukcija lietuvių klb.				
35.12.	I-GEL vienkartinis viršgerklinis vamzdelis N3-4	Vnt.	400	Sterilus. Vienkartinis. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero. Be išpučiamos manžetės. Minkštas, permatomas. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio. Turi dirbtinį antgerklį ir apsauginę briauną. Integruotas sukandimo blokatorius. Dydžiai: 3,4. Supakuota po 1 vnt.				
35.13.	Kaukė deguoies su integruotu nosies fiksatoriumi ir ne mažiau 2.10m deguoies vamzdeliu	Vnt.	2500	Skaidri, be PVC, pagaminta iš dviejų medžiagų: korpusas iš standaus plastiko, o su paciento veidu kontaktuojantis paviršius iš itin minkštos medžiagos. Deguoies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose.				
					Viso 34 pirkimo dalies kaina:			

36.	Lubrikantas instrumentams	Vnt.	20	Medicinių instrumentų priežiūros priemonė, naudojama instrumentų suteipimui bei apsaugai. Tinkama naudoti sočiųjų vandens garų sterilizacijos procesuose. Puškiama, ne mažiau kaip 400ml. Fiziologiškai saugi. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42/ EEB). Nedirginančio kvapo.				
37.	Šaldymo /šildymo maišeliai	Vnt.	100	Paketo viduje turi būti minkštas gelis,kuris sulaiko šaltį po atvėsinimo šaldytuve arba šaldymo kameroje ir šilumą po šildymo microbangų krosnelėje.16x26cmSudėtis: vanduo propilenglikolis, trietanolis, impregnavimo tirpalas,tirštiklis				
38.	Manžetės AKS matuoti naujagimiamspritaikytos monitoriui CAS med 740	Vnt.	10	2,3,4,5 dydžių,atraumatiniais kraštais,pritaikytos monitoriui CAS med 740				
39.	Manžetės AKS matuoti naujagimiams Intell Vue MP	Vnt.	10	2,3,4,5 dydžių,atraumatiniais kraštais,pritaikytos monitoriui Intell Vue MP				
40.	Medin CPAP sistemos priedai							
40.1.	Medin CPAP sisitemai nosies kaukės (naujagimiams)	Vnt.	30	Būtina 2 dydžiai,Sudėtis : 100% silikonas;Svoris 1.5-2 g;Storis 0.3-0.4 mmPlotis;18-21 mm;Anatominė forma – būtina;Binasalinė diafragma: būtina.Sterili.				
40.2.	Deguonies tiekimo nosinė kaniulė	Vnt.	20	Maža, vidutinio didžio, plati nosinė kaniulė. Tėkmės srautas :0-4-7 l/min. Atstumas tarp antgalių 7mm±5%;8mm±5%;11mm±5%. Tiekimo vamzdelių šakotuvus 2 atšakų gale. Jungiančio vamzdelio mova (kaučiukinė arba lygiavertė). Movos jungtis (termoplastinis elastomeras arba lygiavertis).				
40.3.	Medin CPAP sisitemai nosies kaniulės naujagimiams)	Vnt.	50	Būtina :5dydžiai;Sudėtis : 100% silikonas;Svoris 0,8- 1,2 g;Storis 0.4-0.5 mm.Plotis;18-21 mm;Anatominė forma : būtina;Atstumas tarp šnervių : 3-5 mm.Sterili.				
40.4.	Medin CPAP kontūrai	Vnt.	80	Vienartinio naudojimo: Būtina;Sterilūs: Būtina;Įkvėpimo vamzdį sudaro dvi dalys: Būtina;Drėkintuvas/ aparatas vamzdžio ilgis 54 cm .; Drėkintuvas/ aparatas vamzdžio ilgis 147 cm.; Drėkintuvas/ aparatas vamzdžio ilgis 10 cm.;Slėgio matavimo vamzdžio abu galai jungiami F 15 Luer jungtimi ;Slėgio matavimo vamzdžio ilgis 160 cm.;Drėgmės rinktuvas. Termometras : 3 vnt. 22 F tipo jungtys; Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas.				
40.5.	Medin CPAP generatorius	Vnt.	20	Skirtas naujagimiams : Būtina sudėtis : Elastanas;Svoris :8 g;Srauto ir slėgio jungtys . Veikimo principas : Benveniste tipo;CPAP ribos : 0 iki >10 cm H2O. Triukšmo lygis , esant 5 cm H2O :Ne daugiau 62db.Srautas, esant 5 cm H2O : 7,0 l/min.. Slėgis esant 5 cmH2O 9,0 cmH2O. Rezervuaro tūris 4 ml..Vaistų inhaliavimo anga : 6mm				
40.6.	Kepurė CPAP generatoriaus tvirtinimui	Vnt.	40	Komplektuojama su Medin CPAP generatoriumi –būtina.				
					Viso 40 pirkimo dalies kaina:			
41.	Mini spike kamštukas su bionektoriumi	Vnt.	4000	Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis oro filtras, integruotas vožtuvas su dezinfekuojama plokščia membrana, be latekso (būtinai ženklintas ant pakuotės), be PVC (būtinai ženklintas ant pakuotės), be DEHP (būtinai ženklintas ant pakuotės), adatkočio ilgis 20 +/- 2 mm, diametras 4 mm, bendras kamštelio ilgis 60 +/- 2 mm. Galima naudoti apvertus. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės. Tinkamas pediatriniais maišams..	0,476	0,4998	1999,2	Zarys/CPHN/41
42.	Naujagimių intensyvios slaugos priemonės							
42.1.	Plėvelė hipotermiška naujagimiui	Vnt.	10	Vienartinė; pagaminta iš PE; Dydis 600x600mm ;biologiškai švari ; plėvelė supakuota po 1 vnt.				
42.2.	Maišelis hipotermiškam naujagimiui	Vnt.	10	Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; vienartinis,sterilus;				
42.3.	Temperatūros daviklio lipdukas	Vnt.	50	Hidrokoloidinių pagrindu. Hipoalerginis, klijuojamas, lengvai nuimamas. Repozicinis – išlieka lipnus daugiau nei vieną kartą. Atsparus drėgmei ir karščiui				
42.4.	Fototerapiniai akiniai	Vnt.	700	Dydžiai: mikro, mažo, didelio. Medžiaginiai su paralonu ir Velcro® užsegimais. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami hidrokoloidiniais laikikliais. Ilgai ir tvirtai laikosi. Lengvai nuimami. Repoziciniai – išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. Akinių speciali forma idealiai priglunda prie veido.				

42.5.	Maitinimo zondai naujagimiams	Vnt.	1000	Pagamintas iš PVC. Dydžiai: 4F; 5F; 6F; 7F. Ilgis 40 cm. Dydžiai: 8F; 9F; 10F; 12F. Ilgis 50 cm. Centimetrinė graduotė nuo 5 iki 25 cm. Su rentgeno-kontrastine linija. Su dviem šoninėm angom. Uždaromas tipas. Luerinis antgalis su kamšteliu.				
42.6.	Vienkartiniai skrandžio zondai	Vnt.	50	Sterilūs ,rentgenokontrastiniai,graduoti CH 18-21. Ilgis 300-1000mm. Atraumatinių galu ir dviem šoninėm angom.				
Viso 42 pirkimo dalies kaina:								
43.	Onkocitologinės priemonės							
43.1.	Šepetėliai sterilūs, onkocitologiniam tyrimui N100	Pak.	20	Vienkartiniai,susideda iš dviejų dalių: šepetėlio ir kotelio(lengvai atskiriami). Šepetėlis šluotelės tipo.Plaušeliai išdėstyti 5-6 juostom.Šluotelės plaušeliai atraumatiniai,smailėjantys,centrinis plaušelis ilgiausias ir didesnio diametro nei kiti,galas užapvalinto tipo.Šepetėlio pagrindo ilgis 20-21 mm, plotis 5-6 mm. Centrinio plaušelio ilgis 25-27 mm.Kraštinių plaušelių ilgis 13-15mm.Kotelio ilgis 165- 170mm.Šepetėlis nesukelia kraujavimo.				
43.2.	Šepetėliai sterilūs, onkocitologiniam tyrimui N100	Pak.	20	Vienkartinis,sterilus, skirtas ginekologinėms procedūroms atlikti, onokocitologiniam tepinėliui paimti.Būtina galimybė vietu metu paimti ektocervikelines ir endocervikelines ląsteles.Šepetėlis turi tiktį ląstelių suspensijos citologiniams tyrimams.Šepetėlio ilgis 170mm ± 5mm, šepetėlio galvos centrinės dalies ilgis ne mažiau 20mm, aplinkui centrinę dalį esančių lanksčių šerelių ilgis ne mažiau 15mm.				
43.3.	Citologijos tepinėlio fiksažas	Vnt.	50	Purškiamas BIO- FIX.				
Viso 43 pirkimo dalies kaina:								
44.	Paciento neutralus elektrodas	Vnt.	1000	Vienkartinis, padalintas į 2 dalis.Suaugusiems, plotas nuo 200 cm iki 300cm				
45.	Pagaliukai su vata N100	Dėž.	60	Sterilūs ,mediniai,10-15 cm ilgio, supakuoti po 1vnt.	1,08	1,134	68,04	Sushou Shuangfei/45
46.	Pakavimo popierius			Vienkartinė pakavimo medžiaga skirta medicininių prietaisų pakavimui prieš sterilizaciją, sukarpyta lakštais. Popierius atsparus išoriniams veiksniams, atsparus tempimui, plyšimui. Skirtas frakcionuoto vakuumo sterilizatoriams, leidžia prasiskverbti garui. Po sterilizacijos garais nepraranda savo pirminių fizinių savybių, nepakeičia struktūros, pakuotė nepraranda apsauginio barjero. Lyginamasis svoris 60 g/m ² . Atlaiko 8 kg (±0,1 kg) sterilizuojamos pakuotės svorį (pateikti tai grindžiantį dokumentą). Atsparumas tempimams (išilginis) ne mažesnis 2,06 kN/m (± 0,05 kN/m) skersinis ne mažesnis 1,33 kN/m (± 0,05 kN/m). Pailgėjimas ne mažiau 11 %. Plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa. (Pateikti technines specifikacijas) Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų): pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Popierius privalo atitikti LST EN ISO 11607-1, EN 868-2 standartų reikalavimus, ženklintas CE ženklu (MDD 93/42 EEB) (pateikti atitikties deklaraciją ir trečiosios šalies bandymų sertifikatą).				
46.1.	Krepinis popierius ypač sunkiems paketams pakuoti 120 x120cm N125	Pak.	40					
46.2.	Krepinis popierius90 cmx 90cm N250	Pak.	40					
46.3.	Krepinis popierius100cmx100cm N250	Pak.	100					
46.4.	Krepinis popierius 75x 75cm N250	Pak.	100					
46.5.	Krepinis popierius 60x 60cm N500	Pak.	60					

46.6.	Popierius komplektais sunkiems paketams 120 x 120 cm. N100	Pak.	100	Vienkartinė pakavimo medžiaga skirta medicininių prietaisų pakavimui prieš sterilizaciją, sukarpyta lakštais. Skirtas frakcionuoto vakuumo sterilizatoriams, leidžia prasiskverbti garui. .Ypatingai tvirtas, skirtas sunkių paketų pakavimui. Minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Neslidus. Komplektuojama po 2 lapus, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus: - skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai; būtina vienoje pakuotėje. Sudėtis: vidinis lapas – neaustinis pluoštas iš celiuliozės, pastiprintos sintetikos skaidulomis (svoris 67g/m² ±1g/m² , spalva žalia), išorinis lapas – sintetinis pluoštas (SMS) (svoris 50g/m² ± 1g/m², spalva mėlyna).(Pateikti tai įrodančius dokumentus). - vidinis lapas: atsparumas tempimams: išilginis 2,0 kN/m (± 0,05 kN/m), skersinis 1,5 kN/m (± 0,05 kN/m), plyšimo stiprumas ne mažiau 250 kPa. (Pateikti tai įrodančius dokumentus). - išorinis lapas: atsparumas tempimams: išilginis 2,0 kN/m (± 0,05 kN/m), skersinis 1 kN/m (± 0,05 kN/m), plyšimo stiprumas ne mažiau 300 kPa.(Pateikti tai įrodančius dokumentus). Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų): pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Vidinis lapas atlaiko 10 kg (±0,2 kg) sterilizuojamos pakuotės svorį; išorinis lapas - atlaiko > 15 kg (±0,2 kg) sterilizuojamos pakuotės svorį (pateikti tai grindžiantį dokumentą). Popierius privalo atitikti LST EN ISO 11607-1, EN 868-2 standartų reikalavimus, ženklintas CE ženklu (MDD 93/42 EEB) (pateikti atitikties deklaraciją ir trečiosios šalies bandymų sertifikatą). Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitinkamus reikalavimams.					
Viso 46 pirkimo dalies kaina:									
47.	Paklotai								
47.1.	Sugeriantys paklotai 60x90 cm	Vnt.	5000	Minimalus skysčio sugeriamumas - 300 ml.		0,011	0,01155	57,75	aizhou Xinkang Medical Materials Co/47.1
47.2.	Staliuko paklotai	Vnt.	3000	Sterilūs. Dydis ne mažiau kaip 75x 90cm.		0,328	0,3444	1033,2	Zarys/AT-NF-S 9 E/47.2
Viso 47 pirkimo dalies kaina:								1090,95	
48.	Pirštinės sterilios								
48.1.	Vienkartinės sterilios chirurginės pirštinės be pudros. Dydžiai 6,0-9,0	pora	60000	Sterilios; Pagamintos iš natūralaus gumos latekso; Vidinis pirštinių paviršius yra padengtas poliueretanu ir silikonizuotas; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra, chloruotas ir silikonizuotas. Anatomicinės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 290 mm. Storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,220 mm, delno ne daugiau 0,200 mm, rankogalio ne daugiau 0,200 mm; Rankogaliai be kantelio su lipnia juostele. Mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Plyšimo jėga ne daugiau 19N. Alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HPLC (EN 455 3). AQL ne daugiau 0,65 (pateikti patvirtinančius dokumentus); Atitinka ISO, CE ir EN 455 1-4 d. keliamus reikalavimus. CE klasifikacija yra II a klasė. Gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės.Patiekti gamintojo					
48.2.	Vienkartinės sterilios chirurginės pirštinės be pudros. Dydžiai 6,0-9,0	pora	2000	Sterilios.Pagamintos iš natūralaus gumos latekso.Vidinis pirštinių paviršius yra padengtas polimeru. Išorinis pirštinių paviršius švelnus, su mikro tekstūra. Anatomicinės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 285 mm. Storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,21 mm, delno ne daugiau 0,200 mm, rankogalio ne daugiau 0,17 mm. Rankogaliai susuktu kraštu. Mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Turi būti numatyta pakuotės atidarymo vieta. Plyšimo jėga ne daugiau 12,5. Alerginių baltymų kiekis ne daugiau 50,0 µg/g. AQL ne daugiau 0,65 (pateikti patvirtinančius dokumentus). Atitinka ISO, CE EN556 ir EN 455 1-4 d. keliamus reikalavimus. CE klasifikacija yra II a klasė. Gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės.					
48.3.	Vienkartinės sterilios chirurginės pirštinės su pudra. Dydžiai 6,0-9,0	pora	500	Sterilios. Pagamintos iš natūralaus gumos latekso. Vidinis pirštinių paviršius yra padengtas pudra; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra. Anatomicinės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 285 mm. Storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,230 mm, delno ne daugiau 0,210 mm, rankogalio ne daugiau 0,220 mm. Rankogalių kraštėlis – tiesus. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Plyšimo jėga ne daugiau 12,5N. AQL ne daugiau 0,65 (pateikti patvirtinančius dokumentus); Atitinka ISO, CE ir EN 455 1-4 d.; EN 374; EN 420 keliamus reikalavimus. Gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės. Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus.					

48.4.	Vienkartinės sterilios chirurginės pirštinės be latekso, be pudros. Dydžiai 6,0-9,0	pora	1000	Sterilios. Pagamintos iš neopreno. Žalios spalvos. Nėra latekso proteinų, talko. Vidinis pirštinių paviršius yra padengtas poliueretanu ir silikonizuotas; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra, chloruotas ir silikonizuotas. Anotinės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgis ne mažiau 305 mm. Storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,185 mm, delno ne daugiau 0,175 mm, rankogalio ne daugiau 0,160 mm. Rankogalių kraštelis – tiesus su lipnia juosta. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Plyšimo jėga ne mažiau 13,1 N. AQL – ne daugiau 0,65. Atitinka ISO, CE ir EN 455 1-4 d.; EN 374; EN 420 keliamus reikalavimus. Gamybės ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės. Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus.				
48.5.	Ginekologinės sterilios pirštinės.	pora	1000	Ilgis ne mažiau kaip 38-39 cm				
Viso 48 pirkimo dalies kaina:								
49.	Pirštinės darbui su dezinfekcinėmis medžiagomis	pora	1200	Skirtos profesionaliam naudojimui. Skirtos darbui su cheminėmis (dezinfekcijos) medžiagomis. Atsparios cheminėms medžiagoms (pagal 374) - alkoholiai, ketvirtinių, amonių junginiai, halogenai, kt. Atsparios mechaniniam poveikiui (pagal EN 388). Plaunamos, daugkartinio naudojimo. Atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būti ne mažiau 6; turi būti ženklinotos CE. Turi atitikti Direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją beijos vertimą). S, M, L dydžių, pateikti pavyzdžius.				
50.	Pirštinės apsauginės darbui su sterilizatoriais (autoklavais)	pora	10	Minkštos, lanksčios. Atsparios aukštomis temperatūroms. Min. ilgis 300mm(±30mm).; Turi būti įvairių dydžių 7-9				
51.	Pirštinės nesterilios DIAGNOSTINĖS							
51.1.	Vienkartinės nesterilios diagnostinės pirštinės be pudros. Dydžiai XS,S,M,L	Vnt.	14000	Pagamintos iš natūralaus aukštos kokybės latekso atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vynyjimosi atgal, ilgis ne mažiau 240 mm. Sintetinis vidinis paviršius. Mikroreljefinis paviršius užtikrinantis gerą sukibimą. Itin tvirtos: sienelių storis (tipinis vienos sienelės storis) pirštų srityje 0,12 mm ± 10%, delno srityje 0,11 mm ± 10%. Tempimo stiprumo riba ne mažiau 21 MPa. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 700%. Spalvinis pakuotės kodavimas pagal pirštinių dydį (t.y. kiekvienas dydis turi atitinkamą spalvą, kad personalas greitai rastu savo dydžio pirštines). Dydžiai: XS, S, M, L, XL. Pakuotė ne daugiau kaip 100 vnt/dėž. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.	0,03	0,0315	441	Mercator Medical/51.1
51.2.	Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės be pudros (prailgintos)	Vnt.	2000	Pagamintos iš nitrilo. Be pudros. Atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vynyjimosi atgal. Bekvapės, mikroreljefinis paviršius, ypatingai elastingos. Ilgis ne mažiau 300 mm. Sienelių storis pirštų srityje 0,10 mm ± 10%, delno srityje 0,09mm ± 10%, tempimo stiprumo riba ne mažiau 14 MPa. Dydžiai: XS, S, M, L. Pakuotė 150-200 vnt/dėž. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.	0,06	0,063	126	Mercator Medical/51.2
51.3.	Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės be pudros.	Vnt.	92000	Pagamintos iš aukštos kokybės nitrilo butadino kaučiuko, be pudros, atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vynyjimosi atgal, ilgis ne mažiau 240 mm, elastingumas ne mažiau 350%, mikroreljefinis paviršius. Itin tvirtos: sienelių storis pirštų srityje 0,08 mm ± 10%, delno srityje 0,05 ± 10%. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 6 N. Ant pirštinių pakuotės turi būti cheminių medžiagų atsparumo duomenys. Dydžiai: XS, S, M, L, XL. Pakuotė 150-200 vnt/dėž. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.	0,0236	0,02478	22797,6	Arista Latindo/51.3
51.4.	Vienkartinės nesterilios nitrilinės pirštinės be pudros (sustiprintos)	Vnt.	1000	Pagamintos iš aukštos kokybės nitrilo butadino kaučiuko, be pudros. Tinka žmonėms turintiems I tipo alergiją (pateikti gamintojo patvirtinimą). Rankogaliai atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vynyjimosi atgal, ilgis ne mažiau 240 mm. Mikroreljefinis paviršius užtikrinantis gerą sukibimą. Itin tvirtos: sienelių storis (tipinis vienos sienelės storis) pirštų srityje 0,09 mm ± 10%, delno srityje 0,10 mm ± 10%. Spalvinis pakuotės kodavimas pagal pirštinių dydį (t.y. kiekvienas dydis turi atitinkamą spalvą, kad personalas greitai rastu savo dydžio pirštines). Ant pirštinių pakuotės turi būti cheminių medžiagų atsparumo duomenys. Dydžiai: XS, S, M, L, XLPakuotė 150 - 200 vnt/dėž. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.	0,0284	0,02982	29,82	Mercator Medical/51.4
51.5.	Laikiklis vienkartinį pirštinių dėžutėms	Vnt.	20	Pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos, lygus paviršius tinkamas drėgnam valymui ir atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; Skirtas įstatyti dviem vienkartinio dydžio vienkartinį pirštinių dėžutėms. Su tarpu neuždengiančiu pirštinių išėmimo iš dėžutės srities; Komplektuojamas kartu su konstrukciniais laikiklio tvirtinimo prie sienos elementais: 26±1 cm x 27±1 cm x 9±1 cm;	7,8	9,438	188,76	Mercator Medical/51.4
Viso 51 pirkimo dalies kaina:								23583,18
52.	Pleistrai							

52.1.	Pleistras 15cmx9,1m	Rul.	70	Neaustinės medžiagos pagrindu su akytu paviršiumi, leidžia odai kvėpuoti, tempiasi įstrižai ir vertikaliai, tvirtai prilimpa prie odos. Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, atklįjaujant pleistrą vyniojimo metu nesuplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelipa prie pirštinių. Perforuotas kas 5 cm., nereikia žirklių atkirpimui.				
52.2.	Pleistras-tvarstis 9-10cm x30cm	Vnt.	6000	Nealergiškas,nebijo drėgmės(galimybė maudytis).				
52.3.	Pleistras naujagimio pėdutei užklijuoti 4 x1,2cm N200	Dež.	200	Po 200 vnt.				
52.4.	Pleistras 1,2 cm x 9 m	Vnt.	1600	Neaustinio pluošto pleistras, leidžia kvėpuoti odai, gerai priglundą prie kūno formų. Pleistras turi perforacijas, lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klėjai – tinka jautriai odai. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos ne mažiau 72 val. Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. Patikimai limpa vienas sluoksniu virš kito. Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Sudėtyje nėra latekso.				
52.5.	Pleistras 2,5 cm x 9,1m	Vnt.	1700	Neaustinio pluošto pleistras, leidžia kvėpuoti odai, gerai priglundą prie kūno formų. Pleistras turi perforacijas, lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klėjai – tinka jautriai odai. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos ne mažiau 72 val. Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. Patikimai limpa vienas sluoksniu virš kito. Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Sudėtyje nėra latekso.				
52.6.	Lipnus žaidų tvarstis 5x7cm	Vnt.	10 000	Pleistras lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klėjai – tinka jautriai odai.Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos.Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių.Patikimai limpa vienas sluoksniu virš kito				
52.7.	Pleistras - plėvelė su antibakterine želatinine pagalvėle 8,5 cm x 11,5 cm	Vnt.	50	Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Tvarsčio centre integruota antimokrobinio poveikio gelio pagalvėlė. Gelio sudėtyje antimikrobinė medžiaga chlorheksidino gliukonatas 2 proc. Gelio pagalvėlė minkšta, gerai prisitaikanti ir priglundanti aplink kateterį,gelio pagalvėlė ir tvarstis permatomi, todėl leidžia stebėti dūrio vietą. Antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų.Tvarsčio komplekte yra 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį ir 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklįjavimą, mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso.				
52.8.	Permatomas tvarstis –plėvelė kateterių fiksavimui 6 cm x 7 cm	Vnt.	10000	Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Plėvelės storo 50 mikronų (um). Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Hipoalergiški akriliniai klėjai.Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklįjavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsči užklįjavimą mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Ant įpakavimo krašto nurodyta papildoma centimetrinė juostelė. Sterilus.				
52.9.	Pleistras – plėvelė, 5x 7cm.	Vnt.	1000	Skirta žaizdoms. Tvarstis - plėvelė, poliuoretaninis su specialia tinkleline klijų padengimo struktūra. Tvarsčio "korio" sandara kontroliuoja tinkamą drėgmės santykį žaizdoje, gerai praleidžia orą, bet nepraleidžia mikroorganizmų. Plėvelė padengta hipoalerginiais klėjais nelimpančiais prie personalo pirštinių uždėjimo metu, bet tvirtai ir tolygiai fiksuojantis prie žaizdos. Sterilus.				
52.10.	Pleistras-plėvelė, 5,1 x 7,6 cm.	Vnt.	1000	IV tvarstis su pagalvėle injekcijos vietoje, pagamintas iš neaustinio medžiagos pluošto. Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 4-5 cm įpjovą. Tvarsčio dydis: 5,1 cm x 7,6 cm. Sterilus. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Plėvelė padengta hipoalerginiais klėjais nelimpančiais prie personalo pirštinių uždėjimo metu, bet tvirtai ir tolygiai fiksuojantis prie žaizdos.				
52.11.	Nosies kaniulės fiksavimo pleistas	Vnt.	100	Pagamintas iš neaustinės medžiagos, odos spalvos. Skirtas naujagimių kaniulių fiksavimui. Dydis: 3,6 x 4 cm. Pleistras hipoalerginis, prisitaiko prie kūno formų, išgarina drėgmę.				
Viso 52 pirkimo dalies kaina:								
53. Prailginimo linijos								
53.1.	Prailginimo linija 150 cm	Vnt.	100	Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinai ženklinimas ant pakuotės), užpildymas 2,80 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.				
53.2.	Prailginimo linija 200 cm.	Vnt.	8000	Sterilios,jungtys:female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm., be DEHP (būtinai ženklinimas ant pakuotės), užpildymas 3,60 ml, sterilizuota gama spinduliais. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.				
53.3.	Prailginimo linija 10 cm.	Vnt.	100	Vienos atšakos,pagaminta iš PUR, su antimikrobinio kamštuku,su spaustuku,jungtys female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm.Užpildymas 0,3ml.				
53.4.	Prailginimo linija 2- jų atšakų 10 cm.	Vnt.	200	Dviųjų atšakų, pagaminta iš PUR,su dviem antimikrobiniais kamštukais, su spaustukais, jungtys female Luer – lock / Male Luer- lock, diametras 1,5x 2,5mm.Užpildymas 0,3ml.				

53.5.	Prailginimo linija 3- jų atšakų 10 cm	Vnt.	20	Trijų atšakų, pagaminta iš PUR, su dviem antimikrobiniais kamštukais, su spaustukais, jungtys female Luer – lock / Male Luer-lock, diametras 1,5x 2,5mm. Užpildymas 0,3ml.				
53.6.	Prailginimo linijų trišakis	Vnt.	500	Male/female/female, korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, rankenėlė pagaminta iš polikarbonato, atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui, paženklinti CE ženklų, sterilizuotas gama spinduliais, tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45o (8 žingsniai), komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai. Būtinai Data matrix kodas arba lygiavertis ant kiekvienos pakuotės				
					Viso 53 pirkimo dalies kaina:			
54.	Priemonės naujagimių kvėpavimo funkcijos palaikymui							
54.1.	Orofaringiniai vamzdeliai naujagimiams	Vnt.	20	Vienkartiniai; Turi CE ženklinių. Gaminio sudėtyje nėra latekso; Skaidrūs. Su elastingomis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Su elastingomis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Dydis 00(5), ilgis 50mm, Dydis 0(5.5), ilgis 55mm, Dydis 1(6.5), ilgis 65mm.				
54.2.	Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės regulatoriumi naujagimiams	Vnt.	50	Tūris – 11 ml; pasipriešinimas – ne daugiau kaip 1,0 cm H2O (esant 10L/min); drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26mg H2O/l (VT 25ml); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >35ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24val.				
54.3.	Kvėpavimo filtrai be šilumos ir drėgmės regulatoriaus	Vnt.	30	Tūris – 60ml; pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,9 cm H2O (esant 30 l/min); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24val.				
54.4.	10 mm diametro sistema prie Neopuff aparato	Vnt.	60	Vienkartinė, Kliniškai švari, Turi CE ženklinių, iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso), Gofruota, Diametras 10mm, Ilgis ne mažiau 1.20m, PEEP dangtelis paciento pusėje; Paciento pusėje šarnyrinės jungtelės. Papildomų jungtelių rinkinys pajungimui; Visos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 15F; Gaminio pakuotė lengvai praplėsiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.				
54.5.	Kvėpavimo sistema naujagimiams prie CPAP su deguonies drėkinimo indu	Vnt.	50	Kliniškai švari; Vienkartinė; Turi CE ženklinių; Gaminio sudėtyje nėra latekso, 1.70m kvėpavimo sistemą sudaro: gofruotas 15mm diametro vamzdelis – ilgis 1.20 m; 5 mm ID8mm OD vamzdelis – 0.5m; 1 drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu – 1 vnt.; papildoma 0.4 atšaka (22F ir elastine 9-11 mm) – 1 vnt.; Jungtys: aparato pusėje 22F paciento pusėje 5 mm ID /8 mm OD; Į komplektą įeina automatiškai prispildantis deguonies drėkinimo indas.				
54.6.	Vienkartiniai kontūras DPV aparatui	Vnt.	5	Pritaikytas DPV aparatui SLE 200 , naujagimiams				
54.7.	Vienkartiniai kontūras DPV aparatui	Vnt.	10	Pritaikytas DPV aparatui AVEA arba Hamilton C2 naujagimiams,				
54.8.	Silikoninės kaukės naujagimiams	Vnt.	30	Pagamintos iš silikono, skaidrios, daugkartinio naudojimo, apvalios, pajungimas 15M				
54.9.	Rinkiniai kvėpavimo kontūrų fiksavimui	Vnt.	20	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklinių. Rinkinys susideda iš: dviejų V formos fiksatorių, kuriuos galima priklijuoti arba uždėti ant metalinio turėklo, viengubo ir dvigubo laikiklių, skirtų vieno ir dviejų 22mm diametro vamzdžių fiksavimui. Laikikliai turi turėti fiksavimo auselę, kurios pagalba pritvirtinami laikikliai. Supakuota į maišelius po 1kompl.				
54.10.	Laikiklis 22m diametro vamzdžių fiksavimui	Vnt.	10	Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklinių. Su auselėmis fiksavimui. Supakuota po 1vnt.				
54.11.	Paciento jungtelė	Vnt.	10	Vienkartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklinių. Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi (du šarnyrai). Ilgis nuo 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus). Su 9,5mm anga atsiurbimams, kita 7.6 mm anga apvilta guma ir yra dangtelyje. Abu dangteliai sandariai užsidaro. Jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė lengvai praplėsiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Įpakuota po 1 vnt.				
54.12.	Ambu maišai naujagimiams	Vnt.	30	250-280ml.				
					Viso 54 pirkimo dalies kaina:			
55.	Sterilūs procedūrų rinkiniai							

[illegible]

57.	Flitrai siurbliui Vacuson	Vnt.	100						
58.	Sauskelnės naujagimiams	Vnt.	200	Nuo 2 iki 4kg.		0,088	0,10648	21,3	TZMO S.A/Panda/58
59.	Skalpeliai								Angel Medical/59
59.1.	Skalpelių ašmenys N11	Dėž.	50	Sterilūs. Anglies plieno. Aštrūs. po 100vnt.		2,558	2,6859	134,3	
59.2.	Skalpelių ašmenys N21	Dėž.	50	Sterilūs. Anglies plieno. Aštrūs. po 100vnt.		2,558	2,6859	134,3	
Viso 59 pirkimo dalies kaina:									268,6
60.	Skrandžio zondai suaugusiems	Vnt.	200	Vienkartiniai. Dydis -20. Ilgis 760 mm		0,098	0,1029	20,58	Changzhou Yuekang Medical Appliance/60
61.	Spaustukai ir laikikliai								
61.1.	Spaustukas virkštelei	Vnt.	7000	Plastikinis, sterilus, danteliai per visą spaustuko ilgį					
61.2.	Spaustukas virkštelei	Vnt.	100	Lateksinis, guminis, tamprus, lengvai karpomas.					
61.3.	Umbilikalinio kateterio laikiklis	Vnt.	20	Dydžiai :Mikro, Mažas,Didelis;Hipoalerginis; Klijuojamas; hidrokoloidiniu pagrindu; lengvai nuimamas; Nepozicinis- išlieka lipnus daugiau nei vieną kartą;Galimybė fiksuoti du kateterius;be latekso.					
Viso 61 pirkimo dalies kaina:									
62.	Spinalinė adata naujagimiams	Vnt.	5	Naujagimiams. Sterili, su mandrenu. , 20-24					
63.	Šepetėliai MIC instrumentų rankiniam valymui								
63.1.	Šepetėliai 100 mm	Pak.	10	Bendras ilgis: 610 mm;Šepetėlio ilgis: 100mm;Šepetėlio diametras: 5mm.Pakuotė: 5vnt					
63.2.	Šepetėlis dvipusis	Vnt.	10	Sintetinis, atsparus plovimui automatiniame plautuve, sterilizuojamas garuose					
63.3.	Šepetėlis lenktas	Vnt.	10	Sintetinis, atsparus plovimui automatiniame plautuve, sterilizuojamas garuose					
63.4.	Šepetėlis su ypač stipriais sintetiniais šereliais.	Pak.	10	Forma: lenkta. Pakuotė: 10vnt					
Viso 63 pirkimo dalies kaina:									
64.	Šildoma CPAP sistema naujagimiams	Vnt.	40	Vienkartinė, pagaminta iš PVC ir polipropileno, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinaimą, pritvirtinimai kaniulėms ir kaukėms;saugūs sujungimai, užtikrinantys lengvą judėjimą, atitinkami pritvirtinimai nosinėms kaukėms ir kaniulėms, generatorius su dviguba kintamo srauto technologija ir specialiu pritvirtinimu generatoriaus laikikliui; specialus generatoriaus laikiklis fiksuojamas ant galvos; gofruoto iškvėpimo vamzdelio ilgis – ne mažiau 0.7m,įkvėpimo vamzdelis šildomas, ilgis ne mažiau 1.0m. visos jungtys kūginės: iškvėpimo vamzdelio su drėkintuvu – 22 mm, įkvėpimo vamzdelio su drėkintuvu - 22mm, rinkinyje yra šildantis laidas, nosies kaniulės ir kaukės su spalviniais kodais;0,8m ilgio gofruotas vamzdelis, jungiantis aparatą su drėkintuvu, su dviem jungtimis galuose – 15mm ir 22mm., papildomas 0,4m ilgio vamzdelis; 1,8m ilgio vamzdelis su jungtimis abiejuose galuose; tinka naudoti su drėkintuvu F&P					
65.	Šlapimo kateteriai								

65.1.	Vienkartiniai šlapimo kateteriai moterims	Vnt.	10000	20-23 cm ilgio, uždaru galu, su dviem šoninėm angom, pagaminti iš PVC, sterilūs, supakuoti po vieną.Dydžiai: CH 8, 10, 12, 14, 16.		0,055	0,05775	577,5	.Changzhou Yuekang Medical Appliance/65.1
65.2.	Foley kateteriai su glicerinu CH10, CH16	Vnt.	100	Pagaminti iš silikono, skaidrūs, su dviem šoninėm angom, su vožtuvu Luer-Lock švirkštams. 10 ml balionėlis su rentgenokonstrastine juosta ir kateterio galu. Sterilūs, sudėtyje nėra latekso. Komplektuojamas su švirkštu, pripildytu 10% glicerino tirpalo balionėlio pripūtimui. Ilgiai 23 ir 41 cm.Nr.10,16		1,94	2,037	203,7	Zarys/65,2
65.3.	Nelaton kateteris	Vnt.	100	Sterilūs, pagaminti iš PVC. Dydžiai: CH 6; 8; 9; 11; 14; 16. Atramatiniu galu, su dviem šoninėm angom. Ilgis 38 -40 cm.		0,0568	0,05964	5,96	.Changzhou Yuekang Medical Appliance/65.3
65.4.	Vienkartiniai šlapimo surinkimo maišai 2 ltr.	Vnt.	3000	Sterilus, graduotas. Talpa -2000 ml. Sujungimo žarnelė 90 cm su antirefliuksiniu vožtuvu ir išleidimo vožtuvu.		0,138	0,1449	434,7	Zibo Eastmed Healthcare Products/65.4
65.5.	Laikiklis 2000 ml šlapimo maišui	Vnt.	30	Fiksacija trimis etapais (mefiksas, paralono pagalvėlė,Velcro užsegimas), keičiamas 1 kartą per savaitę, galima fiksuoti nuo 5Fr iki 16Fr dydžio kateterius,hydrokoloidiniu pagrindu, lipnus, be latekso, nealergizuoja, sugeria punkcijos vietoje skysčius, nebijo drėgmės (galimybė naudytis), kateteris apsaugomas nuo užsilenkimo,išsitraukimo, galimybė apžiūrėti kateterio įvedimo vietą nenuemus fiksatoriaus.		0,16	0,168	5,04	Zarys/65,5
65.6.	Šlapimo surinkėjas naujagimiams 100 ml	Vnt.	100	Talpa -100 ml, lengvai prikljuojami ir nuimami; hipoalergiški.		0,03	0,0315	3,15	Zibo Eastmed Healthcare Products/65.6
65.7.	Foley kateteriai	Vnt.	4000	Pagaminti iš silikono, skaidrūs, su dviem šoninėm angom, su vožtuvu Luer-Lock švirkštams. 30-50 ml balionėlis su rentgenokonstrastine juosta ir kateterio galu. Sterilūs, sudėtyje nėra latekso. Dydžiai CH 8, 10, 12, 14, 16,18		1,4	1,47	5880	Zarys/65,7
Viso 65 pirkimo dalies kaina:									7110,05
66.	Švirkštai			Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso (būtinas ženklimas ant pakuotės), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip“ tipo, konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 594-1 arba lygiavertį). Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti standus (tvirtas), be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė.					
66.1.	2-3 ml. švirkštai su adata 0,6 x 30 mm, vienkartinai turi pilnai prisitraukti 3 ml vaisto	Vnt.	40000						
66.2.	5-6 ml. švirkštai su adata 0,7 x 30 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 6 ml vaisto	Vnt.	30000						
66.3.	10-12 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm vienkartinai turi pilnai prisitraukti 12 ml vaisto	Vnt.	45000						
66.4.	20 ml. švirkštai su adata 0,8 x 40 mm papildoma gradacija iki 24 ml	Vnt.	20000						
66.5.	50 ml pompiniai švirkštai	Vnt.	3000						
66.6.	10 ml tūrio švirkštas užpildytas 3 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu	Vnt.	1000	Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.					
66.7.	10 ml tūrio švirkštas užpildytas 5 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu	Vnt.	1000	Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.					
66.8.	10 ml tūrio švirkštas užpildytas 10 ml steriliu 0,9% NaCl tirpalu	Vnt.	2000	Vienkartinis, su Luer-Lock jungtimi, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. Tinkamas naudoti steriliame lauke (operacinėje). CE 93/42/EEC.					
66.9.	50/60 ml švirkštai	Vnt.	1000	Vienkartiniai, 3 dalių švirkštai su gumine tarpine. CE 93/42/EEC.					
66.10.	Adatos vienkartinės G16, G18,G21	Vnt.	10000	Vienkartinės, hipoderminės, antgalis koduotas spalva, atitinkančia atskirus dydžius atitikties Silikonizuotas adatos galiukas					
66.11.	Saugios adatos preparatų pritraukimui	Vnt.	300	1.2 x40mm, bukos, nepavojingos įsidurti; nupjovimo kapmas 40 laipsniai.					
Viso 66 pirkimo dalies kaina:									
67.	Švirkštas 1ml su įterpta adata 26G	Vnt.	15000	Švirkštas 1ml su įterpta adata,riški graduotė		0,0198	0,02079	311,85	Zibo Eastmed Health care Products/67
68.	Adata Peteliškės tipo								

68.1.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 19G	Vnt.	100	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diameteras 1,1 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,028	0,0294	2,94	Zibo Eastmed Health care Products/68
68.2.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 21G	Vnt.	100	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diameteras 0,8 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,028	0,0294	2,94	
68.3.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 22G	Vnt.	400	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diameteras 0,7 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,028	0,0294	11,76	
68.4.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 23G	Vnt.	200	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diameteras 0,65 mm : Adatos ilgis 20 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,028	0,0294	5,88	
68.5.	Peteliškės tipo adata su prailginimo žarnele 25G	Vnt.	200	Žarnelės ilgis 30 cm; kateterio išorinis diameteras 0,5 mm : Adatos ilgis 15 mm +/- 1 mm ; Su lanksčiais dviem sparneliais ir Luer-Lock adapteriu. Silikonizuotas adatos galiukas	0,028	0,0294	5,88	
68.6.	Prailginimo linijų trišakis	Vnt.	300	Kranelis trijų padėčių vaistų suleidimui atsparus lipidams ir kitiems agresyviems vaistams.	0,092	0,0966	28,98	
Viso 68 pirkimo dalies kaina:								58,38
69.	Taurelės vaistams	Vnt.	40000	Vienkartinės, plastikinė , neaštrus kraštas				
70.	Termometrai							
70.1.	Termometras kūno T matuoti	Vnt.	50	Klinikinis termometras be gyvsidabrio.	1,94	2,3474	117,37	70.1Van Oostveen Medical B.V.
70.2.	Termometras kūno T matuoti	Vnt.	30	Elektroninis termometras kūno temperatūrai matuoti, skystųjų kristalų displėjus, matavimo laikas ne daugiau 4 min., garsinis signalas, matavimo ribos 35,5C – 42,0C, tikslumas ne blogesnis kaip 0,1C, elemento tarnavimo laikas ne mažiau kaip 100 val., išmatavimai ne didesni kaip 128x175x10 mm, su futliaru, garantija ne mažiau kaip 2 metai, metrologinė patikra	5,34	6,46	193,8	Sejoy/70,2
Viso 70 pirkimo dalies kaina:								311,17
71.	Termometras nekontaktinis	Vnt.	10	Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras,matuojantis kūno temperatūrą.nfraraudonųjų spindulių pagalba.Matavimas nesiliečiant prie kūno.Paciento kūno temperatūros (kaktos srityje) matavimas. Matavimo laikas per 1-3 sekundes.Matavimo nuotolis 3 - 5 cm nuo matuojamos vietos.Didelis šviečiantis LCD ekranas.Karščiavimo perspėjimo signalas. 32 matavimų atmintis.Automatiško išsijungimo funkcija. Atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEBreiklavimus. Su metrologine patikra.				
72.	Timpos							
72.1.	Timpa su plastike galvute	Vnt.	50					
72.2.	Timpa su metaliniu fiksatoriumi	Vnt.	5					
72.3.	Timpa naujagimiams su Velcro užsegimu	Vnt.	10					
72.4.	Vaisiaus monitoriaus daviklio tvirtinimo diržas	Rul.	120	Tamprus , perforuotas per visą ilgį plotis 60 mm, rulono ilgis 15m				
Viso 72 pirkimo dalies kaina:								
73.	Tvarsliava							
73.1.	Marlė (1000m)	Rul.	24	100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm ,tankis -35+- 2gr/kv.m.Siūlo storis 32,S, audinio tankumas 28x24.Marlės lūžimo apkrova- ne mažiau 140N/10cm ataudams ne mažiau 90N/10cm. Higroskopiškumas- ne daugiau 10s.Drėgnumas-ne daugiau 8% . Supakuota rulone po 1000m. Pateikti gamintojo patvirtinimą nurodytiems parametrams.	154	161,7	3880,8	
73.2.	Marlė	Rul.	6	100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 17 siūlų/kv.cm ,tankis -29+- 1gr/kv.m.Siūlo storis 32,S, audinio tankumas 26x18.Marlės lūžimo apkrova- ne mažiau 140N/10cm ataudams ne mažiau 90N/10cm. Higroskopiškumas- ne daugiau 10s.Drėgnumas-ne daugiau 8% . Supakuota rulone po 1000m. Pateikti gamintojo patvirtinimą nurodytiems parametrams..	134	140,7	844,2	
73.3.	Marlė(po 10m)	Pak.	300	100 % medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų/kv.cm ,tankis -26+- 1gr/kv.m.Siūlo storis 40,S, audinio tankumas 28x24.Marlės lūžimo apkrova- ne mažiau 120N/10cm ataudams ne mažiau 70N/10cm. Higroskopiškumas- ne daugiau 10s.Drėgnumas-ne daugiau 8% . Pateikti gamintojo patvirtinimą nurodytiems parametrams.	1,66	1,743	522,9	
73.4.	Medicininis bintas 7cmx14m	Vnt.	150	100 % medvilnė,neimpregnuotas, lengvai išvyniojamas,nesterilus, lygiais austais kraštais,pagamintas iš medicininės marlės 100% medvilnės,balinta ne mažiau 20-22 siūlų kv./cm, tankis 26+- 1gr/kv.m. Siūlo storis 40,S,audinio tankumas S 28x24 Pteikti gamintojo dokumentus,įrodančius technines charakteristikas, CE sertifikatus.	0,19	0,1995	29,93	Saoxing Gangfeng Hospital Products/73.4
Viso 73 pirkimo dalies kaina:								5277,83

[illegible]

76.	Vakuminiai ekstraktoriai	Vnt.	150	Pompos taurelė minkšta, diametras 62- 64 mm, besisukantis stiebas. Su davikliu vakuuminiam spaudimui matuoti, kuris neleidžia viršyti vakumui 58 cm Hg normos. Integruotas vakuumo išleidimo mygtukas. Be latekso. Turėti CE ženklinaimą.				
77.	Vata 250g	Vnt.	1200	Nesterili, 100 % medvilnė, hidroskopiška	0,768	0,8064	967,68	Xinkang Medical Materials/77
78.	Gelis echoskopijai	Bak.	130	5 ltr. bakeliai, gelis nedirgina odos, netepa drabužių, nealergizuoja.	3,748	3,9354	511,602	Ultrage/78
79.	Šlapimo surinkimo indas	Vnt.	18000	Sterilus. Tūris ne mažesnis 40 ml ir ne didesnis 60 ml tūrio. Plastikinis, be priedų, pastatomas. Dangtelis sandariai užsukamas, nepraleidžiantis skysčio.	0,09	0,0945	1701,00	Deltalab/19
80.	Mėgintuvėlis centrifugavimui	Vnt.	100	Mėgintuvėlis biologinių skysčių centrifugavimui. Tūris ne mažesnis 10 ml. ir ne didesnis 15 ml Skersmuo ne mažesnis 15 mm ir ne didesnis 18 mm. Aukštis ne mažesnis 8 cm ir ne didesnis 12 cm. Plastikinis, kūgio formos dugnu, graduoti, su dangteliu, kurį galima pakartotinai atidengti ir uždengti				
81.	Dėžutė objektyviniams stikliukams transportuoti	Vnt.	8	Plastikinė, cilindro formos, saugiai uždengiamu dangteliu, lengvai valoma ir dezinfekuojama. Galima laikyti ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 standartinių 75x25 mm dydžio, 1-1,2 mm storio objektyvinių stikliukų.				
82.	Laboratorinė transportavimo dėžė vakuuminiams mėgintuvėliams transportuoti	Vnt.	40	Plastikinė, lengvai valoma ir dezinfekuojama, su rankena, skirta mėgintuvėliams transportuoti (dėžė su stoveliai viduje). Sandari, atspari smūgiams. Žymėta biologinio pavojaus ženklu. Ne mažesnė 25 cm ilgio, 20 cm aukščio, 15 cm pločio ir ne didesnė 30 cm ilgio, 25 cm aukščio, 20 cm pločio.				
83.	Laboratorinė transportavimo dėžė vakuuminiams mėgintuvėliams ir šlapimo surinkimo indeliams transportuoti	Vnt.	10	Plastikinė, lengvai valoma ir dezinfekuojama, su rankena, skirta vakuuminiams mėgintuvėliams, šlapimo surinkimo indeliams transportuoti (dėžė su stoveliai viduje). Sandari, atspari smūgiams. Žymėta biologinio pavojaus ženklu. Ne mažesnė 30 cm ilgio, 15 cm aukščio, 20 cm pločio ir ne didesnė 50 cm ilgio, 30 cm aukščio, 40 cm pločio				
84.	Universalus konteineris biologinių pavyzdžių saugojimui 250 ml	Vnt.	400	Plastikinis, atsparus smūgiams, su plačiu, sandariai uždaromu (skysčiams nepralaidžiu), pakartotinai uždengiamu po atidarymo dangčiu. Žymėtas biologinio pavojaus ir CE ženklų.				
85.	Universalus konteineris biologinių pavyzdžių saugojimui 500 ml	Vnt.	200	Plastikinis, atsparus smūgiams, su plačiu, sandariai uždaromu (skysčiams nepralaidžiu), pakartotinai uždengiamu po atidarymo dangčiu. Žymėtas biologinio pavojaus ir CE ženklų.				
86.	Universalus konteineris biologinių pavyzdžių saugojimui 1000 ml	Vnt.	1500	Plastikinis, atsparus smūgiams, su plačiu, sandariai uždaromu (skysčiams nepralaidžiu), pakartotinai uždengiamu po atidarymo dangčiu. Žymėtas biologinio pavojaus ir CE ženklų.				
87.	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti			Plastikinis, vienkartinis, sterilus, žymėtas CE ženklu. Kapiliariniam kraujui iš kulniuko paimti. Automatinis, tiksliai dozuojamas dūrio gylis. Automatiškai po panaudojimo įtraukiamu į vidų ašmeniu (nėra pavojaus pakartotinai įdurti ir personalui susižeisti). Visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo).				
87.1.	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti N200	Dėž.	50	Dūrio gylis 1,2 mm				
87.2.	Lancetas naujagimių kapiliariniam kraujui paimti N200	Dėž.	60	Dūrio gylis 1,6 mm				
Viso 87 pirkimo dalies kaina:								
88.	Lancetai N200	Dėž.	5	Dėžutėje 200 vnt., sterilūs, supakuoti po vieną, metaliniai.	1,72	1,806	9,03	Van Oostveen Medical B.V. Romed, /88
89.	Filtrinis popierius	Vnt.	200	150 mm diametro, greitos filtracijos.				

90.	Vakuuminės sistemos uždaram veninio kraujo paėmimui			Kraujo paėmimo sistema turi būti suderinta tarpusavyje, visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai vakuuminiams uždaro kraujo surinkimo sistemos mėgintuvėliams: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu vakuumu ir pritraukiamo ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje, 13 x 75 mm dydžio. Mėgintuvėliai turi būti sterilūs: atitikti EN-552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą (SAL-sterilumo užtikrinimo lygmuo -10⁶ ar geresnis), pažymėti ženklų „STERILE“. Pažymėti CE ženklų pagal 98/79 EC direktyvą. Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 kokybės sistemos standartą. Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su saugiu personalui hemorepentiniu kamščiu. Galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamščeliu. Mėgintuvėlių kamščelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 „Vienkartinė tara veninio kraujo surinkimui“ reikalavimus. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: a) serijos numeris (LOT), b) galiojimo laikas, c) „STERILE“, d) cheminiai priedai, e) mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti pritraukta ėminio, f) gamintojas, g) CE ženklas. Mėgintuvėlių galiojimo laikas turėtų būti ne trumpesnis nei 12 mėn., išskyrus krešumo tyrimams skirtus mėgintuvėlius, kurių galiojimo laikas turėtų būti ne trumpesnis nei 9 mėn. Multibandinės, nerūdyjančio plieno, silikonizuotos adatos turi atitikti EN 550 sterilumo direktyvą, turi būti pažymėtos CE ženklų pagal direktyvą 93/42/EEC invazyviems medicinos gaminiams. Spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6009:1998 "Vienkartinį adatų spalvinis kodavimas" reikalavimus.				
90.1.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 2 ml tūrio	Vnt.	4000					
90.2.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi, 4 ml tūrio	Vnt.	12000					
90.3.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu 3,5 ml tūrio	Vnt.	7000	Skiriamasis gelis turi būti inertiškas, atskirti serumą nuo kraujo forminių elementų.				
90.4.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 2 ml tūrio	Vnt.	1300	Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.				
90.5.	Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams gliukozės tyrimams 4 ml tūrio	Vnt.	7000	Mėgintuvėlio priedas turi inhibuoti glikolizę. Necentrifuguotas ėminys stabilus iki 48 val.				
90.6.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 1 ml tūrio	Vnt.	1000					
90.7.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 2 ml tūrio	Vnt.	2000					
90.8.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 3,0-3,5 ml tūrio	Vnt.	22000	Tūris ne mažesnis 3,0 ml ir ne didesnis 3,5 ml.				
90.9.	Vakuuminiai mėgintuvėliai hematologiniams tyrimams su K ₃ EDTA priedu 4 ml tūrio	Vnt.	8000					
90.10.	Vakuuminiai mėgintuvėliai plazma pagrįstiems koaguliacijos tyrimams su natrio citratu 3,2 proc. (10 ⁹ mmol/L)	Vnt.	3000	Dviguba sienelė, kraujo ir priedo santykis 9:1, tūris ne mažesnis 2,5 ml ir ne didesnis 4,5 ml., etiketė arba mėgintuvėlis ženklini min-max užpildymo žyma, vizualiai nurodančia leistiną 10 proc. paklaidą pagal ISO 6710, tinkami naudoti be prieš tai sekančio tuščio mėgintuvėlio				
90.11.	Vakuuminiai mėgintuvėliai plazma pagrįstiems koaguliacijos tyrimams su natrio citratu 3,2 proc. (10 ⁹ mmol/L)	Vnt.	500	Dviguba sienelė, kraujo ir priedo santykis 9:1, tūris ne mažesnis 1,5 ml ir ne didesnis 2,0 ml., etiketė arba mėgintuvėlis ženklini min-max užpildymo žyma, vizualiai nurodančia leistiną 10 proc. paklaidą pagal ISO 6710, tinkami naudoti be prieš tai sekančio tuščio mėgintuvėlio.				
90.12.	Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	2000	22G x 1½''.				
90.13.	Adatos veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	25000	21G x 1½''.				
90.14.	Adatos su venos vizualizacijos funkcija, veninio kraujo paėmimui, pritaikytos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai	Vnt.	3000	21G x 1½'' adata su venos vizualizacijos funkcija.				
90.15.	Mėgintuvėlio laikiklis	Vnt.	16000					
90.16.	Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu)	Vnt.	1000	Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 21 G.				

90.17.	Peteliškės (venos rinkinys su adapteriu)	Vnt.	1000	Vamzdelio ilgis turi būti ne ilgesnis nei 19 cm, 23 G.				
90.18.	Luer adapteriai	Vnt.	5000					
Viso 90 pirkimo dalies kaina:								
91.	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema			Kapiliarinio kraujo surinkimo sistemos t.y. visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo (to paties gamintojo). Bendri reikalavimai kapiliarinio kraujo surinkimo sistemai: mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, vienkartiniai su tiksliai dozuotu ėminio lygio žymėjimu mėgintuvėlio etiketėje. Pažymėti CE ženklų pagal 98/79 EC direktyvą. Mėgintuvėliai turi būti hermetiški, su integruotu kapiliaru arba kito tipo kolektoriumi kraujo surinkimui, turi būti galimybė sandariai uždengti ir pakartotinai saugiai uždengti po atidarymo. Ant vakuuminio mėgintuvėlio etiketės privalo būti: serijos numeris (LOT), galiojimo laikas, cheminiai priedai, mėgintuvėlio talpa ir žymuo rodantis kiek turi būti praimta ėminio, gamintojas, CE ženklas.				
91.1.	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K ₃ EDTA priedu hematologiniams tyrimams	Vnt.	6000	Mėgintuvėlio priedu turi būti padengtos vidinės sienelės. Tūris ne mažesnis 200 µl ir ne didesnis 250 µl				
91.2.	Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema serumo tyrimams su krešėjimo aktyvatoriumi	Vnt.	1000	Tūris ne mažesnis 300 µl ir ne didesnis 500 µl. Turi būti pridodamas laikiklis, pritaikytas mėgintuvėliui tinkamai įstatyti į centrifugą.				
Viso 91 pirkimo dalies kaina:								
92.	Vaisiaus vandenų nutekėjimo nustatymo testas-rinkinys	Vnt.	300	Vienkartinis, paruoštas naudoti. Testą-rinkinį sudaro: juostelė, sterili makšties išskyrų mėginio paėmimo priemonė, mėgintuvėlis su buferiu, instrukcija lietuvių kalba. Vizualiai vertinamas kokybinis tyrimas. Testas vertinamas ne vėliau kaip po 15 min. Tiriamoji medžiaga placentos alfa mikroglobulinas. Jautrumas ne mažiau 98,9%, specifiskumas ne mažiau 98%.				
93.	Testas-rinkinys priešlaikinio gimdymo rizikai vertinti	Vnt.	100	Vienkartinis, paruoštas naudoti. Testą-rinkinį sudaro: juostelė, sterili makšties išskyrų mėginio paėmimo priemonė, mėgintuvėlis su buferiu, instrukcija lietuvių kalba. Vizualiai vertinamas kokybinis tyrimas. Testas vertinamas ne vėliau kaip po 15 min. Tiriamoji medžiaga Tiriamoji medžiaga placentos alfa mikroglobulinas. Jautrumas ne mažiau 90%, specifiskumas ne mažiau 94%.				
94.	Vaisiaus kraujo ėmimo priemonės			Vaisiaus kraujo ėmimo priemonės(iš pirmeigės dalies ir virkštelės kraujagyslių) rūgščių, šarmų bei laktatų pusiausvyrai tirti				
94.1.	Skarifikatoriaus laikiklis	Vnt.	4	Metalinis, autoklavojamas				
94.2.	Skalpelis	Vnt.	500					
94.3.	plastikinis kapiliaro laikiklis	Vnt.	500					
94.4.	Kapiliarai kraujui surinkimui	Vnt.	500					
94.5.	Laktatų testų juostelės N25	Pak.	50	Vienkartinės testų juostelės laktatų kiekiui kraujyje matavimui, naudojamos kartu su įstaigoje turimu Lactate Pro matuokliu. Tyrimui naudojamas šviežias kapiliarinis kraujas. Pakuotėje 25 testų juostelės. Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje, apsaugančiame juostelę nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių. Testų juostelių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. CE sertifikatas, gamintojo įgaliojimas.				
Viso 94 pirkimo dalies kaina:								
95.	Priemonės ACCU-CHEK Inform II							
95.1.	Tyrimų juostelės N50	Pak.	100					
95.2.	Galimybė atlikti ir stebėti kontrolinius tyrimus	Pak.	10	Būtina, be mažiau nei 2 lygiais				
95.3.	Kontrolinių tyrimų galiojimas ir sąnaudos	Pak.	5	Ne mažiau nei 24 mėnesiai nepažeidus sandarios pakuotės. Ne mažiau nei 3 mėnesiai pažeidus pakuotę. Apie 200 kontrolinių tyrimų per 1 pakuotės rinkinį				
Viso 95 pirkimo dalies kaina:								

	96. Rinkinys kraujo mėginių paėmimui iš vaisiaus pirmagės dalies ir laktatų ištyrimui	rinkinys		50	Vienartinio naudojimo amnioskopai pagaminti iš plastiko, su specialiu grioveliu šviesos šaltiniui įstatyti. Išmatavimai ne didesni kaip 20x200 mm. 1vnt. Šviesos šaltinis 1vnt., 2,2 mm prisukami prie laikiklio ašmenys 2 vnt, ašmenų laikiklis 1vnt., Kapiliarai su heparinu, tūris ne daugiau kaip 70μl., bet nemažiau kaip 30 μl, rinkinyje nemažiau kaip 5 vnt., dvipusis kapiliarų laikiklis 1 vnt., tamponėliai ne trumpesni nei 10 cm 6 vnt., marlės gabalėliai ne didesni nei 10 cm, aptinkami rentgenu 5 vnt., parafino tūbelė ne didesnė nei 3g 1 vnt., žnyplės marlei sugnybti.				
	97. Kraujospūdžio aparatai								
	97.1. Kraujospūdžio aparatas su stetofonendoskopu	Vnt.		20	Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas matavimui žasto srityje, matavimo skalės skersmuo ne mažiau kaip 60 mm, AKS matavimo ribos ne blogesnės kaip 20-300 mm Hg, paklaida ne daugiau kaip 3 mm Hg, funkcija perjungimui naudotis kairiarankiams ir dešiniarankiams, bendras svoris ne daugiau kaip 380 g, išmatavimai ne daugiau kaip 175x100x70 mm, manžetė ne mažesnei kaip 36 cm žasto apimčiai, garantija ne mažiau 5 metų, metrologinė patikra				
	97.2. Kraujospūdžio matavimo aparatas	Vnt.		20	Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas matavimui žasto srityje, matavimo skalės skersmuo ne mažiau kaip 60 mm, AKS matavimo ribos ne blogesnės kaip 20-300 mm Hg, paklaida ne daugiau kaip 3 mm Hg, funkcija perjungimui naudotis kairiarankiams ir dešiniarankiams, bendras svoris ne daugiau kaip 380 g, manžetė ne mažesnei kaip 36 cm žasto apimčiai, garantija ne mažiau 5 metų, metrologinė patikra.				
Viso 97 pirkimo dalies kaina:									
	98. Hidroskopinis gimdos kaklelio diletatorius	Vnt.		1500	Skirtas gimdos kaklelio praplėtimui. Strypo formos, dydis 4 mm x 55 mm.Steriliai supakuotas po vieną.				
	99. Operaciniai apklotai								
	99.1. Cezario operacijos rinkinys	Pak.		1200	Sterilaus Cezario operacijos apklotų rinkinio sudėtis: Aklotas ne mažiau kaip 3 sluoksnių, medžiaga SMS tipo arba lygiavertė, gramatūra ne mažiau 50 g/m2: 1 x savaime prilimpantis apklotas, dydis 200 cm x 320 ±5 cm su anga , kurios išmatavimas 25 x 30±5 cm, su integruotu skysčių surinkimo maišu 75 x 85 ±5cm; ne mažiau kaip 4 rankšluosčiai 30 x 30 ±5 cm dydžio; lipni juosta 10 x 50 ±5cm; 1 x sugeriantis apklotas naujagimui, dydis 75 x 80±5 cm; 1 x Mayo tipo apklotas , kurio dydis 80 x 140 ±5cm; 1 x sustiprintas apklotas instrumentiniui staleliui apkloti, dydis 150 x 190 cm. Instrumentinio staliuko apklotas, pagamintas iš ne mažiau kaip 35 g / m2 neperšlampamo ir ne mažiau kaip 28 g / m2 neaustinio absorbcinio sluoksnio. Bendras svoris absorbcinėje zonoje ne mažiau kaip 63 g / m2. „Mayo“ staliuko apklotas, pagaminta iš PE , kurio svoris na mažiau kaip 50 g / m2, ir sugeriamojo neaustinio audinio sluoksnio, sutvirtinto ploto matmenys yra 60 x 140±5 cm, bendras sustiprinto ploto svoris – na mažiau kaip 80 g / m2. Apklotas maišo pavidalu, teleskopiniu būdu sulankstytas, su pažymėta atsukimo kryptimi. Atsparumas šlapiam / sausam plyšimui kritinėje srityje na mažiau 200 / 195 kPa. Atsparumas šlapiam / sausam tempimui kritinėje srityje ne mažiau 90 / 91N. Atsparumas skysčio įsiskverbimui kritinėje srityje 42±1 cm H2O. Sugertis 680±10%. Apklotų atsparumas alkoholiui, 8 lygio pagal IST 80.8. I degumo klasė pagal 16 CFR 1610. Visi rinkinio komponentai suvynioti į papildomą 2 sluoksnių apklotą, kurio pagrindinė masė yra ne mažiau 54 g / m2 ir sugeriamumas 180±10%, ir tai yra pirmasis išorinis rinkinio įvyniojimas. TYVEC tipo arba lygiavertėje pakuotėje yra informacija apie atidarymo kryptį ir ne mažiau kaip 4 lipnios etiketės duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo numeris, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.				

99.2.	Laparoskopinis rinkinys	Pak.	400	Sterilus laparoskopinio apklotų rinkinio sudėtis: Apklotas pagamintas iš hidrofobinio trisluoksnio neaustinio audinio SMS arba lygiaverčio tipo , kurio svoris ne mažiau 50 g / m2: 1 x 200 cm x 260±5 cm dydžio „T“ raidės formos lipnus užklotas su anga, kurios dydis 30 cm x 30±5 cm, su lipnia chirurgine plėvele, ne mažiau kaip 4 x sugeriantys rankšluosčiai 30 cm x 30 ±5cm, 1 x lipni juosta, kurios matmenys 10 cm x 50±5 cm, 1 x laidų dangalas, maišo tipo , matmenys: 14 cm x 250±5 cm, ne mažiau kaip 2 x galūnių apklotai 70 cm x 120±5 cm, 1 x sustiprintas „Mayo“ stalelio apklotas, kurio matmenys 80 cm x 140±5 cm, 1 x sustiprintas instrumentinio stalelio apklotas , apvyniojantis visą rinkinį 150 cm x 190±5 cm dydžio. Apklotas instrumentiniui stalui pagamintas iš ne mažiau kaip 35 g / m2 neperšlampo ir ne mažiau kaip 28 g / m2 neaustinio absorbcinio sluoksnio. Bendras svoris absorbcinėje zonoje – ne mažiau 63 g / m2. „Mayo“ stalo apklotas , pagamintas iš PE , kurio svoris ne mažiau 50 g / m2, ir sugeriamojo neaustinio audinio , sustiprintas plotas ne mažesnis kaip 60 cm x 140 cm, bendras svoris sustiprintame plote ne mažesnis 80 g / m2. maišo pavidalu, teleskopiškai sulankstytas ir su pažymėjimu atsukimo kryptimi. Laidų gaubtas su perforuotu antgaliu, kartonine dėžute, skirta lengvai uždėti, ir ne mažiau kaip dviem lipniom juostom, pagamintas iš skaidrios PE medžiagos , kurios svoris ne mažiau 50 g / m2. Atsparumas šlapiam / sausam plyšimui kritinėje srityje 205 / 199±1 kPa. Šlapio / sauso tempimo stiprumas kritinėje srityje 90 / 92±1N. Atsparumas skysčio įsiskverbimui kritinėje srityje 42±1 cm H2O. Apklotų medžiaga, atspari alkoholiui, 8 lygio pagal IST 80.8. I degumo klasė pagal 16 CFR 1610. Visi rinkinio komponentai yra suvynioti į papildomą 2 sluoksnių, celiuliozės ir plėvelės užklotą, kurio svoris yra ne mažesnis kaip 54 g / m2 ir kurio absorbcija yra 180±10%, ir tai yra pirmasis išorinis rinkinio įvyniojimas. TYVEC arba lygeverčio tipo pakuotėje yra informacija apie atidarymo kryptį ir ne mažiau kaip 4 lipnios etiketės duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo numeris, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.				
99.3.	Histeroskopinis rinkinys	Pak.	1000	Sterilus apklotų rinkinys histeroskopinėms operacijoms sudėtis: Apklotas pagamintas iš absorbuojančio ir vandeniui atsparaus dvisluoksnio laminato, kurio svoris yra ne mažiau kaip 55 g / m2.; 1 x lipnus apklotas 75 cm x 200±5 cm su anga 8 cm x 12±1 cm; ne mažiau kaip 4 x sugeriantys rankšluosčiai 30 cm x 30 ±5cm; ne mažiau kaip 2 x galūnių apklotai 70 cm x 120±5 cm; 1 x sutvirtinta staltiesė instrumentiniui stalui, 100 cm x 150±5 cm dydžio. Apklotas instrumentiniui stalui pagaminta iš ne mažiau kaip 35 g / m2 neperšlampo ir ne mažiau kaip 28 g / m2 neaustinio absorbcinio sluoksnio. Bendras svoris absorbcinėje zonoje – ne mažiau 63 g / m2. Atsparumas šlapiam / sausam plyšimui kritinėje srityje yra 108/95±1 kPa. Atsparumas drėgnam / sausam tempimui 45 / 30 ±1N. Atsparumas skysčio įsiskverbimui 190±5 cm H2O. Išorinio sluoksnio sugertis min. 350%. Rinkinio pakuotė su informacija apie atidarymo kryptį ir su ne mažiau kaip 4 lipniom etiketėm duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo kodas, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.				
99.4.	Apklotas Mayo staliukui	Vnt.	2000	Sterilus,sustiprintas 79x145cm (+10 cm), abs 65x85 cm (+10 cm)				
Viso 99 pirkimo dalies kaina:								
100.	Vienadantės žnyplės Schroder tipo	Vnt.	20	25±0,5 cm ilgio, su fiksacija				
101.	Sterilizacijos juostos							
101.1.	Be klostės			Skirtos med. priemonių pakavimui prieš sterilizaciją garais. Popieriaus-plastiko juosta privalo atitikti LST ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus, MDD 93/42 EEB direktyvą, turėti CE ženklimą ant išorinės dėžės (pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. Popierinės dalies svoris 60 g/m², plyšimo stiprumas ne mažiau 350 kPa (pateikti techninius duomenų lapus). Juostos plastiko dalis turi būti ne mažiau 52 µm storio, svoris 53 g/m2 (pateikti techninius duomenų lapus). Juostos šonuose yra 3 užlydymo linijos, kurių plotis ne mažiau 11 mm; Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių. Visa informacija turi būti atspausdinta ant juostos krašto laminuotos dalies: atitiktis standartams ISO 11607-1 ir EN868-5, I klasės garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo aprašymai, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr. Indikatoriai privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus kaip I klasės indikatoriai. Tarp tos pačios rūšies indikatorių turi būti 15 (± 0,2) cm atstumas. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį.				
101.1.1.	50 mm x 200m (+ 5mm)	Rul.	100					
101.1.2.	100 mm x 200 m	Rul.	70					
101.1.3.	150 mm x 200 m	Rul.	100					
101.1.4.	200 mm x 200 m	Rul.	50					
101.1.5.	250 mm x 200 m	Rul.	50					
101.1.6.	300 mm x 200 m	Rul.	30					
101.1.7.	350 mm x 200 m	Rul.	100					
101.1.8.	400 mm x 200 m	Rul.	120					
101.2.	Su klose			Skirtos med. priemonių pakavimui prieš sterilizaciją garais. Popieriaus-plastiko juosta privalo atitikti LST ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus, MDD 93/42 EEB direktyvą, turėti CE ženklimą ant išorinės dėžės (pateikti atitiktį patvirtinančius				

101.2.1.	100 mm x 50 mm x 100 m	Rul.	120	dokumentus). Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. Popierinės dalies svoris 60 g/m², plyšimo stiprumas ne				
101.2.2.	150 mm x 50 mm x 100 m	Rul.	100	mažiau 350 kPa (pateikti techninius duomenų lapus). Juostos plastiko dalis turi būti ne mažiau 52 µm storio, svoris 53 g/m2				
101.2.3.	200 mm x 55 mm x 100 m	Rul.	30	(pateikti techninius duomenų lapus). Juostos šonuose yra 3 užlydymo linijos, kurių plotis ne mažiau 11 mm. Ant juostos				
101.2.4.	250 mm x 65 mm x 100 m	Rul.	10	popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių. Visa informacija turi būti atspausdinta ant juostos krašto laminuotos				
101.2.5.	300 mm x 80 mm x 100 m	Rul.	100	dalies: atitiktis standartams ISO 11607-1 ir EN868-5, 1 klasės garų proceso poveikio indikatoriai ir spalvos pasikeitimo				
101.2.6.	400 mm x 60 mm x 100 m	Rul.	100	aprašymai, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr. Indikatoriai privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus kaip 1 klasės indikatoriai. Tarp tos pačios rūšies indikatorių turi būti 15 (± 0,2) cm atstumas. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksmų sluoksnį.				
101.3.	Užlydomi maišai							
101.3.1.	420 mm x 600 mm ± 5 mm	Pak.	50	Didelio stiprumo, gerų barjerinių savybių neaustinio pluošto maišeliai, kurie naudojami sterilizacijai garais; vidutinio ir sunkaus svorio paketams (daugiau 10 kg) pakuoti; pastiprintas, pagamintas iš celiuliozės 70%(+/- 3%) ir sintetikos pluoštų 30 % (±3%); atsparus drėgmei; plastikinė plėvelė 12/38 mikrom PET/PP mėlyna, laminuota.Po sterilizacijos nepraranda savo pirminių fizinių savybių, nepakeičia struktūros, pakuotė nepraranda apsauginio barjero. Aseptinis įpakavimas (lakštai apsaugoti nuo dulkių ir chemikalų). Pirminis įpakavimas plastikinis, antras kartoninė dėžė. Popierius: medicininis krepuotas, sustiprintas sintetiniu pluoštu, celiuliozės neaustinės medžiagos popierius, mėlynos spalvos. tankis/svoris ne < 60g/ m². Minimalus užlydymo siūlės stiprumas 2.0M/15 mm, atitinka EN868-5 standartą. Sudėtinės dalys atitinka ISO 11607-1 ir EN868-2 standartų reikalavimus. Supakuota po 250 vnt; pateikti techninius duomenų lapus, patvirtinančius reikalavimus.				
101.3.2.	530 mm x 720 mm ± 5 mm	Pak.	50					
101.4.	Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi	Vnt.	300	Stiprios fiksacijos su cheminiu garų indikatoriumi. Juostos plotis - 19 mm, ilgis - 50 m. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklavimas (gamintojo identifikatorius, partijos numeris, galiojimo terminas).Kiekviena juosta supakuota atskirai sandarioje plastikineje pakuotese. Turi turėti CE (pagal MDD 93/42 EEB) atitikties deklaraciją.				
101.5.	Aštrių ir smailių instrumentų apsauga	Pak.	30	Daugkartinio naudojimo, mažos, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus skaidraus plastiko. Skirtos sterilizacijai socialiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB). Įpjovos plotis 15mm ir 30mm				
Viso 101 pirkimo dalies kaina:								
102.	Sterilizacijos kontrolės priemonės							
102.1.	Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai	Vnt.	8000	Skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento. Prietaisai suteikiami nemokamai, prietaisai turi atlaikyti 250 sterilizacijos ciklų. Turi būti pateiktas indikatorių spalvos pasikeitimo etalonas.				
102.2.	Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams	Vnt.	240000	Išorinis cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui, turi dvigubą lipduką, pritaikytas klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ant indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti (proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris), 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų. Indikatoriaus išmatavimai: 3,1 cm x 2,2 cm (±0,3 cm). Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Susukti į ritinius.				
102.3.	Bowie and Dick indikatorius	Vnt.	2500	Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Indikatorius turi atitikti EN 285, EN ISO 11140-1 (2 klasė), EN ISO 11140-4 ir EN 867-5 reikalavimus. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento.				
102.4.	Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose	Vnt.	600	Plovimo testas, skirtas plovimo kokybei tikrinti automatinėse plovimo - dezinfekavimo mašinose. Turi tikrinti ir reaguoti į tiesioginį ir netiesioginį plovimo agento kontaktą, nesėkmingą laiką, temperatūrą, ploviklio koncentraciją, purškimo mechanizmo veiksmingumą ir enzymų įsigėrimą. Testas - nerūdijančio plieno plokštelė, kurios viena pusė padengta taršos organine (kraujas) medžiaga ir reikalingi priedai (jeigu priedų reikia testo tinkamam naudojimui).				

102.5.	Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinės plovimo ir dezinfekcijos mašinose	Vnt.	200	Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė, kurios viena pusė padengta taršos organine medžiaga. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais (arba alternatyvia organine (kraujas) medžiaga). Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą.				
102.6.	Sterilizacijos krovinio registracijos kortelių žurnalas	Vnt.	40	Turi būti parengtas būsimums sterilizacijos kontrolės priemonėms, A4 formato.				
102.7.	Žymekliai	Vnt.	60	Skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui prieš sterilizaciją. Žymeklio rašalas gali būti skirtingų spalvų:, mėlyna, juoda				
102.8.	Rankinis spausdintuvas	Vnt.	2	Skirtas 1 tipo dviejų sluoksnių proceso poveikio indikatoriams (indikatoriaus išmatavimai: 3.1 cm x 2.2 cm (± 0,3 cm)). Skirtas indikatorių ritiniams (kai ritinyje ne mažiau kaip 600 vnt.) Informacija žymima rašalu, atspariu sterilizacijos procesams.				
102.9.	Užlydymo siūlės kokybės testas	Vnt.	1500	Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos užlydymo juostos yra tinkamos kokybės.Turi atitikti ISO 11607 reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). Ant testo yra vietos reikiamai informacijai rašyti.Pritaikytas dokumentacijai.				
Viso 102 pirkimo dalies kaina:								
103.	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas(multifilamentas)			Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato danga. Rezorbcijos trukmė 60-90±5% dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 70±5% po 2 savaitių, 50±5% po 3				
103.1.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	12000	savaičių. Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato danga. Rezorbcijos trukmė 60-90±5% dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 70±5% po 2				
103.2.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	4000	savaičių, 50±5% po 3 savaitių.				
103.3.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	1200					
103.4.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali Nr. 0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	10000					
103.5.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, pjaunanti Nr. 1, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	1000					
103.6.	Adatos dydis 76 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	800					
103.7.	Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 4/0, siūlo ilgis 75 cm.	Vnt.	1000					
103.8.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	400					
103.9.	Adatos dydis 26 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 3/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	800					
103.10.	Adatos dydis 40 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1 siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	400					
103.11.	Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1/0, siūlo ilgis 90cm.	Vnt.	600					
103.12.	Adatos dydis 65 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 1, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	400					
103.13.	Adatos dydis 77 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlo ilgis 90cm.	Vnt.	400					
103.14.	Adatos dydis 60 mm tiesi pjaunantii, Nr. 4/0, siūlo ilgis 75cm.	Vnt.	400					
Viso 103 pirkimo dalies kaina:								
104.	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, monofilamentinis, Adatos dydis 48 mm ½ lenktumas, apvali Nr. 1, siūlo ilgis 150cm kilpa.	Vnt.	24	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas, sintetinis, monofilamentinis, pagamintas iš P-dioxanone polimero. Rezorbcijos trukmė 180-210 dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 70%% 4-ą savaitę 50%±5% po 6 savaitių. Padengtas silikonu, nudažytas.				
105.	Chirurginis siūlas nesirezorbuojantis, natūralus šilkas.			Padengtas silikonu, nudažytas juoda arba mėlyna spalva.				Atlas Medical/Silk/105
105.1.	Adata pjaunanti lenkta ½ , adatos ilgis 37mm siūlo storis 1 siūlo ilgis 75 cm 1 siūlas sterilioje pakuotėje	Vnt.	48		0,24	0,252	12,1	542DS3701/105.1
105.2.	Adata pjaunanti lenkta 3/8 adatos ilgis 26mm siūlo storis 2/0 siūlo ilgis 75 cm 1 siūlas sterilioje pakuotėje	Vnt.	400		0,238	0,2499	99,96	542DS2620/105.2
Viso 105 pirkimo dalies kaina:							112,06	

106.	Chirurginis siūlas nesirezorbuojantis, tipo Nylon			Chirurginis siūlas, sintetinis nesirezorbuojantis monofilamentinis, pagamintas iš poliamido. Adata tvirta, nelinkstanti.				Atlas Medical/Nylon/106
106.1.	Siūlo storis 3-0 adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8 adatos ilgis 30mm ,siūlo ilgis 75cm	Vnt.	1500		0,208	0,2184	327,6	632DS3030/106.1
106.2.	Siūlo storis 3-0 adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8 adatos ilgis 26mm ,siūlo ilgis 75cm	Vnt.	50					632DS2630/106.2
					0,204	0,2142	10,71	
Viso 106 pirkimo dalies kaina:								338,31
107.	Chirurginis besirezorbuojantis siūlas			Sintetinis,besirezorbuojantis, multifilamentinis pintas, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties su polikoprolaktano ir kalcio stearato danga. Rezorbcijos trukmė 42±5% dienos. Procentinis stiprumo išlaikymas 50±5% po 1 savaitės. Siūlas Bespalvis.				
107.1.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje, apvali nusmailintu galu adata adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 36-37mm	Vnt.	4000					
107.2.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje, pjaunanti adata, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 30mm	Vnt.	2000					
107.3.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje, pjaunanti adata, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 26mm	Vnt.	600					
107.4.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 19mm	Vnt.	600					
107.5.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 24mm	Vnt.	600					
107.6.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 37 cm.	Vnt.	100					
107.7.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas1/2,adatos ilgis 40mm	Vnt.	240					
107.8.	Siūlo storis 2/0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 40mm	Vnt.	240					
107.9.	Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 48mm	Vnt.	700					
107.10.	Siūlo storis 1 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 36mm	Vnt.	600					
107.11.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 90cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 48mm	Vnt.	6000					
107.12.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 26mm	Vnt.	600					
107.13.	Siūlo storis 3/0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata apvali adatos lenktumas 1/2,adatos ilgis 20mm	Vnt.	600					
107.14.	Siūlo storis 0 ,siūlo ilgis 75cm,1 siūlas pakelyje,adata pjaunanti, adatos lenktumas 3/8,adatos ilgis 26cm	Vnt.	50					
107.15.	Siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 3x45cm, 3 siūlai pakelyje be adatos	Vnt.	50					
Viso 107 pirkimo dalies kaina:								
108.	Chirurginis siūlas besirezorbuojantis, Sintetinis (monofilamentinis)			Chirurginis siūlas besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis. Pagamintas iš glikolines rūgšties ir trimetileno karbonato. Rezorbcijos trukmė 180-dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 7dieną 80% ,14 dieną 75%, 21 dieną 65%.				Atlas Medical/108/Polydioxanone/10
108.1.	Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 15 cm.	Vnt.	48					
108.2.	Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 2/0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 23 cm.	Vnt.	48					

108.3.	Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 15 cm.	Vnt.	48				
108.4.	Adatos dydis 37 mm ½ lenktumas, apvali, Nr. 0, siūlas dantytas su kilpa siūlo gale, siūlo ilgis 23 cm.	Vnt.	48				
Viso 108 pirkimo dalies kaina:							
109.	Filtras vakuuminei sistemai	Vnt.	100	Oro filtras vakuuminei sistemai Vacus 7308,dydis 67mmx67mmx82mm			
110.	Priemonė nuo sąaugų skirta endoskopinėms operacijoms	Vnt.	10	Hialurono rūgštis (100% grynumas), adata – aplikatorius (30 cm ilgis), tinkamas naudoti su 0,5 cm trokaru.			
111.	Vienartinės priemonės ligoninėje turimam siurbliui „AMEDA“						
111.1.	Hidrofobinis bakterinis filtras	Vnt.	100	Užsidarantis sudrėkimo atveju. Filtruojamų dalelių diametras ne didesnis nei 0.33µ. Vienartinis, lengvai keičiamas. Tinkantis siurbliui „AMEDA“.			
111.2.	Prjungimo silikoninių žarnelių su spec. Jungtimi rinkinys	Metrai	50	Medžiaga silikonas, karpomas, rulone 25m, sterilizuojamas prie 134°C, diametras vidinis 8mm, išorinis 12mm, sienelės storis 2mm. Sterilizuojamas. Tinkantis siurbliui „AMEDA“.			
111.3.	Vakuuminė silikoninė taurė	Vnt.	2	Daugkartinio naudojimo. Silikoninė vakuuminio ekstratoriaus taurė Ø 60mm su silikoniniu vamzdeliu ir kampuota įmaunama jungtimi. Sterilizuojama. Tinkanti siurbliui „AMEDA“			
111.4.	Vakuuminė silikoninė siurbimo taurė	Vnt.	5	Daugkartinio naudojimo.Silikoninė vakuuminio ekstratoriaus taurė Ø 70 mm su silikoniniu vamzdeliu ir kampuota įmaunama jungtimi. Sterilizuojama. Tinkanti siurbliui „AMEDA“.			
111.5.	Vakuuminis indas	Vnt.	1	Suderinamas su spec. tvirtinimui skirtu dangteliu. Indas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparaus polisulfono (PSU). Daugkartinio naudojimo. Sterilizuojamas. 2l talpos. Permatomas indas. Tinkantis siurbliui „AMEDA“			
111.6.	Vakuuminio indo dangtelis	Vnt.	1	Suderinamas su ARDO vakuuminiu indu. Su spec. tvirtinimu prie atsiurbėjo ar jo stovo. Turintis apsauginį vožtuvą užsipildymo atveju. 7mm ar 10mm skersmens diametro atsiurbimo žarnelių prijungimo galimybė. Sterilizuojamas. Pagamintas iš atsparaus smūgiams plastiko.			
111.7.	Atsiurbimo žarnelė	Vnt.	12	Suderinama su ARDO vakuuminio indo dangteliu. 7 mm ar 10 mm skersmens diametro jungtis, susieta su atitinkamu indo dangteliu. Žarnelės skersmens diametras 7/13 mm arba 10/18mm. Sterilizuojama iki 134 °C. Pagaminta iš skaidraus silikono.			
Viso 111 pirkimo dalies kaina:							
112.	Kablys vaisiaus vandenį nuleisti, vienkartinio naudojimo, supakuoti po 1 vnt.	Vnt.	1000	vienartinis, plastikinis, aštrus, sterilus, amniotomijai			
113.	Žnyplės viendantės ilgis 25 cm	Vnt.	10	Metalinės, amniotomijai			
114.	Aparatui Neopuf Fisher Paykel						
114.1.	Ergonominis T-formos gaivinimo kontūras	Vnt.	400	Skirtas rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff,Vienartinis, Gofruotas, T-formos su PEEP vožtuvu,Kontūro jungtis 10 mm female, tinkančia F&P Neopuff gaivinimo aparatui Vamzdelio ilgis 1,6 m. Kontūras pagamintas be latekso, be DEHP,Suderinamas su F&P gaivinimo aparatu “Neopuff”, Medicininė priemonė turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fisher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams, pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją.			
114.2.	Ergonominis T-formos gaivinimo kontūras su slėgio vamzdeliu	Vnt.	400	Slėgio vamzdelis su specialia konusine jungtimi, Slėgio vamzdelio ilgis 30-32cm, Medicininė priemonė turi turėti įrangos, su kuria bus naudojamos, gamintojo Fisher&Paykel Healthcare patvirtinimą, kad yra techniškai suderinamos su minėta įranga bei saugios pacientams, pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją.			
Viso 114 pirkimo dalies kaina:							
115.	Vienartinė siurbimo sistema						
115.1.	Daugkartinio naudojimo bespalvis siurbimo indas 2000ml.	Vnt.	1	2 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas su skysčio kiekio matavimo skale, sugraduotas kas 100 ml. Tūrio matavimo paklaida ± 100 ml. (pateikti sertifikata). Indas komplektuojamas su daugkartinio naudojimo L formos jungtimi, kuri gali būti išimama. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos ar stalo ir ant specialių bėgelių operacinėse. Indai pagaminti iš atsparaus plastiko. Gali būti dezinfekuojami automatinuose plautuvuose ir sterilizuojami 121° C temperatūroje. Pateikti 93/42/EEC sertifikata			

[illegible]

119.	Medicininės priemonės ligoninėje turimam laparoskopui (R.WOLF) morceliatoriui							
119.1.	Morceliatoriaus peilis	Vnt.	6	15 mm diametro, turi atitikti ligoninėje naudojamam R. Wolf morceliatoriui.				
119.2.	Morceliatoriaus audinių tarpinė	Vnt.	100	Trikampio formos, juoda, guminė, diametras 35±1 mm, turi atitikti ligoninėje naudojamam R. Wolf morceliatoriui, pakuotė 10vnt.				
119.3.	Morceliatoriaus instrumento tarpinė	Vnt.	100	Plokščia, raudona, guminė, diametras36±1 mm, turi atitikti ligoninėje naudojamam R. Wolf morceliatoriui, pakuotė 10vnt.				
119.4.	Morceliatoriaus instrumento sandariklis	Vnt.	100	Mėlynas, turi atitikti ligoninėje naudojamam R.Wolf morceliatoriui, pakuotė 10 vnt.				
119.5.	Morceliatoriaus sandarinimo žiedelis	Vnt.	100	Raudonas, guminis, diametras 50±1 mm, turi atitikti ligoninėje naudojamam R. Wolf morceliatoriui, pakuotė 10vnt.				
119.6.	Morceliatoriaus vožtuvo sandariklis	Vnt.	20	Geltonas, guminis, diametras 18±1 mm, turi tikti ligoninėje naudojamam R. Wolf morceliatoriui, pakuotė 10vnt.				
119.7.	Tepalas	Vnt.	10	Skirtas morceliatoriaus varikliuko ir pavaros tepimui, purškiamas, suslėgtuose flakonuose, 500ml.				
119.8.	Antgalis flakonui	Vnt.	10	Skirtas morceliatoriaus tepalui				
119.9.	Filtras MSF	Vnt.	200	Diametras 20±2 mm, vienkartinis, turi tikti ligoninėje naudojamai R. Wolf pompai 20vnt.				
119.10.	Monopolinis laidas	Vnt.	12	4,0±1,0 m ilgio, turi atitikti ligoninėje naudojamam instrumentui, autoklavuojamas.				
119.11.	Bipolinis laidas	Vnt.	12	4,0±1,0 m ilgio, turi atitikti ligoninėje naudojamam instrumentui, autoklavuojamas.				
119.12.	Žarnelių rinkinys laparoskopijai	Vnt.	10	Silikoninės, su dviem adatom, su skysčio kontrolės davikliu, autoklavuojama ne mažiau 20 kartų, su prijungimu ligoninėje naudojamai laparoskopinei siurbimo/plovimo rankenai.				
119.13.	Silikoninės slėgio membranos	Vnt.	100	Naudojamos su laparoskopinėmis žarnelėmis, pakuotė 10 vnt				
119.14.	Sandarinimo žiedeliai	Vnt.	40	Guminiai, siurbimo/plovimo žarnelėms, diametras 8±1 mm.				
119.15.	Trokaro sandarinimo gaubtelis	Vnt.	200	Guminis, skirtas 10 mm instrumentams, skirta ligoninėje naudojamiems laparoskopo trokarams riwo-art.				
119.16.	Trokaro sandarinimo tarpinė	Vnt.	40	Guminė, mėlyna, skirtas 10 mm trokarams, skirta ligoninėje naudojamiems laparoskopo trokarams.				
119.17.	Trokaro vožtuvas	Vnt.	4	10 mm				
119.18.	Trokaro sandarinimo gaubtelis	Vnt.	200	Guminis, skirtas 5 mm instrumentams, skirta ligoninėje naudojamiems laparoskopo trokarams.				
119.19.	Trokaro tarpinė	Vnt.	20	Guminė, skirtas 5,5 mm trokarams, skirta ligoninėje naudojamiems laparoskopo trokarams trokarams 5,5 mm				
119.20.	Trokaro vožtuvas	Vnt.	4	5,5 mm				
119.21.	Optikos skystis	Vnt.	200	Nuo rasojimo. Sterilūs.				
					Viso 119 pirkimo dalies kaina:			
120.	Medicininės priemonės ligoninėje turimam histeroskopui (R.WOLF)							
120.1.	HSK STORAS							
120.1.1.	Monopolinis laidas	Vnt.	10	4,5±0,2 m ilgio, turi tikti ligoninėje naudojamam histeroskopo generatoriui, turi tikti ligoninėje naudojamam histeroskopo instrumentui, autoklavuojamas.				
120.1.2.	Žarnelių rinkinys histeroskopijai	Vnt.	20	Silikoninės, su dviem adatom, su skysčio kontrolės davikliu, su Luer jungtimi, autoklavuojama ne mažiau 20 kartų, skirtos ligoninėje naudojamam histeroskopiniam skysčio padavimo įrenginiui ir histeroskopui.				
120.1.3.	Indas skysčio nutekėjimui	Vnt.	4	Skirtas ligoninėje naudojamai histeroskopinei skysčio padavimo pompai, talpa 2l, polisulfoninis, su dangčiu.				
120.1.4.	Rezektoskopo sandarinimo tarpinė	Vnt.	40	Diametras 16±1 mm, guminė, skirta ligoninėje naudojamam ginekologinio rezektoskopo darbiniam elementui.				
120.1.5.	Rezektoskopo elektrodo tarpinė	Vnt.	12	Guminė, vidinė, skirta ligoninėje naudojamam ginekologinio rezektoskopo darbiniam elementui.				
120.1.6.	Elektrodas kilputė	Vnt.	100	Ovalus, skirtas ligininėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui, autoklavuojama.				
120.1.7.	Elektrodas volelis	Vnt.	4	Skirtas ligininėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui, autoklavuojama.				
120.1.8.	Elektrodas kabliukas	Vnt.	4	Kampas 90°. Skirtas ligoninėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui, autoklavuojama.				
120.1.9.	Šepetėlis distaliniam kanalui	Vnt.	6	Autoklavojamas				
120.1.10.	Šepetėlis vamzdeliams	Vnt.	100	Įvairių dydžių				
120.2.	HSK PLONAS							
120.2.1.	Rezektoskopo fiksatoriaus tarpinė	Vnt.	40	Guminė, skirta ligoninėje naudojamam ginekologiniam rezektoskopui, autoklavuojama.				

120.2.2.	Silikoninės atramos	Vnt.	80	Skirtos R. Wolf sterilizavimo krepšiams kaip atramos sudėti instrumentams, pakuotė 20 vnt.				
					Viso 120 pirkimo dalies kaina:			
121.	Gimdos kaklelio diliatoriai HEGAR							
121.1.	Nuo 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0	Kompl.	6	Metaliniai Gimdos kaklelio diliatoriai HEGAR				
121.2.	Nuo 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0-15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0	Kompl.	2					
					Viso 121 pirkimo dalies kaina:			
122.	Patanatominiai indeliai			Plastikinis su dangtelių, nepermatomas				
122.1.	Patanatominiai indeliai 0,5 ltr	Vnt.	400					
122.2.	Patanatominiai indeliai 1,0 ltr	Vnt.	200					
122.3.	Patanatominiai indeliai 2,0 ltr	Vnt.	200					
122.4.	Patanatominiai indeliai 3,0 ltr	Vnt.	500					
					Viso 122 pirkimo dalies kaina:			