





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomo gaminio techninė charakteristika
1	Langas medinis (4 vnt.) Dažyti baltai 860x 1700mm; Lango varčia kairinė; Vidinė palangė balta mdf plokštės arba lygiavertės medžiagos 1000x400mm (± 5 mm); Lauko palangė skardinė cinkuota arba lygiavertės medžiagos 860x200mm (± 5 mm); Paketas 740x400x32mm (± 5 mm) 2 kameros; Paketas 950x670x32mm (± 5 mm) 2 kameros; Matmenis tikslinti vietoje. 	Langas medinis (4 vnt.) Dažyti baltai 860x 1700mm; Lango varčia kairinė; Vidinė palangė balta mdf plokštės 1000x400mm; Lauko palangė skardinė cinkuota 860x200mm; Paketas 740x400x32mm 2 kameros; Paketas 950x670x32mm 2 kameros; Matmenis tikslinti vietoje. 
2	Langas medinis (4 vnt.) Dažyti baltai 860x 1700mm; Lango varčia dešininė; Vidinė palangė balta mdf plokštės arba lygiavertės medžiagos 1000x400mm (± 5 mm); Lauko palangė skardinė cinkuota arba lygiavertės medžiagos 860x200mm (± 5 mm); Paketas 740x400x32mm (± 5 mm) 2 kameros; Paketas 950x670x32mm (± 5 mm) 2 kameros; Matmenis tikslinti vietoje. 	Langas medinis (4 vnt.) Dažyti baltai 860x 1700mm; Lango varčia dešininė; Vidinė palangė balta mdf plokštės 1000x400mm; Lauko palangė skardinė cinkuota 860x200mm; Paketas 740x400x32mm 2 kameros; Paketas 950x670x32mm 2 kameros; Matmenis tikslinti vietoje. 

Papildomi reikalavimai:

1. Priede Nr.1 pateikiami durų matmenys ir brėžiniai yra informacinio pobūdžio. Vadovaudamasis jais ir matavimais vietoje, konkursą laimėjęs tiekėjas turės parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos su užsakovu iki gamybos pradžios.
2. Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.

3. Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnė techninių parametrų. **Pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus.**
4. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.