



(UAB „Unidentas“ adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj. Įmonės kodas: 126409973, PVM kodas: LT264099716. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre)

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGIJOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO
2019-06-26**

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Unidentas“
Tiekėjo adresas	Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Linas Stankevičius
Telefono numeris	869934999
El. pašto adresas	dental@unidentas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos **Odontologijos prietaisus (pateikiame užpildytą pirkimo sąlygų 1 priedą)**, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Į Prekių kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos galimos tiekėjo išlaidos (Prekių pristatymas, elektroninės sąskaitos pateikimas per sistemą „E. sąskaita“ ir pan.):

I pirkimo dalis – Odontologinė įranga – 4 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
					Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Odontologinė įranga	GNATUS S400, gamintojas ALLIAGE	kompl.	4	7429,75	8990	21	6241	29719	35960

Bendra pasiūlymo kaina Eur 35960 Eur 00 cnt.(trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt Eur 00 cnt)

II pirkimo dalis – Helio lempos – 8 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
					Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Helio lempos	Elipar Deepcure-L LED LIGHT	vnt.	8	289,26	350,00	21	485,92	2314,08	2800,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur 2800 Eur 00 cnt . (du tūkstančiai aštuoni šimtai Eur 00 cnt.)										

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija	4
3.	EBVPD	12
4.	Jungtinė pažyma	2
5.	Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento	1
6.	Gamintojo Gnatus leidimas atstovauti	2
7.	Gamintojo 3M leidimas atstovauti	2
8.	CE sertifikatai ir jų vertimai	8
9.	Katalogai	12

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Linas Stankevičius

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Odontologijos prietaisų įsigijimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašo puslapio Nr.*)
1.	Odontologinė įranga (4 komplektai)		
1.1.	Kėdė pacientui:	Būtina	Gnatus S400
1.1.1.	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz	Būtina	Kėdės maitinimas iš tinklo 230 V, 50 Hz katalogas
1.1.2.	Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas ne mažiau kaip 35 cm.	Būtina	Paciento kėdės kėlimosi ribos 45 cm
1.1.3.	Santechniniai privedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusaustas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti.	Būtina	Santechniniai privedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusaustas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai pasijungia per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti. (kataloge 9 psl.)
1.1.4.	Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis	Būtina	Kėdės kėlimo principas elektrinis-mechaninis
1.1.5.	Galvos atlošas su artikulatoriumi	Būtinas	Galvos atlošas su artikulatoriumi
1.1.6.	Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, “0” (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa	Būtina	Programuojamos 4 paciento kėdės padėties, išlaipinimo programa.
1.1.7.	Kairysis porankis (fiksotas) ir dešinysis porankis (nusukamas)	Būtina	Kairys porankis fiksuotas, dešinys porankis pasisuka 90°
1.1.8.	Kėdės garantinis terminas - ne mažiau 2 metai	Būtina	Kėdės garantinis terminas 24 mėn.
1.2.	Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu:	Būtina	
1.2.1.	Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas; instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus	Būtina	Instrumentų prijungimo modulis su 5-iomis atlenkiamomis rankovėmis instrumentų pajungimui ir galimybe užfiksuoti darbinėje padėtyje: - pūtiklis (oras–vanduo) - 1 vnt., - rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu– 2 vnt.,

			- rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu – 1 vnt., - rankovė ultragarsiniam skaleriui - visi lankstai fiksuojami atlenkus - instrumentų stalelio aukščio reguliavimas su pneumatiniu užfiksavimu.
1.2.2.	Instrumentų rankovės turi atsilenkti iš priekinės pulto dalies, kad būtų pakankamas ir patogus darbui atstumas nuo pulto iki paciento	Būtina	Instrumentų rankovės atsilenkia iš priekinės pulto dalies, patogus darbui atstumas nuo paciento iki pulto
1.2.3.	Gydytojo instrumentai: 1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo; 2. rankovė turbinai su pašvietimu; 3. rankovė turbinai be šviesos; 4. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5. paruošimas ultragarsiniam skaleriui;	Būtina	Gydytojo instrumentai: 1. pūtiklis (oras–vanduo) - 1 vnt., 2. rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu– 2 vnt., 3. rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu – 1 vnt., 4. rankovė turbininiam antgaliui be šviesos. 5. rankovė ultragarsiniam skaleriui
1.2.4.	Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas	Būtina	Kiekvienai rankovei yra atskiras vandens reguliavimas
1.2.5.	Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas	Būtina	Kiekvienai rankovei yra atskiras darbinio slėgio reguliavimas
1.2.6.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės	Būtina	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės
1.2.7.	Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas)	Būtina	Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale yra kėdės valdymo mygtukai pedalas yra vientisas.
1.2.8.	Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslus mikrovariklio apsisukimus	Būtina	Valdymo pulte yra informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslus mikrovariklio apsisukimus (katalogo 4 psl.)
1.2.9.	Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus	Būtina.	Yra galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir

			naudojamus instrumentų parametrus
1.2.10.	Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2-jų padėčių programas	Būtina	Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” (išlaipinimo) padėtis, turi galimybę užprogramuoti 4-jų padėčių programas
1.2.11.	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai	Būtina	Yra stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai
1.2.12.	Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais	Būtina	Yra elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais
1.2.13.	Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi	Būtina	Yra šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi
1.2.14.	Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas	Būtina	Šviestuvo įjungimas /išjungimas judesio pagalba arba mygtuku.
1.2.15.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.3.	Vandens blokas/asistento instrumentų dalis:	Būtina	
1.3.1.	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis	Būtina	Asistento instrument laikiklis turi 3 lizdus (katalogo 6 psl)
1.3.2.	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės	Būtina	Yra seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės (katalogo 6 psl)
1.3.3.	Įmontuotas oro / vandens separatorius	Būtina	Įmontuotas oro/vandens separatorius (katalogo 6 psl)
1.3.4.	Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui)	Būtina	Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (katalogo 6 psl)
1.3.5.	Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l)	Būtina	Švaraus vandens talpa 1l
1.3.6.	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai	Būtina	Yra stiklinės pripildymo ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai
1.3.7.	Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2 padėčių programas	Būtinas	Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, yra galimybė užprogramuoti 4 padėčių programas
1.3.8.	Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas	Būtinas	Šviestuvo įjungimas ir išjungimas mygtuko pagalba
1.3.9.	Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas $\geq 180^\circ$)	Būtinas	Pjaudyklės indas lengvai pasukamas 180° kampu.

1.3.10.	Spjaudyklės indas grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui	Būtinai	Spjaudyklės indas pagamintas išgrūdinto stiklo ir lengvai nuimamas išvalymui.
1.3.11.	Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras	Būtinai	Yra stambių dalelių surinkimo filtras
1.3.12.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.4.	Apšvietimo sistema:	Būtina	
1.4.1.	LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 10 LED lempučių	Būtina	LED apšvietimas nuo 6 iki 10 vnt. Pagal pageidavimą.
1.4.2.	Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko	Būtina	Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko
1.4.3.	Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių	Būtina	Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle
1.4.4.	Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 32.000 Lux	Būtina	Maksimalus apšvietimo intensyvumas 32000 Lux.
1.4.5.	Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių	Būtina	Valdymo rankenėlės iš abiejų pusių, nuimos ir sterilizuojamos.
1.4.6.	Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba	Būtina	Apšvietimo lempa įjungiamas ir išsijungiamas judesio daviklio pagalba
1.4.7.	Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išsijungiamas judesio daviklio pagalba	Būtina	Specialus kompozitų režimas, įjungiamas ir išsijungiamas judesio daviklio pagalba.
1.4.8.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.5.	Įmontuotas mikrovariklis:	Būtinai	
1.5.1.	Elektrinis	Būtina	Elektrinis
1.5.2.	Bešepetėlinė technologija	Būtina	Bešepetėlinis
1.5.3.	Apsisukimų skaičius: a) apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; b) viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min.	Būtina	Apsisukimų skaičius 100 aps/min iki 40000 aps/min.
1.5.4.	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu	Būtina	Su vidiniu aušinimu ir oro-vandens padavimu
1.5.5.	Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm	Būtina	Sukimo momentas 3,5Ncm
1.5.6.	Garantinis terminas ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.6.	Antgaliai mikrovarikliui:	Būtina	DORIT DR-N11CF su šviesa
1.6.1.	Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	Būtina	Optinio pluošto šviesolaidis, apsisukimų skaičius iki 40000 aps/min. Perdavimo santykis 1:1, grąžto fiksavimas mygtuku. Atskiri purkštukai orui ir vandeniui. Atsparus sterilizacijai.

1.6.2.	Tiesus antgalis: sterilizuojamas	Būtina	Tiesus antgalis, atsparus sterilizacijai
1.6.5.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.7.	Turbininis antgalis:	Būtina	COBRA ULTRA VISION
1.7.1.	Su greita jungtimi	Būtina	Turi greitą jungtį.
1.7.2.	Su LED šviesa, iš ne mažiau kaip 2 taškų	Būtina	LED ir Ultra šviesa iš 2 taškų
1.7.3.	atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	Būtina	Atskiri vandens ir oro padavimo latakia.
1.7.4.	Keramikiniai guoliai	Būtina	Keramikiniai guoliai
1.7.5.	Sterilizuojamas	Būtina	Sterilizuojamas.
1.7.6.	Garantinis terminas ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
1.8.	Ultragarsinis skaleris:	Būtina	Satelec
1.8.1	Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke	Būtina	Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke.
1.8.2	Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt skalerio antgaliukų	Būtina	Komplekte 5 vnt. Skalerio antgaliukai
1.8.3.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.
2.	Helio lempos (8 vnt.): ELIPAR DEEPCURE- L LED LIGHT, gamintojas 3M		
2.1	Nešiojama	Būtina	Nešiojama (Naudojimo instrukcija 137 psl)
2.2	Baterija ličio jonų, įkraunama, tuščios baterijos pakrovimas - ne daugiau kaip 120 minučių	Būtina	Baterija ličio jonų, įkraunama, tuščios baterijos pakrovimas 120 min. (Naudojimo instrukcija 138 psl.)
2.3	LED arba lygiaverčio tipo	Būtina	LED tipo
2.4	Šviesos emisija ne mažiau kaip 1.400 mW/cm ²	Būtina	Šviesos emisija 1470 mW/cm ² (naudojimo instrukcija 137 psl.)
2.5.	Spinduliuojamų bangų ilgis ne mažiau 430 nm	Būtina	Spinduliuojamų bangų ilgis 430-480 nm naudojimo instrukcija 137 psl.)
2.6.	Švitinimo (darbo) laikas su pilnai pakrauta baterija ne mažiau 100 min.	Būtina	Švitinimo laikas su pilnai pakrauta baterija 120 min. (Naudojimo instrukcija 138 psl.)
2.7.	Ne mažiau 3 švitinimo režimai (nuo 5 iki 20 sekundžių)	Būtina	4 švitinimo režimai 5s, 10s, 15s, 20s (Naudojimo instrukcija 137 psl.)
2.8.	Nepertraukiamo švitinimo trukmė ne mažiau 100 sekundžių, momentinio švitinimo režimas	Būtina	Nepertraukiamo švitinimo trukmė 720s momentinio švitinimo režimas (Brošiūra)
2.9.	Dažniausiai naudojamas švitinimo laikas kompozitams 10 sekundžių	Būtina	Dažniausiai naudojamas švitinimo laikas kompozitų kietinimui 10s (brošiūra)
2.10.	Šviesolaidis sukasi 360°, skersmuo ne mažiau kaip 8 mm, sterilizuojamas, padengtas juoda danga	Būtina	Šviesolaidis sukasi 360° kampu, skersmuo 8 mm, šviesolaidis padengtas juoda danga,

			šviesolaidžio kampas 15°(brošiūra)
2.11.	Valdymas ne daugiau dviejų mygtukų pagalba, įkrovimo indikatorius, garsiniai signalai	Būtina	Valdymas 2 mygtukų pagalba, turi įkrovimo indikatorių ir garsinį signalą (brošiūra)
2.12.	Lempos svoris ne daugiau 180 g.	Būtina	Svoris 180g (brošiūra ir naudojimo instrukcija 138 psl.)
2.13.	Garantinis laikotarpis – ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis laikotarpis 24 mėn.

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.