

UAB „Vilimekso servisas“

Visorių g. 8, LT-08300 Vilnius, tel. (8 5) 279 67 09, i.k. 123055213, PVM LT230552113,
AB SEB bankas A/s LT 26 7044 0600 0110 9310

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGIJOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO
2019-06-25**

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Vilimekso servisas“
Tiekėjo adresas	Visorių g. 8, Vilnius 08300
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Prekių grupės vadybininkas Povilas Purtokas
Telefono numeris	8 5 279 67 09
El. pašto adresas	povilas@vilimeksoservisas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos **Odontologijos prietaisus (pateikiame užpildytą pirkimo sąlygų 1 priedą)**, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Į Prekių kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos galimos tiekėjo išlaidos (Prekių pristatymas, elektroninės sąskaitos pateikimas per sistemą „E. sąskaita“ ir pan.):

I pirkimo dalis – Odontologinė įranga – 4 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
					Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Odontologinė įranga	Clesta-II (Belmont, Japonija)	kompl.	4	13.550,00	16.395,50	21	2.845,50	54.200,00	65.582,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (suma skaičiais ir žodžiais) 65.582,00 Šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai										

III pirkimo dalis – Kompresorius – 2 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
					Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Kompresorius	Tandem 2x2/100/3 (Werther, Italija)	vnt.	2	1.650,00	1.996,50	21	346,50	3.300,00	3.993,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (suma skaičiais ir žodžiais) 3.993,00 Trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai										

IV pirkimo dalis – Vakuuminis siurblys (išsiurbti seilėms) – 6 vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
					Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Vakuuminis siurblys (išsiurbti seilėms)	ASP 0.4 (Werther, Italija)	vnt.	6	220,00	266,20	21	46,20	1.320,00	1.597,20
Bendra pasiūlymo kaina Eur (suma skaičiais ir žodžiais) 1.597,20 Vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir dvidešimt centų										

*Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/**:*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Belmont igaliojimas Konfidencialu
2.	Bukletai 1 dalis Konfidencialu
3.	Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu
4.	CE sertifikatai Konfidencialu
5.	Igaliojimas P. Purtokui 2019 Konfidencialu
6.	Werther igaliojimas Konfidencialu

*Pastaba**.* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina ar visas pasiūlymas konfidencialus. Jei ši lentelė neužpildoma, perkančioji organizacija traktuoja, kad pateiktame pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Belmont igaliojimas Konfidencialu	2
2.	Bukletai 1 dalis Konfidencialu	59
3.	Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu	4
4.	CE sertifikatai Konfidencialu	8
5.	EBVPD	16
6.	Igaliojimas P. Purtokui 2019 Konfidencialu	1
7.	Specifikacija	7
8.	Werther igaliojimas Konfidencialu	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Prekių grupės vadybininkas Povilas Purtokas

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Odontologijos prietaisų įsigijimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. *)
1.	Odontologinė įranga (4 komplektai) <u>Belmont Clesta-II</u>		
1.1.	Kėdė pacientui:	Būtina	Kėdė pacientui:
1.1.1.	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz	Būtina	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 25 psl.)
1.1.2.	Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas ne mažiau kaip 35 cm.	Būtina	Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas 38 cm. (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 10 psl.)
1.1.3.	Santchniniai priedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusaustas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti.	Būtina	Santchniniai priedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusaustas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai pasijungia per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengia. (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 43 psl.)
1.1.4.	Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis	Būtina	Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 42 psl.)
1.1.5.	Galvos atlošas su artikulatoriumi	Būtinas	Galvos atlošas su artikulatoriumi (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 6 psl.)
1.1.6.	Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, "0" (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa	Būtina	2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, "0" (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 27 psl.)
1.1.7.	Kairysis porankis (fiksotas) ir dešinysis porankis (nusukamas)	Būtina	Kairysis porankis (fiksotas) ir dešinysis porankis (nusukamas) (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 6 psl.)

1.1.8.	Kėdės garantinis terminas - ne mažiau 2 metai	Būtina	Kėdės garantinis terminas - 2 metai
1.2.	Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu:	Būtina	Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu:
1.2.1.	Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas; instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus	Būtina	5 (penkių) instrumentų valdymo pultas; instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 3 psl.)
1.2.2.	Instrumentų rankovės turi atsilenkti iš priekinės pulto dalies, kad būtų pakankamas ir patogus darbui atstumas nuo pulto iki paciento	Būtina	Instrumentų rankovės atsilenkia iš priekinės pulto dalies, kad būtų pakankamas ir patogus darbui atstumas nuo pulto iki paciento (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 3 psl.)
1.2.3.	Gydytojo instrumentai: 1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo; 2. rankovė turbinai su pašvietimu; 3. rankovė turbinai be šviesos; 4. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5. paruošimas ultragarsiniam skaleriui;	Būtina	Gydytojo instrumentai: 1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo; 2. rankovė turbinai su pašvietimu; 3. rankovė turbinai be šviesos; 4. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5. paruošimas ultragarsiniam skaleriui; (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 3 psl.)
1.2.4.	Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas	Būtina	Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 29 psl.)
1.2.5.	Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas	Būtina	Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 29 psl.)
1.2.6.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės	Būtina	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 2 psl.)
1.2.7.	Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas)	Būtina	Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale yra ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas) (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 7 psl.)
1.2.8.	Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslūs mikrovariklio apsisukimus	Būtina	Valdymo pulte yra informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslūs mikrovariklio

			apsisukimus (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 8 psl.)
1.2.9.	Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus	Būtina.	Yra galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 9 psl.)
1.2.10.	Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, "0" (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2-jų padėčių programas	Būtina	Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, "0" (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti 2-jų padėčių programas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 27 psl.)
1.2.11.	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai	Būtina	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 8 psl.)
1.2.12.	Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais	Būtina	Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 28 psl.)
1.2.13.	Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi	Būtina	Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 26 psl.)
1.2.14.	Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas	Būtina	Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 28 psl.)
1.2.15.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
1.3.	Vandens blokas/asistento instrumentų dalis:	Būtina	Vandens blokas/asistento instrumentų dalis:
1.3.1.	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis	Būtina	3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.2.	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės	Būtina	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.3.	Įmontuotas oro / vandens separatorius	Būtina	Įmontuotas oro / vandens separatorius (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.4.	Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui)	Būtina	Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.:

			skaleriui) (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.5.	Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l)	Būtina	Švaraus vandens sistema (indo talpa 0,75 l) (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 7 psl.)
1.3.6.	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai	Būtina	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.7.	Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2 padėčių programas	Būtinas	Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti 2 padėčių programas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.8.	Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas	Būtinas	Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 30 psl.)
1.3.9.	Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas $\geq 180^\circ$)	Būtinas	Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas 180°) (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 31 psl.)
1.3.10.	Spjaudyklės indas grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui	Būtinas	Spjaudyklės indas grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 5 psl.)
1.3.11.	Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras	Būtinas	Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 32 psl.)
1.3.12.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
1.4.	Apšvietimo sistema:	Būtina	Apšvietimo sistema:
1.4.1.	LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 10 LED lempučių	Būtina	LED tipo, su 10 LED lempučių (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 44 psl.)
1.4.2.	Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko	Būtina	Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 45 psl.)
1.4.3.	Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių	Būtina	Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 45 psl.)
1.4.4.	Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 32.000 Lux	Būtina	Maksimalus apšvietimo intensyvumas – 35.500 Lux (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 45 psl.)
1.4.5.	Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių	Būtina	Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 44 psl.)

1.4.6.	Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba	Būtina	Apšvietimo lempa įsijungia ir išsijungia judesio daviklio pagalba (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 45 psl.)
1.4.7.	Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba	Būtina	Specialus kompozitų režimas su 5500 Lux. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 45 psl.)
1.4.8.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
1.5.	Įmontuotas mikrovariklis:	Būtinas	Įmontuotas mikrovariklis:
1.5.1.	Elektrinis	Būtina	Elektrinis (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 46 psl.)
1.5.2.	Bešepetėlinė technologija	Būtina	Bešepetėlinė technologija (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 46 psl.)
1.5.3.	Apsisukimų skaičius: a) apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; b) viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min.	Būtina	Apsisukimų skaičius: a) apatinė riba 100 aps./min; b) viršutinė riba 40.000 aps./min. (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 46 psl.)
1.5.4.	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu	Būtina	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 46 psl.)
1.5.5.	Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm	Būtina	Sukimo momentas – 3.5 Ncm (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 46 psl.)
1.5.6.	Garantinis terminas ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas - 2 metai
1.6.	Antgaliai mikrovarikliui:	Būtina	Antgaliai mikrovarikliui:
1.6.1.	Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	Būtina	Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt. (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 48-49 psl.)
1.6.2.	Tiesus antgalis: sterilizuojamas	Būtina	Tiesus antgalis: Sterilizuojamas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 50 psl.)
1.6.5.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
1.7.	Turbininis antgalis:	Būtina	Turbininis antgalis:

1.7.1.	Su greita jungtimi	Būtina	Su greita jungtimi (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 56 psl.)
1.7.2.	Su LED šviesa, iš ne mažiau kaip 2 taškų	Būtina	Su LED šviesa, iš 2 taškų (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 56 psl.)
1.7.3.	atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	Būtina	atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt. (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 56 psl.)
1.7.4.	Keramikiniai guoliai	Būtina	Keramikiniai guoliai (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 56 psl.)
1.7.5.	Sterilizuojamas	Būtina	Sterilizuojamas (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 56 psl.)
1.7.6.	Garantinis terminas ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis terminas 2 metai
1.8.	Ultragarsinis skaleris:	Būtina	Ultragarsinis skaleris:
1.8.1	Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke	Būtina	Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 59 psl.)
1.8.2	Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt skalerio antgaliukų	Būtina	Komplekte 5 vnt skalerio antgaliukų (Bukletai 1 dalis Konfidencialu.pdf 59 psl.)
1.8.3.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
3.	Kompresorius (2 vnt.):		
3.1	Betepalinis	Būtina	Betepalinis (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 2 psl.)
3.2	Bako talpa ne mažiau kaip 100 l.	Būtina	Bako talpa 100 l. (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 2 psl.)
3.3	Oro našumas ne mažiau kaip 240 l/min.	Būtina	Oro našumas 242 l/min. (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 2 psl.)
3.4	Komplekte su oro sausintuvu, kuris veikia šaldytuvo principu (be jokių eksploatacinių medžiagų) „Rasos taškas“ – ne aukščiau kaip 7°C, kuris sausina – ne mažesnę kaip 240 l/min srautą	Būtina	Komplekte su oro sausintuvu, kuris veikia šaldytuvo principu (be jokių eksploatacinių medžiagų) „Rasos taškas“ – 7°C, kuris sausina – 250 l/min srautą (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 4 psl.)
3.5.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai
4.	Vakuuminis siurblys (išsiurbti seilėms) (6 vnt.):		
4.1	Galia ne mažiau kaip 0,35 kW	Būtina	Galia 0,4 kW (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 3 psl.)
4.2	Našumas ne mažiau kaip 1.200 l/min.	Būtina	Našumas 1.330 l/min. (Bukletai 3-4 dalys Konfidencialu.pdf 3 psl.)
4.3.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai	Būtina	Garantinis terminas – 2 metai

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
