

Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų
1 priedas

AmberCell Solutions, UAB
(Tiekėjo pavadinimas)

Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda,
Įmonės kodas 302591590, PVM kodas LT100006146717
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ 2

2024-01-24
(data)

Klaipėda
(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	AmberCell Solutions, UAB Įm.kodas 302591590 Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Lina Rusteikienė +370 640 52910 info@ambercell.eu

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE
REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)	-		
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	Ne	
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)	-		
4.	EBVPD*	14	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		
6.	Deklaracija dėl atsakingu asmenu (Failas „Deklaracijos“)	1	Ne	

7.	Deklaracija dėl TR (Failas „Deklaracijos“)	1	Ne	
8.	12 p.d. Brošiūra	2	Ne	
9.	EC Certificate Annex II	2	Ne	
10.	EC Certificate LT	2	Ne	
11.	UT DoC NEL IIb	2	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai;
- 3) ūkio subjektai, subtiektėjai kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą¹).

Igaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Lina Rusteikienė

(Vardas, pavardė)

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PREKIŲ SĄRAŠAS

PASTABA: pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms teikiamas Pasiūlymas. Tuščias lenteles prašome ištrinti.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis 36 mėn.	Vnt. įkainis Eur be PVM)*	Kaina Eur (be PVM) (4x5)**	PVM tarifas 5 % ir suma***	Kaina Eur (su PVM) (6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Nefrostomos rinkiniai	Rink.	400	76,36	30544,00	1527,20	32071,20

Bendra pirkimo objekto dalies kaina su PVM 32071,20 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt vienas Eur 20 ct).

* - po kabelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

** - po kabelio turi būti nurodyti ne daugiau kaip 2 skaičiai.

*** - įrašykite taikomą PVM tarifą. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS PRIEMONĖS 2

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1.	Apvalkalas C formos rentgeno aparatui (kepurės)	1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Skaidrus ir permatomas, kad būtų galima sekti aparatūrą. 4. Medžiaga tvirta, atspari skysčiams, su gemele apačioje. 5. Maišo formos 150±10 cm. 6. Supakuota po 1 vnt. 7. Pakuotė 10-20 vnt., turinti atplėšiamą angą, pritaikytą išimti po 1 apklotą, nesuplėšius pakuotės. Ant pakuotės informacija: aploto paveikslukas, sterilumo galiojimo laikas, produkto kodas, serijos Nr. 8. Pakuotė 3 lygių. 9. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su indikatorine sistema.	Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brosiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima.

2.	Rinkinys akmenų ekscizijos procedūrai atlikti	1. Sterili 2. Vienkartinė. 3. Nitinolinis. 4. Tinkantis surinkti mažesnius nei 1 mm inkstų akmenims. 5. Svetimkūnių surinkimo talpa, išskleidus, užapvalinto trikampio formos, sudaryta iš 3, lazeriu išpjautų ritinolio vielių, apsaugota įmaute. 6. Plastikinis korpusas su integruota metaline mova. 7. Instrumentas valdomas stūmoklio pagalba. 8. Turi keturias kontroliuojamas atidarymo padėtis – 8 mm, 11 mm ir papildomą išsiskleidimą, tarsi lelijos žiedas, paspaudus papildomą svirtelę, padidėja 10%. 9. Dydis 1,9±0,1 F. 10. Ilgis 120±2 cm. 11. Pervaros konstrukcija-kombinuota medžiaga-poliamidas/PTFE. 12. Talpa lengvai išsiardo. 13. Kartu su svetimkūnių surinkimo talpa privalo būti HydroPlus arba lygiaverte danga padengtas Pigtail tipo, su drenažinėm akutėm, atvirais galais stentas, užsibaigiantis siūlu. 14. Dydis 6-8 Fr pagal pirkėjo pageidavimą. 15. 20-30 cm ilgio, pagal pirkėjo pageidavimą. 16. Rinkinyje yra pozicionierius.		
3.	Šlaplės fiksavimo sistema su pravedėju	1. Sterili 2. Vienkartinė 3. Tinkelis kartu su viena įvedimo adata, turinčia plastikinę ergonominę rankeną 4. Adata Halo tipo, 2,7 mm diam, turinčios griovelių distaliniam gale tinkelio siūlui užkabinti 5. Tinkelis pagamintas iš polipropileno. Mėlynos spalvos		

		6. Tinkelio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais, nespūriantis. 7. Tinkelis turi viduriui žymėti plastikinį kištuką 8. Tinkelis yra $1,1 \pm 0,5$ cm pločio; $22 \pm 0,5$ cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri, procedūros pabaigoje, ištraukiama. Tinkelio vieta, kur yra aptraukta mova ilgis $4 \pm 0,5$ cm. 9. Plotis $1,2 \pm 0,5$ cm; storis $0,6 \pm 0,1$ mm; porų dydis $1190 \pm 0,5$ um; pluošto diametras $0,15 \pm 0,1$ mm; svoris (g/m²) $100 \pm 0,5$. 10. Kartu su sistema privalo būti $10 \pm 0,5$ cm ilgio slidžių, hidrofilinių, lanksčių 3 cm ilgio galiuku, nitenolines struktūros pravedėjas.		
4.	Medicininis švarkelis	1. Visiškai nepralaidus drėgmei ir tirpalui (polietilenas arba alternatyvi žaliava), 2. Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 2 skirtingų spalvų. 3. Vienkartinis; 4. Kvėpuojantis, 5. Minkštas, 6. Nesukeliantis alergijos ir nedirginantis odos; 7. Neaustinis polipropilenas (ne mažiau 49g/m²), kuris nesilieja; 8. Pagamintas iš visiškai perdirbamų žaliavų; 9. Nesterilus, 10. Trijų ketvirčių rankovėmis, minkštais megztais rankogaliais ir apykakle, 11. Užsegamas spaudėmis, 12. 2 didelės kišenės, kad tilptų išmanus telefonas. 13. Turi atitikti EN 1041, EN ISO 13485, EN ISO 9001 standartų reikalavimus, turi turėti MDR sertifikata, ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.		
4.1	M dydžio išmatavimai	1. Švarko ilgis – 73 cm (± 3) 2. Rankovių ilgis – 23 cm (± 3) 3. Rankogalių ilgis – 7 cm (± 1)		

		Krūtinės plotis – 63cm (± 3)		
4.2	L dydžio išmatavimai	1. Švarko ilgis – 75 cm(± 3) 2. Rankovių ilgis – 24 cm (± 3) 3. Rankogalių ilgis – 8 cm (± 1) Krūtinės plotis – 65cm (± 3)		
4.3	XL dydžio išmatavimai	1. Švarko ilgis – 77 cm(± 3) 2. Rankovių ilgis – 25 cm (± 3) 3. Rankogalių ilgis – 8 cm (± 1) Krūtinės plotis – 73cm (± 3)		
4.4	XXL dydžio išmatavimai	1. Švarko ilgis – 79 cm(± 3) 2. Rankovių ilgis – 25 cm (± 3) 3. Rankogalių ilgis – 8 cm (± 1) Krūtinės plotis – 78cm (± 3)		
5.	Antifoginės servetėlės 1	1. Skirtas laparoskopinių operacijų metu specializuotu skysčiu padengti optinį paviršių naudojant kempinėle; 2. Veikimo principas: garuoja nuo optinio paviršiaus ir neleidžia susidaryti kondensatui; 3. Vienkartinio naudojimo; 4. Komplekto sudėtis: specializuotas skystis 5-6 ml tūrio talpose ir kempinėle 1 vnt. 5. Sterili pakuotė.		
6.	Antifoginės servetėlės 2	1. Skirtas laparoskopinių operacijų metu specializuotu skysčiu padengti optinį paviršių naudojant kempinėle; 3. Vienkartinio naudojimo; 4. Komplekto sudėtis: specializuotas skystis 1-2 ml tūrio talpose ir kempinėle 1 vnt. 5. Sterili pakuotė.		
7.	Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas ir vienkartinės kasetės			
7.1.	Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas	1. Vienkartinis; 2. sterilus; 3. Aparatas gali būti užtaisytas ne mažiau kaip 12 kartų. 4. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 3 aparato darbinės dalies ilgių.		

		5. Privalomi ilgiai 6cm, 16cm, 26cm (± 1) cm., su kasetės uždarymo ilgio matavimo skale ant rankenos. 6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. 7. Kasetė uždaroma viena ranka. 8. Galimas kasetės daugartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą. 9. Papildomas apsauginis mygtukas prieš iššaukant kasetę. 10. Su peiliu integruotu kasetėje.		
7.2.	Vienkartinės kasetės	1. Vienkartinės 2. Sterilios 3. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 2 skirtingų tipų kasetes: artikuliuojama kasetė 45° į abi puses arba tiesi kasetė. 4. Turi būti galimybė pasirinkti skirtingų aukščių kasetes chirurginiam siuvimo aparatui (privalomi aukščiai 2.5mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.8mm). 5. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio kabutes kasetėje (privalomi kasečių aukščiai: 3.0-3.5-4.0; 4.0-4.5-5.0; 2.0-2.5-3.0). 6. Kasetėje nemažiau kaip 6 eilės kabučių. 7. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 6 skirtingo pjūvio kasetes: privalomi ilgiai 31mm, 33mm, 43mm, 45mm, 59mm, 61 mm. 8. Uždarytų kabučių aukštis: 1.0, 1.5, 1.8, 2.0. 9. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio uždarytas kabutes (privalomi aukščiai (mm) 1.2-1.5-1.8, 1.8-2.0-2.2, 0.75-1.0-1.2). 10. Kabučių kiekiai kasetėje priklauso nuo kasetės ilgio (privalomi kabučių kiekiai kasetėje 48, 66, 90 vnt.). 11. Tinkančios 7.1 punkte siūlomam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui.		
8.	Bipolinis radiodažnuminis zondas	1. Paskirtis hipertrofavusių nosies kriauklių tūrio mažinimui;		

		2. Vienkartinis; 3. Sterilus; 4. Aplikatorius konuso formos; 5. Elektrodo diametras ≤ 1.1 mm; 6. Elektrodo ilgis 100 ± 10 mm; 7. Laido ilgis ≥ 3 m. 8. Pakuotėse po 5 vnt. 9. Suderinamas su ligoninėje naudojamu CelonLab ENT generatoriumi.		
9.	Skaros 1	1. Sterilios. 2. Marlinės. 3. 45-75$\pm$5 cm. 4. 4 Sluoksnių. 5. Supakuota po 1 vnt.		
10.	Skaros 2	1. Sterilios. 2. Marlinės. 3. 45-75$\pm$5 cm. 4. 4 Sluoksnių. 5. Supakuota po 5 vnt.		
11.	Skaros 3	1. Sterilios. 2. Marlinės. 3. 45-65$\pm$5 cm. 4. 12 Sluoksnių, apsiūtais kraštais. 5. Supakuota po 2 vnt.		
12.	Nefrostomos rinkiniai	1. Trumpalaikio naudojimo. 2. Pagamintas iš poliuretano. 3. Drenažo skylutės „Pigtail“ dalyje. 4. Su integruota „Luer Lock“ jungtimi. 5. Dydžiai: 6Fr- 24cm/34 cm ilgio; 7Fr-24cm/34 cm ilgio; 8Fr-24 cm ilgio; 9 Fr-24 cm/34 cm ilgio; 10,5 Fr- 30 cm ilgio; 12 Fr – 30 cm ilgio; 14 Fr- 30 cm ilgio pasirinktinai. 6. Viela- pravedėja standi, lenktu J-tipo 0,035“ diametro, 80 cm ilgio. 7. Punkcinė dviejų dalių adata 18 G, 20 cm ilgio, matoma ultragarsu. 8. Diletatorius (1 Fr didesnis už kateterio dydį)	1. Trumpalaikio naudojimo. 2. Pagamintas iš poliuretano. 3. Drenažo skylutės „Pigtail“ dalyje. 4. Su integruota „Luer Lock“ jungtimi. 5. Dydžiai: 6Fr- 24cm/34 cm ilgio; 7Fr-24cm/34 cm ilgio; 8Fr -24 cm/34 cm ilgio; 9 Fr-24 cm/34 cm ilgio; 10,5 Fr- 30 cm ilgio; 12 Fr – 30 cm ilgio; 14 Fr- 30 cm ilgio pasirinktinai. 6. Viela- pravedėja standi, lenktu J-tipo galiuku, 0,035“ diametro, 80 cm ilgio. 7. Punkcinė dviejų dalių adata 18 G, 20 cm ilgio, matoma ultragarsu. 8. Diletatorius (1 Fr didesnis už kateterio dydį)	RENODRAIN Nephrostomy Puncture- and Exchange Set Seldinger technique, with pigtail. Ref.: kodai: RC-400640; RC-400650; RC-400740; RC-400840; RC-400850; RC-400940; RC-400950; RC-401050; RC-401250; RC-401440. UROTECH GmbH, Vokietija 12 p.d. Brošiūra

		9. 10,5 Fr, 12 Fr, 14 Fr kateteriai komplektuojami su dviem dilatatoriais. 10. Universalus adapteris su „Luer lock“, 10 cm ilgio. 11. Sterili popieriaus-plastiko pakuotė.	9. 10,5 Fr, 12 Fr, 14 Fr kateteriai komplektuojami su dviem dilatatoriais. 10. Universalus adapteris su „Luer lock“, 10 cm ilgio. 11. Sterili popieriaus-plastiko pakuotė.	
13.	Ultragarinis gelis	1. Akustinis. 2. Skirtas plataus diapazono dažniams. 3. Bespalvis. 4. Vandens pagrindu. 5. Netepa drabužių. 6. Bakteriostatinis. 7. Nedirgina odos. 8. Sudėtyje nėra formaldehido. 9. Skirtas visiems ultragarso akušerijos. kraujagyslių, širdies tyrimų tipams. 10. Užteptas ant odos nevarva ir nenubėga, o prie odos prilimpa. 11. Pakuotė plastikinė su dozatoriumi 250ml ± 50ml.	1. Akustinis. 2. Skirtas plataus diapazono dažniams. 3. Bespalvis. 4. Vandens pagrindu. 5. Netepa drabužių. 6. Bakteriostatinis. 7. Nedirgina odos. 8. Sudėtyje nėra formaldehido. 9. Skirtas visiems ultragarso akušerijos. kraujagyslių, širdies tyrimų tipams. 10. Užteptas ant odos nevarva ir nenubėga, o prie odos prilimpa. 11. Pakuotė plastikinė su dozatoriumi 250ml ± 50ml.	
14.	Vaistų skiedimo adata	1. Mini spike tipo su kepurėle. 2. Sterili, supakuota po vieną. 3. 0,45 - 5 mikronų antibakterinis oro filtras. 4. Be latekso, PVC, DEHP - yra ženklintas ant blister pakuotės arba tai įrodantis dokumentas. 5. Adatkočio ilgis 20± 3 mm, bendras adatos ilgis 55 -70 mm. 6. Adatkojis su apsaugine kepurėle.		
15.	Liubrikatorius endotrachėjiniams vamzdeliams	1. Aerosolinis skysto silikono purškiklis slydimui pagerinti. 2. 500 ml (±100ml.).		
16.	Lubrikantas	1. Sterilus, skaidrus, hidrofilinis gelis; 2. Nepažeidžia žmogaus audinių, instrumentų, gumos, metalo; 3. Lengvai nuplaunamas vandeniu; 4. Labai gerai tepa - gerai prilimpa prie tepamo paviršiaus;		

		5. Naudojamas atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas apžiūros procedūras, reikalaujančias patepimo; 6. Supakuotas po 5g±1g.		
17.	EKG elektrodai suaugusiems	1. Vienkartiniai, kliniškai švarūs. 2. Pagrindas – audinys, centras – porolonas. 3. Metalinė dalis – sidabro lydinys. 4. Sudrėkinti EKG pasta ar geliu. 5. Pagrindas padengtas nealergizuojančiais klijais, gerai limpančiais prie odos, nulipinus nelieta klijų likučių. 6. Gaminio sudėtyje nėra latekso.		
18.	Anesteziologinė kaukė	1. Vienkartinė. 2. Bekvapė. 3. Lengva. 4. Be latekso ir PVC. 5. Be pripučiamos pagalvėlės. 6. Krašiai kontaktuojantys su veidu, minkšti, neaštrūs, o korpusas tvirtas iš standžios medžiagos. 7. Anatominė forma, gerai priglundanti prie veido kontūrų. 8. Spalvinis kodavimas pagal dydžius. 9. Dydžiai nuo vaikiško iki suaugusio (2; 3; 4; 5). 10. Kaukės dydis nurodytas aiškiai ant pačios kaukės korpuso ir pakuotės. 11. Supakuota po 1 vnt.		
19.	Vienkartinis užvalkalas čiužiniui su gumele	1. Pagamintas iš polietileno. 2. Užvalkalo kraštuose su gumele. 3. Dydis: 100 x 200 x 30 cm. 11. Supakuota po 1 vnt.		
20.	Orofaringiniai vamzdeliai	1. Vienkartiniai. 2. Kliniškai švarūs. 3. Turi CE ženklimą. 4. Gaminio sudėtyje nėra latekso. 5. Skaidrūs. 6. Vientisi.		

		7. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. 8. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. 9. Spalvinis kodavimas pagal dydžius. 10. Supakuota po 1 vnt. 11. Gaminio pakuotė lengvai praplešiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. 12. Siūlomi ne mažiau kaip 6 dydžiai: 12.1. Dydis 1 - ilgis 65±5 mm; 12.2. Dydis 1.5 - ilgis 70±5 mm; 12.3. Dydis 2 - ilgis 80±5 mm; 12.4. Dydis 3 - ilgis 90±5 mm; 12.5. Dydis 4 - ilgis 100±5 mm; 12.6. Dydis 5 - ilgis 120±5 mm.		
21.	Lęšiuko kapsulės dažai	1. Sterilus tripano mėlio dažas kapsulei dažyti. 2. Išfasuotas ne mažiau kaip 1.0 ml stikliniame buteliuke. 3. Koncentracija – 0,6 mg /1 ml.		
22.	Biopsinio daviklio nukreipėjas	1. Suderinamas su SIEMENS Acuson Redwood/Sequoia konveksiniu davikliu 5C1; 2. Daugkartinis rėmelis; 3. Keičiamas adatos pakreipimo kampas, 5 fiksuojamos pozicijos.		
23.	Biopsinės žnyplės	1. Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. 2. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius. 3. Kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. 4. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. 5. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. 6. Darbinis ilgis 2300 ±50 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm.		

24.	Pincetas disekcijai	1. Vienkartinis 2. Supakuoti po vieną, lengvai atidaromoje pakuotėje 3. Sterilūs 4. Pagamintas iš aukštos kokybės ir rezistentiškumo polimero. 5. Tiesus, 14.5cm $\pm$0.2cm ilgio, su 1x2 dantukais 6. Instrumentai yra lengvi, nereikia valyti ultragarsu, 7. Ant kiekvieno instrumento CE ženklas su Notifikuotos Įstaigos numeriu. 8. Ekologiškai pagaminti, be endotoksinų, galima šalinti deginant kartu su tamponais, apdangalais ir pan. Atitinka ISO 10993 reikalavimus. 9. Juodos spalvos. 10. Dėžėje ne daugiau 120 vnt.		
25.	Adatkotis Mayo-Hegar	1. Vienkartinis 2. Supakuoti po vieną, lengvai atidaromoje pakuotėje 3. Sterilūs 4. Tiesus, 15cm $\pm$0.2cm ilgio 5. Pagamintas iš aukštos kokybės ir rezistentiškumo polimero. 6. Instrumentai yra lengvi, nereikia valyti ultragarsu, 7. Ant kiekvieno instrumento CE ženklas su Notifikuotos Įstaigos numeriu. 8. Ekologiškai pagaminti, be endotoksinų, galima šalinti deginant kartu su tamponais, apdangalais ir pan. Atitinka ISO 10993 reikalavimus. 9. Juodos spalvos. 10. Dėžėje ne daugiau 120 vnt.		
26.	Žnyplės Kocher	1. Vienkartinės. 2. Supakuotos po vieną, lengvai atidaromoje pakuotėje. 3. Sterilios. 4. Tiesios, 16cm $\pm$0.2cm ilgio.		

		5. Pagamintos iš aukštos kokybės ir rezistentiško polimero. 6. Instrumentai yra lengvi, nereikia valyti ultragarsu. 7. Ant kiekvieno instrumento CE ženklas su Notifikuotos Įstaigos numeriu. 8. Ekologiškai pagaminti, be endotoksinų, galima šalinti deginant kartu su tamponais, apdangalais ir pan. Atitinka ISO 10993 reikalavimus. 9. Juodos spalvos. 10. Dėžėje ne daugiau 120 vnt.		
--	--	--	--	--

Igaliotas asmuo

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Rusteikienė

(Vardas, pavardė)

(Parašas)