

6 pirkimo dalis. Šaldytuvas medikamentams, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametru reikšmės | Siūlomos parametru reikšmės |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Paskirtis | Medicininis šaldytuvas skirtas medikamentų ir vaistų laikymui | Medicininis šaldytuvas skirtas medikamentų ir vaistų laikymui (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |

| | | | |
|-----|------------------------------------|--|---|
| 2. | Konstrukcija | 1. Vertikalaus tipo; 2. Su ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Šaldytuvo durys stiklinės, su užraktu. | 1. Vertikalaus tipo; (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) 2. Su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Šaldytuvo durys stiklinės, su užraktu. (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 3. | Šaldytuvo talpa | Naudingas kameros tūris ≥ 250 litrų | 290 L (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau 67 cm; Gylis: ne daugiau 75 cm; Aukštis: ne daugiau 210 cm. | Plotis: 60 cm; Gylis: 62 cm; Aukštis: 202,5 cm. (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo $+3^{\circ}\text{C}$ iki $+6^{\circ}\text{C}$ | Reguliuojamas ribose nuo $+3^{\circ}\text{C}$ iki $+6^{\circ}\text{C}$ (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 6. | Temperatūros gradientas | $\leq +5$ | 2,9 C (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 7. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; (žr. N00-MD40DD-LT_3-2025-06-16.pdf 16 psl.) Elektros maitinimo sutrikimai. (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 1 psl.) |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 9. | Apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 10. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 11. | USB jungtis | Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį | Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 12. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (<i>būtinai atitinkamas gamintojo ir/arba tiekėjo patvirtinimas</i>) | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 2 psl.) |
| 14. | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, ne mažiau 12 valandų | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, 12 valandų (žr. MD40DD-P301SEQ-and-MD40DD-P600SEQ-technical-brochures.pdf 1 psl.) |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 18. | Šaldytuvo atitikimas DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą | Šaldytuvas turi atitikti DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą (<i>pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus</i>) | Šaldytuvo atitikimas DIN 13277 (žr. HU216S28-001_extsigned.pdf 1 psl.) |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>) | Žymėjimas CE ženklu (žr. MK-69265805-0001_extsigned.pdf 1 psl.) |
| 20. | Dokumentai, pateikiami kartu su šaldytuvu | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |