

Uždaroji akcinė bendrovė, aviečių g. 14 LT-08418 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, el. p.

info@medita.lt www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL VENŲ IEŠKIKLIO SU STOVU PIRKIMO

2025 m. birželio 12 d. Nr. 1

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Medita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	110323729, LT103237219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Aivaras Pliauckys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris	vadybininkas Remigijus Stankevičius, +370 626 29729, remigijus.stankevicius@medita.lt
Telefono numeris	(0~5) 272 03 72, +370 699 68120
Fakso numeris	(0~5) 272 01 01
el. pašto adresas	pirkimai@medita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 6 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)

Tiekėjo pavadinimas (nurodyti): UAB "Medita"

Eil.Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Venų ieškiklis su stovu	Modelis VS500, gamintojas "BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd." Kinija	vnt.	1	2150	2150	2601,5
Bendra pasiūlymo kaina EUR						PVM suma:	2150
						PVM suma:	451,5
Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM):							2601,5

Venų ieškiklio su stovu techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	1. Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus; 2. Venų ieškiklis mobilus (portatyvus); 3. Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatricijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje.	1. Projekcinis venų tinklo atvaizdavimas ant paciento odos paviršiaus; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 10 psl.</i> 2. Venų ieškiklis mobilus (portatyvus); <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 15 psl.</i> 3. Tinkamas naudoti pediatrijoje, onkologijoje, radiologijoje, greitojoje medicinos pagalboje, geriatricijoje, laboratorijoje, chirurgijoje, plastinėje medicinoje, kraujagyslių tyrimuose, slaugoje. <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl.</i>
2.	Projekcinio vaizdavimo galimybės	1. Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš ≥ 4 spalvų, įskaitant žalią; 2. ≥ 4 šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai; 3. Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš ≥ 2 dydžių; 4. Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas.	1. Projekcinio vaizdo spalva pasirenkama iš 5 spalvų, įskaitant žalią; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl.</i> 2. 5 šviesos ryškumo reguliavimo žingsniai; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl.</i> 3. Projekcinio vaizdo dydis pasirenkamas iš 3 dydžių; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl.</i> 4. Atvirkštinio (inversinio) vaizdo pasirinkimas. <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 3 psl.</i>
3.	Darbo režimai	≥ 3 darbo režimai, tarp kurių: 1. Universalus; 2. Detalus; 3. Gilusis.	3 darbo režimai, tarp kurių: 1. Universalus; 2. Detalus; 3. Gilusis. <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 17 psl.</i>
4.	Projekcinio vaizdo gavimui naudojama šviesa	Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850–940 nm	Infraraudonieji spinduliai, kurių bangos ilgis 850 nm <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i>
5.	Vaizdo projektavimo greitis	≥ 24 kadrai/s	80 kadrų/s <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl.</i>
6.	Optimalus vaizdo gavimo/projektavimo atstumas	180–330 mm	200 mm $\pm$ 20 mm <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 21 psl.</i>
7.	Atstumo jutiklis	Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos	Prietaise yra integruotas atstumo jutiklis (daviklis), kuris informuoja

			apie teisingą atstumą nuo prietaiso iki kūno vietos <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 21 psl.</i>
8.	Vaizdo raiška	Ne mažiau kaip 850×480 taškų	854x480 taškų <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl.</i>
9.	Veikimo kryptis	Bet kuria kryptimi	Bet kuria kryptimi <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl.</i>
10.	Didžiausias venų atpažinimo gylis	≥ 8 mm	12 mm <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 2 psl.</i>
11.	Centrinės linijos funkcija	Yra venų centrinės linijos funkcija	Yra venų centrinės linijos funkcija <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl.</i>
12.	Mažų ir gilių venų paieškos funkcija	Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai	Yra programa mažesnių ir gilesnių venų paieškai <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 19 psl.</i>
13.	Duomenų perdavimas	Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB (arba lygiaverte) jungtimi	Nuotraukų perdavimas į kompiuterį USB jungtimi <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 3 psl.</i>
14.	Prietaiso svoris	Ne daugiau kaip 600 g	420 g <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i>
15.	Baterija autonominiam prietaiso maitinimui	1. Įkraunama; 2. Talpa ≥ 4000 mAh; 3. Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį.	1. Įkraunama; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 25 psl.</i> 2. Talpa 4300 mAh; <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i> 3. Išsikraunant baterijai įsijungia perspėjimas (aliarmas) apie žemą baterijos įkrovimo lygį <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 25 psl.</i>
16.	Veikimo trukmė	Su pilnai įkrauta baterija aparatas nepertraukiamai veikia ≥ 5 valandas	Baterijos veikimo laikas 5 valandos <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i>
17.	Baterijos pilno įkrovimo laikas	Ne ilgiau kaip 5 valandos	3 val. <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i>
18.	Baterijos įkroviklis	Pakrovimo stotelė (arba lygiavertis sprendimas) pateikiama komplekte su prietaisu	Pakrovimo stotelė pateikiama komplekte su prietaisu <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl.</i>
19.	Venų iešiklio mobilumas	1. Tvirtinamas prie stovo su ratukais; 2. Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais.	1. Tvirtinamas prie stovo su ratukais; 2. Į komplektaciją įtrauktas mobilus stovas su ratukais. <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 4 psl.</i>
20.	Elektros maitinimas	Įkrovimo stotelės maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	Įkrovimo stotelės maitinimas iš 100-240 V, 50/60 Hz elektros tinklo <i>Žr. „Gamintojo dokumentai“ 29 psl.</i>
21.	Garantinis terminas	≥ 12 mėnesiai	12 mėnesių

22.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	CE ženklavimas Žr. „Gamintojo dokumentai“ 12 psl.
23.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
24.	Įrangos pristatymas	Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Įrangos pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
25.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)
2	Gamintojo dokumentai	33	Gamintojo dokumentai
3	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Medita EBVPD

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija (plačiau skaityti¹).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.): UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jurgita Žaliauskienė

(Vardas ir pavardė)

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf