

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *LS-140*

Alytus

2016 m. rugsėjo 9 d.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, toliau vadinama PIRKĖJU, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko ir UAB „Vitrolab“ toliau vadinama TIEKĖJU, atstovaujama direktoriaus Vaido Jankauskio, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas

Tiekėjas remiantis supaprastinto atviro konkurso „Medicininė“, pirkimo Nr.176446 įvykusio 2016m. rugpjūčio mėn. 18 d. rezultatais, įsipareigoja parduoti medicininę įrangą – **autorefraktometrą/keratometrą - Canon RK-F2 - 1 vnt. ir bekontaktį tonometrą, komplektuojamą su elektriniu stalu -Reichert 7CR – 1 vnt**, toliau vadinamus Prekėmis, pagal specifikaciją (Priedas Nr.1), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir sumokėti už jas sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Prekių pristatymo ir apmokėjimo tvarka

2.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 45 dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Transporto paslaugų vertė įeina į prekių kainą.

2.2. Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Tiekėjui pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuota pasikeitus įstatymo numatytam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties pakeitimas įforminamas abiejų šalių pasirašytu susitarimu.

2.4. Perkamų prekių kaina:

2.4.1. Autorefraktometro/keratometro kaina- 10865,80 Eur. (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai aštuoniasdešimt centų) su PVM.

2.4.2. Bekontakčio tonometro kaina - 7126,90 Eur. septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai devyniasdešimt centų).

3. Prekių kokybė, ženklavimas ir priėmimo tvarka

3.1. Prekės turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

3.2. Prekių kokybės dokumentus saugo Tiekėjas, o Pirkėjui pateikia kokybės dokumentų kopijas.

3.3. Pirkėjo įgaliotas asmuo, priėmęs prekes, privalo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti, uždėti antspaudą ir vieną sąskaitos egzempliorių grąžinti tiekėjui.

3.4. Pretenzijas dėl prekių kokybės Pirkėjas pareiškia Tiekėjui per 15 dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.5. Tiekėjas negali vienu prekių pakeisti kitomis (analogais).

4. Šalių atsakomybė

4.1. Už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

4.2. Šios sutarties vykdymas gali būti visiškai ar laikinai sustabdytas iškilus Force Majeure aplinkybėms. Į šią sąvoką įeina, karas, maištai, stichinės nelaimės, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sprogimai, gaisrai, streikai, lokautai, teisėti ir neteisėti valstybinių institucijų veiksmai ir panašios priežastys. Force Majeure atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatomis.

5. Ginčų sprendimo tvarka

5.1. Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo būtų sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka

6.1. Sutartis galioja kai ją pasirašo Pirkėjas ir Tiekėjas ir galioja 12 mėnesius. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 30% nepristatytų prekių vertės bauda.

6.2. Pirkėjo iniciatyva ši sutartis gali būti nutraukta ankščiau termino, jeigu Tiekėjas pateikia nekokybiškas prekes. Šiuo atveju apie sutarties nutraukimą Pirkėjas informuoja Tiekėją raštu per protingą terminą.

7. Kitos sąlygos

7.1 Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

7.2. Visi kiti, šia sutartimi nesureguliuoti klausimai, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

7.3 Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, kurių abu turi vienodą juridinę galią.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114, Alytus
Tel. 8-315-56 301, faks. 8-315-75 530
Im.kodas 190272175
Atsisk. Sąskaita LT737300010091752982
AB Swedbankas

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

.....
(parašas)




Tiekėjas

UAB „Vitrolab“
Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas
tel. 8 37 333317, faks. 8 37 333329
Im. kodas 235279070
PVM mokėtojo kodas LT352790716
Atsisk. Sąskaita LT82 7044 0600 0288 6700
AB SEB bankas

Direktorius
Vaidas Jankauskis

.....
(parašas)



PRIEDAS Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOREFRAKTOMETRAS/KERATOMETRAS (1 vnt.)

1.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametru reikšmės	Atitikimas reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
	Autorefraktometras/keratometras		Canon RK-F2
1.1.	Prietaiso tipas - pilnai automatinis	Būtina	Prietaiso tipas - pilnai automatinis.
1.2.	Matavimo režimai:		
	Pilnai automatinis matavimo režimas	Būtina	Pilnai automatinis matavimo režimas
	Automatinis matavimo režimas	Būtina	Automatinis matavimo režimas
	Rankinis matavimo režimas	Būtina	Rankinis matavimo režimas
1.3.	3D pilnai automatinė akies sekimo/aptikimo sistema	Būtina	3D pilnai automatinė akies sekimo/aptikimo sistema; X, Y, ir Z centravimas ir kt.
1.4.	Automatinis fokusavimas	Būtina	Automatinis fokusavimas
1.5.	Automatinis matavimo atlikimas vienu mygtuko paspaudimu	Būtina	Automatinis matavimo atlikimas vienu mygtuko paspaudimu
1.5.	Automatinis tyrimo rezultato atspausdinimas	Būtina	Automatinis tyrimo rezultato atspausdinimas
1.6.	Retro pašvietimo matavimo režimas	Būtina	Retro pašvietimo matavimo režimas
1.7.	Fiksavimo taikiny:		
	Vidinė fiksacija	Būtina	Fiksavimo taikiny: vidinė fiksacija
	Automatinė drumstumo (fogging) sistema	Būtina	Automatinė drumstumo (fogging) sistema
1.8.	Refraktometrija		
	Sferinės refrakcijos ribos	Nuo -30.00D iki +22.00D $\pm 5\%$	Nuo -30.00D iki +22.00D
	Cilindrinės refrakcijos ribos	Nuo -10.00D iki +10.00D $\pm 5\%$	Nuo -10.00D iki +10.00D
	Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis	0.12D ir 0.25D	0.12D ir 0.25D
	Ašis	Nuo 1° iki 180°	Nuo 1° iki 180°
	Ašies matavimo žingsnis	1 mm	Ašies matavimo žingsnis 1 mm
1.9.	Keratometrija		
	Matuojamos ragenos kreivumoradiuso ribos	Nuo 5.00 mm iki 10.00 mm $\pm 5\%$	Matuojamos ragenos kreivumo radiuso ribos: Nuo 5.00 mm iki 10.00 mm
	Ragenoskreivumoradiusomatavimo žingsnis	0.01 mm	Ragenos kreivumo radiuso matavimo žingsnis 0.01 mm

	Ragenos refrakcijos matavimo ribos	Nuo 33.75D iki 67.50D ±5%	Ragenos refrakcijos matavimo ribos: Nuo 33.75D iki 67.50D
	Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos	Nuo 0 iki -15 D	Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos: Nuo 0 iki -15 D
	Matuojama ašis	Nuo 1° iki 180°	Matuojama ašis: Nuo 1° iki 180°
	Ašies matavimo žingsnis	1 mm	Ašies matavimo žingsnis 1 mm
1.10.	Ragenos periferijos matavimas	Matavimo laukas 30°, kaikreivumospindulys ra 8 mm	Ragenos periferijos matavimas: Matavimo laukas 30°, kaikreivumospindulys ra 8 mm
1.11.	Ragenos diametro matavimas	2 iki 14 mm	Ragenos diametro matavimas 2 iki 14 mm
1.12.	Viršūnės atstumas	0, 12, 13.5 mm	Viršūnės atstumas 0, 12, 13.5 mm
1.13.	PD diapazonas	Ne mažiau kaip 88 mm	PD diapazonas 88 mm
1.14.	Minimalus tiriamos akies vyzdžio skersmuo	2 mm	Minimalus tiriamos akies vyzdžio skersmuo 2 mm
1.15.	Vyzdžio skersmens matavimas	Nuo 2 iki 16 mm	Vyzdžio skersmens matavimas Nuo 2 iki 16 mm
1.16.	Integruotas terminis spausdintuvas su ECO nustatymais ir automatinio nukirpimu	Būtina	Integruotas terminis spausdintuvas su ECO nustatymais ir automatinio nukirpimu
1.17.	Integruotas spalvotas LCD monitorius su kampo koregavimo funkcija	Įstrižainė ne mažiau 5,7", pakreipimas ne mažiau 40° kampu vertikalčiai	Integruotas spalvotas LCD monitorius su kampo koregavimo funkcija. Įstrižainė 5,7", pakreipimas ne mažiau 40° kampu vertikalčiai
1.18.	Smakro atramos vertikalaus judėjimo diapazonas	±60 mm	Smakro atramos vertikalaus judėjimo diapazonas 60 mm. (elektrinis)
1.19.	Svoris	Ne daugiau 18 kg	Svoris 15 kg.
1.20.	Prietaiso duomenų išvestis	RS232C, USB, LAN	Prietaiso duomenų išvestis RS232C, USB, LAN
1.21.	Maitinimo šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz	Maitinimo šaltinis 100-240 V, 50/60 Hz
1.22.	Prietaise turi būti integruota energijos taupymo funkcija	Būtina	Prietaise integruota energijos taupymo funkcija
1.23.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas
1.24.	Garantija	36 mėnesiai	Suteikiama garantija 36 mėnesiai

BEKONTAKTIS TONOMETRAS (1 vnt.)

1.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametų reikšmės	Atitikimas reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
	Bekontaktis tonometras komplektuojamas suelektriniu stalu		Reichert 7CR
1.	Tipas	Bekontaktis	Tipas-bekontaktinis
2.	Akispūdžio matavimo ribos (ne siauresnės)	7- 60 mm Hg	Akispūdžio matavimo ribos (ne siauresnės): 7- 60 mm Hg
3.	Gali atlikti ne mažiau 3 matavimų vienu paspaudimu	Būtina	Gali atlikti ne mažiau 3 matavimų vienu paspaudimu
4.	Tonometrijos duomenų perskaičiavimas pagal ragenos gebėjimą absorbuoti energiją - ragenos biomechaniką (histerezė)	Būtina	Tonometrijos duomenų perskaičiavimas pagal ragenos gebėjimą absorbuoti energiją -

			ragenos biomechaniką (histerezė)
5.	Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, kurio pagalba atliekamas prietaiso valdymas ir rezultatų peržiūra	Būtina	Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, kurio pagalba atliekamas prietaiso valdymas ir rezultatų peržiūra
6.	Matavimo atlikimas automatinis be vairalazdės	Būtina	Matavimo atlikimas automatinis be vairalazdės
7.	Slankiojanti į kairę ir į dešinę paciento kaktos atrama, užtikrinanti tikslų automatinį kairės ir dešinės akies pozicijos aptikimą, atpažinimą ir rodymą	Būtina	Slankiojanti į kairę ir į dešinę paciento kaktos atrama, užtikrinanti tikslų automatinį kairės ir dešinės akies pozicijos aptikimą, atpažinimą ir rodymą:
8.	Demonstracinio oro gūσιο padavimas	Būtinai	Demonstracinio oro gūσιο padavimas
9.	Automatinis rezultatų skaičiavimas ir rodymas	Būtinai	Automatinis rezultatų skaičiavimas ir rodymas
10.	Rezultatų pateikimas	Rezultatas turi būti pateiktas IOPg -- palyginamas su Goldman aplanaciniu matavimu ir IOPcc - koreguotas pagal ragenos parametrus (ne pagal storį)	Rezultatas pateiktas IOPg -- palyginamas su Goldman aplanaciniu matavimu ir IOPcc - koreguotas pagal ragenos parametrus (ne pagal storį)
11.	Savikontrolės sistema	Būtina	Savikontrolės sistema
12.	Mažo patikimumo rezultatų identifikavimas	Būtina	Mažo patikimumo rezultatų identifikavimas
13.	Sujungimas su išoriniais įrenginiais	RS-232C jungtis, USB	Sujungimas su išoriniais įrenginiais RS-232c, USB
14.	Automatinis išsijungimo režimas	Po 5, 10, 20, 90 minučių, išjungta	Automatinis išsijungimo režimas: Po 5, 10, 20, 90 minučių, išjungta
15.	Ekrano apšvietimo reguliavimas	Būtina	Ekrano apšvietimo reguliavimas (Contrast: - +)
16.	Datos ir laiko rodymas	Būtina	Datos ir laiko rodymas
17.	Automatiniai matavimo ir klaidų pranešimai	Būtina	Automatiniai matavimo ir klaidų pranešimai
18.	Integruotas spausdintuvas	Būtinai	Integruotas spausdintuvas
19.	Galimybė įsivesti ir spausdinti paciento duomenis	Būtinai	Galimybė įsivesti ir spausdinti paciento duomenis
20.	Bekontakčio tonometro energijos šaltinis	100-240 V, 50/60 Hz	Bekontakčio tonometro energijos šaltinis 100-240 V, 50/60 Hz
21.	Prietaiso svoris	10 kg ± 5 %	Prietaiso svoris 10,4 kg
22.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas
23.	Garantija	36 mėnesiai	Suteikiama garantija 36 mėnesiai
24.	Oftalmologinis elektrinis stalas		STM2, STOLMIK
24.1	Aukštis reguliuojamas elektros variklių pagalba, nuspaudžiant jungiklį	Būtina	Aukštis reguliuojamas elektros variklių pagalba, nuspaudžiant jungiklį
24.2.	Aukščio reguliavimo ribos ne siauresniame diapazone kaip nuo 710 mm iki 960 mm.	Būtina	Aukščio reguliavimo ribos ne siauresniame diapazone nuo 710 mm iki 960 mm.
24.3.	Stalviršio išmatavimai - 450 mm x 780 mm, ± 5 %.	Būtina	Stalviršio išmatavimai 450 mm x 780 mm

24.4.	Laikas, per kurį stalas juda nuo žemiausio taško iki aukščiausio (arba atvirkščiai) - ne daugiau 21 s	Būtina	Laikas, per kurį stalas juda nuo žemiausio taško iki aukščiausio (arba atvirkščiai) 21 s
24.5.	Maksimalus leistinas stalo apkrovimas - ne mažiau 60 kg.	Būtina	Maksimalus leistinas stalo apkrovimas 60 kg.
24.6.	Stalo svoris - ne daugiau 33 kg.	Būtina	Stalo svoris - 33 kg.
24.7.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas
24.8.	Garantija	36 mėnesiai	Suteikiama garantija 36 mėnesiai

Pirkėjas

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

.....



Tiekėjas

Direktorius
Vaidas Jankauskis

.....

