

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(pirkimo numeris 3274686)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo daliai Nr. 2.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo daliai Nr. 2.

2025-06-19 gautas tiekėjo paklausimas dėl 2025-06-18 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Medicinos pagalbos priemonės“ (pirkimo Nr. 3274686) pirkimo dalies Nr. 2. „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“ techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime teiraujasi:

„norėtume atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į galimai netiksliai suformuluotą reikalavimą. Antrosios pirkimo dalies aprašyme nurodyta, kad reikalaujama vienos dalies atvirų išmatų surinkėjų, kurių didžiausia iškerpama anga būtų 55–57 mm. Pažymėtina, kad tokio dydžio stomos yra itin retos, todėl šis reikalavimas gali reikšmingai apriboti konkurenciją bei neatitikti realios klinikinės praktikos poreikių. Įprastai išmatų surinktuvų iškirpimo angos turi platesnį reguliavimo intervalą, pavyzdžiui, nuo 20 iki 43 mm, kas leidžia užtikrinti didesnę pritaikomumą pacientams.

Tiekėjas pranešime prašo patikslinti ar nurodytas dydžio reikalavimas nėra techninė klaida.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą vadovaudamasi pirkimo dokumentų nuostatomis, atsako, jog tai nėra techninė klaida. Perkančioji organizacija perka išmatų rinktuvus su įvairiomis iškerpamosiomis angomis, o reikalavimas atitinka klinikinės praktikos poreikį.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.