

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICININIAI BALDAI, CHIRURGINIAI RINKINIAI, VAGINALINIAI DAUGKARTINIAI
SKĖTIKLIAI“ (PIRKIMO NR. 2322321)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvairstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-04-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Medicininiai baldai, chirurginiai rinkiniai, vaginaliniai daugkartiniai skėtikliai**“ (pirkimo Nr. 2322321) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo: „Manome, kad ši techninė specifikacija yra pritaikyta vienintelio gamintojo lovoms. Sunku paaiškinti techninės specifikacijos punkto Nr.2.1.4. reikalavimą „Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis × plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne didesni kaip 1960 × 760 mm.“ Kai tų pačių techninių reikalavimų punktas Nr.17 sako, kad „Lovos išoriniai matmenys, įskaitant visas šonines apsaugas turi būti ne didesni kaip 2200 × 920 mm.“.tai reiškia, kad gali būti siūloma nestandartinė siaura lova ir gamintojai gaminantys standartines lovas turinčias įprastą europietišką plotį konkurse dalyvauti negalės. Gal TS yra techninė klaida ir punktas Nr.2.1.4. turėjo būti toks „Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis × plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 1960 × 760 mm.“? Tokiu atveju prašome pataisyti šį reikalavimą, priešingu atveju paaiškinti kodėl esant standartiniams išoriniams matmenims reikalaujama tokio siauro lovagulio.

Punkto Nr.16.reikalavimas“Lovos elektriniai varikliai turi būti su apsauga nuo perkrovimo“ yra eliminuojantis visus gamintojus išskyrus . Tuo labiau, kad tų pačių TS punktas Nr.19.reikalauja, kad „Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė turi būti ne mažiau 250 kg“ Variklio apsaugą nuo perkrovimo turi tik gamykla. Kiti gamintojai montuodami variklius kurių keliamoji galia yra 250kg ir daugiau nenumato tokios funkcijos prasmės. Paliekant šį reikalavimą nėra reikalo rašyti papildomo reikalavimo, kad siūlomo gaminio gamintojas turi būti, tai jau parašyta punkte NR 16.“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 2.4 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

2.	Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtinai jų fiksavimo mechanizmai ar konstrukcija, apsaugantys (-i) nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis × plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 1960 × 760 mm.
----	--------------------	--

Komisija pažymi, kad 1 pirkimo dalies techninės specifikacijos 16 punkte nurodytas reikalavimas, kad lovos elektriniai varikliai būtų su apsauga nuo perkrovimo pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad variklių apsauga nuo perkrovimo ir lovos saugi apkrova yra skirtingi reikalavimai. Lovo saugi apkrova apibūdina lovos konstrukcijos tvirtumą, t.y. ribinė vertė, kurią viršijus gali atsirasti rėmo deformacijų. Tuo tarpu, elektrinių variklių apsauga nuo perkrovimo yra funkcija, kuri automatiškai apsaugo variklius nuo perkaitimo (pvz., sunkiasvorio paciento vežimas į įkalnę, itin dažnas variklių paleidimas ir stabdymas, srovės nestabilumas ir t.t.).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą techninės specifikacijos patikslinimą, Komisija priima sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bei susipažinimo su pasiūlymais datą, apie tai raštu informuojant tiekėjus CVP IS priemonėmis. Apie tikslų pasiūlymų pateikimo terminą informuoti CVP IS priemonėmis, ne anksčiau, nei skelbimo apie patikslinimą, paskelbimo CVP IS dieną.
3. Apie Komisijos priimtus sprendimus informuoti tiekėjus bei kitus suinteresuotus dalyvius.