



**MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

Tiekėjams

2025-04- (22.10Mr)3BE-

I _____ Nr. _____

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija Mobilių detektavimo kontrolės sistemų pirkimui organizuoti ir atlikti (toliau – Komisija) informuoja, kad 2025 m. balandžio 22 ir 25 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų klausimus dėl Mobilių detektavimo kontrolės sistemų (toliau – MDKS) viešojo pirkimo konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos):

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas (kalba netaisyta)	Komisijos atsakymas
1.	„3.8 Matavimo paklaida. Gama lygiavertės dozės galios pagrindinė santykinė matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip $\pm 30\%$. a) dozės galios matuoklio sub-sistemą įtraukti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą? b) atlikti pirminę metrologinę patikrą, siekiant įsitikinti, kad pagrindinė santykinė matavimo paklaida neviršija $\pm 30\%$? c) ar užtenka gamintojo pateikti dokumentai patvirtinantis parametrus?“	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams bus tikrinamas pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje arba interneto nuorodose esančią gamintojo informaciją: Konkurso sąlygų 6.17.6 papunktyje nustatyta, kad pasiūlymą sudaro <...> siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą Konkurso sąlygų 1 priede nurodytiems reikalavimams įrodančių dokumentų (techninių aprašų, bukletų ir kt.) (lietuvių ar anglų kalba), jeigu Konkurso sąlygų 2 priedo 5 punkto lentelės formoje nepateikiama nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios prekės techninė specifikacija. Konkurso sąlygų 2 priedo (pasiūlymo formos) 3.8 papunktyje nurodyta, kad Tiekėjas privalo pateikti techninio parametro atitikimą patvirtinančius dokumentus (gamintojo prekės aprašymas arba nuoroda į gamintojo puslapį, kuriuose būtų nurodytas techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas.
2.	„3.9 Matavimo tikslumas. Matavimo tikslumas turi atitikti standarte IEC 63121-2020 numatytus reikalavimus: Neaiški sistemos bandymų tvarka pridavimo–priėmimo etape, būtent: a) ar Pirkėjas numato tikrinti, ar sistema atitinka TS 3.9 punkto reikalavimus?“	MDKS priėmimas vyks pagal testavimo scenarijus, kuriuos turės parengti tiekėjas ir suderinti su perkančiąja organizacija. Testavimo scenarijai apims visus techninėje specifikacijoje esančius reikalavimus, kuriuos galima patikrinti.

	b) kadangi medžiagų, laiko ir darbo sąnaudos, susijusios su priėmimo bandymais, daro reikšmingą įtaką pasiūlymo kainai, prašome pateikti bandymų programą, jei ji jau parengta“.	
3.	3.9 Matavimo tikslumas. Esant stabiliam natūraliam radiacijos fonui (tik natūralūs svyravimai), klaidingo pavojaus signalo dažnis turi būti mažesnis nei 1 pavojaus signalas per 2 valandas; 1 papunktyje minima STABILIOJO RADIACINIO FONO sąvoka. a) Prašome paaiškinti, kokiose ribose Pirkėjas laikys natūralius fono svyravimus stabiliais? b) Kaip Pirkėjas ketina užtikrinti bandymų objektyvumą, registruodamas natūralaus radiacinio fono svyravimus pagal 3.9 punkto 1 papunktį bandymų metu? c) Kiek bandymų ciklų planuojama atlikti pagal 3.9 punkto 1 papunktį? d) Kadangi konkurso TS nėra reikalavimo dėl įrangos natūralaus fono svyravimų registravimui, darome prielaidą, kad šią įrangą bandymams suteiks Pirkėjas. Prašome tai patvirtinti“.	MDKS testavimo metu Perkančioji organizacija naudos savo turimą matavimo įrangą.
4.	„3.9 Matavimo tikslumas. Pavojaus signalas turi įsijungti, kai gama spinduliuotės šaltinis (Am-241, Cs-137 ir Co-60) ir (arba) neutronus skleidžiantis šaltinis (Cf-252 arba Cm-244) atsiranda šalia transporto priemonėje sumontuotos radiacijos detektavimo įrangos; 2 papunktyje išvardyti nuklidai (Am-241, Cs-137, Co-60, Cf-252, Cm-244), kurie turėtų aktyvuoti pavojaus signalą, jei yra šalia sistemos. Tačiau nenurodyti atstumai ir šaltinių aktyvumas. Prašome paaiškinti: a) Kokiu atstumu nuo sistemos bandymų metu turėtų būti išdėstyti etaloniniai šaltiniai? b) Koks turėtų būti šaltinių aktyvumas? c) Ar Pirkėjas pateiks bandymams reikalingus šaltinius? d) Ar Pirkėjas turi Radiacinės saugos centro išduotą licenciją dirbti su šiais šaltiniais? e) Kiek bandymų planuojama atlikti sprendimui dėl sistemos atitikties TS reikalavimams priimti?“	Esant poreikiui Perkančioji organizacija MDKS testavimui galės pasitelkti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Branduolinio saugumo kompetencijos centro specialistus. Esant poreikiui bus naudojami Am-241, Cs-137 šaltiniai.
5.	„3.9 Matavimo tikslumas. Cs-137 šaltinis, sukuriantis 100 μSv/h aplinkos dozės	Žr. atsakymą aukščiau. MDKS testavimo metu Perkančioji organizacija naudos savo

	ekvivalentą, 50 cm atstumu nuo detektorių neturi sukelti neutronų pavojaus signalo. 3 papunktyje nurodytas gama spinduliuotę skleidžiantis šaltinis ir jo sukuriamą dozės galią, kuri neturėtų sukelti pavojaus signalo neutronų kanale. Prašome paaiškinti: a) Ar Pirkėjas pateiks šaltinį bandymams atlikti? b) Ar Pirkėjas pateiks dozės galios matuoklį bandymų metu, kad būtų galima įvertinti 3.9 punkte nurodytą dozės galią? c) Kiek bandymų planuojama atlikti sprendimui dėl sistemos atitikties TS reikalavimams priimti?“.	turimą matavimo įrangą.
6.	„3.12. Vaizdo stebėjimo sistema. Turi būti ne mažiau kaip 2 vaizdo kameros, sumontuotos transporto priemonės išorėje ir sujungtos su MDKS. Prašome paaiškinti, ar reikalaujama integruoti vaizdo stebėjimo sistemos duomenis į radiacijos matavimo programinę įrangą, sutapatinant radiacijos aliarmus su vaizdo ir navigacinės sistemos duomenimis“.	Toks reikalavimas MDKS netaikomas.
7.	„4.6.1. PĮ stebėjimo paketo funkcija. Atmesti normalias medžiagas. Anuliuoti slėpimo scenarijus. Šaltinio aptikimas ir identifikavimas. Išorinis duomenų perdavimas šifruotu GSM ryšiu. Siekiant išvengti slėpimo scenarijus, būtina naudoti spektrometrinio tipo detektorius su nuklidų identifikavimu, kuris (identifikavimas) 3.2 punkte nurodytas kaip neprivalomas. Prašome paaiškinti šį prieštaravimą. Rekomenduojame pašalinti nurodytą reikalavimą. Įranga aptiks gama, neutronų ir dozės lygius, o po to operatorius su rankiniu radionuklidų identifikavimo įranga nustatys šaltinius“.	Atsakymas į šį klausimą buvo pateiktas 2025 m. balandžio 15 d. CVP IS priemonėmis bei paskelbtas viešai.
8.	„<...> dėl labai aukštų ir nestandartinių reikalavimų, kurie taikomi tiek automobiliui, tiek radiacinėi įrangai, biudžetas labai išauga (vien tik radiacinių sistemų įrangos išlaidos sudarytų beveik viso projekto biudžetą).atsižvelgiant į šią situaciją, ar priimtumėte pasiūlymą mažesniui radiacinių kontrolinių sistemų kiekiui (3 vienetai)“.	Konkurso sąlygų 2.1 papunktyje nustatytas aiškus, nekeičiamas, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis perkamų MDKS kiekis – 5 vnt. Konkurso sąlygų 2.4 papunktyje nustatyta pirkimui skirta lėšų suma. Konkurso sąlygų 10.9.9 papunktyje nustatyta, kas pasiūlymas atmetamas, jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu viršija

		Konkurso sąlygų 2.4 papunktyje nurodytą sumą.
9.	Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gegužės 30 d., kad galėtume tinkamai parengti pasiūlymą, atsižvelgdami į atsakymus į anksčiau pateiktus klausimus.	Komisija primena, kad MDKS pirkimo paskelbimo data yra 2025-03-28. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-05-06. Pasiūlymams parengti perkančioji organizacija suteikė 38 dienas, kai tuo tarpu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 60 straipsnio 1 ir 4 dalimis, vykdant tarptautinį pirkimą leidžiama suteikti 30 dienų pasiūlymų pateikimo terminą. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymams pateikti nustatytas terminas yra suteiktas beveik trečdaliu ilgesnis nei nustatyta įstatymu bei į tai, kad Konkurso sąlygos nekeičiamos, pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęsiamas.

Komisijos pirmininkė

Dovilė Kraulaidienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. (22.10 Mr)3BE-2744
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Kraulaidienė, Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ KRAULAI DIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 13:22:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 13:22:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 15:43:58 – 2027-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-29 14:49:52)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-29 14:49:52 DBSIS