

Tiekėjo CVP IS priemonėmis 2024-11-27 14:36 val. pateiktas prašymas dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo:	Perkančiosios organizacijos atsakymas:
<i>„Sveiki, siekiant užtikrinti tinkamą pasiūlą elektrodams tinkantiems dirbti su generatoriumi MITEK VAPR3, prašome pakoreguoti techninę specifikaciją: 10 pozicijoje, 1 punkte išbraukti „lanktus“ arba pakeisti „lankstus arba standus“.</i> 10 Vienkartinis elektrodas peties, klubo, kelio artroskopijoms <i>Elektrodas turi būti: 1. Ilgas, lankstus kobliacijos (arba abliacijos) ir koaguliacijos elektrodas su integruotais vienu arba dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu.</i> <i>2. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75mm±0,5mm.</i> <i>3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais.</i> <i>4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo.</i> <i>5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui MITEK VAPR3 automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus.</i> vnt. 60“.	Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo prašymą pirkimo dokumentų patikslinimo, sutinka su tiekėjo siūlomais SPS 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) pakeitimais 10 pirkimo objekto daliai (Vienkartinis elektrodas peties, klubo, kelio artroskopijoms), taip pat konstatuoja būtinybę keisti kitus techninėje specifikacijoje 10 pirkimo objekto daliai nustatytus techninius reikalavimus taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo procedūrų metu būtų keičiamos esminės pirkimo sąlygos (techninė specifikacija pakeičiama taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime), Komisija, konstatuoja būtinybę, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.8 p. nuostatomis, nutraukti pirkimo 10 pirkimo objekto dalies pirkimo procedūras ir, patikslinus techninės specifikacijos 10 pirkimo dalyje pirkimo objektui nustatytus techninius reikalavimus, apie pirkimą (10 pirkimo dalis) skelbti iš naujo. Informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.8 p., 10 pirkimo objekto dalies pirkimo procedūros nutraukiamos.