

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

**VIEŠOJO PIRKIMO NR. 3631 „RENTGENO IR TOMOGRAFIJOS ĮRANGA“
ATSAKYMAI į tiekėjų klausimus nr. 2**

2025-11-04

Pirkimo CVP IS numeris: 4037353

Registro nr.

Registro data

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 1):

prašome paaiškinti šiuos 2 pirkimo dalies (kompiuterinės tomografijos sistema) techninės specifikacijos reikalavimus:

- 2.2.3 punkte aprašomas diapazonas (tūrio), tačiau nurodoma tik viena reikšmė (≥ 200 ml). Ar teisingai suprantame, kad naudojamų injekcinių talpos turi būti ne mažesnės nei 200 ml?

- ar teisingai suprantame, kad 2.5.2 reikalavimas yra taikomas radiologo darbo vietos komplektacijai?

- dėl 2.5.12 punkto reikalavimo:

a) ar teisingai suprantame, kad rentgeno vamzdžio garantijos pradžia yra skaičiuojama nuo KT įrenginio priėmimo-perdavimo datos?

b) prašome paaiškinti ar suteikiant papildomą garantiją vamzdžiui yra taikomas reikalavimas, kad tomografo apkrova privalo būti neribojama viso papildomos vamzdžio garantijos laikotarpio metu?
ATSAKYMAS:

1) 2.2.3 punkte aprašomas diapazonas (tūrio), tačiau nurodoma tik viena reikšmė (≥ 200 ml). Ar teisingai suprantame, kad naudojamų injekcinių talpos turi būti ne mažesnės nei 200 ml?
Taip, teisingai - naudojamų injekcinių talpos turi būti ne mažesnės nei 200 ml

2) ar teisingai suprantame, kad 2.5.2 reikalavimas yra taikomas radiologo darbo vietos komplektacijai?
NE, tai KT tarnybinės stoties komplektacija

3) dėl 2.5.12 punkto reikalavimo:

a) ar teisingai suprantame, kad rentgeno vamzdžio garantijos pradžia yra skaičiuojama nuo KT įrenginio priėmimo-perdavimo datos?
TAIP

b) prašome paaiškinti ar suteikiant papildomą garantiją vamzdžiui yra taikomas reikalavimas, kad tomografo apkrova privalo būti neribojama viso papildomos vamzdžio garantijos laikotarpio metu?
TAIP, turi būti neribojama