

Tiekėjams
Išsiųsta CVP IS priemonėmis

2025-07-25 Nr. 25SR-VPS-3313

DĖL PRAŠYMO PAAIŠKINTI PIRKIMO DOKUMENTUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS

Atsakome į atvirajame konkurse „Reagentai ir pagalbinės priemonės Biobanko skyriui (10616)“, CVP IS Nr. 3654125, (toliau – pirkimas) tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Tiekėjo klausimas (kalba netaisyta):

Prašome patikslinti-paaiškinti dėl 17 pirkimo dalies:

a) SBS (ANSI/SLAS) formatas yra taikomas dėžutėms, o ne mėgintuvėliams. Patikslinkite, ar reikalaujama, kad mėgintuvėliai būtų pristatomi supakuoti SBS formato dėžutėse?

b) 1-1.4 ml mėginio tūris – patikslinkite, ar tai realus darbinis tūris ar teorinis specifikuojamas?

c) Kamštelis su išoriniu sriegiu – dažniausiai mėgintuvėlis specifikuojamas kaip EXTERNAL THREAD – išorinio sriegio, kai mėgintuvėlio sriegis yra išorinis ir kamštelis užsisuka ant mėgintuvėlio. Ar teisingai suprantame?

d) Testavimo rezultatas pagal IATA gali būti atitinka (pass) arba neatitinka (fail). Jeigu yra poreikis įsigyti mėgintuvėlius, kurie yra 100procentų sandarūs, tai įrodo testavimas su CO₂. Išvengiant dviprasmiškumo reikalavimą siūlome išdėstyti taip:

Mėgintuvėliai sertifikuoti pagal IATA ir 100procentų nepralaidūs CO₂ (pateikti testavimo rezultatus).

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

a) Taip, teisingai;

b) Darbinis tūris (saugojame 1 ml tūrio mėginius, bet tinka ir kiek didesni mėgintuvėliai (iki 1,4 ml mėginio tūrio);

c) Taip;

d) Mėgintuvėlių sandarumą gali įrodyti įvairūs testai. Reikalavimo nekeisime.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Inga Šimonė

Inga Šimonė, tel. +370 5 250 1332, el. p. inga.simone@santa.lt



Santariškių g. 2,
LT-08406 Vilnius
Tel. +370 5 236 5000
Faks. +370 5 236 5111

Interneto svetainė:
www.santa.lt
El.p. info@santa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas
124364561, PVM mokėtojo
kodas LT243645610

