

Techninė specifikacija (VPP-5424)

1. Priemonės hemodiafiltracijai

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1.1	Komplektas hemodiafiltracijai	kompl.	24
1.2	Komplektas hemodiafiltracijai	kompl.	20
1.3	Komplektas hemodiafiltracijai	kompl.	40
1.4	Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas	maišas	300

1. Priemonės ir tirpalai hemodiafiltracijai:

1.1. Vienkartiniai.

1.2. Sterilūs.

1.3. Apirogeniški.

1.4. Magistralės ir maišai pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, su atitinkamais konusinio tipo sujungimais.

1.5. Pakaitiniai tirpalai skaidrūs, bespalviai.

2. Integruoto komplekto sudėtis:

2.1. Kapiliarinis hemofiltras.

2.2. Ne didesnės kaip 25 ml talpos kraujo (arterinė ir veninė) magistralės.

2.3. Ultrafiltrato ir pakaitinio tirpalo magistralės.

2.4. Vieno ir dviejų litrų talpos drenažo maišai.

3. Hemofiltrai:

3.1. Membrana sintetinė, pvz., polisulfono arba jo modifikacijų (PS, PES ir kt.),:

3.2. 1.1 pozicijoje darbinis plotas 0,075 m², užpildymo tūris ne didesnis kaip 6 ml.

3.3. 1.2 pozicijoje darbinis plotas 0,15 m², užpildymo tūris ne didesnis kaip 11 ml.

3.4. 1.3 pozicijoje darbinis plotas 0,25 m², užpildymo tūris ne didesnis kaip 20 ml.

4. Pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, sumaišomi prieš vartojimą:

4.1. Išfasavimas dviejų kamerų maišuose po 2000 ml.

4.2. Elektrolitų tirpalo 500 ml, sudėtyje turi būti kalio, kalcio ir magnio chloridų bei gliukozės.

4.3. Sodos tirpalo 1500 ml, sudėtyje turi būti natrio hidrokarbonato ir natrio chlorido.

4.4. Pagaminto (sumaišyto) tirpalo pH 7,0–8,5; osmoliariškumas 295–300 mOsm/l, kalio chlorido 2–2,5 mmol/l, natrio chlorido 140±2 mmol/l (pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius tirpalų sudėtį).

5. Visos priemonės turi būti tinkamos naudoti kartu su Carpediam hemodiafiltracijos aparatu.

2. Priemonės peritoninei dializei

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
2.1	Peritoninės dializės kateteris 30–32 cm	vnt.	6
2.2	Peritoninės dializės kateteris 36–38 cm	vnt.	6
2.3	Peritoninės dializės kateteris 38–40 cm	vnt.	6
2.4	Adapteris peritoninės dializės kateteriui	vnt.	20

1. Priemonės:

1.1. Vienkartinės.

1.2. Sterilios.

- 1.3. Apirogeniškos.
2. Peritoninės dializės kateteriai:
 - 2.1. Rentgenokontrastiški.
 - 2.2. Elastingi.
 - 2.3. Pagaminti iš audiniam inertiškos medžiagos, pvz., silikono.
 - 2.4. Kateterių charakteristikos:
 - 2.4.1. 2.1 ir 2.2 pozicijose tiesūs, su dviem movomis, bendras ilgis atitinkamai 30–32 cm ir 36–38 cm.
 - 2.4.2. 2.3 pozicijoje lenktas, su suktu galu ir dviem movomis, išorinis skersmuo ne didesnis kaip 5 mm, vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 2,5 mm, bendras ilgis 38–40 cm.
3. Adapteris turi tikti siūlomiems peritoninės dializės kateteriams ir skirtas sujungti su peritoninės dializės kateterio prailgintoju.

3. Priemonės rankinei peritoninei dializei naujagimiams ir kūdikiams

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
3.1	Peritoninės dializės kateteris 24–26 cm	vnt.	6
3.2	Peritoninės dializės kateteris 40–42 cm	vnt.	2
3.3	Adapteris peritoninės dializės kateteriui	vnt.	20
3.4	Priemonės rankinei peritoninei dializei naujagimiams ir kūdikiams	kompl.	100
3.5	Peritoninės dializės kateterio prailgintojas	vnt.	60
3.6	Magistralės aparatinei peritoninei dializei	kompl.	64
3.7	Drenažo aparatinei peritoninei dializei rinkinys	kompl.	60
3.8	Kamštelis aparatinės peritoninės dializės sistemai	vnt.	300

1. Priemonės:
 - 1.1. Vienkartinės.
 - 1.2. Sterilios.
 - 1.3. Apirogeniškos.
 - 1.4. Tinkančios vienos kitoms.
 - 1.5. Magistralės hermetiškos, pagamintos iš elastingos ir permatomos medžiagos.
2. Peritoninės dializės kateteriai:
 - 2.1. Rentgenokontrastiški.
 - 2.2. Elastingi.
 - 2.3. Pagaminti iš audiniam inertiškos medžiagos, pvz., silikono.
 - 2.4. Tiesūs, su dviem movomis, išorinis skersmuo ne didesnis kaip 5 mm, vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 2,5 mm, bendras ilgis atitinkamai 24–26 cm ir 40–42 cm.
3. Adapteris skirtas siūlomiems peritoninės dializės kateteriams sujungti su 3.4 pozicijoje esančio komplekto magistralėmis.
4. Priemonių rankinei peritoninei dializei naujagimiams ir kūdikiams komplekte turi būti du prijungimai dializuojamajam tirpalui, dvi ne mažesnės kaip 150 ml talpos dializuojamojo skysčio tūrio matavimo kameros, sugraduotos ne rečiau kaip kas 5 ml.
5. Prailgintojas, skirtas peritoninės dializės kateteriui sujungti su magistralėmis, turi būti su plastiko spaustuku. Turi būti pasiūlyti bent dviejų ilgių prailgintojai – 25±2 cm ir 40±2 cm.
6. Magistralės ir drenažo rinkinys aparatinei peritoninei dializei turi tikti peritoninės dializės aparatui Fresenius sleep safe.

Papildomi reikalavimai.

1. Siūlomas produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
 2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.
 3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.
 4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
 5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
 6. 1 ir 3 pozicijose priemonės perkamos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigyti įrangai.
-