

ATVIRO KONKURSO
„DEFIBRILIATORIAI IR ELEKTROKARDIOGRAFAI“
(PIRKIMO ID NUMERIS 3785813)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-09-08 Nr. 4

Kaunas

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjo pateikto paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (pranešimo Nr. 338993) gavo tiekėjo paklausimą dėl 2025-08-28 CVP IS skelbto atviro konkurso „Defibriliatoriai ir elektrokardiografai“, pirkimo numeris 3785813, (toliau – ir Pirkimas) pirkimo sąlygų – techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas gautame paklausime rašo:

Trečios pirkimo dalies techninės specifikacijos reikalavimas Nr. 2. skelbia „Aparato ekranas Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), jutiklinis, ne mažesnės kaip 5” įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos”. Manome, kad jutiklinio ekrano reikalavimas yra perteklinis ir riboja konkurenciją. Pagrindinė EKG aparato funkcija yra kardiogramos kokybiškas užrašymas, peržiūra bei duomenų perdavimas. Šiuos kriterijus užtikrina ekrano dydis ir raiška, o ne ekrano tipas. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų galinčių pasiūlyti perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią įrangą prašome šį reikalavimą naikinti ir jį išdėstyti sekančiai: „Aparato ekranas Skystųjų kristalų (arba lygiavertis), ne mažesnės kaip 5” įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 taškų raiškos”.

Komisija, išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą, pažymi, kad liečiamasis ekranas yra įprastas techninis sprendinys šiuolaikiniuose medicinos prietaisuose, įskaitant ir elektrokardiografus, užtikrinantis patogesnę prietaiso valdymą, duomenų įvedimą bei peržiūrą, palengvinantis paviršių valymą. Trečios pirkimo dalies techninė specifikacija atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir užtikrina konkurenciją tarp tiekėjų bei gamintojų, todėl 2 punkto reikalavimas nebus keičiamas.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti, tęsti viešojo pirkimo procedūras.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.