

PRANEŠIMAS SIUNČIAMAS CVP IS PRIEMONĖMIS

Kam:	Visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams
Antraštė:	SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJO

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) tarptautinio atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Medicinos prietaisų pirkimas Kardiologijos, Pulmonologijos, Neurologijos ir Hepatologijos centrams (Nr. 10750)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), CVP IS pirkimo Nr. 4172137) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 13/11/2025 16:06 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 432153), kurioje reikalaujama:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą konkursą „Medicinos prietaisų pirkimas Kardiologijos, Pulmonologijos, Neurologijos ir Hepatologijos centrams (Nr. 10750)“, pirkimo numeris: 4172137 (toliau – pirkimas). UAB „Litfarma“ pateikė pasiūlymą ir yra pirkimo dalyvė. Perkančioji organizacija 2025-11-10 d. per CVP IS pateikė informaciją apie pirkimo rezultatus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pirkimo dalyse.

Susipažinę su Perkančiosios organizacijos pateikta informacija, nustatėme, kad pirkime dalyvavo ir pasiūlymą pateikė tiekėjas MB „MED Prekyba“, kuris buvo pripažintas laimėtoju 9 pirkimo dalyje. 2025-11-10 d. UAB „Litfarma“ kreipėsi į Perkančiąją organizaciją dėl susipažinimo su tiekėjo MB „MED Prekyba“ pasiūlymu visa apimtimi. Perkančioji organizacija 2025-11-12 d. leido UAB „Litfarma“ susipažindinti su 9 pirkimo dalyje laimėjusio tiekėjo MB MED Prekyba pasiūlymu, neatskleidžiant informacijos, kuri yra konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

Susipažinę su Perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais, manome, kad tiekėjo MB „MED Prekyba“ pasiūlymas 9 pirkimo dalyje „EKG matavimo sistema“ neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų ir todėl negali būti pripažintas laimėtoju 9 pirkimo dalyje.

Pirkimo 9 dalies „EKG matavimo sistema“ techninės specifikacijos 5 punkte nustatyta: „Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas – diskretizavimo dažnis ≥ 30 kHz“.

Tiekėjo MB „MED Prekyba“ pateiktame dokumente „Neo-ECG-T180-catalogue.pdf“ (1 psl.) aiškiai nurodyta: „*Pacer pulse display: Pacing pulse with amplitude of ± 2 mV– ± 700 mV, duration of 0.1 ms–2.0 ms, A–5*“. Pažymėtina, kad mažiausia deklaruojama atpažistamo impulso trukmė yra 0,1 ms, t. y. 0,0001 s. Vadovaujantis diskretizavimo dažnio formule $f = 1/T$, gaunamas dažnis $f = 1/0,0001$ s = 10 000 Hz, t. y. **10 kHz**, kai tuo tarpu pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas ≥ 30 kHz.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tiekėjo MB „MED Prekyba“ siūlomas įrenginys užtikrina tik 10 kHz diskretizavimo dažnį, todėl neatitinka Pirkimo 9 dalies „EKG matavimo sistema“ techninės specifikacijos 5 punkte nustatyto reikalavimo dėl diskretizavimo dažnio. Dėl šios priežasties tiekėjo MB „MED Prekyba“ pasiūlymas negali būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir negali būti pripažintas laimėjusiu 9 pirkimo dalyje.

Remiantis aukščiau nurodytais faktais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, prašome:

1. Nepripažinti tiekėjo MB „MED Prekyba“ pasiūlymo tinkamu ir atmesti jį kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų bei techninės specifikacijos reikalavimų.
2. Nustatyti naują pasiūlymų eilę, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir pirkimo sąlygų reikalavimais.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPI nustatyta tvarka.

Informuojame, kad išnagrinėjus pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė sprendimą pretenziją tenkinti dėl toliau nurodomų priežasčių.

Perkančioji organizacija mano, kad pretenziją pateikusio tiekėjo argumentai yra pagrįsti, todėl sutinka dar kartą įvertinti 9 pirkimo dalyje laimėjusio tiekėjo MB „MED prekyba“ pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija naikina 2025 m. lapkričio 6 d. protokolu Nr. 25VPK- 3520 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės 9 pirkimo dalyje tvirtinimo ir grįžta į pasiūlymų vertinimo procedūrą 9 pirkimo dalyje.

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pretenziją (-as), toliau vykdo pirkimo procedūrą VPI nustatyta tvarka.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją (-as), vadovaujantis VPI 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai.