

PRANEŠIMAS SIUNČIAMAS CVP IS PRIEMONĖMIS

Kam:	Visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams
Antraštė:	SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) tarptautinio atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Medicinos prietaisų pirkimas Kardiologijos, Pulmonologijos, Neurologijos ir Hepatologijos centrams (Nr. 10750)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), CVP IS pirkimo Nr. 4172137) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 19/11/2025 08:38 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 438318), kurioje teigiama ir reikalaujama:

2025 m. Lapkričio mėn. 26 d. CVP IS priemonėmis buvo gautas pranešimas „Dėl eilės“ iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – *Perkančioji organizacija*) viešojo konkurso *Medicinos prietaisų pirkimas Kardiologijos, Pulmonologijos, Neurologijos ir Hepatologijos centrams (Nr. 10750)*. Įvertinus 8 pirkimo objekto dalies tiekėjų pasiūlymus sudaryta pasiūlymo eilė ir pripažintas laimėjusio UAB Viva Medical (toliau – *Tiekėjas*). Nepraėjus sutarties sudarymo atidėjimo terminui t.y. 10 dienų t.y. iki 2025-11-20 (imtinai), mes kaip potencialus tiekėjas prašome susipažinti su *Tiekėjo* pasiūlymu ir techninius reikalavimus pagrindžiančiais dokumentais.

Įvertinus *Tiekėjo* dokumentus, nustatyta, kad *Tiekėjo* pateikta informacija neatitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų. Toliau pateikiami techniniai reikalavimai, kuriuose *Tiekėjas* neatitinka pateiktų reikalavimų:

8 pirkimo objekto dalis. Kulkšnies žasto indekso (KŽI) matavimo sistema

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametru reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
2.	Paskirtis	Kulkšnies-žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.	Kulkšnies-žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.
3.	Atliekami matavimai	3. Pakilimo laikas ir amplitudės	Pakilimo laikas ir amplitudės, SOT-AngE-EN, 8p.
		4. Pulsinės bangos indeksas, nepriklausomas nuo kraujospūdžio (PWI)	Pulsinės bangos indeksas, nepriklausomas nuo kraujospūdžio (PWI), SOT-AngE-EN, 7p.
4.	Tyrimo ataskaitoje pateikiami parametrai	1. Paciento vardas, pavardė, ūgis, svoris, gimimo metai bei lytis ir KMI	Paciento vardas, pavardė, ūgis, svoris, gimimo metai bei lytis ir KMI, SOT-AngE-EN, 8p.
		2. ABI, PWI, PWV matavimo skaitinė reikšmė ir vertinimo interpretacija (bloga, ribinė, gera) spalvinėje skalėje	ABI, PWI, PWV matavimo skaitinė reikšmė ir vertinimo interpretacija (bloga, ribinė, gera) spalvinėje skalėje, SOT-AngE-EN, 8p.
		3. Širdies ritmas, cBP, BP, HRV vidurkis	Širdies ritmas, cBP, BP, HRV vidurkis, SOT-AngE-EN, 8p.

Susipažinus su Tiekėjo pasiūlymu nustatyta, kad šis UAB Viva Medical nepateikė dokumentų, patvirtinančių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, kaip to reikalauja pirkimo sąlygos.

Pirkimo sąlygose aiškiai nurodoma, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus (failo pavadinimą, puslapio numerį, katalogo numerį), kurie patvirtina techninių parametrų atitikimą. Jei tiekėjas to nepadaro, perkančioji organizacija neturi teisinio pagrindo laikyti pasiūlymą tinkamu – net jeigu realiai įranga atitinka reikalavimus. Tai užtikrina, kad visi tiekėjai konkuruotų vienodomis sąlygomis. Kitaip būtų pažeistas skaidrumo principas.

Reikalavimai, dėl kurių Tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų:

2. Punktas. Paskirtis: Kulkšnies-žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.

Neatitikimo paaiškinimas: Tiekėjas Pasiūlymo dokumente (žr. 1 pav.) nepateikė jokios atžymos į pirkimo dokumentus, tiesiog nurašė tekstą. Nors sąlygos aiškiai nurodo: Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris);

2	Paskirtis	Kulkšnies-žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.	Kulkšnies-žasto spaudimo indeksui (ABI) nustatyti, matuojant sistolinį kraujospūdį žasto ir kulkšnies srityse bei automatiškai apskaičiuojant jų santykį.
---	-----------	---	---

1 pav. Iškarpą iš UAB VIVA MEDICAL pasiūlymo dokumento, kuriame nėra jokios dokumento nuorodos į 2 reikalavimo atitikimą

3. Punktas. Atliekami matavimai: 3. Pakilimo laikas ir amplitudės; 4. Pulsinės bangos indeksas, nepriklausomas nuo kraujospūdžio (PWI).

Tiekėjas pateikia atitikimus:

3. Pakilimo laikas ir amplitudės, SOT-AngE-EN, 8p.

4. Pulsinės bangos indeksas, nepriklausomas nuo kraujospūdžio (PWI), SOT-AngE-EN, 7p.

Neatitikimo paaiškinimas: Tiekėjas dokumente nepateikia jokių atžymų į 3.3-3.4 punktų reikalavimus į pasiūlyme nurodytą SOT-AngE-EN, 8p. dokumentą (žr. 2 pav.).

AngE™ ABI+

Comprehensive Vascular Screening

- ✓ Early Diabetic Foot detection in under 5 Minutes
- ✓ Determining ABI, TBI, Toe Pressure, Pulse Wave Velocity, Heart Rate Variability and more
- ✓ Blood Pressure Independent PWV – Pulse Wave Index
- ✓ Minor and Macrovascular to estimate Wound Healing success



2 pav. Iškarpą iš dokumento SOT-AngE-EN, 8p., kuriame nėra jokios techninės specifikacijos reikalavimų atžymos

4 punktas, reikalaujama:

Nr. 1. Paciento vardas, pavardė, ūgis, svoris, gimimo metai bei lytis ir KMI;

Nr. 2. ABI, PWI, PWV matavimo skaitinė reikšmė ir vertinimo interpretacija (bloga, ribinė, gera) spalvinėje skalėje;

Nr. 3. Širdies ritmas, cBP, BP, HRV vidurkis;

Tiekėjas grindžia atitikimus SOT-AngE-EN, 8p. dokumente (2 pav.)

Pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktą atitikimą dokumente *SOT-AngE-EN, 8p* galima rasti šiuos parametrus:

Nr. 1 - paciento vardą, pavardę, gimimo metus, tačiau šiame dokumente nėra duomenų apie ūgį, svorį, lytį ir KMI.

Nr. 2 - ABI ir PWI, tačiau dokumente nėra PWV matavimo skaitinės reikšmės ir vertinimo interpretacijos (bloga, ribinė, gera) spalvinėje skalėje.

Nr. 3 - tik BP, tačiau dokumente nėra širdies ritmo, cBP ir HRV vidurkio reikšmių.

Vertinant bendrai Tiekėjo dokumente SOT-AngE-EN, 8 psl. pateikti tik daliniai duomenys, kurie neapima visų privalomų techninės specifikacijos parametrų. Pagal VPĮ 46 str. 4 d. tiekėjo pasiūlymas turi būti atmetas, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas nepateikia reikalavimus pagrindžiančių dokumentų. Šiuo atveju Tiekėjas Nr. 1 nepateikė visų techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiančių dokumentų, todėl jo pasiūlymas laikytinas neatitinkančiu pirkimo sąlygų. Todėl prašome atmesti Tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pakartotinai įvertinti konkurso rezultatus.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją ir prašyti patikslinti, paaiškinti ar papildyti jo pasiūlymą, tačiau yra labai aiškos ribos

Galima prašyti paaiškinimų – jei dokumentai yra neaiškūs, dviprasmiški, trūksta detalumo.

Galima prašyti patikslinimų – jei reikia pašalinti smulkias klaidas, techninius netikslumus, vertimo ar formos trūkumus.

Negalima leisti iš esmės pakeisti pasiūlymo – tiekėjas negali pateikti naujų dokumentų, kurie iš esmės įrodytų atitikimą reikalavimams, jei jų nebuvo pateikta pasiūlymo pateikimo metu. Tai būtų laikoma pasiūlymo pakeitimu, o ne paaiškinimu. Atsižvelgiant į tai Tiekėjas išvis **nepateikė dokumento** dėl tam tikro reikalavimo (pvz., nėra jokio pagrindimo dėl ataskaitoje rodomo paciento ūgio, svorio, lyties, KMI. PWV reikšmės su interpretacija ar HRV), tokiu atveju pasiūlymas turi būti atmetas.

Prašome Perkančiosios organizacijos panaikinti 2025 m. Lapkričio mėn. 10 d. CVP IS priemonėmis išsiųsto pranešimo „Dėl eilės“ pasiūlymo eilės sprendimą pripažinti UAB „Viva Medical“ laimėtoju ir atnaujinti pasiūlymo eilę.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPĮ nustatyta tvarka.

Informuojame, kad išnagrinėjus pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė sprendimą pretenziją tenkinti dėl toliau nurodomų priežasčių.

Perkančioji organizacija mano, kad pretenziją pateikusio tiekėjo argumentai yra pagrįsti, todėl sutinka dar kartą įvertinti 8 pirkimo dalyje laimėjusio tiekėjo UAB Viva Medical pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija naikina 2025 m. lapkričio 6 d. protokolu Nr. 25VPK- 3520 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės 8 pirkimo dalyje tvirtinimo ir grįžta į pasiūlymų vertinimo procedūrą 8 pirkimo dalyje.

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pretenziją (-as), toliau vykdo pirkimo procedūrą VPĮ nustatyta tvarka.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją (-as), vadovaujantis VPĮ 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai.