

PRANEŠIMAS SIUNČIAMAS CVP IS PRIEMONĖMIS

Kam:	Visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams
Antraštė:	SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) tarptautinio atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Medicinos prietaisų pirkimas Kardiologijos, Pulmonologijos, Neurologijos ir Hepatologijos centrams (Nr. 10750)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), CVP IS pirkimo Nr. 4172137) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 21/11/2025 08:28 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 442063), kurioje teigiama ir reikalaujama: *„Prašome peržiūrėti sprendimą dėl pretenzijos tenkinimą, nes tokia reikalaujamų parametrų interpretacija, kokią pateikė UAB LITFARMA yra klaidinanti ir neteisinga. Pridėtame faile rasite oficialų gamintojo išaiškinimą dėl parametro atitikties keliamiems reikalavimams. Todėl pagrindinis sistemos mėginių ėmimo dažnis užtikrina tinkamą stimulatoriaus impulsų aptikimą. Prašome, atsižvelgiant į šią gamintojo pateiktą informaciją, dar kartą peržiūrėti sprendimo dėl pasiūlymų eilės 9 pirkimo dalyje peržiūros ir priimti teisingą sprendimą. Informuoti prašom, jei reikia papildomos dokumentacijos ar gamintojo deklaracijos, įrodančios šio parametro atitiktį prikėjo organizacijos keliamiems reikalavimams.“* Taip pat Perkančioji organizacija 21/11/2025 08:35 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 442083), kuri koreguoja pirmiau pateiktą pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 442063), bet iš esmės yra tuo pačiu klausimu, ir kurioje teigiama ir reikalaujama: *„Prašome peržiūrėti sprendimą dėl pretenzijos tenkinimą, nes tokia reikalaujamų parametrų interpretacija, kokią pateikė UAB LITFARMA yra klaidinanti ir neteisinga. Pridėtame faile (šio laiške yra truputį pakoreguotas tekstas) rasite oficialų gamintojo išaiškinimą dėl parametro atitikties keliamiems reikalavimams. Pagrindinis sistemos mėginių ėmimo dažnis užtikrina tinkamą stimulatoriaus impulsų aptikimą. Prašome, atsižvelgiant į šią gamintojo pateiktą informaciją, dar kartą peržiūrėti sprendimo dėl pasiūlymų eilės 9 pirkimo dalyje peržiūros ir priimti teisingą sprendimą. Taip pat informuokite, jei reikia papildomos dokumentacijos ar gamintojo deklaracijos, įrodančios šio parametro atitiktį prikėjo organizacijos keliamiems reikalavimams.“*

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPĮ nustatyta tvarka.

Informuojame, kad išnagrinėjus pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė sprendimą pretenziją tenkinti dėl toliau nurodomų priežasčių.

Perkančioji organizacija mano, kad pretenziją pateikusio tiekėjo argumentai yra vertintini. Taip pat perkančioji organizacija jau yra viešųjų pirkimų komisijos 2025-11-19 protokolu Nr. 25VPK-3699 priėmusi sprendimą grįžti į pasiūlymų vertinimo procedūrą 9 pirkimo dalyje ir iš naujo įvertinti MB MED prekyba pasiūlymą, todėl pakartotinai vertindama MB MED prekyba pasiūlymą atsižvelgs ir įvertins tiekėjo kartu su pretenzija pateiktus dokumentus, įskaitant ir tai, kad bus vertinama, ar tiekėjo MB MED prekyba kartu su pretenzija pateikti dokumentai ir/ar informacija nekeičia tiekėjo pasiūlymo esmės, o tik paaiškina pasiūlyme jau pateiktą ir egzistuojančią informaciją.

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi pretenziją (-as), toliau vykdo pirkimo procedūrą VPĮ nustatyta tvarka.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją (-as), vadovaujantis VPĮ 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai.