

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„MEDICININĖ ĮRANGA“ (PIRKIMO NR. 3952529)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvairstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-08-04 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicininė įranga**“ (pirkimo Nr. 3952529) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į 8 pirkimo dalies „Medicininės svarstyklės su platforma“ techninės specifikacijos 10 punktą, kuriame nurodytas reikalavimas: „Ekrane vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys: 1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas.“

Pažymime, kad pagal kitus techninės specifikacijos punktus, taip pat atsižvelgiant į įrangos paskirtį (neįgaliųjų svėrimas vėžimėlyje), svarstyklės yra be integruotos ūgio matavimo funkcijos. Net ir pasiūlius papildomą, prie sienos montuojamą ūgio matuoklę, ūgis ekrane nebūtų automatiškai rodomas – jis būtų įvedamas rankiniu būdu norint apskaičiuoti KMI.

Atsižvelgdami į tai, prašome koreguoti reikalavimą ir panaikinti privalomą ūgio rodymą svarstyklių ekrane, kad būtų galima pasiūlyti realiai rinkoje prieinamą, techninei specifikacijai ir naudojimo paskirčiai tinkamą įrangą.

Taip pat, jog skaičiai būtų aiškiai matomi svarstyklių ekrane - vienu metu būtų rodomas arba nustatytas svoris, arba KMI. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad siekiant užtikrinti aiškų rodmenų matomumą ekrane, vienu metu būtų rodomas arba nustatytas svoris, arba apskaičiuotas kūno masės indeksas.“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą, pažymi, kad 8 pirkimo dalies „Medicininės svarstyklės su platforma“ techninės specifikacijos 1 punkte yra nurodyta, kad pacientai bus sveriami sėdint vėžimėlyje ar stovint ant platformos. Pažymima, kad svarstyklės bus naudojamos Onkologijos ligoninėje, kur pacientai bus sveriami prieš chemoterapiją tam, kad apskaičiuoti tiksliai vaistų dozės. Todėl svarstyklės, kurių ekrane vienu metu būtų matomi svorio, ūgio ir KMI duomenys palengvintų bei pagreitintų medicininio personalo darbą.

Atsižvelgiant į tai, Komisija sprendžia 8 pirkimo dalies techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti.
2. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.