

ATVIRO KONKURSO
„PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI“
(PIRKIMO ID NUMERIS 1864037)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo daliai Nr. 15.

SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo daliai Nr. 15

Gautas Tiekėjo paklausimas (pranešimo ID 145756) dėl 2025-03-31 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Priemonės intervencinei kardiologijai**“ (pirkimo ID 1864037) techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 15 „Vienkartinis švirkštas „Medrad“ tipo automatizuotam injektoriumi, 150 ml talpos“.

Tiekėjas prašo patikslinti kokiam „Medrad“ tipo automatizuotam injektoriumi bus naudojami švirkštai?

Medrad Mark V ar Medrad Mark 7?

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą klausimą pirkimo daliai Nr. 15 „Vienkartinis švirkštas „Medrad“ tipo automatizuotam injektoriumi, 150 ml talpos“ informuoja, kad švirkštai bus naudojami injektoriams Medrad Mark V ProVis.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Informuoti tiekėjus apie Komisijos pateiktą paaiškinimą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.