

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

Tiekėjams

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Perkančioji organizacija) 2024 m. gruodžio 13 d. 12.38 val. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas ID 7362) dėl 2024 m. gruodžio 1 d. CVP IS priemonėmis paskelbto pirkimo „Reagentų ir priemonių, skirtų klinikinių tyrimų atlikimui, kartu su įrangos panauda, pirkimas (AK-20/2024)“, pirkimo Nr. 748484 (toliau – Pirkimas), kurioje reikalaujama patikslinti 1-ai pirkimo objekto daliai siūlomo analizatoriaus techninę specifikaciją.

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi Tiekėjo pretenziją per Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) 103 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą priėmė sprendimą tiekėjo pretenzijos **netenkinti** ir savo sprendimą grindžia žemiau išdėstytais argumentais.

Pretenziją pateikęs tiekėjas teigia, kad susipažinus su Pirkimo dokumentais nustatyta, kad 1-ai pirkimo objekto daliai siūlomo analizatoriaus techninė specifikacija atitinka tik vienintelį Kinijos gamintoją. Jis aiškina, kad pasaulyje yra tik keletas gamintojų, gaminančių tokio tipo kraujo analizatorius. Pretenziją pateikęs tiekėjas prašo patikslinti analizatoriaus techninę specifikaciją, suteikiant galimybę dalyvauti viešajame pirkime ir kitiems gamintojams, turintiems panašaus tipo kraujo analizatorius. Tiekėjas reikalauja pakeisti 1-ai pirkimo objekto daliai siūlomo analizatoriaus 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4 punktą „Mėginio kiekis“ iš „Ne daugiau kaip 15 µl veninio ar kapiliarinio kraujo“ į „Ne daugiau kaip 20 µl veninio ar kapiliarinio kraujo.“ Perkančioji organizacija nemato būtinumo keisti specifikacijos reikalavimo iš „ne daugiau kaip 15 µl veninio ar kapiliarinio kraujo“ į „ne daugiau kaip 20 µl veninio ar kapiliarinio kraujo“, nes dabartiniu metu rinkoje yra bent 3 šį reikalavimą atitinkantys panašios klasės hematologiniai bendro kraujo analizatoriai. Taip pat pažymime, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atlieka hematologinius ir imunologinius tyrimus ŽIV infekuotiems asmenims, kurių dauguma yra narkomanai, jiems kraujo paėmimo procedūra yra problematiška, todėl mažas pirminio ėminio tūris yra aktualus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą tiekėjo pretenzijos **netenkinti**.

Šiuo pranešimu apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją, vadovaujantis VPI 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas ir prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Rosita Marija Balčienė

Inga Jasinskienė, tel.(8 5) 210 5762, el. p. inga.jasinskiene@nvspl.lt