

Chirurginių grąžtų techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Chirurginiai grąžtai:		
1.1.	Grąžtas (orientacinis kiekis 1000 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Su J formos (arba lygiaverte) jungtimi; 3. Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); 4. Grąžto ilgis 44,5 mm ($\pm 0,5$ mm); 5. Fisūrinė (arba lygiaverčio tipo) galvutė; 6. Galvutės $\varnothing 2$ mm ($\pm 0,1$ mm). <i>(kodas NC0105.014 arba lygiavertis)</i>	1. Vienkartinis; 2. Su J formos jungtimi; 3. Pagamintas iš kietmetalio ; 4. Grąžto ilgis 44,5 mm ; 5. Fisūrinė galvutė; 6. Galvutės $\varnothing 2,1$ mm (kodas NC0105.014)
1.2.	Grąžtas (orientacinis kiekis 50 vnt.)	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Su J formos (arba lygiaverte) jungtimi; 4. Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); 5. Grąžto ilgis 44,5 mm ($\pm 0,5$ mm); 6. Fisūrinė (arba lygiaverčio tipo) galvutė; 7. Galvutės $\varnothing 6$ mm ($\pm 0,1$ mm). <i>(kodas NC0110.014S arba lygiavertis)</i>	1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Su J formos jungtimi; 4. Pagamintas iš kietmetalio; 5. Grąžto ilgis 44,5 mm; 6. Fisūrinė galvutė; 7. Galvutės $\varnothing 6$ mm. (kodas NC0110.014STE)
2.	Suderinamumas	Siūlomi chirurginiai grąžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“ ir gamintojo „NSK“ antgaliu „SurgicPro“ <i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti patvirtinimą dėl suderinamumo)</i>	Siūlomi chirurginiai grąžtai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“ ir gamintojo „NSK“ antgaliu „SurgicPro“
3.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai <i>(kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</i>	Pateikiame
4.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
5.	Prekių pristatymas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami chirurginiai grąžtai turi būti techniškai derinami su turimais antgaliais ir turi būti užtikrintas nenutrūkstamas tiekimas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašant informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

