

KARMAN ŞİRINGA Karman Syringe

Tek ve çift valfli
Manuel vakumlu
5 ml Medikal grade silikon
Yedek malzemeler
Reusable
4, 5, 6, 7 kanüller tek valfli
8, 10, 12, kanüller çift valfli
şırınga ile kullanılır.

Single and double valve
Manual vacuum
5 ml Medical grade silicon
Spare parts
Reusable
4, 5, 6, 7 karmans - can be use with single
valve syringe
8, 10, 12 karmans - can be use with double
valve syringe



Tip/Type	Ref No
Tek Valfli/Single Valve	240 102
Çift Valfli/Double Valve	240 101

KARMAN KANUL Karman Canula

Tip/Type	Ref No
No : 4	240 111
No : 5	240 112
No : 6	240 113
No : 7	240 114
No : 8	240 115
No : 9	240 116
No : 10	240 117
No : 11	240 119
No : 12	240 118


**ENDOMETRİAL ÖRNEK ALMA KANULÜ
Endometrial Cell Sampler Cannula**

Yuvarlatılmış uç
Hassas derecelendirilmiş silindir
Sızdırmaz steril conta
3,1 mm dış çap

Rounded tip
Precisely graduated cylinder
Sterile
3,1 mm outside diameter



Tip/Type	Ref No
Standart Steril/Sterile	240 201



lanksti išorinė mova su atminties efektu

distaliniame gale žiedinė tarpinė, užtikrinanti sandarumą.

centimetrinis žymėjimas nuo 3 cm kas 1 cm iki 11 cm;



Gimdos gleivinės mėginio paėmėjo rinkinys



Atraumatinis apvalus galas

3,1 mm išorinis skersmuo

Ilgis 24,6 cm

Tiksli gradacija

Produkto pavadinimas	Katalogo Nr.
Gimdos gleivinės mėginio paėmėjo rinkinys	240 201

	TECHNICAL FILE / TEKNİK DOSYA ENDOMETRIAL CELL SAMPLER / ENDOMETRİAL ÖRNEK ALMA KANÜLÜ Ref. MDD 93/42/EEC (2007/47/EC) <i>Product Ref. No:240201</i>	Document No	KYS.TD.035/4
		Revision No	04
		Revision Date	09.04.2018
		Issue Date	01.08.2006
		Page Number	1/1

1. PRODUCT SPECIFICATIONS / ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1.1 THE RAW MATERIAL, MATERIAL and MACHINE for ENDOMETRIAL CELL SAMPLER / ENDOMETRİAL ÖRNEK ALMA KANÜLÜ İÇİN HAMMADDE, MALZEME ve MAKİNA BİLGİSİ

ENDOMETRIAL CELL SAMPLER / ENDOMETRİAL ÖRNEK ALMA KANÜLÜ (Ref. No: 240201)

	THE NAME of PART / PARÇA ADI	RAW MATERIAL/ HAMMADDE	PARÇA KODU/PART CODE	MEASURES / ÖLÇÜLER	MACHINE / MAKİNA
1	ENDOMETRIAL CELL SAMPLER- PISTON	POM	1115	Ağırlık/Weight: 1,15gr ±0,05gr Uzunluk/ Length: 246±1 mm	Inj. Press Enj. Pres
2	GASKET	SILICON		O-halka kalınlık/ O-ring thickness: 0,9±0,05mm	Purchasing Tedarik
3	ENDOMETRIAL CELL SAMPLER- TUBE	PP TUBING	---	Uzunluk/ Length: 235 +2/-1 mm Dış Çap /External Diameter: 3,3±0,1mm İç Çap/ Internal Diameter: 2,3 ±0,05mm	Purchasing Tedarik

1.1 STANDARD SPECIFICATION OF THE PRODUCT / ÜRÜNÜN STANDART ÖZELLİKLERİ:

ENDOMETRIAL CELL SAMPLER / ENDOMETRİAL ÖRNEK ALMA KANÜLÜ (Ref. No: 240201)

STANDARD SPECIFICATION of THE PRODUCT / ÜRÜNÜN STANDART ÖZELLİKLERİ	
PRODUCT SPESIFICATION / ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	VALUES / DEĞERLER
Raw Material / Hammadde	It must be non destructive chemical specification to touched liquids. <i>Sıvı temasında kimyasal özellikleri tahrip edici olmamalıdır.</i>
Visual and Dimensional Spesifications / Görsel ve Boyutsal Özellikler	It must not be broken, cracked, holed. Must not have sharpness edge, free particulate. It must be clean and smooth. <i>Kırık, çatlak ve delik olmamalıdır. Keskin kenar, serbest partikül olmamalıdır. Temiz ve pürüzsüz olmalıdır.</i>
Sterility / Sterilite	Product must be sterile. <i>Ürün steril olmalıdır.</i>