

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2016/PCPP-3-2
1 priedas



Vygento Ličio firma EVITA
J.Basanavičiaus g. 35 Vilnius, LT-03109
VĮ Registrų centras Nr.037337
Įm.k 120010775
PVM K. LT200107716

AB „Lietuvos geležinkeliai“

**PASIŪLYMAS
DĖL ULTRAGARSINIŲ DEFEKTOSKOPŲ RDM-23 DALIŲ PIRKIMO**

2016.08.04, Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	V.Ličio firma EVITA
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Basanavičiaus g 35 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Gitana Jonyniene
Telefono numeris	868773717, 85 2132789
Fakso numeris	852132789
El. pašto adresas	gitana@evita.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP 1S priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalis už tokią kainą:
(Ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalių pirkimas 2016//PCPP-3-2)

Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt	Tiekimo vieta	Kaina, Eur	Viso, Eur		
1	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	12	IF-1				
		4	IF-4				
2	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5	IF-1				
3	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5	IF-1				
4	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7	IF-1				
5	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7	IF-1				
6	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2	IF-4				
7	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2	IF-4				
8	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	12	IF-1				
		16	IF-4				
9	Pjezoelektrinis keitiklis 70°	5	IF-1				
10	Rankinis ieškiklis 0°	17	IF-1				
11	Rankinis ieškiklis 42°	7	IF-1				
12	Rankinis ieškiklis 45°	15	IF-1				
		8	IF-4				
13	Rankinis ieškiklis 50°	27	IF-1				
		4	IF-4				
14	Rankinis ieškiklis 55°	7	IF-1				
15	Rankinis ieškiklis 65°	19	IF-1				
16	Rankinis ieškiklis 70°	36	IF-1				
17	Pjezoelektrinis keitiklis 65°/65°	12	IF-4				
18	Pjezoelektrinis keitiklis 65°/65°/65°/65°	10	IF-4				
Bendra pasiūlymo kaina, Eur						41.478,70	
PVM (21%), Eur						8710,53	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur						50.189,23	

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad nesame (*nereikalingą išbraukti*) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti priedašu KONFIDENCIALU)	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1.	Pasiūlymas Del Ultragarosinių defektorskopų RDM -23 dalių pirkimo	1 psl Evita pasiulymas
2	Prekių pasiūlymas vnt/kaina	2 psl pasiulymas
3	Kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų sąrašas	3 psl. Sarasas.
4	Jungtinė pažyma	4-1 psl; 4-2 psl.
5	Teistumo pažyma	5 psl teistumo pažyma
6	Nuostatai	6 psl Nuostatai
7	Tiekėjo deklaracija	7 psl Tiekėjo sąžiningumo deklaracija
8	Pasiūlymo užtikrinimo garantija	8 psl Mokejimo pavedimas
9	Igaliojimas	9 psl Igaliojimas
10	Techninė garantija	10 psl. Garantija
11.	Atitikties Deklaracija	11 psl Atitikties deklaracija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

MOKĖJIMO PAVEDIMĄ NR. 1692 420 EUR.SUMAI.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vyr. finansininkė

Gitana Jonyniene

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasarą 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lovo g. 25-101, LT-09020 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-07-28 Nr. 289905

Tiekėjo pavadinimas	Vygento Ličio firma "Evita"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 265 1370
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	GITANA JONYNIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	120010775
teisinė forma	Individuali įmonė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 35-7
vadovo ar ūkinės bendrijos biurojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VYGENTAS LIČYS
registravimo data	1990-10-19
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-28
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-27
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	

duomenys apie tiekėją

Dėl Vygento Ličio firmos "Evita", kodas 120010775, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Vygentas Ličys, d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Gitana Jonynienė, d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-14817

Pažymos data

2016-07-28

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

A. V.

**VYGENTO LIČIO FIRMOS „EVITA“
NUOSTATAI**

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
2007 m. *gruodžio 13 d.*
Kodas *120010795*

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vygento Ličio firma „EVITA“ (toliau nuostatuose – įmonė) yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
2. Įmonės buveinės adresas yra J. Basanavičiaus g. 35-7, Vilnius.
3. Įmonės registravimo juridinių asmenų registre data yra 1990 m. spalio 19 d.
4. Įmonės steigėjas ir savininkas yra Vygentas Ličys, asmens kodas 36310060551 (toliau nuostatuose – įmonės savininkas arba savininkas), gyvenantis Baltupio 39-1205, Vilnius.

II. ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

5. Įmonės veiklos tikslas yra pelno siekimas iš ūkinės komercinės veiklos, vykdomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka šių nuostatų 6 punkte nurodytose srityse, atitinkančiose ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje patvirtintus kodus.

6. Įmonės veiklos sritys yra šios:

22. Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų atgaminimas.
29. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba.
30. Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba.
31. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba.
32. Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba.
36. Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba.
45. Statyba.
50. Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba.
51. Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą varyklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais.
52. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas.
55. Viešbučiai ir restoranai.
60. Sausumos transportas; transportavimas vamzdiniais.
62. Oro transportas.
63. Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla.

- 65. Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą.
- 67. Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla.
- 70. Nekilnojamojo turto operacijos.
- 71. Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma.
- 72. Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla.
- 73. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.
- 74. Kita verslo veikla.
- 92. Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla.

Licencijuojama veikla atliekama tik gavus licenciją (leidimą).

- 7. Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.



Vygento Ličio firma

AB Lietuvos Geležinkeliai
Fil „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016.08.04 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Vygentas Ličys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Vygento Ličio firma „Evita“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)

AB Lietuvos Geležinkeliai

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalyvių pirkimo supaprastinto atviro konkurso Nr. 2016/PCPP-3-2

Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaracijąildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

Vygentas Ličys

Basanavičiaus g. 35, LT03109 Vilnius, LR

Tel/faksas: (8 5) 2651170, 2132789, 265027)

E-mail: info@evita.lt

WWW.Evita.lt

a.s. Nr. LT947044060001027285

AB SEB bankas, banko k. 70440

Įm. kodas 120010775, PVM kodas LT200107716



Vygento Ličio firma

AB Lietuvos Geležinkeliai
Fil „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016.08.04 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Vygentas Ličys,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Vygento Ličio firma „Evita“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) AB Lietuvos Geležinkeliai
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalyvių pirkimo supaprastinto atviro konkurso
Nr. 2016/PCPP-3-2

Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorius

Vygentas Ličys



Basanavičiaus g. 35, LT03109 Vilnius, LR

Tel/faksas: (8 5) 2651370, 2132789, 2650271

E-mail: info@evita.lt

WWW.Evita.lt

a.s. Nr. LT947044060001027285

AB SEB bankas, banko k. 70440

Įm. kodas 120010775, PVM kodas LT200107716



Vygento Ličio firma

AB Lietuvos Geležinkeliai

IGALIOJIMAS

2016.08.04.

Igalioju vyr. finansininkę Gitaną Jonynienę,
teikti, pasirašyti dokumentus ir pasiūlymus konkursui Ultragarinių defektoskopų RDM-23 dalių
pirkimo (2016/PCPP-3-2, įvyksiančiam 2016.08.10.,
priimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus.



Direktorius

Vygentas Ličys

3.1. Mes garantuojame, kad siūlomos prekės visiškai atitinka visiems mūsų pasiūlyme konkursui ir techniniams reikalavimams, nurodytiems konkurso sąlygų 7 priede. *Konkursui, pateikiame užpildytą, siūlomų prekių atitikties techniniams reikalavimams, lentelę:*

ULTRAGARSINIŲ DEFEKTOSKOPŲ RDM-23 DALYS

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai		Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
	charakteristika	reikšmė		Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6
1.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1– asis iešiklis				
1.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Iešiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-ųjų iešiklių parametrai	Nr. 2
1.2.	Jungties tipas	HR10A10P12P tipo šakutė	Naudojama HR10A10P12P tipo šakutė		
1.3.	1-jo keitikilo (įdėklo):				
1.3.1.	tipas	PII-PC	1-jo keitiklio tipas PII-PC		
1.3.2.	žymėjimas	5000.000.007	1-jo įdėklo žymėjimas 5000.000.007		
1.4.	2-jo keitikilo (įdėklo):				
1.4.1.	tipas	PII42°/42°	2-jo keitiklio tipas PII 42°/42°		
1.4.2.	žymėjimas	5000.000.008	2-jo įdėklo žymėjimas 5.000.008		
1.5.	Keitiklių įvedimo kampai				
1.5.1.	1-jo keitikilo (įdėklo) įvedimo kampas	(0 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo įdėklo įvedimo kampo ribos (0 ± 2)°		
1.5.2.	2-jo keitikilo (įdėklo):				
1.5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(42 ± 2)°	Garantuojamos 2-ojo įdėklo 1-ojo įvedimo kampo ribos (42 ± 2)°		
1.5.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(42 ± 2)°	Garantuojamos 2-ojo įdėklo 2-ojo įvedimo kampo ribos (42 ± 2)°		
1.6.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų įdėklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
1.7.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:				
1.7.1.	1-jo keitikilo (įdėklo)	18 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio atramos jautris ne daugiau 18 dB		
1.7.2.	2-jo keitikilo (įdėklo):				
1.7.2.1.	1-ojo pjezoelemento	18 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 18 dB		
1.7.2.2.	2-ojo pjezoelemento	18 dB			
1.8.	Iešiklio atpažinimo įrenginys	Būtinas	Iešikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
1.9.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Iešiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
1.10.	Iešiklio žymėjimas	БП-1 Л(П)	Iešiklis žymimas БП-1 Л(П)		
1.11.	Iešiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00	Iešiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00		

1	2	3	4	5	6
2.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2–asis kairysis iešiklis „A” tipo kontrolės režimui				
2.1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	Iešiklis prijungiamas kabeliais su jungtimis	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų kairės pusės „A” tipo kontrolės režimui iešiklių parametrai	Nr. 2
2.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutės		
2.3.	1-jo keitikilo (įdeklo):				
2.3.1.	tipas	PII65°/65° x 84	1-jo keitiklio tipas PII65°/65° x 84		
2.3.2.	žymėjimas	5000.000.021	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.021		
2.4.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
2.4.1.	tipas	PII4x65°	2-jo keitiklio tipas PII4x65°		
2.4.2.	žymėjimas	5000.000.022	2-jo įdeklo žymėjimas 5.000.022		
2.5.	3-jo keitikilo (įdeklo):				
2.5.1.	tipas	PII65°/65° x 84	3-jo keitiklio tipas PII65°/65° x 84		
2.5.2.	žymėjimas	5000.000.021	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.021		
2.6.	Keitiklių įvedimo kampai				
2.6.1.	1-jo keitikilo (įdeklo):				
2.6.1.2	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
2.6.1.3	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
2.6.2.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
2.6.2.1	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	Garantuojamos 2-ojo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
2.6.2.2	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
2.6.2.3	3 (trečias) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
2.6.2.4	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
2.6.3.	3-jo keitikilo (įdeklo):				
2.6.3.1	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
2.6.3.3	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
2.7.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų įdėklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
2.8.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:			Nr. 2	
2.8.1.	1-jo keitikilo (įdeklo)				
2.8.1.1	1-ojo pjezoelemento	30 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 30 dB		
2.8.1.2	2-ojo pjezoelemento	30 dB			
2.8.2	2-jo keitikilo (įdeklo):				
2.8.2.1	1-ojo pjezoelemento	35 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 35 dB		
2.8.2.2	2-ojo pjezoelemento	35 dB			
2.8.2.3	3-ojo pjezoelemento	35 dB			
2.8.2.4	4-ojo pjezoelemento	35 dB			

1	2	3	4	5	6
2.8.3.	3-jo keitiklio (įdeklo):				Nr. 2
2.8.3.1	1-ojo pjezoelemento	30 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 30 dB		
2.8.3.2	2-ojo pjezoelemento	30 dB			
2.9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
2.10.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50°C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
2.11.	Ieškiklio žymėjimas	БП- 3JI-A	Ieškiklis žymimas БП- 3JI-A		
2.12.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-07	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-07		

3. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2– asis dešinysis ieškiklis „A” tipo kontrolės režimui					
3.1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	Ieškiklis prijungiamas kabeliais su jungtimis	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų kairės pusės „A” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
3.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutės		
3.3.	1-jo keitikilo (įdeklo):				
3.3.1.	tipas	PII65°/65° x 84	1-jo keitiklio tipas PII65°/65° x 84		
3.3.2.	žymėjimas	5000.000.021	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.021		
3.4.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
3.4.1.	tipas	PII4x65°	2-jo keitiklio tipas PII4x65°		
3.4.2.	žymėjimas	5000.000.022	2-jo įdeklo žymėjimas 5.000.022		
3.5.	3-jo keitikilo (įdeklo):				
3.5.1.	tipas	PII65°/65x84	3-jo keitiklio tipas PII65°/65° x 84		
3.5.2.	žymėjimas	5000.0100.021	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.021		
3.6.	Keitiklių įvedimo kampai				
3.6.1.	1-jo keitikilo (įdeklo):				
3.6.1.2	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
3.6.1.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
3.6.2.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
3.6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	Garantuojamos 2-ojo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
3.6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
3.6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			
3.6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°			

1	2	3	4	5	6
3.6.3.	3-jo keitikilo (įdeklo):				Nr. 2
3.6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos $(65 \pm 2)^\circ$		
3.6.3.3.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$			
3.7.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)$ MHz	Garantuojamas visų įdeklų darbo dažnis $(2,5 \pm 0,25)$ MHz		
3.8.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:			Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų kairės pusės,,A” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
3.8.1.	1-jo keitikilo (įdeklo)				
3.8.1.1.	1-ojo pjezoelemento	30 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 30 dB		
3.8.1.2.	2-ojo pjezoelemento	30 dB			
3.8.2	2-jo keitikilo (įdeklo):				
3.8.2.1.	1-ojo pjezoelemento	35 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 35 dB		
3.8.2.2.	2-ojo pjezoelemento	35 dB			
3.8.2.3.	3-ojo pjezoelemento	35 dB			
3.8.2.4.	4-ojo pjezoelemento	35 dB			
3.8.3.	3-jo keitikilo (įdeklo):				
3.8.3.1.	1-ojo pjezoelemento	30 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 30 dB		
3.8.3.2.	2-ojo pjezoelemento	30 dB			
3.9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinasis	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
3.10.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
3.11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3П-А	Ieškiklis žymimas БП- 3П-А		
3.12.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-06	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-06		

4.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2– asis kairysis ieškiklis „B” tipo kontrolės režimui				
4.1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	Ieškiklis prijungiamas kabeliais su jungtimis	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų dešinės pusės „B” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
4.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutės		
4.3.	1-jo keitiklio (įdeklo):				
4.3.1.	tipas	ПІ55°/55° x 68	1-jo keitiklio tipas ПІ55°/55° x 68		
4.3.2.	žymėjimas	5000.000.020	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		
4.4.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
4.4.1.	tipas	ПІ4x70°	2-jo keitiklio tipas ПІ4x70°		
4.4.2.	žymėjimas	5.000.024	2-jo įdeklo žymėjimas 5.000.024		
4.5.	3-jo keitiklio (įdeklo):				
4.5.1.	tipas	ПІ55°/55x68	3-jo keitiklio tipas ПІ55°/55° x 68		
4.5.2.	žymėjimas	5000.000.020	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		

1	2	3	4	5	6
4.6.	Keitiklių įvedimo kampai			Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų dešinės pusės,,B” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
4.6.1.	1-jo keitiklio (ideklo):				
4.6.1.2	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
4.6.1.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
4.6.2.	2-jo keitiklio (ideklo):				
4.6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 _ 2)°	Garantuojamos 2-ojo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo įvedimo kampų ribos (70 _ 2)°		
4.6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
4.6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
4.6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
4.6.3.	3-jo keitiklio (ideklo):				
4.6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
4.6.3.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
4.7.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų idėklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
4.8.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:			Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų dešinės pusės,,A” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
4.8.1.	1-jo keitiklio (ideklo)				
4.8.1.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
4.8.1.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
4.8.2	2-jo keitiklio (ideklo):				
4.8.2.1.	1-ojo pjezoelemento	35 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 35 dB		
4.8.2.2.	2-ojo pjezoelemento	35 dB			
4.8.2.3.	3-ojo pjezoelemento	35 dB			
4.8.2.4.	4-ojo pjezoelemento	35 dB			
4.8.3.	3-jo keitiklio (ideklo):				
4.8.3.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
4.8.3.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
4.9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinasis	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
4.10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
4.11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3JI-B	Ieškiklis žymimas БП- 3JI-B		
4.12.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-05	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-05		

1	2	3	4	5	6
5.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2–asis dešinysis ieškiklis „B” tipo kontrolės režimui				
5.1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	Ieškiklis prijungiamas kabeliais su jungtimis	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų kairės pusės „B” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
5.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutės		
5.3.	1-jo keitiklio (įdeklo):				
5.3.1.	tipas	PII55°/55° x 68	1-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
5.3.2.	žymėjimas	5000.000.020	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		
5.4.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
5.4.1.	tipas	PII4x70°	2-jo keitiklio tipas PII4x70°		
5.4.2.	žymėjimas	5000.000.024	2-jo įdeklo žymėjimas 5.000.024		
5.5.	3-jo keitiklio (įdeklo):				
5.5.1.	tipas	PII55°/55° x 68	3-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
5.5.2.	žymėjimas	5000.000.020	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		
5.6.	Keitiklių įvedimo kampai				
5.6.1.	1-jo keitiklio (įdeklo):				
5.6.1.2	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
5.6.1.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
5.6.2.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
5.6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 _ 2)°	Garantuojamos 2-ojo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo įvedimo kampų ribos (70 _ 2)°		
5.6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
5.6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
5.6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
5.6.3.	3-jo keitiklio (įdeklo):				
5.6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
5.6.3.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
5.7.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų įdeklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
5.8.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:			Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų	Nr. 2
5.8.1.	1-jo keitiklio (įdeklo)				
5.8.1.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
5.8.1.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
5.8.2	2-jo keitiklio (įdeklo):				
5.8.2.3.	1-ojo pjezoelemento	35 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 35 dB		
5.8.2.4.	2-ojo pjezoelemento	35 dB			
5.8.2.1.	3-ojo pjezoelemento	35 dB			
5.8.2.2.	4-ojo pjezoelemento	35 dB			

1	2	3	4	5	6
5.8.3.	3-jo keitikilo (ideklo):			kairės pusės,,B” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
5.8.3.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
5.8.3.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
5.9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinasis	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
5.10.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
5.11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3П-В	Ieškiklis žymimas БП- 3П-В		
5.12.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-04	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-04		

6. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2–asis kairysis ieškiklis „D” tipo kontrolės režimui					
6.1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų kairės pusės „D” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
6.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutė	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutė		
6.3.	1-jo keitikilo (ideklo):				
6.3.1.	tipas	PII55°/55° x 68	1-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
6.3.2.	žymėjimas	5000.000.020	1-jo ideklo žymėjimas 5000.000.020		
6.4.	2-jo keitikilo (ideklo):				
6.4.1.	tipas	PII55°/55x68	3-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
6.4.2.	žymėjimas	5000.000.020	3-jo ideklo žymėjimas 5000.000.020		
6.5.	Keitiklių įvedimo kampai				
6.5.1.	1-jo keitikilo (ideklo):				
6.5.1.1	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
6.5.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
6.5.2.	2-jo keitikilo (ideklo):				
6.5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
6.5.2.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
6.6.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų ideklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
6.7.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:				
6.7.1.	1-jo keitikilo (ideklo)				
6.7.1.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
6.7.1.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
6.7.2.	2-jo keitikilo (ideklo):				
6.7.2.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
6.7.2.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			

1	2	3	4	5	6
6.8.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinasis	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		Nr. 2
6.9.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
6.10.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3Л-В	Ieškiklis žymimas БП- 3Л-В		
6.11.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-08	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-08		

7. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2– asis dešinysis ieškiklis „D” tipo kontrolės režimui					
7.1.	Prijungimo būdas	Kabėliai su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-jų dešinės pusės „D” tipo kontrolės režimui ieškiklių parametrai	Nr. 2
7.2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutė	Naudojamos HR10A10P12P tipo šakutė		
7.3.	1-jo keitiklio (įdeklo):				
7.3.1.	tipas	PII55°/55° x 68	1-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
7.3.2.	žymėjimas	5000.000.020	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		
7.4.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
7.4.1.	tipas	PII55°/55x68	3-jo keitiklio tipas PII55°/55° x 68		
7.4.2.	žymėjimas	5000.000.020	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.020		
7.5.	Keitiklių įvedimo kampai				
7.5.1.	1-jo keitiklio (įdeklo):				
7.5.1.1	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 1-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
7.5.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
7.5.2.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
7.5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	Garantuojamos 3-ojo keitiklio 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (55 ± 2)°		
7.5.2.3.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°			
7.6.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25) MHz	Garantuojamas visų įdeklių darbo dažnis (2,5 ± 0,25) MHz		
7.7.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:				
7.7.1.	1-jo keitiklio (įdeklo)				
7.7.1.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
7.7.1.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
7.7.2.	2-jo keitiklio (įdeklo):				
7.7.2.1.	1-ojo pjezoelemento	28 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 28 dB		
7.7.2.2.	2-ojo pjezoelemento	28 dB			
7.8.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinasis	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
7.9.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
7.10.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3П-D	Ieškiklis žymimas БП- 3П-D		
7.11.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-09	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-09		

1	2	3	4	5	6
8.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3– asis ieškiklis				
8.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-ųjų ieškiklių parametrai	Nr. 2
8.2.	Jungties tipas	HR10A10P12P tipo šakutė	Naudojama HR10A10P12P tipo šakutė		
8.3.	1-jo keitikilo (įdeklo):				
8.3.1.	tipas	PII-70°	1-jo keitiklio tipas PII-70°		
8.3.2.	žymėjimas	5000.004-04	1-jo įdeklo žymėjimas 5000.004-04		
8.4.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
8.4.1.	tipas	PII 70°/70°	2-jo keitiklio tipas PII 70°/70°		
8.4.2.	žymėjimas	5000.000.023	2-jo įdeklo žymėjimas 5000.000.023		
8.5.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
8.5.1.	tipas	PII-70°	3-jo keitiklio tipas PII-70°		
8.5.2.	žymėjimas	5.000.004-04	3-jo įdeklo žymėjimas 5000.004-04		
8.6.	Keitiklių įvedimo kampai				
8.6.1.	1-jo keitikilo (įdeklo) įvedimo kampas	(70 _ 2)°	Garantuojamos 1-ojo įdeklo įvedimo kampo ribos (70 _ 2)°		
8.6.2.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
8.6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 _ 2)°	Garantuojamos 2-ojo įdeklo 1-ojo ir 2-ojo įvedimo kampų ribos (70 _ 2)°		
8.6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 _ 2)°			
8.6.3.	3-jo keitikilo (įdeklo) įvedimo kampas	(70 _ 2)°	Garantuojamos 3-ojo įdeklo įvedimo kampo ribos (70 _ 2)°		
8.7.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25) MHz	Garantuojamas visų įdeklų darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
8.8.	Atramos jautris (pagal CO-3P), ne daugiau:				
8.8.1.	1-jo keitikilo (įdeklo)	27 dB	Garantuojamas 1-jo keitiklio atramos jautris ne daugiau 27 dB		
8.8.2.	2-jo keitikilo (įdeklo):				
8.8.2.1.	1-ojo pjezoelemento	27 dB	Garantuojamas 2-jo keitiklio 1-ojo ir 2-ojo pjezoelementų atramos jautris ne daugiau 27 dB		
8.8.2.2.	2-ojo pjezoelemento	27 dB			
8.8.3.	3-jo keitiklio (įdeklo)	27 dB	Garantuojamas 3-jo keitiklio atramos jautris ne daugiau 27 dB		
8.9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	Ieškikliai teikiami su atpažinimo įrenginiu		
8.10.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
8.11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-2 JI(II)	Ieškiklis žymimas БП-2 JI(II)		
8.12.	Ieškiklio konstrukcinis žymėjimas	22-1.03.01.00-01	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.03.01.00-01		

1	2	3	4	5	6
9.	Pjezoelektrinis keitiklis 70 °				
9.1.	Prijungimo būdas	Laidų litavimas prie kontaktų	Keitiklis prijungiamas lituojant laidus prie kontaktų	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo pjezoelektrinių keitiklių 70° parametrai	Nr. 2
9.2.	Įvedimo kampas	(70 ± 2)°	Įvedimo kampo ribos (70 ± 2)°		
9.3.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25)°MHz	Keitiklio darbo dažnis (2,5 ± 0,25) MHz		
9.4.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-54 dB	Garantuojamas keitiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -54 dB		
9.5.	Darbo schema	Sutapdinta	Keitiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
9.6.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Keitiklio darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
9.7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	Garantuojamas keitiklio skersmuo 20 mm		
9.8.	Žymėjimas	PEK 70°	Keitiklis žymimas PEK 70°		
9.9.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	5.000.000-04	Keitiklio konstrukcija žymima kodu 5.000.000-04		

10.	Rankinis ieškiklis – 0 °				
10.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimis	Ieškiklis prijungiamas ne mažiau 1,5 m kabeliu su jungtimis	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 70° ieškiklių parametrai	Nr. 2
10.2.	Jungtinių tipas	CP50-74ΦB	Naudojama CP50-74ΦB tipo jungtis		
10.3.	Kabelio išdėstymas	horizontalus	Kabelio išdėstymas - horizontalus		
10.4.	Įvedimo kampas	(0 ± 2)°	Įvedimo kampo ribos (70 ± 2)°		
10.5.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ± 0,25) MHz		
10.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-56 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -56 dB		
10.7.	Darbo schema	Atskira sutapdinta	Ieškiklyje naudojama atskira sutapdinta darbo schema		
10.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
10.9.	Žymėjimas	П112-2,5-70-РДМ	Ieškiklis žymimas П112-2,5-70-РДМ-Р		
10.10.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.35.00.00	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.35.00.00		

11.	Rankinis ieškiklis – 42 °				
11.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 42° ieškiklių parametrai	Nr. 2
11.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
11.3.	Jungties išdėstymas	horizontalus	Jungties išdėstymas - horizontalus		
11.4.	Įvedimo kampas	(42 ± 2)°	Įvedimo kampo ribos (65 ± 2)°		
11.5.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ± 0,25) MHz		
11.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-47 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas ne mažiau -54 dB		
11.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
11.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °C	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
11.9.	Žymėjimas	П121-2,5-42-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-42-РДМ-Р		
11.10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.36.00.00		

1	2	3	4	5	6
12.	Rankinis ieškiklis – 45 °				
12.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 45° ieškiklių parametrai	Nr. 2
12.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
12.3.	Jungties išdėstymas	vertikalus	Jungties išdėstymas - vertikalus		
12.4.	Įvedimo kampas	(45±2)°	Įvedimo kampo ribos (45±2)°		
12.5.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
12.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-47 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -47 dB		
12.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
12.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
12.9.	Žymėjimas	П121-2,5-45-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-45-РДМ-Р		
12.10.	Konstrukcija	3.14.00.00-02	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 3.14.00.00-02		

13.	Rankinis ieškiklis – 50 °				
13.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 50° ieškiklių parametrai	Nr. 2
13.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
13.3.	Jungties išdėstymas	horizontalus	Jungties išdėstymas - horizontalus		
13.4.	Įvedimo kampas	(50±2)°	Įvedimo kampo ribos (50±2)°		
13.5.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
13.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-48 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -48 dB		
13.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
13.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
13.9.	Žymėjimas	П121-2,5-50-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-50-РДМ-Р		
13.10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-02	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.36.00.00-02		

14.	Rankinis ieškiklis – 55 °				
14.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 55° ieškiklių parametrai	Nr. 2
14.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
14.3.	Jungties išdėstymas	horizontalus	Jungties išdėstymas - horizontalus		
14.4.	Įvedimo kampas	(55±2)°	Įvedimo kampo ribos (55±2)°		
14.5.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
14.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-48 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -48 dB		
14.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
14.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
14.9.	Žymėjimas	П121-2,5-55-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-55-РДМ-Р		
14.10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-03	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.36.00.00-03		

1	2	3	4	5	6
15.	Rankinis ieškiklis – 65 °				
15.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 65° ieškiklių parametrai	Nr. 2
15.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
15.3.	Jungties išdėstymas	horizontalus	Jungties išdėstymas - horizontalus		
15.4.	Įvedimo kampas	(65±2)°	Įvedimo kampo ribos (65±2)°		
15.5.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
15.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-51 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -51 dB		
15.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
15.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
15.9.	Žymėjimas	П121-2,5-65-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-65-РДМ-Р		
15.10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-05	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.36.00.00-05		

16.	Rankinis ieškiklis –70 °				
16.1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	Ieškiklis prijungiamas kabeliu su jungtimi	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo rankinių 70° ieškiklių parametrai	Nr. 2
16.2.	Jungties tipas	CP50-73	Naudojama CP50-73 tipo jungtis		
16.3.	Jungties išdėstymas	horizontalus	Jungties išdėstymas - horizontalus		
16.4.	Įvedimo kampas	(70_2)°	Įvedimo kampo ribos (70_2)°		
16.5.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Ieškiklio darbo dažnis (2,5 ±0,25) MHz		
16.6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-54 dB	Garantuojamas ieškiklio dvigubo keitimo koeficientas mažiau -54 dB		
16.7.	Darbo schema	Sutapdinta	Ieškiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
16.8.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Ieškiklių darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
16.9.	Žymėjimas	П121-2,5-70-РДМ-Р	Ieškiklis žymimas П121-2,5-70-РДМ-Р		
16.10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-06	Ieškiklio konstrukcija žymima kodu 22-1.36.00.00-06		

17.	Pjezoelektrinis keitiklis (įdėklas) – 65°/65°			Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo pjezoelektrinių keitiklių 65°/65° parametrai	Nr. 2
17.1.	Prijungimo būdas	Laidų litavimas prie kontaktų	Keitiklis prijungiamas lituojant laidus prie kontaktų		
17.2.	Keitiklio (įdėklo):				
17.2.1	1 įvedimo kampas	(65±2)°	Garantuojamos 1-jo ir 2-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
17.2.2.	2 įvedimo kampas	(65±2)°			
17.3.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Keitiklio darbo dažnis(2,5 ±0,25) MHz		
17.4.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau				
17.4.1.	1-ojo pjezoelemento	-51 dB	Garantuojamas 1-jo ir 2-jo pjezoelementų dvigubo keitimo koeficientas ne mažiau -51 dB		
17.4.2	2-ojo pjezoelemento	-51 dB			
17.5.	Darbo schema	Sutapdinta	Keitiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
17.6.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
17.7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	Garantuojamas keitiklio skersmuo 20 mm		
17.8.	Žymėjimas	PEK 65°/65°	Keitiklis žymimas PEK 65°/65°		
17.9.	Konstrukcija	5.000.021	Keitiklio konstrukcija žymima kodu 5.000.021		

1	2	3	4	5	6
17.	Pjezoelektrinis keitiklis (įdėklas) – 65°/65°/65°/65°				
17.1.	Prijungimo būdas	Laidų litavimas prie kontaktų	Keitiklis prijungiamas lituojant laidus prie kontaktų	Pristatomos produkcijos parametrų (charakteristikų) atitikimas. Pristatomų RDM-23 tipo defektoskopo pjezoelektrinių keitiklių 65°/65°/65°/65° parametrai	Nr. 2
17.2.	Keitiklio (įdėklo):				
17.2.1.	1 įvedimo kampas	(65±2)°	Garantuojamos 1-jo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo įvedimo kampų ribos (65 ± 2)°		
17.2.2.	2 įvedimo kampas	(65±2)°			
17.2.3.	3 įvedimo kampas	(65±2)°			
17.2.4.	4 įvedimo kampas	(65±2)°			
17.3.	Darbo dažnis	(2,5 ±0,25)°MHz	Keitiklio darbo dažnis(2,5 ±0,25) MHz		
17.4.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau				
17.4.1.	1-ojo pjezoelemento	-51 dB	Garantuojamas 1-jo, 2-jo,3-jo ir 4-jo pjezoelementų dvigubo keitimo koeficientas ne mažiau - 51 dB		
17.4.2.	2-ojo pjezoelemento	-51 dB			
17.4.3.	2-ojo pjezoelemento	-51 dB			
17.4.4.	2-ojo pjezoelemento	-51 dB			
17.5.	Darbo schema	Sutapdinta	Keitiklyje naudojama sutapdinta darbo schema		
17.6.	Darbo temperatūra	nuo -40 °C iki +50 °	Darbo temperatūros ribos (-40 ÷ +50) °C		
17.7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	Garantuojamas keitiklio skersmuo 20 mm		
17.8.	Žymėjimas	PEK 65°/65°/65°/65°	Keitiklis žymimas PEK 65°/65°/65°/65°		
17.9.	Konstrukcija	5.000.022	Keitiklio konstrukcija žymima kodu 5.000.022		

3.2. KITOS RDM-23 defektoskopo rankinių ir ištisinės kontrolės ieškiklių SAVYBĖS:

3.2.1. Pritaikymo sritis – naudojant ultragarsinių bėgių tikrinimo defektoskopų RDM-23 rankinius ir ištisinės kontrolės, ieškiklius bei pjezoelektrinius keitikius galima bus keisti sugedusias, su pablogėjusiomis charakteristikomis arba kitokiu būdu netinkamas dalis ultragarsiniuose defektoskopuose.

3.2.2. Siūlomos prekės teikiamos naujos, nenaudotos, jie yra nerestauruotos ar kitaip atnaujintos, pagamintos ne seniau kaip 2015 metais.

3.2.3. Produkto vartojimo (naudojimo) reikalavimai – visoms dalims nuo įvedimo į eksploataciją bus suteikta 12 mėnesių garantija.

3.2.4. Bandymai – Visoms dalims bus patikrinti parametrai ir charakteristikos, kurie surašyti konkurso techninėse sąlygose ir atlikti visi numatyti bandymai, iš kurių pagrindiniai: dažnis, įvedimo kampas, dvigubo keitimo koeficientas, atramos jautris.

3.2.5. Visos su transportavimu susijusios išlaidos įskaičiuotos į siūlomų dalių kainą.

3.2.6. Į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelio infrastruktūra“ (IF-1) sandėlį bus pristatytos:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt
1.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	12
2.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis:	
2.1.	dešinės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5
2.2.	kairės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5
2.3.	dešinės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7
2.4.	kairės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7
3	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	12
4	Pjezoelektrinis keitiklis 70°	5
5	Rankinis ieškiklis 0°	17
6	Rankinis ieškiklis 42°	7
7	Rankinis ieškiklis 45°	15
8	Rankinis ieškiklis 50°	27
9	Rankinis ieškiklis 55°	7
10	Rankinis ieškiklis 65°	19
11	Rankinis ieškiklis 70°	36

3.2.7. Į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelio infrastruktūra“ (IF-4) sandėlį bus pristatytos:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt
1.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	4
2.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis:	
2.1.	dešinės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2
2.2.	kairės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2
3	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	16
4	Pjezoelektrinis keitiklis 65°/65°	12
5	Pjezoelektrinis keitiklis 65°/65°/65°/65°	10
6	Rankinis ieškiklis 45°	8
7	Rankinis ieškiklis 50°	4

3.3. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

3.3.1. Dokumentai reikalaujami pristatyti su pasiūlymu - Pirkimo objekto techninių savybių, charakteristikų ir kokybės patvirtinimui su pasiūlymu bus pateiktas kiekvienai teikiamai daliai techninis pasas, įrodantis jų atitikimą konkurso techninėms sąlygoms.

3.3.2. Dokumentai reikalaujami pristatyti su prekėmis, jas perduodant: Perdavimo-priėmimo aktas, kiekvienai teikiamai daliai patvirtinti techniniai pasai lietuvių kalba, PVM sąskaita-faktūra.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Декларация

Настоящим декларируем, что:

1. 1-ый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 – 16 шт;
2. 2-ой правый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „А” типа режима контроля – 5 шт;
3. 2-ой левый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „А” типа режима контроля – 5 шт;
4. 2-ой правый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „В” типа режима контроля – 7 шт;
5. 2-ой левый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „В” типа режима контроля – 7 шт;
6. 2-ой правый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „D” типа режима контроля – 2 шт;
7. 2-ой левый искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „D” типа режима контроля – 2 шт;
8. 3-ий искатель сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 - 28 шт;
9. Пьезоэлектрический преобразователь 70 ° - 5 шт;
10. Пьезоэлектрический преобразователь 65 ° / 65 ° - 12 шт;
11. Пьезоэлектрический преобразователь 65 ° / 65 ° / 65 ° / 65 ° - 10 шт;
12. Ручной искатель – 0 ° - 17 шт;
13. Ручной искатель – 42 ° - 7 шт;
14. Ручной искатель – 45 ° - 23 шт;
15. Ручной искатель – 50 ° - 31 шт;
16. Ручной искатель – 55 ° - 7 шт;
17. Ручной искатель – 65 ° - 19 шт;
18. Ручной искатель – 70 ° - 27 шт;

полностью будут соответствовать условиям конкурса и гарантируем, что предлагаемая продукция будет поставлена участнику конкурса (Фирма «Эвита») в сроки, обеспечивающие ее своевременную поставку покупающей организации.

ПРИЛАГАЕТСЯ:

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции (Но. 60 от 31.05.2016) – 14 листов.

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 1)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
1.	Параметры поставляемых 1-ых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23		
1.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмом	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмом
1.2.	Тип разъёма	Вилка типа HR10A10P12P	В качестве разъёма используется вилка типа HR10A10P12P
1.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
1.3.1.	тип	РП-РС	Тип 1- го преобразователя РП-РС
1.3.2.	обозначение	5000.000.007	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.007
1.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
1.4.1.	тип	РП42°/42°	Тип 2- го преобразователя РП42°/42°
1.4.2.	обозначение	5000.000.008	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.008
1.5.	Углы ввода преобразователей		
1.5.1.	Угол ввода 1-го преобразователя (вставки)	(0 ± 2)°	Гарантируется угол ввода 1-го преобразователя в пределах (0 ± 2)°
1.5.2.	2 - го преобразователя (вставки):		Гарантируется 1-ый угол ввода 2-го преобразователя в пределах (0 ± 2)°
1.5.2.1.	1 (первый) угол ввода	(42 ± 2)°	Гарантируется 1-ый угол ввода 2-го преобразователя в пределах (42 ± 2)°
1.5.2.2.	2 (второй) угол ввода	(42 ± 2)°	Гарантируется 2-ой угол ввода 2-го преобразователя в пределах (42 ± 2)°
1.6.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
1.7.	Опорная чувствительность (по СО-3Р), не более:		
1.7.1.	1 - го преобразователя (вставки)	18 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го преобразователя не более 18 dB
1.7.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
1.7.2.1.	1 - го пьезоэлемента	18 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го пьезоэлемента 2-го преобразователя не более 18 dB
1.7.2.2.	2 - го пьезоэлемента	18 dB	Гарантируется опорная чувствительность 2 - го пьезоэлемента 2-го преобразователя не более 18 dB
1.8.	Микросхема распознавания искателя	обязательна	Искатели поставляются с устройствами распознавания
1.9.	Рабочая температура	от -40 °С до +50 °С	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °С до +50 °С
1.10.	Обозначение искателя	БП-1 Л(П)	Искатель обозначается как БП-1 Л(П)
1.11.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 2)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
2.	Параметры поставляемых 2-ых левых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „А” типа режима контроля		
2.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
2.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
2.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
2.3.1.	тип	РП65°/65° x 84	Тип 1- го преобразователя РП65°/65° x 84
2.3.2.	обозначение	5000.000.021	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.021
2.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
2.4.1.	тип	РП4x65°	Тип 2- го преобразователя РП4x65°
2.4.2.	обозначение	5000.000.022	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.022
2.5.	3 - го преобразователя (вставки):		
2.5.1.	тип	РП65°/65° x 84	Тип 1- го преобразователя РП65°/65° x 84
2.5.2.	обозначение	5000.000.021	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.021
2.6.	Углы ввода преобразователей		
2.6.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
2.6.1.2	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
2.6.1.3	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
2.6.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
2.6.2.1	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый, 2-ой , 3-ий и 4-ый углы ввода 2-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
2.6.2.2	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
2.6.2.3	3 (третий) угол ввода	(65 ± 2)°	
2.6.2.4	4 (четвертый) угол ввода	(65 ± 2)°	
2.6.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
2.6.3.1	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 3-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
2.6.3.3	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
2.7.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz

(окончание таблицы 2)

2.8.	Опорная чувствительность (по СО-ЗР), не более:		
2.8.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
2.8.1.1	1- го пьезоэлемента	30 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 30 dB
2.8.1.2	2 - го пьезоэлемента	30 dB	
2.8.2	2 - го преобразователя (вставки):		
2.8.2.1	1- го пьезоэлемента	35 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов 2-го преобразователя не более 35 dB
2.8.2.2	2 - го пьезоэлемента	35 dB	
2.8.2.3	3 - го пьезоэлемента	35 dB	
2.8.2.4	4 - го пьезоэлемента	35 dB	
2.8.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
2.8.3.1	1- го пьезоэлемента	30 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 30 dB
2.8.3.2	2 - го пьезоэлемента	30 dB	
2.9.	Микросхема распознавания искателя	обязательна	Искатели поставляются с устройствами распознавания
2.10.	Рабочая температура	от -40 °С до +50 °С	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °С до +50 °С
2.11.	Обозначение искателя	БП- 3Л-А	Искатель обозначается как БП- 3Л-А
2.12.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-07	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-07

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица3)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
3.	Параметры поставляемых 2-ых правых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „А” типа режима контроля		
3.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
3.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
3.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
3.3.1.	тип	РП65°/65° x 84	Тип 1- го преобразователя РП65°/65° x 84
3.3.2.	обозначение	5000.000.021	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.021
3.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
3.4.1.	тип	РП4x65°	Тип 2- го преобразователя РП42°/42°
3.4.2.	обозначение	5000.000.022	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.022
3.5.	3 - го преобразователя (вставки):		
3.5.1.	тип	РП65°/65° x 84	Тип 1- го преобразователя РП65°/65° x 84
3.5.2.	обозначение	5000.000.021	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.021
3.6.	Углы ввода преобразователей		
3.6.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
3.6.1.2	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
3.6.1.3.	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
3.6.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
3.6.2.1.	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый, 2-ой , 3-ий и 4-ый углы ввода 2-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
3.6.2.2.	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
3.6.2.3.	3 (третий) угол ввода	(65 ± 2)°	
3.6.2.4.	4 (четвертый) угол ввода	(65 ± 2)°	
3.6.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
3.6.3.1.	1 (первый) угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 3-го преобразователя в пределах (65 ± 2)°
3.6.3.3.	2 (второй) угол ввода	(65 ± 2)°	
3.7.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz

(окончание таблицы 3)

3.8.	Опорная чувствительность (по СО-ЗР), не более:		
3.8.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
3.8.1.1.	1- го пьезоэлемента	30 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 30 dB
3.8.1.2.	2 - го пьезоэлемента	30 dB	
3.8.2	2 - го преобразователя (вставки):		
3.8.2.1.	1- го пьезоэлемента	35 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов 2-го преобразователя не более 35 dB
3.8.2.2.	2 - го пьезоэлемента	35 dB	
3.8.2.3.	3 - го пьезоэлемента	35 dB	
3.8.2.4.	4 - го пьезоэлемента	35 dB	
3.8.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
3.8.3.1.	1- го пьезоэлемента	30 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 30 dB
3.8.3.2.	2 - го пьезоэлемента	30 dB	
3.9.	Микросхема распознавания искателя	обязательна	Искатели поставляются с устройствами распознавания
3.10.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
3.11.	Обозначение искателя	БП- 3П-А	Искатель обозначается как БП- 3П-А
3.12.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-06	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-06

Директор



[Handwritten signature]

Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 4)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
4.	Параметры поставляемых 2-ых левых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „В” типа режима контроля		
4.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
4.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
4.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
4.3.1.	тип	РП55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя РП55°/55° x 68
4.3.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
4.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
4.4.1.	тип	РП4x70°	Тип 2- го преобразователя РП4x70°
4.4.2.	обозначение	5000.000.024	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.024
4.5.	3 - го преобразователя (вставки):		
4.5.1.	тип	РП55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя РП55°/55° x 68
4.5.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
4.6.	Углы ввода преобразователей		
4.6.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
4.6.1.2	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
4.6.1.3.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
4.6.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
4.6.2.1.	1 (первый) угол ввода	(70 ± 2)°	Гарантируются 1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый углы ввода 2-го преобразователя в пределах (70 ± 2)°
4.6.2.2.	2 (второй) угол ввода	(70 ± 2)°	
4.6.2.3.	3 (третий) угол ввода	(70 ± 2)°	
4.6.2.4.	4 (четвертый) угол ввода	(70 ± 2)°	
4.6.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
4.6.3.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 3-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
4.6.3.3.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
4.7.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz

(окончание таблицы 5)

4.8.	Опорная чувствительность (по СО-ЗР), не более:		
4.8.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
4.8.1.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 28 dB
4.8.1.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
4.8.2	2 - го преобразователя (вставки):		
4.8.2.1.	1- го пьезоэлемента	35 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов 2-го преобразователя не более 35 dB
4.8.2.2.	2 - го пьезоэлемента	35 dB	
4.8.2.3.	3 - го пьезоэлемента	35 dB	
4.8.2.4.	4 - го пьезоэлемента	35 dB	
4.8.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
4.8.3.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 28 dB
4.8.3.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
4.9.	Устройство распознавания искателя	обязательно	Искатели поставляются с устройствами распознавания
4.10.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
4.11.	Обозначение искателя	БП- 3Л-В	Искатель обозначается как БП- 3Л-В
4.12.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-05	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-05

Директор



Handwritten signature

Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 5)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
5.	Параметры поставляемых 2-ых правых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „В” типа режима контроля		
5.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
5.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
5.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
5.3.1.	тип	РП55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя РП55°/55° x 68
5.3.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
5.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
5.4.1.	тип	РП4x70°	Тип 2- го преобразователя РП4x70°
5.4.2.	обозначение	5000.000.024	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.024
5.5.	3 - го преобразователя (вставки):		
5.5.1.	тип	РП55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя РП55°/55° x 68
5.5.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
5.6.	Углы ввода преобразователей		
5.6.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
5.6.1.2	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
5.6.1.3.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
5.6.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
5.6.2.1.	1 (первый) угол ввода	(70 ± 2)°	Гарантируются 1-ый, 2-ой, 3-ий и 4-ый углы ввода 2-го преобразователя в пределах (70 ± 2)°
5.6.2.2.	2 (второй) угол ввода	(70 ± 2)°	
5.6.2.3.	3 (третий) угол ввода	(70 ± 2)°	
5.6.2.4.	4 (четвертый) угол ввода	(70 ± 2)°	
5.6.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
5.6.3.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 3-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
5.6.3.3.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
5.7.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz

(окончание таблицы 5)

5.8.	Опорная чувствительность (по СО-ЗР), не более:		
5.8.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
5.8.1.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 28 dB
5.8.1.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
5.8.2	2 - го преобразователя (вставки):		
5.8.2.1.	1- го пьезоэлемента	35 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 – го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов 2-го преобразователя не более 35 dB
5.8.2.2.	2 - го пьезоэлемента	35 dB	
5.8.2.3.	3 - го пьезоэлемента	35 dB	
5.8.2.4.	4 - го пьезоэлемента	35 dB	
5.8.3.	3 - го преобразователя (вставки):		
5.8.3.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 28 dB
5.8.3.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
5.9.	Микросхема распознавания искателя	обязательна	Искатели поставляются с устройствами распознавания
5.10.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
5.11.	Обозначение искателя	БП- ЗП-В	Искатель обозначается как БП- ЗП-В
5.12.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-04	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-04

Директор



[Handwritten signature]

Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 6)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
6.	Параметры поставляемых 2-ых левых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „D” типа режима контроля		
6.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
6.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
6.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
6.3.1.	тип	PII55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя PII55°/55° x 68
6.3.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
6.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
6.4.1.	тип	PII55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя PII55°/55° x 68
6.4.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
6.5.	Углы ввода преобразователей		
6.5.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
6.5.1.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
6.5.1.2.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
6.5.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
6.5.2.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
6.5.2.2.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
6.6.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
6.7.	Опорная чувствительность (по СО-ЗР), не более:		
6.7.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
6.7.1.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 28 dB
6.7.1.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
6.7.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
6.7.2.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 28 dB
6.7.2.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
6.8.	Устройство распознавания искателя	Обязательно	Искатели поставляются с устройствами распознавания
6.9.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
6.10.	Обозначение искателя	БП- ЗЛ-D	Искатель обозначается как БП- ЗЛ-D
6.11.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-08	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-08

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 7)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
7.	Параметры поставляемых 2-ых правых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23 для „D” типа режима контроля		
7.1.	Способ подключения	Кабели с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
7.2.	Типы разъёмов	Вилки типа HR10A10P12P	В качестве разъёмов используются вилка типа HR10A10P12P
7.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
7.3.1.	тип	PI55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя PI55°/55° x 68
7.3.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
7.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
7.4.1.	тип	PI55°/55° x 68	Тип 1- го преобразователя PI55°/55° x 68
7.4.2.	обозначение	5000.000.020	Обозначение 1- го преобразователя 5000.000.020
7.5.	Углы ввода преобразователей		
7.5.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
7.5.1.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
7.5.1.2.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
7.5.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
7.5.2.1.	1 (первый) угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируются 1-ый и 2-ой углы ввода 1-го преобразователя в пределах (55 ± 2)°
7.5.2.2.	2 (второй) угол ввода	(55 ± 2)°	
7.6.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
7.7.	Опорная чувствительность (по СО-3Р), не более:		
7.7.1.	1 - го преобразователя (вставки):		
7.7.1.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 1-го преобразователя не более 28 dB
7.7.1.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
7.7.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
7.7.2.1.	1- го пьезоэлемента	28 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2-го пьезоэлементов 3-го преобразователя не более 28 dB
7.7.2.2.	2 - го пьезоэлемента	28 dB	
7.8.	Устройство распознавания искателя	Обязательно	Искатели поставляются с устройствами распознавания
7.9.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
7.10.	Обозначение искателя	БП- 3Л-D	Искатель обозначается как БП- 3Л-D
7.11.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-09	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-09

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 8)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
8.	Параметры поставляемых 3-ых искателей сплошного контроля дефектоскопа РДМ-23		
8.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмом	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмом
8.2.	Тип разъёма	Вилка типа HR10A10P12P	В качестве разъёма используется вилка типа HR10A10P12P
8.3.	1 - го преобразователя (вставки):		
8.3.1.	тип	РП-70°	Тип 1- го преобразователя РП-70°
8.3.2.	обозначение	5000.004-04	Обозначение 1- го преобразователя 5000.004-04
8.4.	2 - го преобразователя (вставки):		
8.4.1.	тип	РП70°/70°	Тип 2- го преобразователя РП70°/70°
8.4.2.	обозначение	5000.000.023	Обозначение 2- го преобразователя 5000.000.023
8.5.	3 - го преобразователя (вставки):		
8.5.1.	тип	РП-70°	Тип 3- го преобразователя РП-70°
8.5.2.	обозначение	5000.004-04	Обозначение 1- го преобразователя 5000.004-04
8.6.	Углы ввода преобразователей		
8.6.1.	Угол ввода 1-го преобразователя (вставки)	(70 _ 2)°	Гарантируется угол ввода 1-го преобразователя в пределах (70 _ 2)°
8.6.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
8.6.2.1.	1 (первый) угол ввода	(70 _ 2)°	Гарантируется 1-ый и 2-ой углы ввода 2-го преобразователя в пределах (70 _ 2)°
8.6.2.2.	2 (второй) угол ввода	(70 _ 2)°	
8.6.3.	Угол ввода 3-го преобразователя (вставки)	(70 _ 2)°	Гарантируется угол ввода 3-го преобразователя в пределах (70 _ 2)°
8.7.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25) MHz	Гарантируется рабочая частота всех преобразователей в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
8.8.	Опорная чувствительность (по СО-3Р), не более:		
8.8.1.	1 - го преобразователя (вставки)	27 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го преобразователя не более 27 dB
8.8.2.	2 - го преобразователя (вставки):		
8.8.2.1.	1 - го пьезоэлемента	27 dB	Гарантируется опорная чувствительность 1 - го и 2 -го пьезоэлементов 2-го преобразователя не более 27 dB
8.8.2.2.	2 - го пьезоэлемента	27 dB	
8.8.3.	3 - го преобразователя (вставки)	27 dB	Гарантируется опорная чувствительность 3 - го преобразователя не более 27 dB
8.9.	Устройство распознавания искателя	обязательно	Искатели поставляются с устройствами распознавания
8.10.	Рабочая температура	от -40 °С до +50 °С	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °С до +50 °С
8.11.	Обозначение искателя	БП-2 Л(П)	Искатель обозначается как БП-2 Л(П)
8.12.	Обозначение конструкции искателя	22-1.03.01.00-01	Искатель изготовлен согласно чертежа 22-1.03.01.00-01

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 9)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
9.	Параметры поставляемых пьезоэлектрических преобразователей 70 ° дефектоскопа РДМ-23		
9.1.	Способ подключения	Припайка проводов к контактам	Припайка проводов к контактам преобразователя
9.2.	Угол ввода	(70_2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (70_2)°
9.3.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
9.4.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	-54 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее -54 dB
9.5.	Схема работы	Совмещенная	Преобразователь работает по совмещенной схеме
9.6.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура преобразователя в пределах от -40 °C до +50 °C
9.7.	Обозначение искателя	ПЕК 70°	Преобразователь обозначается как ПЕК 70°
9.8.	Диаметр преобразователя	20 мм	Гарантируется диаметр преобразователя 20 мм
9.9.	Обозначение конструкции преобразователя	5.000.004-04	Преобразователь изготовлен согласно чертежу 5.000.004-04

(таблица 10)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
10.	Параметры поставляемых ручных искателей 45° дефектоскопа РДМ-23		
10.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля длиной не менее 1,5 м
10.2.	Тип разъёмов	CP50-74Ф	В качестве разъёмов используются разъёмы типа CP50-74Ф
10.3.	Расположение кабеля	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением кабеля
10.4.	Угол ввода	(0 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (0 ± 2)°
10.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
10.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	-56 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее -56 dB
10.7.	Схема работы	Раздельно-совмещенная	Искатель работает по раздельно-совмещенной схеме
10.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
10.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-РДМ-Р
10.10.	Обозначение конструкции искателя	22-1.35.00.00	Искатель изготовлен согласно чертежу 22-1.35.00.00

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 11)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
11.	Параметры поставляемых ручных искателей 42° дефектоскопа РДМ-23		
11.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
11.2.	Тип разъёма	CP50-73	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-73
11.3.	Расположение разъёма	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением разъёма
11.4.	Угол ввода	(42 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (42 ± 2)°
11.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
11.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	-47 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее -47 dB
11.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
11.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
11.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-42-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-42-РДМ-Р
11.10.	Обозначение конструкции искателя	22-1.36.00.00	Искатель изготовлен согласно чертежу 22-1.36.00.00

(таблица 12)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
12.	Параметры поставляемых ручных искателей 45° дефектоскопа РДМ-23		
12.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
12.2.	Тип разъёма	CP50-73	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-73
12.3.	Расположение разъёма	вертикальное	Искатель поставляется с вертикальным расположением разъёма
12.4.	Угол ввода	(45 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (45 ± 2)°
12.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
12.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	-47 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее -47 dB
12.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
12.8.	Рабочая температура	от -40 °С до +50 °С	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °С до +50 °С
12.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-45-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-45-РДМ-Р
12.10.	Обозначение конструкции искателя	3.14.00.00-02	Искатель изготовлен согласно чертежу 3.14.00.00-02

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 13)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
13.	Параметры поставляемых ручных искателей 50° дефектоскопа РДМ-23		
13.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
13.2.	Тип разъёма	CP50-73	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-73
13.3.	Расположение разъёма	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением разъёма
13.4.	Угол ввода	(50 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (50 ± 2)°
13.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
13.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	- 48 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее - 48 dB
13.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
13.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
13.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-50-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-50-РДМ-Р
13.10.	Обозначение конструкции искателя	22-1.36.00.00-02	Искатель изготовлен согласно чертежу 22-1.36.00.00-02

(таблица 14)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
14.	Параметры поставляемых ручных искателей 55° дефектоскопа РДМ-23		
14.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
14.2.	Тип разъёма	CP50-73	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-73
14.3.	Расположение разъёма	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением разъёма
14.4.	Угол ввода	(55 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (55 ± 2)°
14.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
14.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	- 48 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее - 48 dB
14.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
14.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
14.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-55-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-55-РДМ-Р
14.10.	Обозначение конструкции искателя	22-1.36.00.00-03	Искатель изготовлен согласно чертежу 22-1.36.00.00-03

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 15)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
15.	Параметры поставляемых ручных искателей 65° дефектоскопа РДМ-23		
15.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
15.2.	Тип разъёма	CP50-73	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-73
15.3.	Расположение разъёма	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением разъёма
15.4.	Угол ввода	(65 ± 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (65 ± 2)°
15.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
15.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	- 51 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее -51 dB
15.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
15.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
15.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-65-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-65-РДМ-Р
15.10.	Обозначение конструкции искателя	22-1.36.00.00-05	Искатель изготовлен согласно чертежу 22-1.36.00.00-05

(таблица 16)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
16.	Параметры поставляемых ручных искателей 70° дефектоскопа РДМ-23		
16.1.	Способ подключения	Кабель с разъёмами	Искатель подключается с помощью кабеля с разъёмами
16.2.	Тип разъёма	CP50-74	В качестве разъёма используется разъём типа CP50-74
16.3.	Расположение разъёма	горизонтальное	Искатель поставляется с горизонтальным расположением разъёма
16.4.	Угол ввода	(70 _ 2)°	Гарантируется угол ввода в пределах (70 _ 2)°
16.5.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
16.6.	Коэффициент двойного преобразования, не менее	- 54 dB	Гарантируется коэффициент двойного преобразования не менее - 54 dB
16.7.	Схема работы	Совмещенная	Искатель работает по совмещенной схеме
16.8.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура искателей в пределах от -40 °C до +50 °C
16.9.	Обозначение искателя	П121-2,5-70-РДМ-Р	Искатель обозначается как П121-2,5-70-РДМ-Р
16.10.	Обозначение конструкции искателя	3.14.00.00-04	Искатель изготовлен согласно чертежу 3.14.00.00-04

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 17)

No. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
17.	Параметры поставляемых пьезоэлектрических преобразователей 65°/65° дефектоскопа РДМ-23		
17.1.	Способ подключения	Припайка проводов к контактам	Припайка проводов к контактам преобразователя
17.2.	Угол ввода		Гарантируются углы ввода 1-го и 2-го пьезоэлементов в пределах (65 ± 2)°
17.2.1.	1 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
17.2.2.	2 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
17.3.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота 1-го и 2-го пьезоэлементов в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
17.4.	Козфициент двойного преобразования, не менее		Гарантируется коэффициент двойного преобразования 1-го и 2-го пьезоэлементов не менее -54 dB
17.4.1.	1 пьезоэлемента	- 51 dB	
17.4.2.	2 пьезоэлемента	- 51 dB	
17.5.	Схема работы	Совмещенная	Преробразователь работает по совмещенной схеме
17.6.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура преобразователей в пределах от -40 °C до +50 °C
17.7.	Обозначение искателя	ПЕК 65°/65°	Преобразователь обозначается как ПЕК 65°/65°
17.8.	Диаметр преобразователя	20 мм	Гарантируется диаметр преобразователя 20 мм
17.9.	Обозначение конструкции преобразователя	5.000.021	Преобразователь изготовлен согласно чертежу 5.000.021

Директор



Брандис М. П.



Научно-производственное предприятие «РДМ» S.R.L.

MD-2001, Республика Молдова
Кишинев, бул. Гагарина, 2

Tel. (373 22) 57-98-04
Fax (373 22) 57-98-15
e-mail: rdm@rdm.md

№ 60 от 31 мая 2016 г.

Соответствие параметров (характеристик) поставляемой продукции

(таблица 18)

Но. п/п	Указанные параметры в технической спецификации		Технические характеристики предлагаемой продукции
	Наименование характеристики	Требуемое значение	
18.	Параметры поставляемых пьезоэлектрических преобразователей 65°/65°/65°/65° дефектоскопа РДМ-23		
18.1.	Способ подключения	Припайка проводов к контактам	Припайка проводов к контактам преобразователя
18.2.	Угол ввода		Гарантируются углы ввода 1-го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов в пределах (65 ± 2)°
18.2.1.	1 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
18.2.2.	2 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
18.2.3.	3 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
18.2.4.	4 пьезоэлемента	(65 ± 2)°	
18.3.	Рабочая частота	(2,5 ± 0,25)°MHz	Гарантируется рабочая частота всех пьезоэлементов в пределах (2,5 ± 0,25) MHz
18.4.	Коэффициент двойного преобразования, не менее		Гарантируется коэффициент двойного преобразования 1-го, 2-го, 3-го и 4-го пьезоэлементов не менее -54 dB
18.4.1.	1 пьезоэлемента	- 51 dB	
18.4.2.	2 пьезоэлемента	- 51 dB	
18.4.3.	3 пьезоэлемента	- 51 dB	
18.4.4.	4 пьезоэлемента	- 51 dB	
18.5.	Схема работы	Совмещенная	Преобразователь работает по совмещенной схеме
18.6.	Рабочая температура	от -40 °C до +50 °C	Рабочая температура преобразователей в пределах от -40 °C до +50 °C
18.7.	Обозначение искателя	ПЕК 65°/65°/65°/65°	Преобразователь обозначается как ПЕК 65°/65°/65°/65°
18.8.	Диаметр преобразователя	20 мм	Гарантируется диаметр преобразователя 20 мм
18.9.	Обозначение конструкции преобразователя	5.000.022	Преобразователь изготовлен согласно чертежу 5.000.022

Директор



Handwritten signature

Брандис М. П.



Mokėjimo nurodymas

Kontrolės Nr. 0237420160804000200107740
Mokėjimo nurodymo Nr. 1692
Mokėtojas Vygento Ličio firma EVITA
Mokėtojo sąskaita LT94 7044 0600 0102 7285 EUR
Suma 420,00 EUR
Gavėjo vardas ir pavardė / pavadinimas AB Lietuvos geležinkeliai
Gavėjo sąskaitos Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 EUR
Mokėjimo paskirtis pasiklymo konkursui 2016/PCPP-3-2 užtikrinimo garantija

Gavėjo bankas

Pavadinimas AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2XXXX

Kiti duomenys

Mokėjimo data 2016-08-04

Papildomi mokėjimo duomenys

Mokėtojo atpažinimo kodo tipas Įmonės kodas
Mokėtojo atpažinimo kodas 120010775
Unikalus mokėjimo kodas 1692



[Signature]
Vr. Beaudininkė
Gitanė Jonynienė