

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"**MEDICININĖ ĮRANGA. LAZERIO APARATAI, INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS IR PACIENTO ŠILDYTUVAI**Kam: **Klaipėdos universiteto ligoninė**

Data:	2025.11.27
Nr.:	1958
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „EazyMed“
Tiekėjo kodas (-ai):	305593486
Tiekėjo adresas (-ai):	J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100013345013
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	LT727300010162797643 AB „Swedbank“, bankas Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Viesųjų pirkinių specialistė Devilė Andrijauskaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	066617658, info@eazymed.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorius Povilas Janonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Direktorius Povilas Janonis 060732661 info@eazymed.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekiėjams - subtiekijų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	—

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

1. DALIS MEDICININĖ ĮRANGA LAZERIO APARATAS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, kilmės šalis	Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., <i>pabraukiant ar kitaip pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą</i>)
1.	Medicininė įranga lazerio aparatas						
1.1.	Kombinuotas lazerio, šaltinio ir šilumos terapijos prietaisas	1	kompl.				
1.1.1.	Lazerio, šaltinio ir šilumos terapijos viename prietaise						
1.1.2.	Spalvotas prisilietimui jautrus ekranas ≥ 10 colių įstrižainės						
1.1.3.	Galima pasirinkti Lietuvių kalbą						
1.1.4.	Prietaisas sumontuotas ant specialaus vežimėlio su laikikliais lazerio ir šaltinio/šilumos terapijų aplikatoriams						
1.1.5.	Aukšto intensyvumo diodinio tipo IV klasės lazeris						
1.1.6.	Lazerio galia ≥ 24 W						
1.1.7.	Lazerio terapija ne mažiau kaip 3-jų bangos ilgių: 810nm ± 2 nm, 1065nm ± 2 nm, 1120nm ± 2 nm						
1.1.8.	Galimi lazerio terapijos tarpiklių dydžiai: 20mm ± 2 mm, 40mm ± 2 mm, 110mm ± 2 mm						
1.1.9.	Darbo režimai ne mažiau nei: nuolatinis, impulsinis, superimpulsinis, harmoninė pulsacija						
1.1.10.	Šaltinio ir šilumos terapija						
1.1.11.	Darbo režimai ne mažiau kaip: šaltis, šiluma, terminis šokas, kontrastinė terapija						

1.1.12.	Šilumos terapijos temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo +30°C iki +45°C						
1.1.13.	Šalčio terapijos temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -15°C iki +15°C						
1.1.14.	Apsaugos klasė (ne žemesnė) IIb						
1.1.15.	Maitinimo šaltinis 100-240 V, 50 Hz/60 Hz						
1.1.16.	Tiekėjas turi užtikrinti įrangos instaliavimą ir personalo apmokymą naudotis įranga						
1.1.17.	Garantija 24 mėnesiai						
1.1.18.	Instrukcijos lietuvių kalba ir anglų kalba						
1.1.19.	Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją						
1.1.20.	Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais						
1.1.21.	Pateikti gamintojo įgaliojimą parduoti ir atlikti gaminių aptarnavimą.						

	Suma be PVM		Neužpildytos visų objektų kainos
Taikomas PVM dydis (%)	PVM suma		Nurodykite taikomą PVM dydį
	Suma su PVM	0	

2. DALIS INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, kilmės šalis	Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., <i>pabraukiant ar kitaip pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą</i>)
2.	Infuzinių tirpalų šildymo priemonės						
2.1.	Infuzinių tirpalų šildymo priemonės					Stihler Electronic (A Gentherm Company), ASTOFLO PLUS eco, Vokietija	
		8 vnt		2550	20400		
2.1.1.	Paskirtis: Infuzuojamų tirpalų šildytuvas, skirtas infuzijos metu pašildyti kraują ir skysčius.						2.1.2. Paskirtis: Infuzuojamų tirpalų šildytuvas, skirtas infuzijos metu pašildyti kraują ir skysčius. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 3 psl.

2.1.2.	Šildymo principas: Skystis šildomas jam tekant iš talpos link paciento per aktyviu šildymo profiliu apgaubtą infuzijų liniją.						2.1.2. Šildymo principas: Skystis šildomas jam tekant iš talpos link paciento per aktyviu šildymo profiliu apgaubtą infuzijų liniją. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.
2.1.3.	Maksimalus tėkmės greitis: ≥ 2000 ml/val.						2.1.3. Maksimalus tėkmės greitis: 2000 ml/val. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 4 psl.
2.1.4.	Veikimas ir valdymas: Mikroprocesorinis valdymas						2.1.4. Veikimas ir valdymas: Mikroprocesorinis valdymas Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.
2.1.5.	Veikimas ir valdymas: Veikimo režimas – nuolatinis						2.1.5. Veikimas ir valdymas: Veikimo režimas – nuolatinis Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 7 psl.
2.1.6.	Veikimas ir valdymas: Ekrane atvaizduojama esama ir nustatoma temperatūra.						2.1.6. Veikimas ir valdymas: Ekrane atvaizduojama esama ir nustatoma temperatūra. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.
2.1.7.	Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą): $33^{\circ}\text{C} - 43^{\circ}\text{C}$, žingsnis $\leq 1^{\circ}\text{C}$						2.1.7. Temperatūros reguliavimo ribos: $33^{\circ}\text{C} - 43^{\circ}\text{C}$, žingsnis 1°C Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 7 psl.
2.1.8.	Saugumas: Temperatūros paklaida $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$						2.1.8. Saugumas: Temperatūros paklaida $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 7 psl.
2.1.9.	Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai						2.1.9. Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 6 psl.
2.1.10.	Saugumas: ≥ 2 nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos.						2.1.10. Saugumas: 2 nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 7 psl.
2.1.11.	Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Tinkamas naudoti su standartinėmis 4-5 mm diametro infuzinėmis linijomis.						2.1.11. Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Tinkamas naudoti su standartinėmis 4-5 mm diametro infuzinėmis linijomis. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 8 psl.
2.1.12.	Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Nereikalingos specialios infuzinės linijos						2.1.12. Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Nereikalingos specialios infuzinės linijos Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.
2.1.13.	Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Profilio ilgis ≥ 180 cm						2.1.13. Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Profilio ilgis 180 cm Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 8 psl.
2.1.14.	Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Su ≥ 2 davikliais temperatūros kontrolei.						2.1.14. Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui: Su 2 davikliais temperatūros kontrolei. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.

2.1.15.	Tvirtinimas: Tinkamas tvirtinti prie infuzinio stovo ir medicininių bėgelių.						2.1.15. Tvirtinimas: Tinkamas tvirtinti prie infuzinio stovo ir medicininių bėgelių. Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 5 psl.
2.1.16.	Maitinimas: 230 V, 50 Hz						2.1.16. Maitinimas: 230 V, 50 Hz Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 7 psl.
2.1.17.	Skiriamieji bruožai: Standartinių pailgintų bet kurio gamintojo infuzijos linijų naudojimas						2.1.17. Skiriamieji bruožai: Standartinių pailgintų bet kurio gamintojo infuzijos linijų naudojimas Žr. „Katalogas 2 pirkimo dalis.pdf“ 1 psl.
2.1.18.	Žymėjimas CE ženklu: Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją).						Žr. „Gamintojo sertifikatas.pdf“
2.1.19.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ≥ 24 mėn.						2.1.19. Garantinio aptarnavimo laikotarpis: 24 mėn. Žr. „Patvirtinimas.pdf“
2.1.20.	Žalieji reikalavimai: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.						Žr. „Patvirtinimas.pdf“

		Suma be PVM	20400
Taikomas PVM dydis (%)	21	PVM suma	4284
		Suma su PVM	24684

3. DALIS PACIENTO ŠILDYTUVAS SU DAUGKARTINIO NAUDOJIMO APKLOTAIS

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis, kilmės šalis	Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., <i>pabraukiant ar kitaip pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą</i>)
3.	Paciento šildytuvas su daugkartinio naudojimo apklotais						
3.1.	Paciento šildytuvas su integruotu akumuliatoriumi	6	vnt				
3.1.1.	Paskirtis: Paciento šildytuvas su daugkartiniais šildymo kilimėliais, tinkamas naudoti visose medicinos srityse, kai reikalingas paciento šildymas.						
3.1.2.	Tvirtinamas prie infuzinio stovo ir operacinio stalo bėgelio						
3.1.3.	Galimybė vienu metu prijungti 2 šildymo kilimėlius, kurių temperatūra reguliuojama atskirai						
3.1.4.	Ekrane rodoma esama ir tikslinė temperatūra atskirai kiekvienam prijungtam kilimėliui						
3.1.5.	Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 32°C iki 39°C						
3.1.6.	Temperatūros nustatymo diapazono reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0,5°C						
3.1.7.	Garsiniai ir vizualiniai aliarmai						
3.1.8.	Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms						
3.1.9.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.						
3.1.10.	Žymėjimas CE ženklu.						
3.2.	Šildymo kilimėlis Nr. 1 (trumpas)	3	vnt				
3.2.1.	Daugkartinio naudojimo						
3.2.2.	Mikštas, lankstus						
3.2.3.	Išmatavimai: Ilgis 100-120 cm; Plotis 50-55 cm; Aukštis 3 - 5 cm						
3.2.4.	Skirtas kloti po pacientu, kai reikalinga litotominė padėtis						
3.2.5.	Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm						
3.2.6.	Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms						
3.2.7.	Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui.						
3.2.8.	Daugkartinio naudojimo						
3.2.9.	Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų						
3.2.10.	Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 90°C temperatūroje ir dezinfekuojamas						

3.2.11.	Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus.						
3.2.12.	Komplektacija: Užvalkalas šildymo kilimėliui – 3 vnt.☐						
3.3.	Šildymo kilimėlis Nr. 2 (vidutinis)	6	vnt				
3.3.1.	Daugkartinio naudojimo						
3.3.2.	Mikštas, lankstus						
3.3.3.	Išmatavimai: Ilgis 150 - 180 cm; Plotis 50 - 55 cm; Aukštis 3 - 5 cm						
3.3.4.	Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm						
3.3.5.	Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms						
3.3.6.	Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui						
3.3.7.	Daugkartinio naudojimo						
3.3.8.	Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų						
3.3.9.	Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 90°C temperatūroje ir dezinfekuojamas						
3.3.10.	Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus.						
3.3.11.	Užvalkalas šildymo kilimėliui – 6vnt.☐						
				Suma be PVM		Neužpildytos visų objektų kainos	
Taikomas PVM dydis (%)				PVM suma		Nurodykite taikomą PVM dydį	
				Suma su PVM	0		