

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo objekto dalims:

1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaš tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
2. Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).
4. Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatant prekes pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.
5. Siūlomos prekės turi būti ženklinotos CE ženklu ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
6. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija visoms pirkimo dalims.

1 pirkimo objekto dalis – Turbininiai antgaliai. Kiekis 4 vnt., BVPŽ 33126000-9.

Eil. Nr.	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
		<i>Modelis K9 (Prekės ženklas AKOS) gamintojas FOSHAN AKOS MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD CN</i>		
1.1	Led šviesa	Led šviesa	Techniniai duomenys	1
1.2	Grąžtelių keitimas mygtuko pagalba	Grąžtelių keitimas mygtuko pagalba	Techniniai duomenys	1
1.3	Suderinta Midwest jungčiai	Suderinta Midwest jungčiai	Techniniai duomenys	1
1.4	Aušinimas vandeniu ir oru, ne mažiau trijų purkštukų	Aušinimas vandeniu ir oru, keturių purkštukų	Techniniai duomenys	1
1.5	Dezinfekuojamas, sterilizuojamas	Dezinfekuojamas, sterilizuojamas	Techniniai duomenys	1

4 pirkimo objekto dalis – Ultragarsinė vonelė. Kiekis 2 vnt., BVPŽ 33126000-9.

Eil. Nr.	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
		Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai <i>Modelis KZ-F3 (Vevor), gamintojas Shanghai muxinmuyeyouxia ngongsi, CN</i>	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
			dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
4.1	Skaitmeninis laikmatis	Skaitmeninis laikmatis	Naudojimo instrukcija	7
4.2	Ultragarso dažnis ne mažiau 35 kHz	Ultragarso dažnis 40 kHz	Naudojimo instrukcija	5
4.3	Talpa ne mažiau 3,0 ltr	Talpa 3,0 ltr	Naudojimo instrukcija	5
4.4	Skaitmeninis temperatūros nustatymas	Skaitmeninis temperatūros nustatymas	Naudojimo instrukcija	7