

**I pirkimo dalis. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiais nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiavertio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

- 3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;
 - 3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
 - 3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);
 - 3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
 - 3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.
4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomi parametrai</i>	<i>Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklininti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos</i>

				reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka
1	2	3	4	5
MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA, 1 vnt.			SMART-PORT (BPR)	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
1.	Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti	Būtina	Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
2.	Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba	Būtina	Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
3.	Lagamine integruotos visos mobilios odontologo darbo vietos reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis.	Būtina	Lagamine integruotos visos mobilios odontologo darbo vietos reikalingos funkcijos: 1) instrumentai: TAIP 2) kompresorius: TAIP 3) siurblys su skysčių surinkimo konteineriu: TAIP 4) kojinis valdymo pedalas: TAIP 5) vandens butelis: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
4.	Lagamino svoris	Ne daugiau 12 kg	Lagamino svoris: 12 kg.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
5.	Gydytojo instrumentai	1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); 3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); 4) Atsiurbimo žarna.	Gydytojo instrumentai: 1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo): TAIP 2) Elektrinis mikrovariklis TAIP (su LED šviesa TAIP , apsisukimai 40.000 aps./min.): 3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa): TAIP 4) Atsiurbimo žarna: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
6.	Butelis švariam vandeniui	Talpa ne mažiau kaip 0.75 l	Butelis švariam vandeniui: TAIP , talpa 0.75 l.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>

7.	Atsiurbėjo našumas	ne mažiau kaip 300 l/min.	Atsiurbėjo našumas: 300 l/min.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
8.	Skysčių surinkimo konteineriai, turi būti pateikiami 7 vienetai	Talpa ne mažiau kaip 1 l	Skysčių surinkimo konteineriai, 7 vnt.: TAIP, talpa 1 l.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
9.	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo	Būtina	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
10.	Kojinis instrumentų valdymo pedalas	Būtina	Kojinis instrumentų valdymo pedalas: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
11.	Integruoto kompresoriaus garso lygis	Ne daugiau kaip 50 db	Integruoto kompresoriaus garso lygis: 48 db.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1-3 (įrašyti)</i>
12.	Vežimėlio svoris	Ne daugiau kaip 8 kg	Vežimėlio svoris: 8 kg.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
13.	Vežimėlio valdymas	Ne mažiau kaip 2 ratukais	Vežimėlio valdymas: 5 ratukai.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
14.	Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti	Būtina	Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 1 (įrašyti)</i>
15.	Odontologinis mobilus šviestuvas	Būtina	Odontologinis mobilus šviestuvas: TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.1.	Technologija	LED arba lygiavertė	Technologija: LED TAIP	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.2.	Ne mažiau kaip 5 pritemdymo lygiai, valdomi jutikliu arba klaviatūra	Būtina	1) 5 pritemdymo lygiai; 2) valdomi jutikliu arba klaviatūra: jutikliu ir klaviatūra	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.3.	CRI	>95	CRI: >95.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.4.	Spalvinė temperatūra	4500 K± 100 K	Spalvinė temperatūra: 4500 K.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>

15.5.	Šviesos intensyvumas	Ne mažiau 70 000 liuksų, matuojant 70 cm atstumu	Šviesos intensyvumas: 70 000 liuksų, matuojant 70 cm atstumu.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.6.	Apsauginis lagaminas transportavimui	Būtina	Apsauginis lagaminas transportavimui: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 4 (įrašyti)</i>
15.7.	Prekės garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	Prekės garantija: 24 mėn.	<i>Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia</i>

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus **tikrinama pasiūlymo pateikimo metu**. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.**