

II pirkimo dalis. MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiais nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiavertio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

- 3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;
- 3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
- 3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);
- 3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
- 3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Reikalaujami techniniai parametrai</i>	<i>Siūlomi parametrai</i> <i>Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.</i>	<i>Tiekėjas turi pateikti prekę gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos</i>

				reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
1	2	3	4	5
MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ, 1 vnt.			Denta-Chair 303 (BPR)	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
1.	Sulankstoma	Būtina	Sulankstoma: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
2.	Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų	Būtina	Nešiojama ir vežiojama ant 2 ratukų.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
3.	Svoris	Ne daugiau kaip 18 kg	Svoris: 18 kg.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
4.	Maksimalus paciento svoris	Ne mažiau kaip 150 kg	Maksimalus paciento svoris: 150 kg.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
5.	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas	Būtina	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
6.	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis	Būtina	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
7.	Padėklas instrumentams, tvirtinamas prie kėdės	Būtina	Padėklas instrumentams, tvirtinamas prie kėdės: TAIP.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
8.	Komplekte yra transportavimo krepšys arba užvalkalas	Būtina	Komplekte yra transportavimo krepšys arba užvalkalas: YRA TRANSPORTAVIMO UŽVALKALAS.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas Bukletai ir psl. Nr. 5 (įrašyti)</i>
9.	Prekės garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	Prekės garantija: 24 mėn.	<i>Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia</i>

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus **tikrinama pasiūlymo pateikimo metu**. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės

originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.**
